

**INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL
CS/CC00/1101387755/24/AMUP
ENDOSCÒPIA ESPECIALITATS: UROLOGIA,
GINECOLOGIA_COMPLEMENTARI 3**

En aquest expedient de licitació, s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- CARDIOLINK SL
- COK ESPAÑA SL
- FIRMA AMBU SL
- IZASA HOSPITAL SLU
- MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC SA
- PRESURGY SL

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica d'aquest expedient, han estat els que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'expedient, Annex 4. (núm. document CA-AMUP-S-69-24).

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors, donat que juga un paper cabdal la tècnica dels professionals en la utilització dels materials.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, els **criteris subjectes a judici de valor**, han de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva. En cas que no es compleixi, queden exclosos de la valoració.

1.- Consideracions tècniques i procediment de valoració:

DESGLOSSAMENT DE PUNTUACIONS

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris sotmesos a judici de valor són els que s'indiquen a continuació:

- **Desglossament 1**

Lot 01 – Beines d' endoscòpia urològica

S'han valorat les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Flexibilitat del material durant la introducció. Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts , la flexibilitat del material durant la introducció. <ul style="list-style-type: none">• Òptima flexibilitat: 20 punts• Mitjana flexibilitat: 10 punts• Baixa flexibilitat: 5 punts La resta de ofertes que no presentin flexibilitat en la introducció, obtindran 0 punts.	20

• **Desglossament 2**

Lot 3 – Ureteroscopis i citoscopi

S'han valorat les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Maniobrabilitat. Es valorarà amb una puntuació màxima de 15 punts l'òptima maniobrabilitat de l'equip durant tot el procediment. ✓ Òptima maniobrabilitat: 15 punts ✓ Mitjana maniobrabilitat: 5 punts ✓ Baixa maniobrabilitat: 0 punts	15
	2.- Visibilitat. Es valorarà amb una puntuació màxima de 15 punts , l'òptima visibilitat durant tot el procediment. ✓ Òptima visibilitat: 15 punts ✓ Mitjana visibilitat: 5 punts ✓ Baixa visibilitat: 0 punts	15

2.- Conclusió:

1. Tal i com s'especifica a l'apartat 3 - Puntuació tècnica del criteris de valoració (Annex 4 del plec de clàusules administratives.

"...els articles sotmesos a **criteris subjectes a judici de valor hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva**. En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

Les ofertes valorades positivament passen a la següent fase de valoració tècnica (criteris objectius). Les ofertes desestimades han estat perquè la mida presentada no s'ajusta a la descripció.

En el document adjunt com **Annex 1: Base de ponderacions - Criteris sotmesos a Judici de valor**, s'indica el motiu de desestimació tècnica i la puntuació obtinguda per l'oferta presentada.

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: Base de ponderacions - CS/CC00/1101387755/24/AMUP
Criteris de valoració sotmesos a judici de valor

ANNEX 1

Base de ponderacions

Criteris sotmesos a judici de valor

Lot 001 – Beina d' endoscòpia urològica
 Lot 003 – Ureteroscopi i citoscopi

LOT 1	LOT 3	
BEINA	CITOSCOPI/URETEROSCOPI	
20/10/5 (SUBJECTIU)	15/5/0 (SUBJECTIU)	15/5/0 (SUBJECTIU)

Fase 01 B/V CS/CC00/ 1101387755/24/AMUP

Lot	Pos .	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Model/Marca	Quantitat	Motius desestimació tècnica	Flexibilitat del material durant la introducció	Maniobrabilitat de l'equip durant tot el procediment.	Òptima visibilitat durant tot el procediment	Passa/N o pas
1	140	30063825	Beina d'endoscòpia urològica, per mantenir un tracte de nefrostomia prèviament establert, diàmetre 16/18Fr x 15cm+/-2cm de llargària, amb marca radioopaca, sense làtex, estèril, d'un sol ús	ARI-180016	B08525073	COOK ESPAÑA SL	Introductor renal Amplatz	15	Desestimada. Tot i que l'oferta presenta un introductor renal amb la seva beina, a la descripció es demana Beina d'endoscòpia urològica per mantenir un tracte de nefrostomia prèviament establert.	0,00	No aplica	No aplica	NO
1	140	30063825	Beina d'endoscòpia urològica, per mantenir un tracte de nefrostomia prèviament establert, diàmetre 16/18Fr x 15cm+/-2cm de llargària, amb marca radioopaca, sense làtex, estèril, d'un sol ús	90121615 / 90121815	B83365007	PRESURGY SL	ClearPetra	15		20,00	No aplica	No aplica	SI
3	70	30060151	Cistoscopi flexible d'un sol ús, 16,2Fr x 5,4mm, Øcanal de treball 2,2mm, angles de flexió 210° dalt/120° baix. Longitud de treball 39cm. Estèril. Compatible amb monitor portàtil AMBU aView2 Advance	RP-U-C0201	A48279723	MEDICINA ANALIT. CONSU.MAC, S.	REDPINE	140	Desestimada. L'oferta presenta un citoscopi de diàmetre 13,2Fr i a la descripció es demana de 16,2Fr.	No aplica	0,00	0,00	NO
3	70	30060151	Cistoscopi flexible d'un sol ús, 16,2Fr x 5,4mm, Øcanal de treball 2,2mm, angles de flexió 210° dalt/120° baix. Longitud de treball 39cm. Estèril. Compatible amb monitor portàtil AMBU aView2 Advance	PUMPC200-AR	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	Cistoscopio desechable Ciscop Flex HD	140	Desestimada. L'oferta presenta un citoscopi de diàmetre 15Fr i a la descripció es demana de 16,2Fr.	No aplica	0,00	0,00	NO
3	70	30060151	Cistoscopi flexible d'un sol ús, 16,2Fr x 5,4mm, Øcanal de treball 2,2mm, angles de flexió 210° dalt/120° baix. Longitud de treball 39cm. Estèril. Compatible amb monitor portàtil AMBU aView2 Advance	600001000	B81040149	FIRMA AMBU, S.L.	aScope 4 Cysco	140		No aplica	15,00	15,00	SI
3	70	30060151	Cistoscopi flexible d'un sol ús, 16,2Fr x 5,4mm, Øcanal de treball 2,2mm, angles de flexió 210° dalt/120° baix. Longitud de treball 39cm. Estèril. Compatible amb monitor portàtil AMBU aView2 Advance	UV-100T-E	B83365007	PRESURGY SL	SEEGEN Urofino Cisto/Nefroscopio flexible electronico desechable	140	Desestimada. L'oferta presenta un citoscopi de diàmetre 15,9Fr i canal de treball de 2,6mm i a la descripció es demana de 16,2Fr i canal de treball de 2,2 mm.	No aplica	0,00	0,00	NO

Lot 001 – Beina d' endoscòpia urològica

Lot 003 – Ureteroscopi i citoscopi

LOT 1	LOT 3	
BEINA	CITOSCOPI/URETEROSCOPI	
20/10/5 (SUBJECTIU)	15/5/0 (SUBJECTIU)	15/5/0 (SUBJECTIU)

Fase 01 B/V CS/CC00/ 1101387755/24/AMUP

Lot	Pos .	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Model/Marca	Quantitat	Motius desestimació tècnica	Flexibilitat del material durant la introducció	Maniobrabilitat de l'equip durant tot el procediment.	Òptima visibilitat durant tot el procediment	Passa/N o pas
3	100	30061601	Ureteroscopi flex d'endoscop urològica, consta de: extrem distal Ø2,4mm(7.2Fr) a/llum led.Canal treball 1,2mm, long treb 68cm-99cm. Angl flex màx 285°, s/làtex, estèr, 1sol ús. Compat proces imagen Scivita HDVS-S100A o D i Monitor SONY o equiv	RP-U-C305	A48279723	MEDICINA ANALIT. CONSU.MAC, S.	REDPINE	21	Desestimada. L'oferta presenta un ureteroscopi de diàmetre 2,8 mm (8,4Fr) i a la descripció es demana de 2,4 mm (7,2Fr).	No aplica	0,00	0,00	NO
3	100	30061601	Ureteroscopi flex d'endoscop urològica, consta de: extrem distal Ø2,4mm(7.2Fr) a/llum led.Canal treball 1,2mm, long treb 68cm-99cm. Angl flex màx 285°, s/làtex, estèr, 1sol ús. Compat proces imagen Scivita HDVS-S100A o D i Monitor SONY o equiv	180-SUV2CB-URS	B62989264	CARDIOLINK SL	Scivita SUV-2C-B	21		No aplica	15,00	15,00	SI
3	100	30061601	Ureteroscopi flex d'endoscop urològica, consta de: extrem distal Ø2,4mm(7.2Fr) a/llum led.Canal treball 1,2mm, long treb 68cm-99cm. Angl flex màx 285°, s/làtex, estèr, 1sol ús. Compat proces imagen Scivita HDVS-S100A o D i Monitor SONY o equiv	605001000	B81040149	FIRMA AMBU,S.L.	aScope 5 Uretero	21	Desestimada. L'oferta presenta un ureteroscopi de diàmetre 2,6mm (7,9Fr) i a la descripció es demana de 2,4 mm (7,2Fr).	No aplica	0,00	0,00	NO