

# **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO AGREGADO DE MATERIAL**

**CS/CC00/1101397702/24/AMUP**

Material de cirugía por radiofrecuencia y  
láser\_Complementario

## ÍNDICE

1. Condiciones generales .....	4
1.1. Objeto de la contratación .....	4
1.2. Características de la contratación .....	4
1.3. Técnicos .....	4
2. Requerimientos obligatorios .....	4
2.1. Normativa aplicable .....	4
2.2. Especificaciones técnicas generales .....	5
2.3. Requisitos obligatorios del equipamiento en cesión .....	5
2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito .....	5
3. Cómo presentar la oferta .....	5
3.1. Oferta técnica .....	5
3.2. Modelo de oferta técnica .....	5
3.3. Presentación de muestras .....	7
3.4. Documentación confidencial.....	8
4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista .....	8
4.1. Prevención de riesgos laborales .....	8
4.2. Formación.....	9
4.3. Manual de usuario.....	9
4.4. Condiciones logísticas y de suministro.....	9
4.4.1. Condiciones de suministro.....	9
4.4.2. Garantía de suministro .....	9
4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC) .....	9
4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato.....	11
4.4.2.3. Plazo de entrega .....	11
4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido .....	11
4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos .....	11
4.4.3. Sistema EDI .....	12
4.5. Condiciones del operador logístico .....	14
4.5.1. Embalajes.....	14
4.5.2. El albarán.....	15
4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía.....	16

4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Servicios Logísticos, AIE ..16

4.5.6 Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico) ....18

## **1. Condiciones generales**

### **1.1. Objeto de la contratación**

El objeto de esta licitación es la contratación del suministro de **Material de cirugía por radiofrecuencia y láser** para los Centros del Instituto Catalán de la Salud.

### **1.2. Características de la contratación**

Las empresas licitadoras pueden presentar oferta, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, bien individualmente a los material que componen el lote o bien, si procede, a la totalidad de los materiales que componen el lote. En este último caso (presentación obligatoria de todos los materiales) será el **ANEXO A** lo que determinará qué lotes tienen esta condición y serán desestimadas las ofertas que no cumplan este requisito.

Las empresas licitadoras sólo podrán presentar una oferta para cada artículo al que concurran, salvo en los casos en que se acepten variantes.

**Las empresas licitadoras deben tener en cuenta a la hora de configurar su oferta de que una misma referencia no se puede presentar en dos artículos diferentes. Una de ellas será excluida a criterio de la mesa de adjudicación.**

### **1.3. Técnicos**

Durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, las empresas interesadas no podrán contactar con el personal técnico designado en el expediente.

## **2. Requerimientos obligatorios**

### **2.1. Normativa aplicable**

Los productos ofrecidos tendrán que cumplir la normativa española y comunitaria vigente en materia de calidad, etiquetado y envasado que sea de aplicación al objeto del contrato.

Será imprescindible que cuando se trate de productos sanitarios, en el sobre 2 o sobre 2bis la empresa licitadora presente la acreditación de que los productos disponen del marcado de conformidad CE y cualquier otra normativa de aplicación específica que se detallará en los siguientes apartados.

## 2.2. Especificaciones técnicas generales

Las características técnicas de los artículos que conforman el objeto de la contratación son las que constan en el listado del **ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente**.

## 2.3. Requisitos obligatorios del equipamiento en cesión

Es obligatoria la presentación de los siguientes anexos, en relación a la cesión de equipos:

- **ANEXO D4 - Lista resumen Requisitos obligatorios por equipos y lote**
- **ANEXO D5 - Certificado de cumplimiento especificaciones técnicas obligatorias del equipo requerido y que se cede**
- **ANEXO D6 - Ficha técnica propia (especificaciones técnicas) del equipo que se cede**

## 2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta, a la hora de configurar su oferta, las necesidades establecidas en el ANEXO 5 del PCAP en relación a la cesión de equipos, material en depósito, etc que allí se pueda establecer.

## 3. Cómo presentar la oferta

### 3.1. Oferta técnica

El/los modelo/s de oferta técnica que a continuación se describen se tendrán que presentar, obligatoriamente, en los formatos que se adjuntan en este pliego de prescripciones técnicas.

No debe presentarse documentación bibliográfica propia de la empresa, ni ningún catálogo ni ninguna documentación no solicitada. En su caso, el órgano de contratación la requerirá.

La aportación de documentación complementaria deberá estar debidamente codificada e identificada como tal. Sólo se aceptará aquella documentación complementaria que sirva para acreditar algún requerimiento solicitado y que no aparece en la Product Data.

La documentación debe estar traducida oficialmente al catalán o castellano. Serán desestimadas las ofertas que no cumplan con este requisito o que presenten la documentación en otro idioma.

### 3.2. Modelo de oferta técnica

La configuración de los sobres se indica en el cuadro de características, indicándose si existe sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 y sobre 3:

**Cuando hay documentación a presentar en el sobre 2 bis**, se tendrá que presentar, lo indicado en el cuadro de características y/o

- **Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor, ANEXO C**

Se debe llenar Excel **Licitación 11012xxxxx\_2bis**

**La información contenida en este sobre no podrá contener ninguna información solicitada en los siguientes sobres y que desvele el secreto de la oferta. La oferta será desestimada si se incumple con el requerimiento anterior.**

**Cuando hay documentación a presentar en sobre 2** se tendrá que presentar, lo indicado en el cuadro de características y/o

- **Ficha técnica electrónica individual del producto, ANEXO D1 – Modelo y Guía de la ficha técnica electrónica individual, página 1 y 2**

En la *Guía* se detallan todos los campos de la ficha técnica electrónica con la descripción de cada uno de ellos y, en algunos casos, se indica qué información se debe facilitar.

Para la confección de las fichas técnicas electrónicas también se especifica de dónde se puede obtener el dato para automatizar el volcado de datos.

El fichero que contiene la ficha técnica individual de cada código que se ha presentado en la licitación, debe nombrarse de la siguiente forma: **Nº. de Lot-Código SAP/Código agrupador.xls**

*Ejemplo código SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx*  
*Ejemplo código agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx*

- **Lista-resumen, Modelo y Guía, ANEXO D2** de las fichas presentadas en la licitación.

En la *Guía* se describen todos los campos de la lista-resumen y la descripción de cada uno de ellos y, en algunos casos, se indica qué información se debe facilitar.

El fichero que contiene la lista-resumen de las fichas técnicas presentadas a la licitación, debe nombrarse de la siguiente forma: **Resumen**

*Ejemplo: Resumen.xls o .xlsx*

- **Ficha Criterios Adicionales, ANEXO D3.**

Este modelo no permite realizar ninguna modificación en el fichero, sólo será necesario rellenar los siguientes datos:

- Nombre
- NIF
- Lote
- Código SAP
- Datos Generales y específicos de cada producto (referencia distribuidor, referencia del producto y marca)
- Características adicionales a especificar

#### **-Ficha técnica propia del producto/empresa licitadora o Product Data.**

La documentación técnica propia del producto/empresa licitadora (product data), debe presentarse en una sola carpeta ZIP que contenga todas las fichas que se presentan.

**La documentación debe estar traducida al catalán o castellano. La presentación de la Product Data en otro idioma será motivo de rechazo de la oferta.**

Esta carpeta debe llamarse:**ProductData**

**En caso de que la Product Data no refleje los requisitos solicitados la empresa deberá presentar el certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de estos requisitos. Este certificado deberá estar traducida al catalán o castellano y presentado como "Documentación complementaria a la Product Data". La no presentación de este certificado podrá ser motivo de exclusión.**

Dentro de esta carpeta .ZIP estarán todas las fichas técnicas propias. El archivo de cada una de las fichas técnicas propias presentada, deberá llamarse de esta forma:**PD-Núm. de Lot-Código SAP/Código agrupador**

*Ejemplo código SAP:PD-Lot1-30000001 Ejemplo  
código agrupador: PD-Lot1-999301587*

Las ofertas que no presenten la ficha propia del producto Product Data de forma individual por cada artículo, no serán valoradas.

**Las ofertas que no presenten la información en estos modelos no serán valoradas. Sin embargo, en caso de incongruencia entre la Ficha técnica electrónica individual y la Product Data sólo se tendrá en cuenta la información contenida en la Product Data.**

### **3.3. Presentación de muestras**

El órgano de contratación, si lo considera oportuno, se reserva el derecho de solicitar muestras o demostraciones durante el período de evaluación de las ofertas. En caso de que se requieran otras muestras, el licitador deberá entregarlas en el lugar y persona de contacto que se indique en la solicitud

y en el plazo máximo que se indique en la petición. Si el licitador incumple alguna de las condiciones establecidas en la solicitud de muestras su oferta será desestimada.

Con las muestras presentadas, el Instituto Catalán de la Salud se reserva el derecho de hacer el uso que estime conveniente. Si el licitador quiere recuperar el excedente deberá indicarlo por escrito a la Gerencia de Compras en el momento de la entrega.

Todos los gastos que puedan producirse para la entrega y recogida de muestras irán a cargo del proveedor.

### **3.4. Documentación confidencial**

Los documentos y los datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre 2 y 2bis pueden considerarse de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual y su difusión a terceras personas pueda ser contraria a los sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la competencia leal entre las empresas del sector; o cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, el carácter confidencial afecta a cualquier otra información cuyo contenido pueda utilizarse para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.

No tendrán en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC. Asimismo tampoco tendrá carácter confidencial ningún ANEXO o MODELO solicitado por el ICS.

La determinación de documentación como confidencialidad que se presente debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se quiere proteger y debe determinar de forma expresa y justificada los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.

En todo caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la calificación de confidencial de determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre el acceso o vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa o empresas licitadoras afectadas .

**La designación de la documentación como confidencial comporta la obligación de presentarla en fichero independiente del resto de documentación, en el espacio habilitado a tal efecto en la herramienta del Sobre Digital. No se admitirá ningún documento mezclado con documentación no confidencial.**

## **4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista**

### **4.1. Prevención de riesgos laborales**

La empresa contratista tendrá que cumplir con la normativa específica de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, se aportará obligatoriamente la documentación necesaria (Fichas de Seguridad) de todos aquellos productos que puedan suponer algún riesgo para la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente.

## 4.2. Formación

La empresa contratista deberá formar al personal en el correcto uso de los productos adjudicados, si el centro destinatario de los mismos así lo requiere.

## 4.3. Manual de usuario

La empresa contratista deberá entregar, en su caso, un manual de usuario, documento de instrucciones o protocolo de utilización del material adjudicado cuando se les requiera, preferiblemente en catalán, y en su defecto, en castellano.

## 4.4. Condiciones logísticas y de suministro

### 4.4.1. Condiciones de suministro

Las empresas contratistas se comprometen asuministrar los materiales adjudicados con la caducidad mínima que se indique en el momento de la adjudicación en los atributos logísticos .

Las empresas contratistas retirarán los materiales defectuosos y, sin cargo alguno, los sustituirá por otros nuevos en las condiciones adecuadas.

Si las empresas contratistas tienen materiales en depósitos en los centros, tendrán que garantizar que las caducidades estén dentro de los márgenes que se ha establecido en los atributos logísticos.

### 4.4.2. Garantía de suministro

#### 4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC)

Las incidencias que en relación con los materiales adjudicados se puedan producir durante la vigencia del contrato, deberán notificarse a través de la web **Gestor de incidencias en compras**(GIC). El GIC tiene tipificadas la mayoría de incidencias que se producen habitualmente y es una herramienta que agiliza y mejora la comunicación de su resolución. Es una web gratuita.

Las casuísticas que deben notificarse a través del GIC son:

-Variaciones en el pedido:

- Diferencias en el precio del pedido, por motivos diversos
- Diferencias en las referencias, ya sea por errores o cambios
- Discontinuidades u obsolescencias
- Cesiones/cambios societarios de materiales adjudicados

-Notificaciones de previsión de roturas de stock

La dirección del GIC es: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> .

La solicitud de **Alta de un nuevo usuario**, la gestiona el **propio interesado** cuando accede a la aplicación, cumplimentando la información que se requiere al pulsar la opción '*Solicitud de alta de nuevo usuario*', en el apartado '*Alta para nuevos usuarios*'. El primer usuario de un NIF será el que, posteriormente, **validará las altas de las nuevas solicitudes** del mismo NIF y **ejercerá las funciones de administrador**. **Cuando se solicite un nuevo usuario, el administrador del NIF** recibirá un correo notificante **que es necesario la validación** de una **alta**. En el *Manual de usuario GIC - proveedores*, al final hay el *Anexo administrador NIF*.

En el apartado "*Guías y avisos*", se encuentran los *Manuales de usuario proveedor* y el *Índice de incidencias del GIC*. En caso de que requieran más información al respecto, pueden dirigirse a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

**La no tramitación de información de cualquier incidencia en relación con el material adjudicado por parte de la empresa adjudicataria a través del GIC comportará incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución definidas en el pliego de cláusulas administrativas.**

Las empresas contratistas se comprometen a mantener el stock suficiente para garantizar una adecuada continuidad en el abastecimiento a todos y cada uno de los centros destinatarios.

En caso de imposibilidad del suministro se deberá notificar a la Gerencia de Compras a través del Gestor de Incidencias en Compras (GIC) en el enlace <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> según corresponda:

a) Para roturas con alternativa:

<b>Agrupación</b>	PROVEEDORES
<b>Tipo</b>	404. Aviso de previsión de ruptura de stock CON alternativa
<b>Motivo</b>	Rotura de stock con una referencia alternativa
<b>Documentos obligatorios a anexar</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- F010-Ficha técnica actual*</li> <li>- F011-Ficha técnica de la alternativa*</li> <li>- P010-Presupuesto*</li> <li>- E010-Escrito del proveedor informando el tiempo estimado de ruptura</li> </ul>	

b) Para roturas sin alternativa

<b>Agrupación</b>	PROVEEDORES
<b>Tipo</b>	405. Aviso de previsión de ruptura de stock SIN alternativa
<b>Motivo</b>	Rotura de stock con una referencia sin alternativa
<b>Documentos obligatorios a anexar</b>	
- No requiere documento obligatorio	

Las empresas contratistas tendrán que disponer de un teléfono y/o correo electrónico específico de contacto para cualquier consulta que pueda surgir o notificar incidencias que pongan en peligro el suministro.

#### **4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato**

Dado que en la adjudicación sólo se hará constar el código SAP adjudicado y la referencia correspondiente a la MARCA y MODELO pero sólo consta la relación de aquellos tamaños solicitados por los centros peticionarios en el momento de la adjudicación, la empresa contratista podrá suministrar bienes adicionales a los adjudicados, durante el período de duración del acuerdo marco o de los contratos basados en el acuerdo marco, siempre que estén dentro de la misma gama de bienes. Se entiende como gama todos los tamaños asociados a la MARCA y REFERENCIA ADJUDICADA.

La empresa contratista está obligada a presentar precios más favorables a los inicialmente adjudicados, si los precios y condiciones con los que pujan en el mercado mejoran los de la adjudicación. La presentación de precios más favorables deberá comunicarse a la Gerencia de Compras a través del Gestor de incidencias en compras (GIC).

Las empresas contratistas deberá disponer de personal suficiente y con la calificación técnica necesaria para garantizar la calidad de los bienes y la ejecución de los controles procedentes de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

#### **4.4.2.3. Plazo de entrega**

Las empresas contratistas deben entregar el material en la fecha y franja horaria que se indica en la orden de entrega que emite el operador logístico del ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centro peticionario, la cual se notifica en el pedido y/o mensaje ORDERS.

El incumplimiento de estos requisitos comportará las penalidades que se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo comportar incluso la resolución anticipada del contrato a instancia del órgano de contratación.

#### **4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido**

La unidad mínima de pedido será equivalente a la forma de presentación del producto, por ejemplo: caja de 2 unidades; bolsa de 50 unidades; etc.

No hay cantidad ni importe mínimo de pedido. Al ser un suministro de trato sucesivo, las cantidades de unidades de los pedidos vendrán determinadas en función de las necesidades de los centros.

#### **4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos**

La entrega del material de trato sucesivo, se efectuará en el lugar que se indique en el pedido-mensaje ORDERS emitido por el operador logístico o centro peticionario. Esta entrega estará debidamente documentada con el albarán correspondiente.

El suministro se efectuará en el horario que establezca cada centro. La recepción del material, en el centro que corresponda, deberá realizarse con la presencia del personal que tenga asignadas las tareas de recepción del mismo.

#### **4.4.3. Sistema EDI**

El operador logístico del ICS y, los centros peticionarios de forma progresiva, utiliza el sistema **EDI** como único medio de intercambio de documentos comerciales con sus proveedores. En concreto intercambia los siguientes documentos:

- Pedidos a proveedor (mensaje ORDERS D.96A UN EAN008)
- Respuesta del proveedor al pedido (mensaje ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En este mensaje deberá verificar los siguientes campos:
- Código EAN unitario (GTIN), y en su defecto, código EAN de la caja (GTIN)
- Referencia del producto
- Cantidad
- Precio
- Plazo de Entrega

Si todos los campos son correctos, confirmar el ORDRSP y si no lo son, se iniciará el trámite de gestión de incidencias deberá indicar las incidencias en los campos correspondientes.

- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005
- Este albarán deberá detallar los siguientes datos:
  - NIF del proveedor
  - Número de orden de entrega o compra (ZOE)
  - El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
  - La referencia y el código EAN unitario (GTIN), y en su defecto, código EAN de la caja (GTIN)
  - La descripción del producto El
  - número de lote y la caducidad La
  - cantidad por referencia El precio
  - unitario
  - Importe total
  - Temperatura de conservación
- Confirmación de recepción o mercancía mensaje RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidencia corresponde a precio y/o referencia, deberá notificarlo tanto al operador logístico o al centro peticionario, a través del ORDRSP, como a la Gerencia de Compras del ICS mediante la aplicación GIC.

Al crear la incidencia en el GIC se tendrán que escoger los siguientes parámetros:

<b>Agrupación</b>	VARIACIONES EN EL PEDIDO
<b>Tipo</b>	010. Errores en precios de materiales
<b>Motivo</b>	<b>Escoger el motivo que sea más adecuado a la incidencia:</b>
	Error interpretación Unidad medida
	Error transcripción
	Error de precio en la factura
	Diferencia en el precio
<b>Documentos obligatorios a anexar</b>	
- P010-Presupuesto * o documento propio del solicitante que acredite el ítem a modificar	

**Antes de la formalización del contrato, los adjudicatarios tendrán que aportar un certificado de su proveedor EDI o de GS1 SPAIN, que acredite que disponen del sistema con los siguientes datos:**

- Punto Operacional (identificador de usuario EDI)
- Red EDI
- Mensaje ORDERS D.96A UN EAN 008
- Mensaje ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Mensaje DESADV D.96A UN EAN 005
- Mensaje RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilidad para intercambiar dichos mensajes.

**El incumplimiento de estos requerimientos podrá ser causa de la resolución del contrato de suministro.**

Toda la información relativa a los requisitos para intercambiar documentos con Logaritme y centros peticionarios la podrán encontrar en los siguientes enlaces:

ICS Farmacia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa> ICS

prótesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritmo: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitoriamente los adjudicatarios que no dispongan del sistema EDI, podrán visualizar los pedidos a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, y podrán acceder introduciendo los siguientes datos:

- Identificador (asignado por proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contraseña (asignada por el proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)

En esta plataforma web, los adjudicatarios podrán:

- configurar una direcció de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de pedida
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Una vegada que ja se tinga el usuari en la plataforma validada, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si falta més informació o aclaracions respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, en el correu [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas de els centres peticionaris del ICS con [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) y/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### 4.5. Condicions del operador logístic


##### 4.5.1. Embalajes

Los envíos de material deberán realizarse en el almacén del operador logístico **Logaritmo Servicios Logísticos, AIE o en el almacén que se indique en la ORDER.**

Con la excepción de la entrega de volúmenes pequeños, los envíos de material se efectuarán en albañiles que deben cumplir las siguientes condiciones y características de embalaje:

- Albañiles europeos de 1,20 x 0,80 x 1,20, que cumplan la directiva UNE-EN 13698-1 y NIMF-15.
- Albañiles retráctiladas
- Albañiles con un máximo de 750 kg, y altura máxima de 165 cm (con la estructura de la paleta incluida)
- Las paletas deben contener un único material y lote
- En caso de que el volumen del artículo no supere el contenido de una paleta, podrá contener distintos artículos debidamente ordenados y con identificación clara externamente
- Los albaranes irán al exterior del embalaje

##### Detalle de la estructura de las paletas :



Las cajas deben venir etiquetadas con etiquetas cerradas, código de barras EAN-13 y/o EAN-128-1, con la siguiente información:

- Referencia
- **Lote**
- Caducidad
- Cantidad

La referencia de la etiqueta debe ser la referencia adjudicada, que se corresponderá con la indicada en la oferta económica en el campo *Referencia*.

En el momento de la recepción del material, en el centro destinatario se verificará la integridad del embalaje. En caso de que no esté en condiciones se devolverá a la empresa.

#### **4.5.2. El albarán**

Es necesario presentar:

- Albarán en soporte papel por duplicado
- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005
- Este albarán deberá detallar, de forma obligatoria, los siguientes datos:
  - NIF del proveedor
  - Número de orden de entrega o compra (ZOE)
  - El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
  - La referencia y el código EAN (GTIN).
  - La descripción del producto El
  - número de lote y la caducidad La
  - cantidad por referencia El precio
  - unitario
  - Importe total
  - Temperatura de conservación

#### **4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE**

Cuando llega la agencia de transporte del proveedor, el transportista entrega los albaranes a la oficina de recepción, donde se comprueba si el pedido puede aceptarse o no.

Verificada la admisión de la mercancía, se dará la orden de descarga al transportista y se sellará con la fecha de la recepción y la conformidad pendiente de examen de la mercancía. Se dará copia al transportista junto con el boletín de recepción para que proceda a la descarga del material ya la ordenación, según las indicaciones del operario del muelle.

Si no lleva los albaranes del proveedor o comprobante de entrega la referencia del albarán electrónico DESADV, se rechazará la mercancía. Esta mercancía queda en cuarentena, hasta que se compruebe el estado, caducidad, cantidad, lote y forma de presentación.

Una vez efectuada la revisión, dentro de las 72 horas de plazo máximo, tal y como establecen las RAAC, Recomendaciones por la Administración Comercial Eficiente, establecidas por el Comité del Sector Salud de GS1 ESPAÑA, se envía al proveedor el correspondiente mensaje RECADV, con la conformidad o incidencia que se haya detectado.

En caso de que exista alguna incidencia se comunicará al proveedor vía correo electrónico.

Si la cantidad entregada es diferente a la que consta en el albarán, se hará la recepción por la cantidad real entregada, y se comunicará la incidencia al proveedor, a fin de que confeccione la factura por la cantidad real recibida. En este caso, la cantidad que ha quedado pendiente de ser suministrada, se entregará lo antes posible, **con el mismo número del pedido que ha quedado parcialmente servido.**

#### **4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía**

1.-La caducidad es inferior a la mínima indicada en la ficha de atributos logísticos cumplimentada en el momento de la adjudicación.

2.-La forma de presentación es diferente, por lo que la cantidad entregada no se múltiplo de la unidad pedida.

3.-Las condiciones del producto no son correctas, por ejemplo: embalaje roto, no conservación de la cadena de frío, o cualquier incidencia que haga que no se pueda poner el producto en situación de stock disponible.

Si se detecta la incidencia en el momento de la descarga, se rechazará la mercancía y el propio transportista de la agencia se lleva el material.

En caso de detectarse en la revisión posterior, el proveedor dispone de 30 días para retirar la mercancía del almacén de Logaritme.

4.-Cualquier entrega que no cumpla las condiciones de embalaje exigidas.

En caso de que la agencia de transporte lleve mercancías de más de un proveedor y se le rechace la mercancía de uno ellos y no pueda llevarse sólo la mercancía rechazada, si no descarga las de los demás proveedores de la expedición, como que no se habrá entregado, constará como suministro pendiente.

#### **4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE**

El operador logístico tiene unas instrucciones con las normas de seguridad para los chóferes mientras estén en sus instalaciones, cuyo detalle es el siguiente:

## NORMAS DE SEGURIDAD TRANSPORTISTAS

Con el objetivo de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITMO SERVICIOS LOGÍSTICOS, AIE, procede en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones, seguir las siguientes instrucciones:

<p>1. Acceso al recinto. <b>Identifíquese</b> cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).</p>	
<p>2. Circulación. Respete la velocidad máxima de <b>10 km/h</b>, así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente.</p>	
<p>3. Carga-descarga de material de la caja del camión. Sigue las indicaciones del personal de Logaritmo, y en todo caso conforme a las siguientes normas:</p> <p>a. No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona definida y totalmente estacionado, con el motor parado y el <b>vehículo totalmente inmovilizado</b>. Se hará uso obligatorio de calzo en las ruedas en caso de que por motivo de rampa o desnivel debe asegurar la inmovilización de vehículo. <b>En ningún caso permanecerá parado con el motor en marcha.</b></p> <p>b. Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del camión, deberá <b>de utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante y calzado de seguridad.</b></p> <p>c. Posteriormente se procederá a abrir la caja del camión, abaten las puertas, y desplazando los toldos en caso necesario.</p> <p>d. Seguidamente se dirigirá a los operarios de la zona de muelles que le darán las indicaciones necesarias para realizar la descarga</p> <p>e. Una vez finalizada la carga/descarga, se procederá a cerrar las puertas y correr los toldos y posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo.</p> <p>f. Queda totalmente prohibido saltar por la zona de los muelles.</p>	 <p><b>ES OBLIGATORIO PONER CALZOS</b></p>
<p>4. Para el acceso a la zona del almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Sigue las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.</p>	 <p><b>USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE</b></p>
	 <p><b>ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD</b></p>
<p>5. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.</p>	
<p>6. En caso de <b>emergencia</b>:</p> <p>Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras.</p> <p>Sigue las instrucciones del personal de Logaritme.</p> <p>Acuda al punto de reunión (garita de entrada).</p> <p>No utilice el teléfono hasta nuevo aviso.</p>	

## NORMAS DE SEGURIDAD VISITAS

Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de Logaritme Serveis Logístics, AIE, proceda en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones de acuerdo con las siguientes instrucciones:

<p>7. Acceso al recinto. Una sesión cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).</p>	
<p>8. Circulación. Respete la velocidad máxima de <b>10 km/h</b>, así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente.</p>	
<p>9. Para el acceso a la zona de almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Siga las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.</p>	
	
<p>10. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.</p>	
<p>11. En caso de <b>emergencia</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras.</li> <li>Siga las instrucciones del personal de Logaritme</li> <li>Vaya a punto de reunión (garita de entrada)</li> <li>No utilice el teléfono hasta nuevo aviso.</li> </ul>	

### **4.5.6 Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico)**

Las condiciones de las entregas a los centros peticionarios que no requieran ser entregadas al operador logístico Logaritme, deberán ajustarse a las condiciones que establezca cada centro, que deberán establecerse antes del inicio de ejecución.

Relación de anexos específicos pliego técnico:

**ANEXO A- Características de la licitación**

**ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente**

**ANEXO C - Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor**

**ANEXO D1 - Modelo y Guía de la ficha técnica electrónica individual, página 1 y 2**

**ANEXO D2 - Lista-resumen, Modelo y Guía**

**ANEXO D3 - Lista de Criterios adicionales**

**ANEXO D4 - Listado-Requisitos Obligatorios por equipos y lotes**

**ANEXO D5 - Certificado compl-especif-téc-oblig equipos ANEXO**

**D6 - Ficha técnica equipo cedido licitador**

**ANEXO E - Presentación de muestras**

**ANEXO A- Características de la licitación**

**ANEXO A - CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN CS/CC00/1101397702/24/AMUP**

<b>LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN LOTE</b>	<b>Condición lote</b>
001	Fibras de láser para procedimientos quirúrgicos endourológicos compatibles con generador de láser Holmi Pulse 120H o equivalente	Obligatorio
002	Fibras de láser para procedimientos quirúrgicos endourológicos compatibles con generador de láser Holmi Multipulse HoPlus 150W o equivalente	Obligatorio
003	Fibras de láser para procedimientos quirúrgicos endourológicos compatibles con generador de láser de fibra Thuli TFL Drive o equivalente	Obligatorio
004	Procedimiento quirúrgico por RF para procedimientos otorrinológicos	Obligatorio
005	Otros procedimientos quirúrgicos por RF para ablación cardíaca	No obligatorio

**ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente**

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 10 MATERIAL: 30008348**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 550 micras diám. o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 20 MATERIAL: 30008408**

**Descripción larga:**

Dispositivo/electrodo bipolar maleable 7 cm longitud, cabezal de rotación 300°, cuello flexible y mango ergonómico, activación manual o pedal, para ablación auricular, Libre de látex, desechable. Compatible con generador de radiofrecuencia FT10 o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 30 MATERIAL: 30012291**

**Descripción larga:**

Terminal con mango de radiofrecuencia bipolar para reducción de cornetes o tejido submucosal, 2 electrodos tungsteno, marcas profundita t, punta 45°, long trabajo 11,5+/-1 cm, mango 9,5+/-1 cm a/ cable. PVC /acero. Libre látex, estéril, 1 us. Comp/a/sist/Coblator II o eq

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 40 MATERIAL: 30012292**

**Descripción larga:**

Terminal con mango de radiofrecuencia bipolar triple electrodo para ablación, resección y coagulación de tejido blando, maleable con cable conector, líneas asp/irrigación, long trabajo 14+/-2cm, Libre látex, estéril, un uso. Compatible a /sistema Coblator II o eq

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 50 MATERIAL: 30012520**

**Descripción larga:**

Ventana/pantalla de protección de residuos compatible con láser Holmium VP100

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 60 MATERIAL: 30035268**

**Descripción larga:**

Terminal con mango de radiofrecuencia bipolar para ablación, resección y coagulación, a/electrodo triple hilo tungsteno, Ø4,6mm y 3 agujeros irrigación, long trabajo 14+/-2cm maleable, líneas asp/irrigación y cable. Libre látex, este, un uso. Como/sist/Coblator II o eq

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 70 MATERIAL: 30048667**

**Descripción larga:**

Fibra láser 200 micras para tratamiento de litotricia renal, tipo Slimline, diámetro externo 430+/-25micres, diámetro interno 230-275mic res, multi uso. Compatible con láser de Ho: Yag modelos P20, P30H, P100, P1 equivalente.

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 80 MATERIAL: 30048668**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 365 micras para tratamiento urológico tipo Slimline, diámetro externo máximo 580 micras, 3m+/-10cm de longitud, multiuso. Compatible con Láser Ho: YAG modelos VersaPulse VP100, P20, P30H, P50H, P100H y Moses P120H o equivalente.

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 90 MATERIAL: 30048669**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 550 micras para tratamiento urológico tipo Slimline, diámetro externo máximo 780 micras, 3m +/-10cm de longitud, multi uso. Compatible con Láser Ho: YAG modelos VersaPulse P20, P30H, P100, VP100 y Moses P120H o equivalente.

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 100 MATERIAL: 30063632**

**Descripción larga:**

Fibra láser de thuli de 150µm, núcleo central de emisión de sílice, diámetro interno 145µm+/-5µm, diámetro externo de 270µm+/-5µm, 3m+/-20 cm de longitud, conector SMA905, SMA906 con sist. RFID, frecuencia de emisión 125Hz.Compatible con TFL Drive o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 110 MATERIAL: 30063633**

**Descripción larga:**

Fibra láser de thuli de 200µm, núcleo central de emisión de sílice, diámetro interno 200µm+/-5µm, diámetro externo de 375µm+/-5µm, 3m+/-20 cm de longitud, conector SMA905, SMA906 con sist. RFID, frecuencia de emisión 125Hz.Compatible con TFL Drive o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 120 MATERIAL: 30063634**

**Descripción larga:**

Fibra láser de thuli de 272µm, núcleo central de emisión de sílice, diámetro interno 272µm+/-5µm, diámetro externo de 420µm+/-5µm, 3m+/-20 cm de longitud, conector SMA905, SMA906 con sist. RFID, frecuencia de emisión 125Hz.Compatible con TFL Drive o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 130 MATERIAL: 30063635**

**Descripción larga:**

Fibra láser de thuli de 365µm, núcleo central de emisión de sílice, diámetro interno 365µm+/-5µm, diámetro externo de 570µm+/-5µm, 3m+/-20 cm de longitud, conector SMA905, SMA906 con sist. RFID, frecuencia de emisión 125Hz.Compatible con TFL Drive o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 140 MATERIAL: 30063636**

**Descripción larga:**

Fibra láser de thuli de 550µm, núcleo central de emisión de sílice, diámetro interno 550µm+/-5µm, diámetro externo de 750µm+/-5µm, 3m+/-20 cm de longitud, conector SMA905, SMA906 con sist. RFID, frecuencia de emisión 125Hz.Compatible con TFL Drive o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 150 MATERIAL: 30066247**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 200 micras diám int con punta de bola de vidrio, diám ext400 micras y 3m+/-10cm de long, estéril, desechable.Compatible con láserde Ho:YAG modelo MultiPulse HoPlus o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 160 MATERIAL: 30066248**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 272 micras diám int, diám ext 460 micras y 3m+/-10cm de long, estéril, desechable.Compatible con láser de Ho:YAG modelo MultiPulseHoPlus o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 170 MATERIAL: 30066249**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 365 micras diám int, diám ext 730 micras y 3m+/-10cm de long, estéril, desechable.Compatible con láser de Ho:YAG modelo MultiPulseHoPlus o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 180 MATERIAL: 30066250**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 550 micras diám int, diám ext 750 micras y 3m+/-10cm de long, estéril, desechable.Compatible con láser de Ho:YAG modelo MultiPulseHoPlus o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 190 MATERIAL: 30066251**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 1000micras diám int, diám ext 1450micras y 3m+/-10cm de long, estéril, desechable.Compatible con láser de Ho:YAG modelo MultiPulseHoPlus o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 200 MATERIAL: 30066252**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 200 micras diám int, diám ext 400 micras y 3m+/-10cm de long, estéril,reutilizable .Compatible con láser de Ho:YAG modelo MultiPulse HoPlus o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 210 MATERIAL: 30066253**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 272 micras diám int, diám ext 460 micras y 3m+/-10cm de long, estéril,reutilizable .Compatible con láser de Ho:YAG modelo MultiPulse HoPlus o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 220 MATERIAL: 30066254**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 365 micras diám int, diám ext 730 micras y 3m+/-10cm de long, estéril,reutilizable .Compatible con láser de Ho:YAG modelo MultiPulse HoPlus o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 230 MATERIAL: 30066255**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 550 micras diám int, diám ext 750 micras y 3m+/-10cm de long, estéril,reutilizable .Compatible con láser de Ho:YAG modelo MultiPulse HoPlus o equivalente

**SOLO PEDIDO: 1101397702 POSICIÓN: 240 MATERIAL: 30066256**

**Descripción larga:**

Fibra láser de 1000 micras diám int, diám ext 1450 micras y 3m+/-10cm de long, estéril, reutilizable .Compatible con láser de Ho:YAG modelo MultiPulse HoPlus

ANEXO C - Ficha de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor

- No hay criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor-

ANEXO D1 - Modelo y Guía de la ficha técnica electrónica individual, página 1 y 2

## Guía informativa de la ficha de la oferta técnica

Tal y como se indica en el Pliego, en el apartado 3.2., en este anexo se detalla la información de la ficha técnica electrónica individual del producto.

A continuación se detalla cada uno de los campos de la ficha individual del producto con el significado de cada uno de ellos y, en algunos casos, se realizan indicaciones más específicas. Los datos con los que se deben completar estos campos deben obtenerse del documento de oferta económica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que se anexa al anuncio de la licitación de la Plataforma Pública de Contratación electrónica de la Generalidad de Cataluña, en el apartado **Documentación**, dentro de la documentación que hay en **1100XXXXXX MODELO OFERTA TÉCN Y ECON.zip**

### Muestra de la oferta económica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																		
Empresa:																			
NIF:																			
Data:																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B																		
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/-100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Càpsula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador colçe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

### 1. Ficha técnica individual del producto, página1

En principio, está previsto que sólo haya una sola página por cada ficha técnica individual, pero para aquellos productos que requieren más espacio del destinado para describir el material que se propone, se ha creado una segunda hoja para descripciones extra largas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
Área DATOS DE LA LICITACIÓN		
Este área contiene:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos de identificación de la licitación</li> <li>- Datos de cada artículo detallado en el ANEXO B.ES EN LA CABECERA DE LAS DOS PÁGINAS</li> </ul>		
Nombre del campo	Casuística	Origen del dato
Nº. de expediente	Código numérico de la licitación	Estos datos se obtienen de la oferta económica
Descripción expediente	Título de la licitación que describe la naturaleza del material que se presenta	
Código SAP	Código del material, cuando en la licitación se presenta detallando este código	
Código Agrupador	Código que se utiliza cuando en la licitación se presenta agrupando los materiales en un código, en lugar del código	

	detalle del material	
--	----------------------	--

(Continuación)

Nombre del campo	Casuística	Origen del dato
Descripción código SAP o código Agrupador	Detalle de la descripción del código que se haya utilizado en la licitación: la del código SAP para la licitación que se presenta por código detalle, o la del código agrupador para pujas con este tipo de código	Estos datos se obtienen de la oferta económica
Lote	Informa el lote del material	
Tipo oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante	Cuando se aceptan ofertas variantes, en la oferta se especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	<input type="text"/>
		Codi Agrupador	<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

### FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (continuación)

#### Área DATOS DEL LICITADOR

En este apartado, deben informarse los datos de la empresa licitadora y los datos *Breve descripción y ampliada del producto* que propone el proveedor por el MATERIAL que se ofrece para la solicitud del ICS.

Los datos de este apartado deben mostrar la descripción del **sed**e producto y de **lassuyas** datos técnicos argumentados con el máximo detalle (product data).

#### Datos específicos de identificación de la empresa

NIF de la empresa

Nombre de la empresa

#### Datos del producto específicos

Marca comercial/Modelo      Informar la marca comercial del material ofertado

Referencia distribuidor      Indicar la referencia que el material tiene para la empresa licitadora

Referencia fabricante      Informar la referencia del fabricante

#### Especificaciones técnicas

Material de fabricación      Detallar el material en el que está fabricado el material ofertado. En caso de que haya más de un componente con distintos materiales de fabricación, indicar cada elemento y su composición, separando un elemento del otro.  
Ejemplo:  
Catéter: PUR, recubrimiento hidrófilo // Balón: marcadoras radioopacos de Plata+iridi, recubierto hidrófilo

Medidas      Se debe indicar los tamaños del material. Si hay más de un elemento, indicar los tamaños como se ha hecho en la composición, separando un elemento del otro

	Ejemplo: Catéter: 9mmx6cm, diam.//Introduccion 6F//Introduccion 0,035"/0,89mm EN NINGÚN CASO, informar en este apartado los tamaños del embalaje del material ofertado. Este dato se informará en la ficha de Atributos Logísticos, que sólo deben presentar los proveedores adjudicatarios
Método de esterilización	En caso de que el material sea estéril, indicar el método de esterilización. Si no es estéril el material, indicar NO APLICA

Especificaciones técnicas (continuación)	
Envasado del material ofertado	Se trata de indicar si el material va envasado individualmente, en cajas de 10 unidades, o blister de 25 unidades, o simplemente individual
Breve descripción del producto	Es la denominación breve que la empresa tenga por el producto
Descripción ampliada del producto	Es la descripción completa de todas las características del producto
Imagen de la referencia	Fotografía del producto en concreto. Deberá mostrar una imagen de la referencia en concreto que permita apreciar sus características
Datos de acreditaciones	
En este apartado se recogen todas las normativas que puedan acreditarse por el material ofertado	
Marcado CE/ Tipo de clase	<p><b>Marcado CE = SI</b> Cuando el material tiene <b>Marcado CE</b>, <u>informar al número de la Directiva europea que acredita el mercado</u> . Ejemplo: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p><b>Marcado CE = NO</b> Cuando el material <b>NO tiene Marcado CE</b>, <b>DEJAR EN BLANCO ESTE CAMPO</b> <b>Lo que se informa en este campo, deberá informarse en el documento Anexo D2 Lista Resumen.</b></p> <p><b>Tipo de clase:</b> Indicar el tipo de clase que la Directiva ha determinado por el material</p>
Cumplimiento Apartado 13 Anexo 1 RD 1591/2009 regulación prod sanitarios	Indicar con SI/NO el cumplimiento de esta norma
Otras acreditaciones y/o auto certificación	Indicar otras acreditaciones que pueda tener el material ofertado. En este caso, indicar nombre de la AGENCIA ACREDITADORA y el número de certificación

## 2. Ficha técnica individual del producto, página 2

En esta ficha se encuentran los mismos datos que en la página 1, salvo que la imagen de la referencia no está y en su lugar hay un solo campo para la descripción ampliada del producto.

Si se cree necesario, utilizar este espacio para facilitar información técnica ampliada.

**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**

**Datos de la licitación**

Nº. expediente Descripción expediente

Descripción código SAP o código Agrupador

Cody SAP

Código Agrupador

LOTE

Tipo oferta

**Datos del licitador**

Identificación de la empresa

NIF

Nombre

Fabricante

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

**Datos del producto específico**

Marca comercial/Modelo

Referencia distribuidor

Referencia fabricante

**Especificaciones técnicas de la referencia ofertada**

Envasado del material ofertado\*

Método de esterilización\*

Material de fabricación\*

Medidas del material ofertado\*

**Breve descripción del producto**

\* Deben describirse los parámetros REALES que la empresa tiene para el producto OFERTA, con independencia de la descripción ICS para el material

**Descripción ampliada del producto**

**Imagen de la referencia**

**Datos de acreditaciones**

Marcado CE/Tipo de clase  *Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcado/Tipo de clase. Si no tiene marcado CE, DEJAR EN BLANCO*

Cumplimiento Apartado 13 Anexo 1 RD 1591/2009 regulación prod sanitarios  (SI/NO)

Otras acreditaciones y/o auto certificación  *Indicar otras acreditaciones que pueda tener el material*

**Logo de la empresa**

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO - ampliación descripción

Datos de la licitación

Nº. expediente Descripción expediente

--	--

Código SAP

Código Agrupador

Descripción código SAP o código Agrupador

LOTE

Tipo oferta

Datos del licitador

Identificación de la empresa

NIF

Nombre

Fabricante

Fabricante

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

Datos del producto específico

Marca comercial/Modelo

Referencia distribuidor

Referencia fabricante

Especificaciones técnicas de la referencia ofertada

Envasado del material ofertado \*

Material de fabricación \*

Medidas del material ofertado \*

Descripción ampliada del producto

ANEXO D2 - Lista-resumen, Modelo y Guía

## 1. Lista-resumen de las fichas técnicas presentadas en la licitación

Este documento es una lista-resumen de todas las fichas técnicas individuales de los productos presentados en la licitación

<b>RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS</b>	
<i>DATOS DE LA LICITACIÓN</i>	
En esta área sólo se informan los datos de identificación de la licitación Para las fichas que se confeccionen manualmente o por otros sistemas, será necesario que se informen los datos básicos de la licitación	
Nº. de expediente	Código numérico de la licitación
Descripción expediente	Título de la licitación que describe la naturaleza del material que se presenta
<i>Área DATOS DEL LICITADOR</i>	
En esta área se indica: - NIF y nombre de la empresa	
NIF	
Nombre	
<i>Datos del Resumen de fichas técnicas individuales presentadas</i>	
En esta área se indica el <i>Resumen</i> de las fichas presentadas en la licitación Para las fichas creadas manualmente o a partir de otros sistemas, en este apartado se trata de informar los datos que se detallan a continuación para cada referencia ofertada en la licitación	
Lote	Informa el lote del material presentado
Código agrupador	En caso de que la licitación sea por código agrupador, mostrará la información en este campo
Código SAP	Si la licitación es por código SAP, la información estará en este campo
Tipo Oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante
GTIN (EAN)	Indicar este dato del producto ofertado
Referencia proveedor	Indicar este dato del producto ofertado
Referencia distribuidor	Indicar este dato del producto ofertado
Marca	Indicar este dato del producto ofertado
<i>Normativa</i>	
Marcaje conf CE (SI/NO)	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual
Apartado 13 Anexo 1 RD 1591/2009 regulación prod sanitarios (SI/NO)	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual
Otra normativa	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual



## **ANEXO D3**

### **Ficha Criterios Adicionales**





**ANEXO D4 - Requisitos obligatorios por equipos y lotes**



**ANEXO D5 -Certificado de cumplimiento de las especificaciones/características técnicas  
obligatorias del equipo requerido y que se cede**

[logo EMPRESA]

<u>EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN :</u>	<b>CS/CC00/1101397702/24/AMUP</b>
<u>ASUNTO :</u>	<b>CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS POR LOTE (EQUIPO CEDIDO)</b>

La empresa ....., como licitador del expediente CS/CC00/1101397702/24/AMUP, *Suministro agregado de cirugía por radiofrecuencia y láser Complementario*, certifica que el equipo que cede cumple con las especificaciones y/o características técnicas enumeradas y requeridas obligatoriamente , en el punto 9.1.3- *Requisitos técnicos o especificaciones/características técnicas obligatorios de cada equipo*, del ANEXO 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas, número de documento PPT-AMUP-S-88-24.

**EQUIPO/S CEDIDO/S:**

(copiar/pegar cuadro de abajo, según tantos equipos/s diferentes se cedan)

NOMBRE:	
MODELO/SERIE:	
FABRICANTE:	
DISTRIBUIDOR:	

*Sr./Sra.*

*Teléfono*

*Dirección electrónica*

Lugar y fecha

**ANEXO D6 - Ficha técnica propia (especificaciones técnicas) del equipo que se cede**

*(Libre formato licitador)*

---

**ANEXO E - Presentación de muestras**

**- No es necesario presentar muestras-**