

Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió privada per a l'aprovació de l'informe d'avaluació tècnica i econòmica

Expedient	SCS-2024-162	Modalitat	Contracte Públic
Núm. de lots	SCS-2024-162-1 SCS-2024-162-2 SCS-2024-162-3 SCS-2024-162-4 SCS-2024-162-5 SCS-2024-162-6 SCS-2024-162-7 SCS-2024-162-8 SCS-2024-162-9 SCS-2024-162-10		
Unitat promotora	Divisió de Tecnologia i Equipaments		
Procediment	Obert	Tipus	Subministraments
Objecte	Instrumental quirúrgic de diverses especialitats i de procediments endoscòpics/laparoscòpics per al bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (FEDER).		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Pressupost licitació	438.870,00	92.162,70	531.032,70
Valor estimat	438.870,00	-	-
Termini d'execució	2 Mesos		

Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €	Valor estimat €	Termini execució
1	Instrumental quirúrgic de diverses especialitats-HUGTiP	322.235,00	67.669,35	389.904,35	322.235,00	2 Mesos
2	Instrumental per a procediments endoscòpics/l	90.200,00	18.942,00	109.142,00	90.200,00	2 Mesos

	aparoscòpics-HUGTiP					
3	Separadors per a cirurgia ortopèdica-HUGTiP	1.360,00	285,60	1.645,60	1.360,00	2 Mesos
4	Separador hepàtic-HUGTiP	5.160,00	1.083,60	6.243,60	5.160,00	2 Mesos
5	Separador base d'os gran-HUGTiP	3.910,00	821,10	4.731,10	3.910,00	2 Mesos
6	Separador abdominal-HUGTiP	2.450,00	514,50	2.964,50	2.450,00	2 Mesos
7	Instrumental d'artroscòpia de genoll (específic)-HUGTiP	2.750,00	577,50	3.327,50	2.750,00	2 Mesos
8	Separador de maluc-HUGTiP	210,00	44,10	254,10	210,00	2 Mesos
9	Joc d'instrumental d'autòpsies-HUGTiP	2.945,00	618,45	3.563,45	2.945,00	2 Mesos
10	Instrumental per a microcirurgia plàstica-HUGTiP	7.650,00	1.606,50	9.256,50	7.650,00	2 Mesos

Identificació de la sessió

Data: 28 de maig de 2024

Horari: 11:00:00

Lloc: Sessió telemàtica

Assistents

Nom

Núria Umbert Costa

Ferran Trullàs Vila

Càrrec Mesa

Presidenta

Secretari

Càrrec Persona

Cap de la Divisió de Contractació

Tècnic de la Divisió de Contractació

Josep Miquel Oliva Maestre	Vocal en representació d'Intervenció / Control Intern	Interventor Delegat al CatSalut
Sandra Pallarès i Albaladejo	Vocal en representació d'Assessoria Jurídica	Lletrada de la Gerència d'Assessorament Jurídic
Blanca Blazquez Romaña	Vocal	Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments

Ordre del dia

1. Constitució de la mesa
2. Examen i aprovació de l'informe d'avaluació tècnica i econòmica

Desenvolupament de la sessió

La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, dona la paraula al secretari que lliura l'informe de valoració d'avaluació tècnica i econòmica i, elaborat per la senyora Núria Curriu, tècnic de la Divisió de Tecnologia i Equipaments, en data 29 de maig de 2024, que és analitzat pels membres de la mesa.

Acords

Els membres de la mesa donen la seva conformitat a l'informe i acorden aprovar l'informe tècnic elaborat del qual en resulta la puntuació següent:

LOT 1:

B.BRAUN SURGICAL, S.A: 71 punts

Excloure l'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 6: es demana que l'instrumental estigui serigrafiat, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi.

Punt 8: es demana que l'instrumental estigui marcat amb Datamatrix universal i un codi alfanumèric definit per l'Hospital, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi

Punt 59: es demana un punxó fort i presenta una pinça Kerrison per a biòpsia cervical i recollida de mostra. Aquesta peça no és un punxó de laminectomia. El punxó és per perforar os i la pinça Kerrison és per mossegar os.

Punt 90: es demana una pinça per engrapar valves i presenta un mosquit, no un instrument per treure les valves

Punt 161: es demana un obturador i presenta un dissector. El dissector que presenta serveix per a separa teixits i l'obturador que es demana és per obstruir un canal,

Excloure l'oferta presentada per **PALEX MEDICAL, SA** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 59: es demana un punxó fort i presenta una pinça Kerrison per a biòpsia cervical i recollida de mostra. Aquesta peça no és un punxó de laminectomia. El punxó és per perforar os i la pinça Kerrison és per mossegar os.

Punt 90: es demana una pinça per engrapar valves i presenta un passador d'instrumental

Punt 392: es demana una pinça arterial Birket corba de 185 mm i presenta una pinça recta

Punt 414: es demana una placa de subjecció de pinces de Hartman i presenta una pinça de Hartmann no una placa per subjectar les pinces

Punt 417: es demana unes pinces aixafadores grans i la peça presentada no és correcte no aixafa, mossega.

LOT 2:

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, SA: 71 punts

Excloure l'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 3: es demana que l'instrumental estigui serigrafiat, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi.

Punt 4: El contenidor ha d'estar marcats amb el nom de la caixa, especialitat, ubicació i codi de barres, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi

Punt 11: es demana un mosquit laparoscòpic i presenta un mosquit no laparoscòpic

Punt 19: es demana un termos per laparoscòpia i presenta un Trocar. No és la peça que es demana, el termos es per calefactar les òptiques laparoscòpiques i un trocar és per perforar la paret abdominal

Punt 21: es demana un suport de termos i presenta un convertidor de trocar, no un suport per a un termos laparoscòpic

Punt 22: es demana un dilatador amb medidor cònic i presenta medidor uretral amb punta. Aquesta terminació perforaria la uretra del pacient, per tant no és apte per a les intervencions que es realitzen

LOT 3:

SUMEDEX, S.A: 71 punts

LOT 4,5,6,8 i 9: Un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes no s'han rebut cap per aquesta raó, es declara desert.

LOT 7:

Excloure l'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 3: es demana que l'instrumental estigui serigrafiat, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi.

Punt 4: El contenidor ha d'estar marcats amb el nom de la caixa, especialitat, ubicació i codi de barres, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi

Punt 11: es demana un adaptador d'infusió i presenta un adaptador d'òptica no d'infusió. No permet l'entrada d'aigua a través de l'instrumental i per tant no es pot fer l'artroscòpia de genoll.

Per aquesta raó, es proposa declarar el Lot 7 instrumental d'artroscòpia de genoll DESERT per incompliment dels requeriments tècnics d'obligat compliment de l'única oferta presentada.

LOT 9:

PALEX MEDICAL, SA: 71 punts

Excloure l'oferta presentada per **SUMEDEX, SA** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 29: es demana una escarpra per a crani i presenta un osteòtom. L'escarpra de crani serveix per trencar l'os del crani i l'osteòtom serveix per tallar o preparar os.

Excloure l'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 29: es demana una escarpra per a crani i presenta un bisturí de dissecció no serveix per trencar os del crani i l'osteòtom serveix per tallar o preparar os.

LOT 10:

BIOCLAR,S.L : 71 punts

Excloure l'oferta presentada per **PALEX MEDICAL, SA** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 13: es demana unes microtissors de mànec cilíndric 15 cm x 8 mm, pales 12 mm i presenta una tisora de coronària 180mm POTTS angulada 25° que no són aptes per a microcirurgia plàstica sinó per a intervencions coronaries.

Punt 14: es demana unes micropinces clàssiques, 13,5 cm x 7 mm x 0.30 mm, rectes, man i presenta una tisora de coronària 180mm POTTS angulada 25° que no són aptes per a microcirurgia plàstica sinó per a intervencions coronaries.



La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
La presidenta

