

**Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió privada per a l'aprovació de l'informe d'avaluació tècnica i econòmica**

<b>Expedient</b>	<b>SCS-2024-162</b>	<b>Modalitat</b>	<b>Contracte Públic</b>
<b>Núm. de lots</b>	SCS-2024-162-1 SCS-2024-162-2 SCS-2024-162-3 SCS-2024-162-4 SCS-2024-162-5 SCS-2024-162-6 SCS-2024-162-7 SCS-2024-162-8 SCS-2024-162-9 SCS-2024-162-10		
<b>Unitat promotora</b>	Divisió de Tecnologia i Equipaments		
<b>Procediment</b>	<b>Obert</b>	<b>Tipus</b>	<b>Subministraments</b>
<b>Objecte</b>	Instrumental quirúrgic de diverses especialitats i de procediments endoscòpics/laparoscòpics per al bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (FEDER).		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Pressupost licitació	438.870,00	92.162,70	531.032,70
Valor estimat	438.870,00	-	-
Termini d'execució	2 Mesos		

Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €	Valor estimat €	Termini execució
1	Instrumental quirúrgic de diverses especialitats-HUGTiP	322.235,00	67.669,35	389.904,35	322.235,00	2 Mesos
2	Instrumental per a procediments endoscòpics/l	90.200,00	18.942,00	109.142,00	90.200,00	2 Mesos

	aparoscòpics-HUGTiP					
3	Separadors per a cirurgia ortopèdica-HUGTiP	1.360,00	285,60	1.645,60	1.360,00	2 Mesos
4	Separador hepàtic-HUGTiP	5.160,00	1.083,60	6.243,60	5.160,00	2 Mesos
5	Separador base d'os gran-HUGTiP	3.910,00	821,10	4.731,10	3.910,00	2 Mesos
6	Separador abdominal-HUGTiP	2.450,00	514,50	2.964,50	2.450,00	2 Mesos
7	Instrumental d'artroscòpia de genoll (específic)-HUGTiP	2.750,00	577,50	3.327,50	2.750,00	2 Mesos
8	Separador de maluc-HUGTiP	210,00	44,10	254,10	210,00	2 Mesos
9	Joc d'instrumental d'autòpsies-HUGTiP	2.945,00	618,45	3.563,45	2.945,00	2 Mesos
10	Instrumental per a microcirurgia plàstica-HUGTiP	7.650,00	1.606,50	9.256,50	7.650,00	2 Mesos

### Identificació de la sessió

Data: 28 de maig de 2024

Horari: 11:00:00

Lloc: Sessió telemàtica

### Assistents

#### Nom

Núria Umbert Costa

Ferran Trullàs Vila

#### Càrrec Mesa

Presidenta

Secretari

#### Càrrec Persona

Cap de la Divisió de Contractació

Tècnic de la Divisió de Contractació



Josep Miquel Oliva Maestre	Vocal en representació d'Intervenció / Control Intern	Interventor Delegat al CatSalut
Sandra Pallarès i Albaladejo	Vocal en representació d'Assessoria Jurídica	Lletrada de la Gerència d'Assessorament Jurídic
Blanca Blazquez Romaña	Vocal	Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments

### Ordre del dia

1. Constitució de la mesa
2. Examen i aprovació de l'informe d'avaluació tècnica i econòmica

### Desenvolupament de la sessió

La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, dona la paraula al secretari que lliura l'informe de valoració d'avaluació tècnica i econòmica i, elaborat per la senyora Núria Curriu, tècnic de la Divisió de Tecnologia i Equipaments, en data 29 de maig de 2024, que és analitzat pels membres de la mesa.

### Acords

Els membres de la mesa donen la seva conformitat a l'informe i acorden aprovar l'informe tècnic elaborat del qual en resulta la puntuació següent:

LOT 1:

#### **B.BRAUN SURGICAL, S.A: 71 punts**

Excloure l'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 6: es demana que l'instrumental estigui serigrafiat, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi.

Punt 8: es demana que l'instrumental estigui marcat amb Datamatrix universal i un codi alfanumèric definit per l'Hospital, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi

Punt 59: es demana un punxó fort i presenta una pinça Kerrison per a biòpsia cervical i recollida de mostra. Aquesta peça no és un punxó de laminectomia. El punxó és per perforar os i la pinça Kerrison és per mossegar os.

Punt 90: es demana una pinça per engrapar valves i presenta un mosquit, no un instrument per treure les valves

Punt 161: es demana un obturador i presenta un dissector. El dissector que presenta serveix per a separa teixits i l'obturador que es demana és per obstruir un canal,

Excloure l'oferta presentada per **PALEX MEDICAL, SA** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 59: es demana un punxó fort i presenta una pinça Kerrison per a biòpsia cervical i recollida de mostra. Aquesta peça no és un punxó de laminectomia. El punxó és per perforar os i la pinça Kerrison és per mossegar os.

Punt 90: es demana una pinça per engrapar valves i presenta un passador d'instrumental

Punt 392: es demana una pinça arterial Birket corba de 185 mm i presenta una pinça recta

Punt 414: es demana una placa de subjecció de pinces de Hartman i presenta una pinça de Hartmann no una placa per subjectar les pinces

Punt 417: es demana unes pinces aixafadores grans i la peça presentada no és correcte no aixafa, mossega.

LOT 2:

#### **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, SA: 71 punts**

Excloure l'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 3: es demana que l'instrumental estigui serigrafiat, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi.

Punt 4: El contenidor ha d'estar marcats amb el nom de la caixa, especialitat, ubicació i codi de barres, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi

Punt 11: es demana un mosquit laparoscòpic i presenta un mosquit no laparoscòpic

Punt 19: es demana un termos per laparoscòpia i presenta un Trocar. No és la peça que es demana, el termos es per calefactar les òptiques laparoscòpiques i un trocar és per perforar la paret abdominal

Punt 21: es demana un suport de termos i presenta un convertidor de trocar, no un suport per a un termos laparoscòpic

Punt 22: es demana un dilatador amb medidor cònic i presenta medidor uretral amb punta. Aquesta terminació perforaria la uretra del pacient, per tant no és apte per a les intervencions que es realitzen

LOT 3:

#### **SUMEDEX, S.A: 71 punts**

LOT 4,5,6,8 i 9: Un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes no s'han rebut cap per aquesta raó, es declara desert.

LOT 7:

Excloure l'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 3: es demana que l'instrumental estigui serigrafiat, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi.

Punt 4: El contenidor ha d'estar marcats amb el nom de la caixa, especialitat, ubicació i codi de barres, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi

Punt 11: es demana un adaptador d'infusió i presenta un adaptador d'òptica no d'infusió. No permet l'entrada d'aigua a través de l'instrumental i per tant no es pot fer l'artroscòpia de genoll.

Per aquesta raó, es proposa declarar el Lot 7 instrumental d'artroscòpia de genoll DESERT per incompliment dels requeriments tècnics d'obligat compliment de l'única oferta presentada.

LOT 9:

**PALEX MEDICAL, SA: 71 punts**

Excloure l'oferta presentada per **SUMEDEX, SA** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 29: es demana una escarpra per a crani i presenta un osteòtom. L'escarpra de crani serveix per trencar l'os del crani i l'osteòtom serveix per tallar o preparar os.

Excloure l'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 29: es demana una escarpra per a crani i presenta un bisturí de dissecció no serveix per trencar os del crani i l'osteòtom serveix per tallar o preparar os.

LOT 10:

**BIOCLAR,S.L : 71 punts**

Excloure l'oferta presentada per **PALEX MEDICAL, SA** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 13: es demana unes microtissores de mànec cilíndric 15 cm x 8 mm, pales 12 mm i presenta una tisora de coronària 180mm POTTS angulada 25° que no són aptes per a microcirurgia plàstica sinó per a intervencions coronaries.

Punt 14: es demana unes micropinces clàssiques, 13,5 cm x 7 mm x 0.30 mm, rectes, man i presenta una tisora de coronària 180mm POTTS angulada 25° que no són aptes per a microcirurgia plàstica sinó per a intervencions coronaries.



La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari

Vist i plau  
La presidenta

