

INFORME AVALUACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA

SCS-2024-162 Instrumental quirúrgic de diverses especialitats i de procediments endoscòpics/laparoscòpics per al bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Lot 1 8120019000 Instrumental quirúrgic de diverses especialitats

S'han presentat tres ofertes de les empreses següents:

B. BRAUN SURGICAL, SA; marca/model: BBRAUN / AESCULAP

SURGICALMED, SL; marca/model: SURGICALMED

PALEX MEDICAL, SA; marca/model: MARTIN KLS

L'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 6: es demana que l'instrumental estigui serigrafiat, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi.

Punt 8: es demana que l'instrumental estigui marcat amb Datamatrix universal i un codi alfanumèric definit per l'Hospital, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi

Punt 59: es demana un punxó fort i presenta una pinça Kerrison per a biòpsia cervical i recollida de mostra. Aquesta peça no és un punxó de laminectomia. El punxó és per perforar os i la pinça Kerrison és per mossegar os.

Punt 90: es demana una pinça per engrapar valves i presenta un mosquit, no un instrument per treure les valves

Punt 161: es demana un obturador i presenta un dissector. El dissector que presenta serveix per a separa teixits i l'obturador que es demana és per obstruir un canal,

L'oferta presentada per **PALEX MEDICAL, SA** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 59: es demana un punxó fort i presenta una pinça Kerrison per a biòpsia cervical i recollida de mostra. Aquesta peça no és un punxó de laminectomia. El punxó és per perforar os i la pinça Kerrison és per mossegar os.

Punt 90: es demana una pinça per engrapar valves i presenta un passador d'instrumental

Punt 392: es demana una pinça arterial Birket corba de 185 mm i presenta una pinça recta

Punt 414: es demana una placa de subjecció de pinces de Hartman i presenta una pinça de Hartmanna no una placa per subjectar les pinces

Punt 417: es demana unes pinces aixafadores grans i la peça presentada no és correcte no aixafa, mossega.

L'oferta presentada per **B. BRAUN SURGICAL, SA** compleix amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem l'avaluació econòmica següent:

	B. BRAUN SURGICAL, SA	
	Oferta presentada	Puntuació
Oferta econòmica (fins a 55 punts)	203.932,96 € Preu total s/IVA	55,00
Termini de garantia total (fins a 6 punts)	10 anys	6,00
Termini de lliurament (fins a 10 punts)	15 dies	10,00
	Puntuació total	71,00

Es proposa l'empresa **B. BRAUN SURGICAL, SA** com a adjudicatària, ja que compleix amb els requeriments tècnics d'obligat compliment i és l'única empresa admesa.

Lot 2 8210100200 Instrumental per a procediments endoscòpics/laparoscòpics

S'han presentat les següents empreses:

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, SA; marca/model: KARL STORZ
SURGICALMED, SL; marca/model: SURGICALMED

L'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 3: es demana que l'instrumental estigui serigrafiat, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi.

Punt 4: El contenidor ha d'estar marcats amb el nom de la caixa, especialitat, ubicació i codi de barres, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi

Punt 11: es demana un mosquit laparoscòpic i presenta un mosquit no laparoscòpic

Punt 19: es demana un termos per laparoscòpia i presenta un Trocar. No és la peça que es demana, el termos es per calefactar les òptiques laparoscòpiques i un trocar és per perforar la paret abdominal

Punt 21: es demana un suport de termos i presenta un convertidor de trocar, no un suport per a un termos laparoscòpic

Punt 22: es demana un dilatador amb medidor cònic i presenta medidor uretral amb punta. Aquesta terminació perforaria la uretra del pacient, per tant no és apte per a les intervencions que es realitzen

L'oferta presentada per **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, SA** compleix amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem l'avaluació econòmica següent:

	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, SA	
	Oferta presentada	Puntuació
Oferta econòmica (fins a 55 punts)	74.480,00 € Preu total s/IVA	55,00
Termini de garantia total (fins a 6 punts)	5 anys	6,00
Termini de lliurament (fins a 10 punts)	30 dies	10,00
	Puntuació total	71,00

Es proposa l'empresa **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, SA** com a adjudicatària, ja que compleix amb els requeriments tècnics d'obligat compliment.

8180020220 **LOT 3 Separadors per a cirurgia ortopèdica**

Ha presentat oferta l'empresa:

SUMEDEX, SA; marca/model: IVALMED

L'oferta presentada per **SUMEDEX, SA** compleix amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem l'avaluació econòmica següent:

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, SA

	Oferta presentada	Puntuació
Oferta econòmica (fins a 55 punts)	1.235,00 € Preu total s/IVA	55,00
Termini de garantia total (fins a 6 punts)	5 anys	6,00
Termini de lliurament (fins a 10 punts)	25 dies	10,00
	Puntuació total	71,00

8180020300 LOT 4 Separador hepàtic

Un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes no s'han rebut cap per aquesta raó, es proposa declarar desert el LOT 4.

8180020400 LOT 5 Separador base d'os gran

Un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes no s'han rebut cap per aquesta raó, es proposa declarar desert el LOT 5.

8210013100 LOT 6 Separador abdominal

Un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes no s'han rebut cap per aquesta raó, es proposa declarar desert el LOT 6.

8221007000 LOT 7 Instrumental d'artroscòpia de genoll

Ha presentat oferta l'empresa:

SURGICALMED, SL; marca/model: SURGICALMED

L'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 3: es demana que l'instrumental estigui serigrafiat, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi.

Punt 4: El contenidor ha d'estar marcats amb el nom de la caixa, especialitat, ubicació i codi de barres, en cap part de la oferta s'indica que ho ofereixi

Punt 11: es demana un adaptador d'infusió i presenta un adaptador d'òptica no d'infusió. No permet l'entrada d'aigua a través de l'instrumental i per tant no es pot fer l'artroscòpia de genoll.

Per aquesta raó, es proposa declarar el **Lot 7 instrumental d'artroscòpia de genoll** DESERT per incompliment dels requeriments tècnics d'obligat compliment de l'única oferta presentada.

8226020000 LOT 8 Separador de maluc

Un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes no s'han rebut cap per aquesta raó, es proposa declarar desert el LOT 8.

8290010100 LOT 9 Joc d'instrumental d'autòpsies

S'han presentat les següents empreses:

PALEX MEDICAL, SA; marca/model: KLS MARTIN

SUMEDEX, SA; marca/model: ASANUS/ORTHOIMPLANT

SURGICALMED, SL; marca/model: SURGICALMED

L'oferta presentada per **SUMEDEX, SA** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 29: es demana una escarpra per a crani i presenta un osteòtom. L'escarpa de crani serveix per trencar l'os del crani i l'osteòtom serveix per tallar o preparar os.

L'oferta presentada per **SURGICALMED, SL** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 29: es demana una escarpra per a crani i presenta un bisturí de dissecció no serveix per trencar os del crani i l'osteòtom serveix per tallar o preparar os.



L'oferta presentada per **PALEX MEDICAL, SA** compleix amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem l'avaluació econòmica següent:

PALEX MEDICAL, SA		
	Oferta presentada	Puntuació
Oferta econòmica (fins a 55 punts)	2.486,48 € Preu total s/IVA	55,00
Termini de garantia total (fins a 6 punts)	10 anys	6,00
Termini de lliurament (fins a 10 punts)	23 dies	10,00
	Puntuació total	71,00

8290030200 LOT 10 Instrumental per a microcirurgia plàstica

S'han presentat les següents empreses:

PALEX MEDICAL, SA; marca/model: KLS MARTIN

BIOCLAR, SL; marca/model: ASANUS/ORTHOIMPLANT

L'oferta presentada per **PALEX MEDICAL, SA** no compleix els requeriments d'obligat compliment:

Punt 13: es demana unes microtissors de mànec cilíndric 15 cm x 8 mm, pales 12 mm i presenta una tisora de coronària 180mm POTTs angulada 25° que no són aptes per a microcirurgia plàstica sinó per a intervencions coronaries.

Punt 14: es demana unes micropinces clàssiques, 13,5 cm x 7 mm x 0.30 mm, rectes, man i presenta una tisora de coronària 180mm POTTs angulada 25° que no són aptes per a microcirurgia plàstica sinó per a intervencions coronaries.

L'oferta presentada per **BIOCLAR, SL** compleix amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem l'avaluació econòmica següent:

	BIOCLAR, SL	
	Oferta presentada	Puntuació
Oferta econòmica (fins a 55 punts)	3.775,00 € Preu total s/IVA	55,00
Termini de garantia total (fins a 6 punts)	5 anys	6,00
Termini de lliurament (fins a 10 punts)	25 dies	10,00
	Puntuació total	71,00

Núria Curriu Navarro
Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments