

Oficina de Contractació
Gerència

**RESULTAT D'OBERTURA DE LES OFERTES ECONÒMIQUES I CRITERIS NO
SUBJECTES A JUDICI DE VALOR**

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

SESSIÓ 2

Núm. expedient	URV.N01.04.01 SU0014/24		
Títol	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS SISTEMES COMPOSTOS PER UN ESPECTRÒMETRE DE MASSES (MS) I MASSES EN TÀNDEM (MS/MS) D'ALTA RESOLUCIÓ I UN ESPECTRÒMETRE DE MASSES (MS) I MASSES EN TÀNDEM (MS/MS) D'ALTA SENSIBILITAT PER AL CENTRE DE CIÈNCIES ÒMIQUES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI		
Òrgan contractació	El rector		
Unitat promotora	Servei de Recursos Científics i Tècnics		
Procediment	Obert subjecte a regulació harmonitzada	Modalitat de contracte	SUBMINISTRAMENTS
Tipus tramitació	ORDINÀRIA	Forma adjudicació	Pluralitat de Criteris
CPV	38.433100-0 Espectròmetres de masses.		
Valor Estimat	950.000,00 €	Tipus impost	IVA
Pressupost licitació	950.000,00 €	Tipus impositiu	21
Total (impostos inclosos)	1.149.500,00 €		
Lots	SI	Termini execució / Data prevista final execució	3 Mesos



Codi de verificació: d979e8a1820bfe35

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d979e8a1820bfe35>

Lot 1: un sistema compost per un espectròmetre de masses amb una combinació de 3 analitzadors diferents, un analitzador de quadrupol, un analitzador d'alta resolució amb una cel·la de col·lisió i un analitzador de trampa iònica lineal amb capacitat de fragmentació en MSⁿ) amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de dades.

Lot 2: un sistema compost per un espectròmetre de masses de tipus triple quadrupol amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de dades.

LOT	Pressupost base de licitació, IVA exclòs	Import IVA	Pressupost base de licitació, IVA inclòs
LOT 1	600.000€	126.000€	726.000€
LOT 2	350.000€	73.500€	423.500€
TOTAL	950.000€	199.500€	1.149.500€

Data fi licitació	27/05/2024 23:59
Assistents	<p>President: Josep Font Capafons, Vicerector de Personal Docent i Investigador</p> <p>Vocals: Enrique Sánchez Garcia, vocal en representació del Servei de Recursos Econòmics Sandra Rodríguez Rodríguez, vocal en representació del Gabinet Jurídic</p> <p>Secretària: Cristina Milà Rovira, cap de l'Oficina de Contractació</p> <p>Covidada: Anabel Lamban-Gomez Pastrana, Tècnica de l'Oficina de Contractació</p>

Reunits telemàticament el dia **17 de juny de 2024** a les **14:30 hores**, mitjançant la plataforma Microsoft Teams, les persones que a dalt es relacionen, constitueixen la Mesa de contractació que ha de procedir a l'obertura del sobre que conté les ofertes econòmiques i criteris no subjectes a judici de valor (avaluables mitjançant fórmules), relativa a la contractació a dalt referenciada.

Obert l'acte es comunica el resultat de la qualificació dels documents que conté el sobre 1 (documentació general).

Segons el certificat emès pel gestor d'expedients de contractació de la URV, han presentat l'esmena de la documentació administrativa dins del termini establert, el següent licitador:

1. THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU

Així doncs examinada la documentació general es comprova que és CORRECTA.

A continuació, es procedeix a l'obertura del sobre que conté les ofertes econòmiques:

LOT 1: un sistema compost per un espectròmetre de masses amb una combinació de 3 analitzadors diferents, un analitzador de quadrupol, un analitzador d'alta resolució amb una cel·la de col·lisió i un analitzador de trampa iònica lineal amb capacitat de fragmentació en MSn) amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de dades.

Licitador	Oferta econòmica, IVA exclòs	Oferta econòmica, IVA inclòs
THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU	599.240,27€	725.080,73€


Lot 2: un sistema compost per un espectròmetre de masses de tipus triple quadrupol amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de dades.

Licitador	Oferta econòmica, IVA exclòs	Oferta econòmica, IVA inclòs
THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU	281.580,64€	340.712,57€
WATERS CROMATOGRAFIA, SA	349.995,00€	423.493,95€

Sobre els criteris no subjectes a un judici de valor i que no són preu, el resultat és el següent:


LOT 1: un sistema compost per un espectròmetre de masses amb una combinació de 3 analitzadors diferents, un analitzador de quadrupol, un analitzador d'alta resolució amb una cel·la de col·lisió i un analitzador de trampa iònica lineal amb capacitat de fragmentació en MSn) amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de dades.

THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU



Codi de verificació: d979e8a1820bfe35

CRITERIO DE VALORACION	RESPUESTA DEL LICITADOR
¿El espectrómetro de masas incluye un analizador de cuadrupolo, un segundo analizador de alta resolución que sea una trampa iónica orbital y un tercer analizador de trampa iónica lineal?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Dispone de adquisición de MS y MSn (estando n entre 6 y 10) en la trampa iónica lineal?	<ul style="list-style-type: none"> • La n llega a 10 <input checked="" type="checkbox"/> • La n es entre 6 y 9 <input type="checkbox"/>
¿La exactitud de masa igual o mejor que 3 ppm (partes por millón) RMS con calibración externa estable durante 24 horas sin re-calibración, e igual o mejor que 1 ppm RMS con calibración interna?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Dispone de una velocidad de adquisición de espectros igual a 40 Hz?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Se incluye un paquete con el software necesario para el análisis de datos además del de adquisición?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Ofrece ampliación de garantía hasta 3 años en todos los equipos y componentes?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input type="checkbox"/> • NO <input checked="" type="checkbox"/>



Codi de verificació: d979e8a1820bfe35

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d979e8a1820bfe35>


Lot 2: un sistema compost per un espectròmetre de masses de tipus triple quadrupol amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de dades.

THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU

CRITERIO DE VALORACION	RESPUESTA DEL LICITADOR
¿El espectrómetro de masas tiene una sensibilidad de 3.000.000:1 S/N, tanto con ionización positiva como negativa, utilizando 1 picogramo de reserpina y cloramfenicol?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿El espectrómetro de masas tiene una sensibilidad de 5.000.000:1 S/N, tanto con ionización positiva como negativa, utilizando 1 picogramo de reserpina y cloramfenicol?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input type="checkbox"/> • NO <input checked="" type="checkbox"/>
¿Dispone de una tasa de escaneo de 20.000 Da/ seg	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input type="checkbox"/> • NO <input checked="" type="checkbox"/>
¿Dispone de una resolución de masa ≤ 0.5 Da?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
Se incluye un cromatógrafo UHPLC adicional con bomba cuaternaria .?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Ofrece ampliación de garantía hasta 3 años en todos los equipos y componentes?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>

WATERS CROMATOGRAFIA, SA


CRITERIO DE VALORACIÓN	RESPUESTA DEL LICITADOR
¿El espectrómetro de masas tiene una sensibilidad de 3.000.000:1 S/N, tanto con ionización positiva como negativa, utilizando 1 picogramo de reserpina y cloranfenicol?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿El espectrómetro de masas tiene una sensibilidad de 5.000.000:1 S/N, tanto con ionización positiva como negativa, utilizando 1 picogramo de reserpina y cloranfenicol?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Dispone de una tasa de escaneo de 20.000 Da/ seg?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Dispone de una resolución de masa $\leq 0,5$ Da?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Se incluye un cromatógrafo UHPLC adicional con bomba cuaternaria?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Ofrece ampliación de garantía hasta 3 años en todos los equipos y componentes?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>



Codi de verificació: d979e8a1820bfe35

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d979e8a1820bfe35>

Finalitzat l'objecte de la sessió, el president dona per finalitzada la mateixa a les 14:45 hores, de la qual, com a secretària estenc la present acta.



Codi de verificació: d979e8a1820bfe35

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d979e8a1820bfe35>