

Oficina de Contractació
Gerència


PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
SESSIÓ 3

Núm. expedient	URV.N01.04.01 Subministrament SU14/24		
Títol	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS SISTEMES COMPOSTOS PER UN ESPECTRÒMETRE DE MASSES (MS) I MASSES EN TÀNDEM (MS/MS) D'ALTA RESOLUCIÓ I UN ESPECTRÒMETRE DE MASSES (MS) I MASSES EN TÀNDEM (MS/MS) D'ALTA SENSIBILITAT PER AL CENTRE DE CIÈNCIES ÒMIQUES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI		
Òrgan contractació	El rector		
Unitat promotora	Servei de Recursos Científics i Tècnics		
Procediment	Obert subjecte a regulació harmonitzada	Modalitat de contracte	SUBMINISTRAMENTS
Tipus tramitació	ORDINÀRIA	Forma adjudicació	Pluralitat de Criteris
CPV	38.433100-0 Espectròmetros de masas.		
Valor Estimat	950.000,00 €	Tipus impost	IVA
Pressupost licitació	950.000,00 €	Tipus impositiu	21
Total (impostos inclosos)	1.149.500,00 €		
Lots	SI	Termini execució / Data previst. final exec.	3 Mesos

Lot 1: un sistema compost per un espectròmetre de masses amb una combinació de 3 analitzadors diferents, un analitzador de quadrupol, un analitzador d'alta resolució amb una cel·la de col·lisió i un analitzador de trampa iònica lineal amb capacitat de fragmentació en MSⁿ) amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de dades.

Lot 2: un sistema compost per un espectròmetre de masses de tipus triple quadrupol amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de dades.

LOT	Pressupost base de licitació, IVA exclòs	Import IVA	Pressupost base de licitació, IVA inclòs
LOT 1	600.000€	126.000€	726.000€



Codi de verificació: 219f34762cb73edb

LOT 2	350.000€	73.500€	423.500€
TOTAL	950.000€	199.500€	1.149.500€

Data fi licitació 27/05/2024 23:59

Assistents

President:
Josep Font Capafons, Vicerector de Personal Docent i Investigador

Vocals:
Enrique Sánchez Garcia, vocal en representació del Servei de Recursos Econòmics
Sandra Rodríguez Rodríguez, vocal en representació del Gabinet Jurídic

Secretària:
Cristina Milà Rovira, cap de l'Oficina de Contractació

Covidadats:
Anabel Lamban Gomez-Pastrana, Tècnica de l'Oficina de Contractació
Martí Yebras Cañellas, Coordinador del SRCIT i responsable del contracte

Reunits telemàticament el dia **27 de juny de 2024** a les **9:00 hores**, mitjançant la Plataforma Teams, les persones que es relacionen constitueixen la Mesa de contractació.

En primer lloc, el responsable del contracte Sr. Martí Yebras, informa que la documentació tècnica presentada per les dues empreses licitadores per als corresponents lots als que es presenten, acredita el compliment dels requeriments tècnics establerts en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).

A continuació, i atenent als criteris de valoració establerts en els plecs i vistes les proposicions presentades pels diferents licitadors, de conformitat amb l'establert en l'article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa de contractació

ACORDA:

Proposar l'adjudicació del contracte a favor de:

LOT 1: un sistema compost per un espectròmetre de masses amb una combinació de 3 analitzadors diferents, un analitzador de quadrupol, un analitzador d'alta resolució amb una cel·la de col·lisió i un analitzador de trampa iònica lineal amb capacitat de fragmentació en MSn) amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de dades.

THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU, per un import màxim de **599.240,27€ (cinc-cents noranta-nou mil dos-cents quaranta euros amb vint-i-set cèntims)**, el qual, aplicat el percentatge corresponent de l'Impost sobre el valor afegit (21), ascendeix a un total de **725.080,73€ (set-cents vint-i-cinc mil vuitanta euros amb setanta-tres cèntims)**, i la resta de millores i condicions que




Codi de verificació: 219f34762cb73edb

es recullen en la seva oferta, per considerar-se la millor:

CRITERIO DE VALORACION	RESPUESTA DEL LICITADOR
¿El espectrómetro de masas incluye un analizador de cuadrupolo, un segundo analizador de alta resolución que sea una trampa iónica orbital y un tercer analizador de trampa iónica lineal?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Dispone de adquisición de MS y MSn (estando n entre 6 y 10) en la trampa iónica lineal?	<ul style="list-style-type: none"> • La n llega a 10 <input checked="" type="checkbox"/> • La n es entre 6 y 9 <input type="checkbox"/>
¿La exactitud de masa igual o mejor que 3 ppm (partes por millón) RMS con calibración externa estable durante 24 horas sin re-calibración, e igual o mejor que 1 ppm RMS con calibración interna?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Dispone de una velocidad de adquisición de espectros igual a 40 Hz?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Se incluye un paquete con el software necesario para el análisis de datos además del de adquisición?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Ofrece ampliación de garantía hasta 3 años en todos los equipos y componentes?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input type="checkbox"/> • NO <input checked="" type="checkbox"/>

Lot 2: un sistema compost per un espectròmetre de masses de tipus triple quadrupol amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de dades

WATERS CROMATOGRAFIA, SA, per un import màxim de **349.995€ (tres-cents quaranta-nou mil nou-cents noranta-cinc euros)**, el qual, aplicat el percentatge corresponent de l'Impost sobre el valor afegit (21), ascendeix a un total de **423.493,95€ (quatre-cents vint-i-tres mil quatre-cents noranta-tres euros amb noranta-cinc cèntims)**, i la resta de millores i condicions que es recullen en la seva oferta, per considerar-se la millor:



Codi de verificació: 219f34762cb73edb

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=219f34762cb73edb>

CRITERIO DE VALORACIÓN	RESPUESTA DEL LICITADOR
¿El espectrómetro de masas tiene una sensibilidad de 3.000.000:1 S/N, tanto con ionización positiva como negativa, utilizando 1 picogramo de reserpina y cloranfenicol?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿El espectrómetro de masas tiene una sensibilidad de 5.000.000:1 S/N, tanto con ionización positiva como negativa, utilizando 1 picogramo de reserpina y cloranfenicol?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Dispone de una tasa de escaneo de 20.000 Da/ seg?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Dispone de una resolución de masa \leq 0,5 Da?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Se incluye un cromatógrafo UHPLC adicional con bomba cuaternaria?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>
¿Ofrece ampliación de garantía hasta 3 años en todos los equipos y componentes?	<ul style="list-style-type: none"> • SI <input checked="" type="checkbox"/> • NO <input type="checkbox"/>

PUNTUACIÓ OBTINGUDA:

LOT 1: un sistema compost per un espectròmetre de masses amb una combinació de 3 analitzadors diferents, un analitzador de quadrupol, un analitzador d'alta resolució amb una cel·la de col·lisió i un analitzador de trampa iònica lineal amb capacitat de fragmentació en MSn) amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de da-des.

Licitador	Proposició econòmica	Altres criteris automàtics	Total
THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU	10 punts	87,50 punts	97,50 punts

Lot 2: un sistema compost per un espectròmetre de masses de tipus triple quadrupol amb un sistema cromatogràfic UHPLC i un paquet informàtic d'anàlisi de dades

Licitador	Proposició econòmica	Altres criteris automàtics	Total
WATERS CROMATOGRÀFIA, SA	9,02 punts	90 punts	99,02 punts



Codi de verificació: 219f34762cb73edb

THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU	10 punts	45 punts	55 punts
--------------------------------------	----------	----------	----------

Finalitzat l'objecte de la sessió, el president dona per finalitzada la mateixa a les 9:30 hores, de la qual, com a secretària estenc la present acta.



Codi de verificació: 219f34762cb73edb

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=219f34762cb73edb>