



INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DEL SOBRE B D'OFERTA TÈCNICA, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE RENTADORES D'ENDOSCOPIS, 2 D'UN COS I 2 DOBLES, AIXÍ COM EL CORRESPONENT DETERGENT PER A LES MATEIXES PER ALS CENTRES DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA.

El present informe s'emet als efectes de valorar les ofertes del sobre B presentades en l'expedient del contracte per al subministrament de rentadores d'endoscopis, 2 d'un cos i 2 dobles, així com el corresponent detergent per a les mateixes, per als centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, d'acord amb els criteris de valoració sotmesos a judici de valor prefixats al quadre de característiques específiques del contracte.

Les empreses que han presentat oferta i que han estat admeses a participar són les següents:

- STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN, SL (STEELCO)
- OLYMPUS IBERIA, SAU (OLYMPUS)

Previ a la valoració de les ofertes presentades en el sobre B, es revisa que les ofertes presentades compleixen amb els requisits tècnics mínims exigits al Plec de Prescripcions Tècniques del contracte d'acord amb la clàusula 2. Les dues empreses licitadores compleixen amb els mínims.

A continuació es tracta la valoració de les ofertes.

D'acord amb l'establert a l'apartat 24 del Quadre de Característiques Específiques del contracte, els criteris de valoració sotmesos a judici de valor i la forma d'aplicar-los, son els següents:

**"CRITERIS SUBJECTIUS O SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): fins a 40 punts**

*Els criteris susceptibles de judici de valor es valoren en funció de la puntuació dels subcriteris que els componen:*

<b>CRITERIS SUBJECTIUS O AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE B) 40 punts</b>		
<b><u>Valoració sobre mostra equip fins a 40 punts</u></b>		<b>Puntuació màxima</b>
	<i>.- Ergonomia segons posició d'obertura de la porta.</i>	8
	<i>.- Que la porta pugui ser utilitzada com a plataforma de càrrega per a major ergonomia dels usuaris.</i>	8
• Ergonomia i facilitat d'us	<i>.- Facilitat us de la pantalla</i>	8
	<i>.- Facilitat de posar els endoscopis a la màquina</i>	8
	<i>.- Facilitat de connexió dels endoscopis o canvi connectors</i>	8



## Corporació de Salut del Maresme i la Selva

*Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatiu/tècnics (o, si s'escau, subcriteris) susceptibles d'un judici de valor es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.*

*Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri (o, si s'escau, subcriteri), s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri o subcriteri la fórmula següent:*

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

$P_{op}$  = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

$P$  = Puntuació del criteri

$VT_{op}$  = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

$VT_{mv}$  = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

*En cada criteri o subcriteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.*

*No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri o subcriteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.*

***Els licitadors que no obtinguin una valoració superior de 20 punts de l'apartat dels criteris subjectius, no passaran a la fase d'avaluació del criteris objectius o avaluables automàticament.***

### VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

En aplicació dels criteris prefixats, i havent presentat les mostres corresponents els licitadors que han presentat oferta, la valoració és la següent:

#### **ERGONOMIA I FACILITAT D'US**

##### **o Ergonomia segons posició d'obertura de la porta**

En aquest criteri, en el cas de la rentadora de l'empresa OLYMPUS, és una rentadora molt baixa en alçada. En el cas de l'empresa STEELCO, l'alçada de l'equip és correcte. En ambdós casos, tant d'OLYMPUS com de STEELCO, la porta és una mica estreta, dificultant el fet de posar endoscòpis sense passos intermitjos, però la posició d'obertura frontal, de dalt a baix, facilita la possibilitat d'utilitzar-la com a plataforma de càrrega.

##### **o Que la porta pugui ser utilitzada com a plataforma de càrrega per a major ergonomia dels usuaris**

En aquest criteri en el cas d'OLYMPUS, la porta té unes subjeccions de ferro que dificulten la seva utilització com a plataforma de càrrega. La porta es pot fer servir com a plataforma de càrrega però aquestes subjeccions suposen un obstacle que fan més difícil el seu ús. En el cas de l'equip de STEELCO,





presenta expressament aquesta opció, la qual cosa facilita que sigui més pràctic per al seu ús en el dia a dia. Per això obté la màxima puntuació.

**o Facilitat d'ús de la pantalla**

En aquest cas, l'ús de la pantalla de la rentadora de STEELCO és directe. La pantalla és senzilla i fàcil d'utilitzar, i força intuïtiva; es considera molt positiu que es pugui programar l'autodesinfecció. A més disposa d'un programa especial per rentat dels broncoscopis, avisa si es desconnecta qualsevol cables, característiques molt apreciades que faciliten la navegació a la pantalla dins el programa, per això obté la màxima puntuació. En el cas d'OLYMPUS, tot i ser correcta, la navegació no es tant fàcil, doncs per arribar a obtenir les dades o accions volgudes, es requereixen més accions intermitges, per aquest motiu resulta la diferència de puntuació d'una oferta a l'altra.

**o Facilitat de posar l'endoscopi a la màquina**

En aquest criteri, la rentadora d'OLYMPUS no és gaire pràctica a l'hora de ficar els tubs, tal i com s'ha indicat, ja que costa ficar-los entre els ferros i les connexions i no val qualsevol posició. En el cas de la rentadora de STEELCO, Es poden posar els tub a baix, sense les subjeccions laterals i és més fàcil i correcte, inclòs per personal poc expert, i per això obté la màxima puntuació.

**o Facilitat de connexió dels endoscopis o canvi de connectors**

En el cas de la rentadora d'OLYMPUS, son difícils de connectar, no és complicat, però si massa rígids. En el cas de STEELCO, és intuïtiu, amb connexions fàcils de col·locar. Això es valora molt, sobre tot en personal, que tot i ser assistencial, que coneix com funcionen els aparells i el servei, la seva presència en aquests rentats no és habitual.

En conclusió, d'acord amb els arguments apuntats, el quadre de valoració de les ofertes del sobre B d'aquesta licitació, és el següent:

CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR	PUNTUACIÓ MÀXIMA	PUNTUACIÓ OLYMPUS	PUNTUTACIÓ STEELCO
<b>• Ergonomia i facilitat d'ús</b>			
<i>o Ergonomia segons posició d'obertura de la porta</i>	8	6	7
<i>o Que la porta pugui ser utilitzada com a plataforma de carrega per a major ergonomia dels usuaris</i>	8	6	8
<i>o Facilitat d'ús de la pantalla</i>	8	6	8
<i>o Facilitat de posar l'endoscopi a la màquina</i>	8	6	8
<i>o Facilitat de connexió dels endoscopis o canvi de connectors</i>	8	6	7
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>38</b>

Seguidament, d'acord amb l'establert a l'apartat 24 del Quadre de Característiques Específiques del contracte indicat amb anterioritat, una vegada aplicada la fórmula corresponent en aquells criteris o subcriteris on les ofertes hagin obtingut una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta, el quadre de puntuació final del sobre B, resulta ser el següent:



CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR	PUNTUACIÓ MÀXIMA	PUNTUACIÓ OLYMPUS	PUNTUTACIÓ STEELCO
• Ergonomia i facilitat d'ús			
<i>o Ergonomia segons posició d'obertura de la porta</i>	8	6,85	8
<i>o Que la porta pugui ser utilitzada com a plataforma de carrega per a major ergonomia dels usuaris</i>	8	6	8
<i>o Facilitat d'ús de la pantalla</i>	8	6	8
<i>o Facilitat de posar l'endoscopi a la màquina</i>	8	6	8
<i>o Facilitat de connexió dels endoscopis o canvi de connectors</i>	8	6,85	8
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>31,7</b>	<b>40</b>

Tot el que s'eleva a la Mesa de Contractació als efectes oportuns.

Sra. Isabel Perez del Corral  
Sala de Proves de l'Hospital de Calella  
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Calella, 16 de juliol 2024