



**INFORME DE NECESSITAT:
ECOCARDIOGRAF PER CCEE DE CARDIOLOGIA.**

Fins a data recent disposàvem d'un aparell obsolet a Consulta de Cardiologia, amb més de vint anys d'antiguitat, i que finalment no dona la mínima resolució per fer estudis ecogràfics amb fiabilitat, per la qual cosa ha calgut en desús.

Se sol·licita la renovació del citat aparell amb les següents finalitats:

- Dinamitzar consultes d'alta resolució per tal de, en acte únic, poder donar resposta a les necessitats dels nostres pacients per patologies concretes. Quantitativament no es tracta de poques consultes.
- Poder realitzar controls ecogràfics a Consulta. Amb una llista d'espera molt elevada com la que tenim, això seria especialment interessant. Cal mantenir un temps de visita suficient per poder portar-ho a terme, però és de molt elevat cost-efectivitat.
- Podria supllir l'ecocardiògraf d'elevades prestacions que hi ha al Gabinet d'exploracions en cas d'avaría, sense haver de renunciar a la realització d'estudis transesofàgics. Ja hem sofert alguna avaría de l'aparell de Gabinet, amb demores molt importants a la resolució del problema.

El Consorci disposa d'una sonda d'ecografia transesofàgica de la marca Philips, que únicament és compatible amb un ecocardiògraf de la mateixa marca.

Per poder aprofitar la sonda d'ecocardiografia transesofàgica propietat del Consorci, que té un cost d'uns 30.000 €, quantia similar a la de l'equip que es recomana, i per poder estalviar aquest cost en la compra de l'ecògraf s'ha de dur a terme un procediment negociat per exclusivitat per la compra d'aquest ecocardiògraf de la mateixa marca que la sonda transesofàgica que ja es disposa, en aquest cas Philips.

Mataró, 17 de Maig del 2024
Alfons Suàlis Abadal
Cap Servei de Cardiologia del CSdM.