

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE CATÈTERS ANGIOGRÀFICS D'ALT
FLUX I INTRODUTOR ARTERIAL PEDIÀTRICS PER A
L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

VALORACIÓ- Criteris d'adjudicació

CS/AH01/1101398715/24/PSS

CRITERIS AUTOMÀTICS OBJECTIUS

B- CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA (SOBRE ÚNIC):

La puntuació màxima de la valoració tècnica automàtica serà:

- Pel lot 1: 30 punts.
- Pel lot 2: 40 punts.

Aquelles ofertes que no aconseguixin el 50% de la puntuació màxima en els "Criteris de valoració tècnica automàtica" quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació.

| LOT 1: CATÈTERS ANGIOGRÀFICS D'ALT FLUX PEDIÀTRICS | | | | PROVEÏDO R |
|--|--|------------------------|---------------|---------------|
| | CRITERIS DE VALORACIÓ | VALORS | PUNTUACI Ó | EVOMED |
| B 1 | Pressió màxima que ha de suportar el catèter | ▪ > 1200 PSI= 10 punts | 10 | 10 |
| | | ▪ < 1200 PSI= 0 punts | | |
| B 2 | Recobriment hidrofílic | ▪ Sí= 10 punts | 10 | 10 |
| | | ▪ No= 0 punts | | |
| B 3 | Trena envoltant de triple fil | ▪ Sí= 10 punts | 10 | 10 |
| | | ▪ No= 0 punts | | |
| TOTAL PUNTUACIÓ LOT 1 | | | 30 | 30 |

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE CATÈTERS ANGIOGRÀFICS D'ALT
FLUX I INTRODUTOR ARTERIAL PEDIÀTRICS PER A
L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

VALORACIÓ- Criteris d'adjudicació

CS/AH01/1101398715/24/PSS

| LOT 2: INTRODUTOR ARTERIAL PEDIÀTRIC | | | | PROVEÏDOR | |
|--------------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| | CRITERIS DE VALORACIÓ | VALORS | PUNTUACIÓ | EVOMED | COOK ESPAÑA |
| B4 | Bloqueig del gir del dilatador | ▪ Sí= 10 punts | 10 | 10 | - |
| | | ▪ No= 0 punts | | | |
| B5 | Vàlvula hemostàtica amb revestiment de silicona | ▪ Sí= 10 punts | 10 | 10 | - |
| | | ▪ No= 0 punts | | | |
| B6 | Capçal del dilatador transparent | ▪ Sí= 10 punts | 10 | 10 | - |
| | | ▪ No= 0 punts | | | |
| B7 | Aleta lateral per suturar a la pell | ▪ Sí= 10 punts | 10 | 10 | - |
| | | ▪ No= 0 punts | | | |
| TOTAL PUNTUACIÓ LOT 2 | | | 40 | 40 | - |

No es valora l'oferta tècnica ni econòmica presentada pel proveïdor Cook España perquè no compleix amb els requisits mínims establerts al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).



Dr. Pedro Betrián Blasco
Responsable Unitat Hemodinàmica Pediàtrica
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Barcelona, 15 de juliol de 2024