

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT NO SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA**

**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA D'EXTRACCIÓ AUTOMATITZAT D'ÀCIDS
NUCLEICS PER ISOTACOFORESIS PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA
DE BELLVITGE**

NOMBRE D'EXPEDIENT: PCP-2444

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA D'EXTRACCIÓ AUTOMATITZAT D'ÀCIDS NUCLEICS PER ISOTACOFRESI PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE.

EXPEDIENT NÚM. PCP-2444

CLÀUSULA 1 – Generalitats

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques contempla les condicions tècniques que han de regir la contractació del subministrament, implantació, manteniment i formació d'un extractor automatitzat d'àcids nucleics per isotacofresi per a la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, amb les condicions que s'estableixen en el present Plec de Prescripcions Tècniques.

CLÀUSULA 2 – Informació general

La Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, d'ara endavant IDIBELL, és un centre de recerca en biomedicina creat l'any 2004. Està integrat per l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i l'Hospital de Viladecans (HV) de l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i la Universitat de Barcelona (UB). L'any 2020 el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona s'integra a l'IDIBELL mitjançant un procés de fusió per absorció.

L'IDIBELL té la visió d'esdevenir una institució líder en la investigació transnacional amb un enfocament a la investigació de la salut humana. L'objectiu estratègic del centre es traduir els descobriments científics en la millora de la salut, facilitant la innovació i les accions de transferència tecnològica, amb la finalitat d'habilitar un aplicació eficient dels coneixements generats pels nostres investigadors per a la millora de la salut i la qualitat de vida de la població i el desenvolupament econòmic.

L'alta qualitat de la investigació realitzada en l'IDIBELL ha estat reconeguda per Instituto de Salud Carlos III, mitjançant la concessió de l'acreditació del Institut d'Investigació de la Salut en març del 2009, la qual ha estat renovada successivament.

La nova visió de l'IDIBELL posa l'accent en la importància de ser visualitzat com una institució de referència en l'atracció de talent, on el principal actiu és l'investigador. L'IDIBELL comprèn 1047 persones que realitzen la investigació, la meitat d'ells són emprats per l'institut, mentre que la resta són investigadors que treballen per un dels nostres socis (HUB, UB, ICO i HV) i un total de 1.650 usuaris entre investigadors i personal d'estructura.

D'altra banda, l'IDIBELL, com a organització dirigida a donar serveis als ciutadans i a l'interès general, es deu als principis d'eficàcia i eficiència. Això està comportant en els darrers temps canvis substancials en l'estructura organitzativa de l'administració, en la forma en què s'entén l'activitat administrativa i en la manera en què es gestionen els recursos humans.

En tal sentit, l'objecte d'aquesta licitació es dotar l'IDIBELL amb un nou extractor automatitzat d'àcids nucleics per isotacofresi amb la finalitat d'adquirir un equip d'última generació que permetrà donar un salt quantitatiu i qualitatiu en la capacitat i traçabilitat en l'extracció, que serà clau de cara a la consecució dels projectes en curs i futurs, optimitzant la utilització dels recursos de la Unitat del Servei d'Anatomia Patològica, i tot això encaminat a millorar la seva eficàcia, productivitat i seguretat dels pacients i del personal tècnic, al mateix temps que s'incrementa la seguretat, qualitat i traçabilitat de les mostres del pacient oncològic.

CLÀUSULA 3 – Procediment de contractació

El present contracte s'adjudicarà mitjançant el procediment negociat sense publicitat per protecció de drets exclusius, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 168, apartat a) 2º de la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen la corresponent licitació.

CLÀUSULA 4 - Objecte i finalitats del contracte

L'IDIBELL, com organització dirigida a donar serveis als ciutadans i a l'interès general, es deu als principis d'eficàcia i eficiència, pel que la present licitació de subministrament i instal·lació d'un extractor automatitzat d'àcids nucleics per isotacoforesi, és idònia per obtenir àcids nucleics de qualitat (ADN i ARN) de mostres molt petites o d'aquelles que queden fora d'anàlisi per manca de material suficient pels requeriments dels mètodes utilitzats.

Un sistema automatitzat en l'extracció d'àcids nucleics per isotacoforesi permet augmentar el rendiment de les extraccions de mostres petites tot obtenint àcids nucleics de gran puresa i qualitat, ja que utilitza un sistema basat en la carrega elèctrica i l'electroforesi. L'aplicació d'aquesta tecnologia permet aïllar tots els fragments d'àcid nucleic, independentment de la seva longitud o contingut de GC, així s'elimina el potencial biaix basat en la longitud o el contingut de GC.

Un major rendiment i qualitat dels àcids nucleics, facilita el diagnòstic, el tractament i el pronòstic dels pacients mitjançant l'aplicació de tècniques moleculars. A més a més permet eliminar la utilització de solvents perillosos (tipus xilol) i evitar contaminacions creuades entre mostres.

Concretament, l'objecte del present contracte comprèn:

- El subministrament d'un sistema d'extracció automatitzat d'àcids nucleics per isotacoforesi.
- El subministrament d'un anivellador digital.
- Els kits d'extracció d'ADN i ARN per la posada en marxa de l'equip.
- Instal·lació i posada en marxa de l'equip.
- Els serveis d'assessorament i formació sobre funcionalitats i bones pràctiques.
- Entrega de tots els manuals i documentació de l'equip en digital, així com manuals i guies ràpides, si s'escau.
- El servei de suport per a la resolució d'incidències amb personal especialitzat.
- El manteniment correctiu durant el primer any i preventiu durant els següents tres anys de garantia del subministrament.
- Certificat en la instal·lació de que l'equip compleix amb totes les especificacions publicades pel fabricant i marcatges CE o equivalents corresponents.
- L'equipament haurà de comptar amb un sistema de registre de lots de reactius que permeti assolir una major traçabilitat a l'hora de complir els requeriments de la norma ISO15189.

El llistat esmentat anteriorment té caire enunciatiu i no limitatiu.

L'equip es subministrarà amb tots aquells dispositius o elements d'interconnexió, accessoris d'ancoratge o fixació necessaris per un total i correcte funcionament, al temps que l'empresa

adjudicatària haurà de subministrar tots els elements addicionals necessaris per la correcta instal·lació física i per el correcte funcionament de l'equip, així com tota la informació necessària als usuaris per la seva correcta utilització.

En la present licitació queda inclòs el subministrament, la seva configuració, la posada en marxa, la gestió i manteniment de tots els elements relacionats amb l'equip, garantint la seva plena operativitat durant tot el període de vigència del contracte, així com la formació corresponent.

CLÀUSULA 5 – Terminis d'execució del contracte

El contracte tindrà una durada de 3 anys a comptar des de la formalització del mateix, sense possibilitat de pròrroques.

L'adjudicatari restarà obligat a acomplir el contracte dins del termini total fixat per a la realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats a continuació:

Adquisició d'un sistema d'extracció automatitzat d'àcids nucleics per isotacoforesi

El termini per al subministrament, instal·lació i formació del sistema d'extracció automatitzat d'àcids nucleics per isotacoforesi serà quaranta-cinc (45) dies naturals des de la formalització del contracte, menys la reducció del termini ofert per l'adjudicatari, si és el cas, en la que s'haurà d'assegurar la seva entrega, instal·lació i formació.

Garantia del subministrament

El termini per aquest concepte s'estableix en 36 mesos a comptar des de l'efectiva instal·lació i posada en marxa del sistema d'extracció automatitzat d'àcids nucleics per isotacoforesi per part de l'adjudicatari.

L'adquisició de l'aparell inclou el primer any de de manteniment preventiu i correctiu i els dos següents anys amb el manteniment preventiu.

L'inici del contracte es preveu al dia següent a la formalització d'aquest, data des de la qual començarà a computar la data màxima establerta en els paràgrafs anteriors.

El present contracte no serà susceptible de pròrroga.

CLÀUSULA 6 – Característiques tècniques

L'IDIBELL té la necessitat de disposar d'un sistema d'extracció automatitzat d'àcids nucleics per isotacoforesi i ha de cobrir les necessitats i característiques tècniques detallades a continuació:

Descripció de l'equip

La plataforma haurà de ser de sobretaula que proporcioni purificació automatitzada d'ADN i ARN a partir de mostres biològiques mitjançant xips i kits de purificació basats en fluídica. Ha d'utilitzar una tecnologia basada en l'isotacoforesi, per extreure, purificar i concentrar l'àcid nucleic de 8 mostres biològiques simultàniament a partir d'una àmplia varietat de tipus de mostres diferents, incloent mostres parafinades i fixades en formol.

Característiques tècniques de l'equip

A continuació, es descriuen les característiques tècniques mínimes que ha de contenir l'equip que es pretén adquirir, així com els serveis de manteniment, instal·lació, formació i suport:

- L'extracció d'àcids nucleics s'ha de realitzar mitjançant isotacoforesi (basat en la càrrega elèctrica i l'electroforesi).
- Ha d'utilitzar chips fluídics iònics per realitzar la purificació d'àcids nucleics.
- Ha de permetre processar 8 mostres simultàniament.
- No ha d'utilitzar solvents perillosos per a la desparafinització de mostres tipus xilol.
- Ha de requerir menys de 10 minuts de manipulació per mostra (pipetejar, vòrtex, etc.) per purificar l'ADN i ARN de 8 mostres incloses en parafina i fixades en formol.
- Ha de permetre aïllar ADN i ARN a partir del mateix tall de la mostra inclosa en parafina i fixada en formol.
- Ha de ser un equip compacte de sobretaula amb el sistema operatiu integrat, és a dir que no requereixi està connectat a un ordinador pel seu funcionament.
- L'extractor no ha d'utilitzar tecnologia basada en columnes de sílice o partícules magnètiques.

No s'acceptaran cap equip o subministrament que no sigui nou. No s'admetran equips remanufacturats, reutilitzats, reacondicionats o qualsevol altre estat diferents a nou.

Les especificacions tècniques del present contracte asseguraran el subministrament, transport, instal·lació de l'equip, assistència tècnica i formació d'un sistema d'extracció automatitzat d'àcids nucleics per isotacoforesi.

CLÀUSULA 7 – Desplegament del subministrament i instal·lació

7.1. Fase d'implantació

El termini per al subministrament de l'equip objecte del contracte i la seva instal·lació iniciarà amb la formalització del contracte, i, en tot cas, com a data màxima en 45 dies naturals, o el termini inferior ofert per l'adjudicatari, si és el cas, en el qual s'haurà d'assegurar la seva disponibilitat a l'IDIBELL per poder començar a utilitzar-lo.

La instal·lació i execució del subministrament objecte del contracte es durà a terme dintre de l'horari de l'IDIBELL que és de dilluns a dijous de 8:00h a 16:00h i divendres de 8:00h a 15:00h.

Excepcionalment, les tasques que per raons tècniques impliquin una afectació als equips i sistemes que puguin afligir al desenvolupament de la activitat diària de l'IDIBELL es duran a terme fora de l'horari laboral. Quan s'hagin de realitzar tasques fora de l'horari laboral, s'avisarà al contractista amb una antelació de 3 dies hàbils.

L'adjudicatari es responsabilitza de que, en cas de modificació de maquinari i programari que afectin a altres sistemes, aquests han de mantenir-se amb les mateixes funcionalitats.

L'adjudicatària haurà de tenir i donar suport tècnic per resoldre dubtes, consultes, incidències i/o instal·lacions. Tanmateix, aquest suport s'haurà de donar en català o castellà en l'horari d'atenció a l'IDIBELL haurà de ser de 8:00h a 16:00h de dilluns a dijous i de 8:00h a 15:00h als divendres laborables i el temps màxim de resposta de la sol·licitud de l'IDIBELL ha de ser de 24 hores.

7.2. Posada en marxa i suport a l'arrancada

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada i responsable de realitzar una bona implantació del sistema d'extracció automatitzat d'àcids nucleics, planificant conjuntament amb l'IDIBELL un

pla de posada en marxa que serà responsabilitat de l'adjudicatari.

L'adjudicatari, per tant, serà responsable de posar a disposició del projecte els mitjans tècnics i/o humans que calguin per tal de realitzar l'arrancada, així mateix haurà de proporcionar suport personalitzat durant l'arrancada de cada una de les fases d'implantació del projecte, aquest període serà acordat amb l'IDIBELL durant la planificació de l'arrancada.

7.3. Formació

L'adjudicatària haurà de realitzar la formació continua per a actualitzar als usuaris administradors en l'ús de la pròpia eina.

Tanmateix, l'adjudicatària haurà de realitzar una formació inicial online o presencial sobre funcionalitats, bones pràctiques, evolucions de la plataforma digital i casos d'èxit de l'ús de l'equip de la present licitació, i haurà de proveir de guies ràpides de formació per a usuaris inicials i usuaris de nivell avançat. Aquestes guies poden ser tutorials, díptics i/o vídeos de com actualitzar el contingut de la plataforma.

7.4. Fase de manteniment i suport

Finalitzada la fase de formació de l'eina, així com el correcte funcionament de l'equip, i superada la fase de posta en marxa, el contracte entrarà en la seva fase de manteniment.

L'empresa adjudicatària restarà obligada a:

- Realitzar una atenció tècnica contínua postvenda.
- Suport tècnic per posar a punt noves versions i anàlisi de resultats.
- Garantir la continuïtat del funcionament objecte del contracte.

L'empresa contractista haurà de prestar directament el servei de suport i manteniment de la solució, sense que en cap cas es pugui subcontractar.

CLÀUSULA 8 – Eines de treball, ubicació i obligacions del contractista

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que l'equip garanteix les mesures de seguretat necessàries d'autenticació, confidencialitat i integritat i protecció de dades.

S'hauran d'executar i instal·lar tots els elements necessaris o més adequats, que el licitador consideri, per al funcionament òptim dels seus equips i per aconseguir les condicions exigides en aquest plec.

L'IDIBELL proporcionarà accés a les instal·lacions per poder realitzar el subministrament i instal·lació, així com el manteniment i revisions corresponents, quan sigui necessari.

El contractista haurà de proporcionar tot el material o eines que siguin necessàries per realitzar aquest subministrament i correcta instal·lació.

La ubicació per el subministrament de l'equip objecte de la licitació serà en:

Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge - Servei d'Anatomia Patològica
Feixa Llarga, s/n
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Horari d'entrega de dilluns a dijous de 8h a 14h i divendres de 8h a 13 h.

L'adjudicatari realitzarà la descàrrega, desembalatge, muntatge i instal·lació de l'equip objecte del contracte a les dependències que li indiqui el responsable del contracte.

Les despeses relatives al transport dels elements subministrats aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, i s'haurà d'incloure sense cost addicional l'enviament de l'equip al lloc indicat, la instal·lació a la seva ubicació, i la posada en marxa i funcionament plenament operatiu de l'equip, amb les certificacions necessàries i la captació tècnica realitzada.

La pressa de requeriments i funcionalitats es realitzarà preferiblement per contacte telefònic, correu electrònic o de forma virtual mitjançant l'eina corporativa d'IDIBELL Microsoft Teams.

En el cas de que per a la correcta execució del contracte, es derivi una interacció entre el personal contractista i personal de l'IDIBELL o usuari a les dependències i/o espais públics de l'IDIBELL, l'adjudicatària restarà obligada a realitzar la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).

Per accedir a les instal·lacions de l'IDIBELL, l'adjudicatària haurà de dotar tot el seu personal implicat de la protecció individual adequada per evitar l'exposició i/o propagació del SARS-CoV-2.

No es podrà realitzar cap intervenció a l'equip que no sigui autoritzada per el responsable del contracte o persona en que delegui de l'IDIBELL.

CLÀUSULA 9 – Mitjans personals, tècnics i materials

Aportació de Recursos humans

- L'actuació i instal·lació es durà a terme com a mínim amb un tècnic/a que disposarà de la formació i dels carnets necessaris i obligatoris per realitzar el subministrament objecte del contracte.
- Degut als espais restringits als que els tècnics haurà d'accedir mitjançant control d'accessos, aquests haurà d'anar degudament uniformat i identificat incloent el logotip i/o denominació de l'empresa adjudicatària.

Aportació de mitjans materials

- L'adjudicatari haurà de disposar de l'equipament (eines, altres equips, grues....) propis per realitzar el subministrament i instal·lació encomanat.
- La maquinària i els equips auxiliars necessaris per al desenvolupament de la seva funció aniran a càrrec de l'adjudicatari. Així mateix, aniran a càrrec seu els mitjans tècnics i materials utilitzats que compliran la normativa de seguretat i higiene a la feina, així com la legislació vigent en temes mediambientals.

CLÀUSULA 10 – Requisits energètics

El licitador ha de garantir tots els mecanismes tècnics implementats en l'equip subministrat, els programes de reducció de l'impacte mediambiental per part del fabricant dels equips i per part del licitador, la gestió responsable i normalitzada dels residus generats, així com qualsevol mesura que contribueixi a la sostenibilitat mediambiental a través del consum eficient d'energia i la fabricació utilitzant materials reciclats.

CLÀUSULA 11 – Garantia

El termini de garantia de l'equip objecte de la present licitació, així com de la seva instal·lació, és la legalment establerta pel Real Decret-Llei 7/2021, de 27 d'abril, que transposa les directives de la Unió Europea en matèria de contractes de compravenda de bens i de subministrament de continguts o serveis digitals, i modifica el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d'altres lleis complementaries, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Aquesta garantia ha d'incloure el recanvi degut a defectes materials i/o de mà d'obra, incloent la seva reparació, desplaçament i honoraris del servei tècnic; suport tècnic per correu electrònic i telèfon quan sigui necessari.

No obstant això, totes les peces de reparació subministrades, així com les mateixes reparacions, hauran de comptar amb un període de garantia de (3) mesos.

El servei de garantia ha d'incloure un assessorament tècnic sobre las reposicions dels actius necessaris que permetin garantir l'estat de l'equip i instal·lació, on totes aquelles inclouran advertiments i consells sobre l'equip que siguin necessaris per assegurar el màxim rendiment econòmic i tècnic a l'activitat ordinària de l'IDIBELL.

En qualsevol cas, no es podrà realitzar cap intervenció a l'equip que no estigui autoritzada expressament per el responsable del contracte, al temps que l'empresa adjudicatària haurà designar un responsable que sigui l'interlocutor amb els responsables de l'IDIBELL davant qualsevol incidència referida al servei.

En cas de substitució de l'equip, aquest haurà de ser per un igual o de superiors característiques.

S'inclourà el suport presencial, en cas de ser necessari, de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30h al Servei d'Anatomia Patològica ubicada a l'Hospital Universitari de Bellvitge, des de la recepció i posada en marxa.

La cobertura de la garantia ha de ser completa (reparació, peces i mà d'obra).

La garantia inclou:

- Manteniment correctiu durant el primer any de contracte: S'entén per manteniment correctiu qualsevol intervenció realitzada pel contractista en cas de funcionament inadequat o d'avaría de l'equip. Davant l'aparició d'aquests problemes, el contractista haurà de proporcionar un manteniment correctiu a petició de l'IDIBELL. L'inici de la intervenció "in situ" s'haurà d'emprendre dins d'un termini de 24 hores laborals des de la sol·licitud.
- Manteniment preventiu, amb una visita a l'any com a mínim, el recanvi de peces degut a defectes materials i/o de mà d'obra, incloent la seva reparació, desplaçaments i honoraris del servei tècnic així com el suport tècnic per correu electrònic i telèfon quan sigui necessari.
- La substitució de qualsevol peça es farà previ acord amb el personal encarregat de l'equip, que estarà present durant aquestes intervencions correctives.

- Les peces subministrades han de ser originals i totalment compatibles amb l'equip subministrat i s'ha de garantir el funcionament correcte de l'equip una vegada finalitzada la intervenció.

Durant el temps de garantia, l'empresa adjudicatària haurà de fer un manteniment preventiu anual de l'equip que inclogui la neteja, peces, calibratges, desplaçament i mà d'obra del personal tècnic especialitzat, així com qualsevol altra actuació requerida pel fabricant. Després de cada visita de manteniment preventiu, l'adjudicatari emetrà un informe de manteniment on es detallin les intervencions efectuades.

Així mateix, es compromet a prestar assistència tècnica i proporcionar peces de recanvi del material ofert durant el primer any a la terminació del termini de garantia, que es facturaran a part en cas de sol·licitud per part del responsable del contracte.

Si l'òrgan de contractació estima, durant el termini de garantia, que el producte subministrat no es apte per a la finalitat pretesa, com a conseqüència dels vicis, defectes observats i imputables a l'adjudicatari en l'equip, o que aquest no compleix amb els requisits mínims demanats al present Plec de Prescripcions Tècniques i que existeix la presumpció de que la reposició o reparació de l'equip no sigui bastant per aconseguir la finalitat, podrà, abans d'expirar el termini de garantia, rebutjar l'equip entregant-se-la a l'adjudicatari i recuperar el preu satisfet. Terminat el termini de garantia, sense que l'IDIBELL hagi formalitzat cap comunicació contrària, l'adjudicatari quedarà exempt de responsabilitat per raó de l'equip subministrat.

CLÀUSULA 12 - Sistemes de control i seguiment de l'execució del contracte

Un cop ja s'hagi subministrat i muntat el bé objecte del contracte, així com comprovada la seva adequació a les previsions del present Plec de Prescripcions Tècniques, s'aixecarà una acta de recepció on apareixeran les operacions realitzades, el temps d'operació i els materials usats, excepte en cas que s'hagin detectat incidències. En aquest cas, es donarà un termini màxim de 15 dies naturals a l'adjudicatària perquè procedeixi a l'esmena dels defectes observats o procedeixi, si és el cas, a la substitució del material.

En cas que no s'esmenin els defectes detectats en el termini atorgat de 15 dies naturals, l'entitat contractant es trobarà facultada per resoldre el contracte o, si escau, imposar les penalitzacions previstes al Plec de Clàusules Administratives que regeix aquesta licitació, fins a la total esmena dels defectes detectats.

L'adjudicatària haurà de tenir i donar suport tècnic per a respostes a dubtes, consultes, incidències i/o instal·lacions. Així mateix, aquest suport tècnic haurà de ser en horari d'atenció de l'IDIBELL de 9 h a 17:30 h, de dilluns a divendres laborals i, el temps màxim de resposta a partir de la sol·licitud d'IDIBELL ha de ser de 24 hores.

CLÀUSULA 13 – Obligacions contractuals essencials

13.1. Protecció de dades

L'empresa adjudicatària queda expressament obligada a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del compliment del contracte, especialment les de caràcter personal, que no podrà copiar o utilitzar amb una finalitat diferent que la que té com objecte aquest contracte, ni tampoc cedir a altres ni tan sols a efectes de

conservació. Serà el responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment d'aquesta obligació.

L'empresa adjudicatària restarà subjecta a les condicions establertes en la clàusula 28 del Plec de Clàusules administratives per a aquesta contractació.

13.2. Altres obligacions contractuals essencials

- L'empresa adjudicatària garantirà l'absoluta confidencialitat de la documentació rebuda i pren la responsabilitat de no difondre-la ni fer-ne altre ús que el relacionat amb l'objecte del contracte. L'incompliment d'aquesta obligació implicarà la resolució del contracte i donarà lloc a la reclamació per part de l'entitat, d'acord amb l'establert al Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per efectuar les accions legals que correspongui en defensa dels seus interessos.
- L'empresa adjudicatària és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que desenvolupi, i de les conseqüències que es puguin produir per a l'entitat pública o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'Hospitalet de Llobregat,

Dr. Xavier Matias-Guiu Guia
Cap de Servei d'Anatomia Patològica
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge