

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL

CS/AH02/1101400659/24/PS

Subministrament de material fungible per a procediments de cirurgia d'endoscòpia raquídia, amb cessió de l'equipament, per a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

INDEX

1. Condicions generals	3
1.1. Objecte de la contractació	3
1.2. Característiques de la contractació	3
1.3. Tècnics	3
2. Requeriments obligatoris	3
2.1. Normativa aplicable	3
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen.....	4
2.4. Cessió d'equipament	4
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica	6
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Atributs logístics	9
4.5. Condicions logístiques i de subministrament.....	10
4.5.1. Condicions de subministrament.....	10
4.5.2. Garantia de subministrament	10
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres	11
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.5.2.3. Termini de lliurament	11
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.5.3. Sistema EDI.....	12
4.6. Condicions de l'operador logístic	13
4.6.1. Embalatges.....	13
4.6.2. L'albarà.....	14
4.6.3. Recepció de mercaderies.	15
4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15
4.7. Execució del contracte	16

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material fungible per a procediments de cirurgia d'endoscòpia raquídia, amb cessió de l'equipament, per a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives. Les empreses poden presentar oferta a cadascun dels lots que componen la licitació.

A l'ANNEX A – Pla de necessitats s'hi relacionen per material, els consums previstos per un període de 12 mesos i que han estat extrets a partir dels nostres consums. Aquesta previsió podrà ser modificada a l'alça o a la baixa en funció de l'activitat assistencial del nostre centre. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contacte amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre únic l'empresa licitadora presenti:

- La documentació acreditativa del compliment de la legislació vigent.
- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE.
- Declaració que tots els productes licitats compleixen la regulació de productes sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques mínimes, d'obligatori compliment, dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten a l'**ANNEX B - Descripció tècnica dels materials de l'expedient**

2.3. Descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen.

- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

2.4. Cessió d'equipament

L'empresa adjudicatària haurà de cedir sense cap cost econòmic i durant tota la vigència del contracte, l'equipament i/o instrumental necessari per portar a terme el sistema endoscòpic transforaminal i interlaminar: Instrumental i endoscòpis necessaris a per a cada tipus d'abordatge i micromotor específic per a endoscòpia amb els seus fungibles i accessoris inclosos. Pel que fa a la tècnica biportal, l'empresa adjudicatària haurà de cedir instrumental, endoscopi, motor de tall amb les corresponents peces de mà i un equip electroquirúrgic de RF i coagulació.

Característiques bàsiques equipament en cessió:

Endoscopi per a tècnica interlaminar

- Visió 4K
- Longitud de treball mínima de 113 mm i màxima de 120 mm
- Canal de treball 5.5 mm
- Diàmetre extern 8,4 mm
- Angulació 30º i 10º

Endoscopi per a tècnica transforaminal:

- Visió 4K
- Longitud de treball que arribi fins als 180 mm com a mínim
- Canal de treball 4.1 mm
- Diàmetre extern 8 mm
- Angulació 30º
- Canal d'aspiració i irrigació amb connexió luerlock

Endoscopi per a tècnica biportal:

Primer endoscopi:

- Visió 4K
- Longitud 175 mmm
- Diàmetre mínim de 4mm
- Angulació 0º
- Esterilitzable en autoclau

Instrumental per a tècnica interlaminar

- Dilatador de 7,9 mm, longitud 200 mm.
- Cànula de treball, longitud 112 mm, diàmetre 8,5 mm i punta en bisel per a protecció de l'arrel nerviosa duran la inserció
- Dissector, longitud 245 mm, diàmetre 3,5 mm
- Pinça de "agarre" i angle variable, apertura cap a dalt, amb possibilitat de canvi d'angle d'apertura longitud 250 mm i 330 mm, diàmetre 3 mm, 3,5 mm i 4 mm
- Kerrison desmontable en pinça i mànec, amb puntes de 2,3,3.5, 4 i 5 mm com a mínim
- Ganxo tàctil, amb 2 possibilitats, petit i de bola per a facilitar el seu ús en longitud de 400 mm
- Retractor arrel nerviosa amb longitud de 230 mm i dissector amb punta plana i punta de fletxa en longituds de 370 i 450 mm

Instrumental per a tècnica transforaminal

- Sistema de broques d'os atraumàtiques amb mànec de bola amb orificis acústics, puntes còniques simi agudeds i atraumàtiques per a os tall lateral en diàmetres entre 5.7 i 7.5 mm, entre 7 i 8.8 mm i entre 8.3 i 10 mm.
- Sistema de cànules de treball amb caputxó per a la cànula, de longitud 170 mm i 8 mm de diàmetre, opcions de punta biselada i finestra lateral petita i gran
- Sistema de pinceria de disc desmontable. Varietat de punta de "agarre" i apertures, fina, cullera de diferents mides, angulades, dentades i endopunch
- Kerrison angulats

Instrumental per a tècnica biportal:

- Dilatador muscular específic d'endoscòpia
- Cisells rectes i angulats, laterals i corbs ventrals
- Curetes de diferents angulacions
- Dissector
- Kerrison angulats
- Pinça de disc desmuntable

Micromotor per a endoscòpia

- Consola amb 2 connexions per a micromotor
- Sistema d'integració integrat
- Botonera per a determinar programa, peça de ma, velocitat, torque i intensitat d'irrigació
- Micromotor lleuger màxim 120 gr sense cable amb una velocitat mínima de 300rpm i màxima de 80.000 rpm
- Diferents opcions de camises de protecció i freses per evitar danys en estructures neurològiques

També durant la vigència del contracte, tant el manteniment preventiu com a correctiu a tot risc, anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària. Així mateix l'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec i implementar les actualitzacions de l'equip i les noves versions de software que vagin sortint.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobre s'indica en el quadre de característiques, en aquesta licitació hi haurà sobre únic.

S'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual**, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma:
PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació d'ofertes. En cas que es requereixin, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres, la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de compres en el moment de lliurament.

Totes dels despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i

justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenició de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenició de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions

- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment del material al nostre centre hospitalari.

En cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà de notificar a la unitat de compres via correu electrònic (compres@bellvitgehospital.cat) o telèfon (93.260.77.57) on s'indicaran els trencaments d'estocs (ex. amb alternativa, sense alternativa, etc.)

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres

Les incidències que en relació amb els materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la unitat de compres mitjançant el següent correu electrònic: compres@bellvitgehospital.cat

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL, però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la unitat de compres de l'Hospital Universitari de Bellvitge .

L'empresa contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses adjudicatàries han de lliurar el material al lloc de lliurament i dins l'horari establert a l'apartat 4.5.2.5. d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques en un termini màxim de 72 hores en dies hàbils des de la data de la comanda.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà al magatzem general del nostre centre hospitalari dins l'horari de recepció de material de nevera, compres entre 8h a 12h i de 8h a 10h per a material fred.

La recepció del material, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar immediatament al departament de compres de l'Hospital Universitari de Bellvitge mitjançant correu electrònic (**compres@bellvitgehospital.cat**).

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI

- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

Logaritme: <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Centres ICS: <http://www.ediversa.com/comedinet/ICS>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- Configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- Visualitzar els documents rebuts
- Generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb el departament de compres de l'Hospital Bellvitge, al correu compres@bellvitgehospital i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic

4.6.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)

- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels

altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.7. Execució del contracte

Si durant la vigència del contracte, l'adjudicatari introdueix qualsevol millora en les condicions del mateix, obligatòriament l'haurà de comunicar amb caràcter previ al Òrgan de Contractació a través de la unitat de compres de l'HUB via correu electrònic (compres@bellvitgehospital.cat) o telèfon (93.260.77.57).

Dr. Álvaro Arcocha Calvin
Director Mèdic
Hospital Universitari de Bellvitge

Relació d'annexes específics plec tècnic:

ANNEX A – Pla de Necessitats.

ANNEX B - Descripció tècnica dels materials de l'expedient.

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual

ANNEX D2 –Llista resum, model i guia. Llista resum, model i guia. Llista resum, model i guia



ANNEX A

PLA DE NECESSITATS

(les quantitats estimades de consum corresponen a un període de 12 mesos)

Pla de necessitats per 12 mesos de vigència del contracte:

Subministrament de material fungible per a procediments de cirurgia d'endoscòpia raquídia, amb cessió de l'equipament, per a l'Hospital Universitari de Bellvitge.				
SAP	Descripció	Unitats/Any	Preu Unit [s/IVA]	Import [s/IVA]
30060589	Equip endo transforami/interlaminar	7	2.825,00	19.775,00 €
30067775	Ter vap 90° 150mm	4	688,00	2.752,00 €
30067776	Ter vap 70° 150mm	4	688,00	2.752,00 €
30067780	Ter ganxoØ0,8 150mm	3	688,00	2.064,00 €
30067785	Ter ganxoØ0,9 150mm	3	688,00	2.064,00 €
30067777	Terminal de vaporització per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral,tija corba,punta 45° i 150mm+/- 10mm de llarg	4	688,00	2.752,00 €
30067778	Terminal de vaporització per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral,tija recta,punta 45° i 150mm+/- 10mm de llarg	3	688,00	2.064,00 €
30067779	Ter vap flex 45°150mm	3	688,00	2.064,00 €
30067786	Inst Wave CutterØ4,0x130mm	3	621,00	1.863,00 €
30067787	Inst Pit BullØ4,0x130mm	3	678,00	2.034,00 €
30067788	Inst Synovia cuttØ4,0x130mm	4	621,00	2.484,00 €
30067789	Fresa barril Ø4,0x130mm	4	678,00	2.712,00 €
30067790	Fresa rodona Ø4,0x130mm	4	678,00	2.712,00 €
TOTAL LICITACIÓ PER 12 MESOS S/IVA				48.092,00 €



ANNEX B

Descripció tècnica dels materials de l'expedient

CODI	DESCRIPCIÓ
30060589	Equip instrumental per a sistema endoscòpic transforamidal/interlaminar Maxmorespine o equivalent compost per: agulla guia 1,5mm i 1mm, broca òssia manual 4,0mm, agulla de columna 17Gx150mm, coagulador esfèric 390mm, bisturí, rotulador de pell i regla, estèril, un sol ús
30067775	Terminal de vaporització amb succió per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral, 90° i 150mm+/-10mm de llargària. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent
30067776	Terminal de vaporització per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral, 70° i 150mm+/-10mm de llargària. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent
30067780	Terminal de vaporització per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral, punta ganxo fi Ø0,8mm i 150mm+/-10mm de llargària. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent
30067785	Terminal de vaporització per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral, punta ganxo fi Ø0,9mm i 150mm+/-10mm de llargària. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent
30067777	Terminal de vaporització per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral, tija corba, punta 45° i 150mm+/-10mm de llargària. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent
30067778	Terminal de vaporització per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral, tija recta, punta 45° i 150mm+/-10mm de llargària. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent
30067779	Terminal de vaporització flexible per a sistema endoscòpic biportal per a columna vertebral, 45° i 150mm+/-10mm de llargària. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent
30067786	Instrument per a tall tipus Wave Cutter Ø4,0 x 130mm de llargària, estèril, un sol ús. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent
30067787	Instrument per a tall tipus pit bull Ø4,0 x 130mm de llargària, estèril, un sol ús. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent
30067788	Sinoviotom Ø4,0 x 130mm de llargària, estèril, un sol ús. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent



30067789	Fresa cap tipus barril Ø4,0 x 130mm de llargària, estèril, un sol ús. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent
30067790	Fresa cap rodona Ø4,0 x 130mm de llargària, estèril, un sol ús. Sistema BESS Biportal endoscòpica Maxmore Spine o equivalent