

INFORME AVALUACIÓ TÈCNICA

SCS-2024-462 Subministrament de diversos aparells mèdics i accessoris per les consultes externes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova

LOT 1 Dopplers vasculars portàtils

1210200200 Doppler vascular portàtil

S'han presentat 2 ofertes:

**MTB Distribuciones Tecnológicas SL; marca/model: EDAN / SONOTROX
QUERMED SA**

L'oferta de l'empresa QUERMED SA no es pot valorar per haver-se presentat fora de termini.

L'oferta restant compleix amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació:

| | |
|------------------------|------------|
| | MTB |
| PUNTUACIÓ FINAL | 10,00 |

L'empresa MTB Distribuciones Tecnológicas SL ha obtingut la millor valoració.

| | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|---|
| 1210200200 Doppler vascular portàtil | | Puntuació màxima | | MTB Distribuciones Tecnológicas SL |
| SCS-2024-462 | Subministrament de diversos aparells mèdics i accessoris per les consultes externes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova | 15 | Puntuació total | EDAN / SONOTROX |
| | | | 10,00 | |

| | | | | |
|---|------|---------------------|------------------------------------|--|
| Prestacions tècniques i funcionals | | Puntuació màxima | | |
| 1.1. Característiques tècniques | | 15,00 | 10,00 | |
| Característiques a valorar | | | | |
| Possibilitat de connexió d'altres sondes. Indicar MHz | 5,00 | 5,00 | Sí, 4 sondes en total (2-3-4-8MHz) | |
| Durada de la bateria en funcionament continu | 5,00 | 5,00 | 8 hores | |
| Possibilitat d'emmagatzematge de dades a l'ordinador | 5,00 | 0,00 | No | |

LOT 2 Bàscules i taula auxiliar

- 1290070100** Bàscula digital de peu amb tallímetre
1290080300 Bàscula digital per a nadons amb tallímetre
4230150250 Taula auxiliar 2 prestatges bàscula nadons (amb rodes)

La referència 4230150250 no té criteris valorables de judici de valor

S'han presentat 2 ofertes:

ASMEDIC, S.L.U.; marca/model: ASIMED / INNOVA PLUS M-125; ASIMED / CIRO M-400 + HM-110; M-20
HANS E RÜTH SA; marca/model: SECA / 799+ 220; SECA / 384 + 210; INMOCLINIC / 14132

L'oferta de l'empresa HANS E RÜTH SA queda exclosa per incompliment del punt 9 de la referència 1290080300 del PPT, doncs es demana que l'alimentació sigui amb piles i que també tingui la possibilitat de connexió a xarxa, i no es menciona disposar de la segona opció. A banda, per la referència 1290070100 oferta una bàscula amb plataforma de dimensions 272x280x75mm, massa inferiors (>22%) a les aproximades demanades al punt 11 del PPT (350x350x80mm)

L'oferta restant compleix amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació:

| | |
|------------------------|----------------|
| | ASMEDIC |
| PUNTUACIÓ FINAL | 3,50 |

L'empresa ASMEDIC, S.L.U. ha obtingut la millor valoració.

| | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1290070100 Bàscula digital de peu amb tallímetre | | Puntuació màxima | ASMEDIC, S.L.U. | |
| SCS-2024-462 | Subministrament de diversos aparells mèdics i accessoris per les consultes externes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova | 9 | Puntuació total | ASIMED / INNOVA PLUS M-125 |
| | | | 0,00 | |

| Prestacions tècniques i funcionals | | Puntuació màxima | | |
|--|--|---------------------|-------------|---|
| 1.1. Característiques tècniques | | 9,00 | 0,00 | |
| Característiques a valorar | | | | |
| Possibilitat d'integració amb història clínica (cal especificar protocols i funcionalitat) | | 4,00 | 0,00 | No |
| Divisió i precisió (en mm) | | 5,00 | 0,00 | La divisió/precisió de la bàscula i la del tallímetre és la mínima demanada (100g i 1mm respectivament) |

| | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1290080300 | Bàscula digital per a nadons amb tallímetre | Puntuació màxima | | ASMEDIC, S.L.U. |
| SCS-2024-462 | Subministrament de diversos aparells mèdics i accessoris per les consultes externes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova | 7 | Puntuació total | ASIMED / CIRO M-400 + HM-110 |
| | | | 3,50 | |

| Prestacions tècniques i funcionals | | Puntuació màxima | | |
|---|------|---------------------|--|--|
| 1.1. Característiques tècniques | | 7,00 | 3,50 | |
| Característiques a valorar | | | | |
| Possibilitat d'integració amb història clínica (cal especificar protocols i funcionalitat) | 2,00 | 0,50 | Sí via wifi i bluetooth, però no està inclòs | |
| Incloure una calibració anual i una verificació bianual durant el període de garantia ofert | 2,00 | 0,00 | No | |
| Amplària del tallímetre | 3,00 | 3,00 | 80 mm | |

LOT 3 Llum frontal

1290350100 Llum frontal

S'han presentat 2 ofertes:

AB MEDICA GROUP,SA; marca/model: Cuda / LLS-5500-KIT

AMPLIFON IBERICA S.A.U.; marca/model: HEINE / mL4 LED

Les ofertes compleixen amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació:

| | AB MEDICA | AMPLIFON |
|------------------------|------------------|-----------------|
| PUNTUACIÓ FINAL | 20,00 | 16,99 |

L'empresa AB MEDICA GROUP,SA ha obtingut la millor valoració.

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1290350100 | Llum frontal | Puntuació màxima | | AB MEDICA GROUP,SA | | AMPLIFON IBERICA S.A.U. |
| SCS-2024-462 | Subministrament de diversos aparells mèdics i accessoris per les consultes externes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova | 20 | Puntuació maximitzada total | Cuda / LLS-5500-KIT | Puntuació maximitzada total | HEINE / mL4 LED |
| | | | 20,00 | | 16,99 | |

| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Puntuació tècnica | Puntuació maximitzada | Puntuació tècnica | Puntuació maximitzada |
|---|---------------------|----------------------|---|----------------------|--|
| 1.1. Característiques tècniques | 20,00 | 18,25 | 20,00 | 15,50 | 16,99 |
| Característiques a valorar | | | | | |
| Temperatura de color la més propera possible a 5000K | 1,00 | 0,00 | 4500k | 0,00 | 5500k |
| Menor pes de l'aparell (bateria, suport i llum) | 3,00 | 3,00 | 300g | 0,00 | 460g (superior al demanat aproximat) |
| Canvi de bateries sense necessitat d'eines | 2,00 | 2,00 | Sí | 2,00 | Sí |
| Indicador lluminós de l'estat de la bateria | 2,00 | 2,00 | Disposa d'indicador lluminós | 2,00 | Disposa d'indicador lluminós |
| Major durada de la bateria a màxima potència en ús continu (hores) | 3,00 | 3,00 | 4 hores | 2,50 | 3,5 hores |
| Menor temps de càrrega de la bateria (de 0% a 100%) | 1,00 | 0,25 | Entre 4 i 5 hores | 1,00 | 2 hores |
| Equip amb la bateria integrada al suport del cap, de manera que no hi hagi cablejat pel funcionament de l'equip | 5,00 | 5,00 | Bateria integrada al casc, sense cables | 5,00 | Fixada a la part posterior del casc sense cables |
| Inclusió de bossa o maletí per emmagatzematge de l'equip i accessoris | 3,00 | 3,00 | Inclou bossa de transport | 3,00 | Inclou maletí de transport |

LOT 4 Monitor tcpO2 transcutani

1310051300 Monitor de pressió parcial d'oxigen transcutani (tcpO2)

S'ha presentat 1 oferta:

QUERMED SA

L'oferta no es pot valorar per haver-se presentat fora de termini.

En conseqüència, es proposa deixar desert el lot 4.

Blanca Blázquez Romaña
Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments