



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

Expedient SA-2024-542

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament per a l'any 2024 de xeringues i agulles hipodèrmiques de seguretat per a la campanya de tardor.

CPV: 33141310-6 Xeringues
CPV: 33141320-9 Agulles per a ús mèdic

- Lot 1: Xeringa d'1 ml
- Lot 2: Agulla hipodèrmica de seguretat

Lot 1: Xeringa d'1 ml

1. Característiques
 - 3 cossos
 - Cilindre transparent
 - Dosificació de 0,1 ml a 1 ml
 - Escala centesimal (0,01 ml) impresa inesborrable i graduada cada 0,1 ml.
(S'ha de visualitzar la dosificació de 0,1 ml fins a 1 ml).
 - Sense espai mort
 - Estèril, d'un sol ús
 - Sense làtex
 - Connexió Luer slip o Luer lock
2. Quantitat: 1.300.000 unitats
3. Preu unitari: 0,07 € (21% IVA exclòs)

Lot 2: Agulla hipodèrmica de seguretat

1. Característiques
 - Dimensions: 23G 1"; 0,6 mm x 25 mm
 - Compatible amb xeringues de connexió Luer Slip i Luer Lock.
 - Sense làtex
2. Quantitat: 800.000 unitats
3. Preu unitari: 0,10 € (21% IVA exclòs)



Doc. original signat per:
Ana Bocio Sanz 18/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0LAB4RRHILH6QQMHJ9O2008Y2ZVMD8KK

Data creació còpia:
19/07/2024 13:57:59

Pàgina 1 de 5

2. REQUISITS TÈCNICS

El candidat haurà d'acreditar el compliment dels següents requeriments mínims:

- 2.1. El producte haurà de ser lliure de làtex i s'haurà d'acreditar mitjançant certificat de l'empresa.
- 2.2. Declaració que el producte compleix el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant).
- 2.3. Acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE.
- 2.4. Documentació acreditativa del compliment de la legislació vigent espanyola i comunitària en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.
- 2.5. Certificat oficial de compliment del sistema d'identificació estàndard GS1-128 a les etiquetes identificatives de cada unitat d'agrupació de productes, expedit per l'autoritat competent, a fi d'aconseguir una traçabilitat total dels productes des del seu origen. Es requereix la identificació seguint els estàndards actuals de codis de barres (Code 128) que contingui com a variables identificadores el codi nacional, proveïdor, tipus de producte, lot, caducitat i nombre d'unitats.
- 2.6. Capacitat de l'empresa per intercanviar documents comercials mitjançant el sistema EDI (Electronic Data Interchange). Els documents a intercanviar són:
 - Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
 - Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
 - Albarà electrònic (missatge DESADV D 96A UN EAN005)
 - Confirmació de recepció o mercaderia (missatge RECADV D 96A UN EAN003)

Dels 4 missatges a intercanviar, són obligatoris el missatge ORDERS i el missatge DESADV.

Les empreses hauran d'aportar certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 Spain, acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI utilitzada
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005 (opcional)
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005



Doc.original signat per:
Ana Bocio Sanz 18/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0LAB4RRHILH6QQMHJ9O2008Y2ZVMD8KK

Data creació còpia:
19/07/2024 13:57:59

Pàgina 2 de 5



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003 (opcional)
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

- 2.7. En cas que l'empresa no pugui complir amb el requisit del punt 2.6, haurà d'emetre certificat on acrediti que té capacitat per a intercanviar dades en format electrònic dins d'un sistema logístic integral.
- 2.8. Mostres: l'empresa ha de remetre una mostra del producte. S'haurà d'entregar en un sobre tancat al Registre del Departament de Salut, al carrer Roc Boronat, 81-95, 08005 de Barcelona, adreçat al Servei de Contractació i Patrimoni a l'atenció de la Cap de Servei de Contractació i Patrimoni.
- 2.9. Pel que fa a la facturació, a la factura s'haurà d'especificar el núm. de comanda de la Secretaria de Salut Pública, el núm. d'albarà i el núm. de referència de l'expedient de contractació.
- 2.10. Les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si al centre destinatari li és necessari.
- 2.11. El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat que les requereixi, preferiblement en català, i si no es possible en castellà.

3. NORMES DE DISTRIBUCIÓ

- 3.1. El producte s'haurà de subministrar en paquets estèrils individuals.
- 3.2. El producte ha de tenir una caducitat mínima de 2 anys en el moment del subministrament.
- 3.3. Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.
- 3.4. Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.
- 3.5. L'empresa adjudicatària procedirà al subministrament prèvia sol·licitud de la Secretaria de Salut Pública (mitjançant e-mail o altres sistemes electrònics) en la data especificada per la Secretaria de Salut Pública.
- 3.6. El subministrament es farà en entregues prèvia petició de la Secretaria de Salut Pública, amb el compromís de fer efectives les peticions puntuals que puguin ser necessàries en un termini que no podrà excedir de 72 hores.



Doc. original signat per:
Ana Bocio Sanz 18/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0LAB4RRHILH6QQMHJ9O2008Y2ZVMD8KK

Data creació còpia:
19/07/2024 13:57:59

Pàgina 3 de 5



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

- 3.7. En el cas que els proveïdors no puguin intercanviar mitjançant EDI el missatge de confirmació de recepció o mercaderia (missatge RECADV D 96A UN EAN003), hauran de confirmar obligatòriament els lliuraments a l'aplicació SIVAC mitjançant el "SAP Web Applications Server" o altres sistemes electrònics per tal que els centres de destí puguin recepcionar les unitats informàticament. Els proveïdors hauran d'informar les unitats que subministren, el lot, la caducitat i el codi nacional del producte.

Qualsevol incidència en els lliuraments sol·licitats, s'haurà de fer notificar a la Secretaria de Salut Pública.

- 3.8. Els proveïdors estaran obligats a especificar el núm. de comanda que identifica el lliurament, el nombre de d'unitats que subministren, el lot i la data de caducitat en els albarans de lliurament de cada producte i a la part exterior de les caixes d'embalatge, el contingut de les quals deurà ser exclusivament d'una única producte (mono referència) i mono lot:

PRODUCTE
PROVEÏDORS
NÚM. UNITATS
LOT
CADUCITAT

- 3.9. El lliurament de les comandes s'efectuarà en els centres de destí prèvia autorització de la Secretaria de Salut Pública, els matins dels dies laborables, de 9 a 13,30 hores, de dilluns a dijous (mai divendres ni vigílies de festa, excepte en els casos en que la Secretaria de Salut Pública així ho indiqui). Les despeses de transports i lliuraments en destí aniran a càrrec de l'adjudicatari.
- 3.10. El termini de garantia és de 2 anys des del lliurament dels productes objecte del contracte.
- 3.11. Tots els lliuraments s'han d'efectuar en paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15, amb excepció dels lliuraments de volums petits.
- 3.12. Les paletes han de tenir un pes màxim de 750 kg, i una alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa).
- 3.13. Els centres de destí de les comandes seran:

Centre	Adreça	CP	Localitat
Logaritme	C/Moli d'en Guineu 18-22, Polígon Moli del Racó	08770	Sant Sadurní d'Anoia
Tarragona	Dr. Mallafre i Guasch 4, Edifici D, Planta 6, P1	43007	Tarragona
Consorci Terrassa	Ctra. Torrebónica s/n (Ed. Atenció Primària)	08227	Terrassa
Mútua Terrassa	Rambla Egara, 386	08221	Terrassa



Doc. original signat per:
Ana Bocio Sanz 18/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0LAB4RRHILH6QQMHJ9O2008Y2ZVMD8KK

Data creació còpia:
19/07/2024 13:57:59

Pàgina 4 de 5



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

4. DIPÒSIT I RECEPCIÓ EN ORIGEN

La Secretaria de Salut Pública podrà demanar el dipòsit de tots o una part dels productes a subministrar, de forma que es considerarà que s'ha verificat el lliurament del subministrament als efectes del que disposa l'article 300.4 de la LCSP.

L'adjudicatari dipositarà els productes a subministrar en la quantitat que s'acordi amb la Secretaria de Salut Pública, de forma que restin reservats en les dependències de l'adjudicatari en les condicions exigides en els plecs que regeixen el contracte, fins que siguin requerits parcial o totalment al depositari, que els anirà lliurant en els llocs establerts segons li siguin requerits.

Es formalitzarà un contracte de dipòsit que comportarà la recepció en origen de les unitats de productes que s'acordi, document on haurà de fer-se constar la quantitat d'unitats dipositades, el número de lot i la data de caducitat dels productes.

El dipòsit finalitzarà quan s'entregui la totalitat dels productes dipositats a l'Administració Pública.

Ana Bocio
Subdirectora general de
Promoció de la Salut



Doc. original signat per:
Ana Bocio Sanz 18/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0LAB4RRHILH6QQMHJ9O2008Y2ZVMD8KK

Data creació còpia:
19/07/2024 13:57:59

Pàgina 5 de 5