



CODI DE VERIFICACIÓ	310I2C3D374V3U1W0X58		
PROCEDIMENT	V220 Contractacions de subministraments		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/94518/2023	DOCUMENT NÚM.	191440/2024
ÀREA	Drets Socials		
UNITAT	Salut Ambiental		

## **PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE, MEDIS DE CULTIU I REACTIUS DEL LABORATORI MUNICIPAL DE L'HOSPITALET.**

### **1. Objecte del contracte**

L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament del material fungible, medis de cultiu i reactius que s'utilitzen per a la realització de les anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques al Laboratori municipal de L'Ajuntament de L'Hospitalet.

Aquestes analítiques es realitzen en aigües de consum humà, en aigües de vasos de piscina, en mostres de legionel·la, en aigües continentals, en aigües de mar, en aliments, en cosmètics i en sorres.

El detall de la composició del lot i les prescripcions tècniques d'obligat compliment de cadascun dels productes són les que consten a l'Annex del PPT.

En aquest mateix annex consten els preus unitaris màxims de cada producte, que per tant no es poden superar, així com les quantitats estimades de consum.

El contracte consta de diversos lots:

- Lot 1: Reactius de química general
- Lot 2: Material fungible d'un sol ús
- Lot 3: Fungible durador
- Lot 4: Medis de cultiu i reactius de microbiologia
- Lot 5: Reactius per determinar la toxicitat de l'aigua (assaig de bacteris luminescents)
- Lot 6: Mètode del substrat definit
- Lot 7: Soques de microbiologia

### **2. Especificacions tècniques**

Les característiques tècniques dels productes (nom, qualitat analítica del producte i presentació) estan especificades en l'Annex del PPT. Es tracta de prescripcions tècniques d'obligat compliment i, en conseqüència, els licitadors hauran d'acreditar que els productes que ofereixen compleixen amb aquestes. En el cas que un licitador presenti una oferta on un o diversos productes del lot no compleixin amb les prescripcions tècniques d'obligat compliment, aquesta oferta quedarà excloua del contracte pel que respecta al lot afectat.

A l'hora d'elaborar les descripcions dels productes s'ha vetllat per l'acompliment de les exigències de l'article 126 de la Llei de Contractes del Sector Públic. En tots aquells casos excepcionals en que no ha estat possible realitzar una descripció suficientment precisa o intel·ligible d'algun dels productes, s'ha fet constar la marca de referència per a facilitar la identificació del producte, però sempre indicant que s'admetran productes equivalents d'altres marques. En els casos en què s'ha fet referència a una marca com a descripció tècnica, el licitador que presenti oferta amb un producte equivalent haurà de provar l'equivalència amb la



marca de referència, així com l'acompliment de les prescripcions tècniques d'obligat compliment.

L'equivalència es provarà de la següent manera segons els lots:

Lots 1, 4, 5 i 6: que tinguin un formulació química equivalent

Lots 2 i 3: que el material sigui de qualitat equivalent

Lot 7: que el material sigui quantificat amb un rang de quantificació equivalent i certificat.

Aquesta equivalència s'haurà d'entregar en forma de document juntament amb la oferta. En cas de que a empresa no inclogui aquesta informació referent a l'equivalència aquesta serà exclosa de la licitació.

-En el cas en que es presenti un producte equivalent a la referència proposada a l'Annex del PPT i no s'inclogui l'equivalència del mateix segons les condicions establertes per lot a l'apartat 2 del present Plec s'exclourà a la empresa licitadora.

### **3. Previsió de necessitats**

El Laboratori realitza els controls analítics derivats de les actuacions de control oficial; atès que aquestes actuacions no poden preveure's de forma anticipada, les previsions de consum dels productes només poden establir-se de forma estimada i per tant estaran subordinats a les necessitats del laboratori. Cap contractista té dret a reclamar cap mena de compensació en el cas que el consum sigui inferior al previst.

A més dels productes relacionats, el contracte podrà comprendre subministraments puntuals segons les necessitats, d'elements no previstos en els annexos de productes per a cadascun dels LOTS per necessitat sobrevinguda o per creació de nous productes. Aquesta serà una causa de modificació del contracte tal com s'indica a la clàusula de modificacions del PCAP.

### **4. Termini de subministrament**

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar el subministrament dels productes en un termini màxim de 9 dies hàbils, a partir de la data d l'enviament de correu electrònic de la comanda a l'interlocutor únic de la empresa, de les comandes fraccionades fetes pel Laboratori. No obstant, les empreses poden reduir aquest termini de lliurament en les seves ofertes. Quan l'adjudicatari tingui problemes de subministrament d'un producte ofert del lot, per causes extraordinàries o de força major no previsible, ha de buscar una alternativa equivalent en el termini de 10 dies hàbils i aquesta alternativa no justifica el poder incrementar el preu d'aquell producte.

### **5. Caducitat i garantia del producte**

En el cas dels lots dels grups de reactius s'hauran de subministrar amb la caducitat que el laboratori faci constar en les comandes respectives que s'efectuïn en el contracte. En el cas dels "patrons interns" dintre del lot 1, i també en el cas del lot 7 "Soques de microbiologia", la caducitat mínima de tots els productes ha de ser d'un any. A la resta de lots, el material subministrat ha de ser el que tingui una data més llunyana de caducitat als seus estocs. L'adjudicatari de cada LOT haurà d'aportar, juntament amb la resta de documentació, una Declaració Responsable comproment-se a les caducitat màximes indicades en aquest apartat.

Les empreses adjudicatàries efectuaran el canvi de qualsevol producte que arribi defectuós, trencat o amb data propera de caducitat. En el transport dels productes s'ha de mantenir la cadena de fred.



## **6. Lloc de subministrament**

Les empreses adjudicatàries dels contractes basats queden obligades a lliurar els productes al Laboratori de Salut Pública de L'Hospitalet, situat a la segona planta carrer Cobalt, 57-59 de L'Hospitalet de Llobregat, C.P.: 08907.

Les empreses adjudicatàries del lot, NO poden exigir un import de comanda mínima. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar totes les comandes independentment de l'import. No es poden cobrar ports ni despeses de gestió addicionals. Totes les despeses associades a l'execució del contracte estan incloses en els preus unitaris que ofereixin els licitadors per a cada producte.