



INFORME VALORACIÓ TÈCNICA. CRITERIS AUTOMÀTICS

EXPEDIENT: 2024 ED-2024-0426

Subministrament d'equipaments de ciència i laboratori, concretament de física/química i biologia/geologia, amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d'Educació

VALORADORS

CÀRREC

SIGNATURES

Assessor tècnic docent S.E.E.

AGRUPACIÓ: 01 Laboratori biologia/geologia i física/química

COMENTARI GENERAL DE L'AGRUPACIÓ:

Les ofertes aptes són les puntuades de 0 a 100 punts d'acord amb els criteris de valoració i les no aptes no es puntuen i consten com NO aptes.



ARTICLE: 24186 Vas Dewar

MOSTRA

EMPRESA: 7 DDBIOLAB, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 100

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Oferta un model de 2 L.

Criteris de valoració:

Opció B.

Capacitat fins a un màxim de 100 punts. 10 punts per a cada 0,1 L a partir d'1 llitre.

Puntuació: 100 punts

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Oferta un termo i no garanteix, com es demana a la prescripció tècnica, que serveixi per a la utilització amb nitrogen líquid que arriba a una temperatura aproximada de -200 °C. La capacitat és de 0,75 L i a la prescripció tècnica es demana de 1 L.

D'acord amb l'annex 6 del PCAP, pàgina 65:

"La falta d'informació que no permeti contrastar l'adequació a les prescripcions tècniques comportarà que l'article es valori com no apte."

Criteris de valoració:

Opció B.

Capacitat fins a un màxim de 100 punts. 10 punts per a cada 0,1 L a partir d'1 llitre.



EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 100

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Oferta un model de 2 L.

Criteris de valoració:

Opció B.

Capacitat fins a un màxim de 100 punts. 10 punts per a cada 0,1 L a partir d'1 llitre.

Puntuació: 100 punts



ARTICLE: 24215 Equip de destil·lació macro

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24216 Equip bàsic destil·lació semi-micro

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24217 Equip dissecció

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24218 Equip electricitat-electrònica

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24221 Equip Òptica

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24222 Equip per a reacció i destil·lació

MOSTRA

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24223 Equip pràctiques "plantes ràpides"

MOSTRA

EMPRESA: 1 PSYTEC, MATERIAL TÉCNICO S.L.

VARIANT: 1

V. TÉCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24226 Estufa cultius 40 I

MOSTRA

EMPRESA: 7 DDBIOLAB, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 100

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Oferta un model de 52 L.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de capacitat a partir de 40 L fins a 100 punts. 10 punts per cada litres a partir de 40 L.

Puntuació: 100 punts

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 50

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Oferta un model de 45 L.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de capacitat a partir de 40 L fins a 100 punts. 10 punts per cada litres a partir de 40 L.

Puntuació: 50 punts



EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 50

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Oferta un model de 45 L.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de capacitat a partir de 40 L fins a 100 punts. 10 punts per cada litres a partir de 40 L.

Amplia 5 L

Puntuació: 50 punts

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 50

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Oferta un model de 45 L.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de capacitat a partir de 40 L fins a 100 punts. 10 punts per cada litres a partir de 40 L.

Puntuació: 50 punts



ARTICLE: 24227 Frigorífic - congelador

MOSTRA

EMPRESA: 7 DDBIOLAB, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24228 Generador funcions 0.1-1MHz

MOSTRA

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació 0 punts.

Es valora l'ampliació del marge de freqüències, però es demana sortida d'ones sinusoidal, triangular i quadrada. El model que oferta si amplia les freqüències d'ones sinusoidal i quadra però no la triangular.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació del marge de freqüències a partir de 0,1 a 1 Mhz fins a un màxim de 100 punts.
10 punts per a cada 0,1 Mhz d'ampliació del marge.

Puntuació 0 punts.

No amplia totes les formes d'ones.



ARTICLE: 24229 **Generador vander graaf**

MOSTRA

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24230 Làmines ishihara

MOSTRA

EMPRESA: 5 ENFOCA SOLUCIONS AVC SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 1 PSYTEC, MATERIAL TÈCNICO S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24231 Conjunt ulleres protectores

MOSTRA

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24233 Lupa binocular

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 70

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 70 punts.

Criteris de valoració:

Opció B.

Posibilitats de gir del capçal de 90° a 180° sobre la columna per poder observar mostres de grans dimensions. Si 70 punts, no 0 punts.

Sí que ho permet.

Puntuació: 70 punts.

Incorporació de tercera llum amb flexo. Si 30 punts, no 0 punts.

No incorpora 3ª llum.

Puntuació: 0 punts

EMPRESA: 4 JOSÉ Mª NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

A la prescripció tècnica es demanen oculars de 10X i un diàmetre de camp de 19 a 21 mm. El licitador ofereix un camp de 22 mm. Tot i que el licitador indica que és una millora, un camp major pot comportar que augmenti l'aberració i/o distorsió de la imatge. Limitar el camp facilita que la visió estigui lliure d'aberracions o d'altres distorsions que comprometin la qualitat de la imatge.

Criteris de valoració:

Opció B.

Posibilitats de gir del capçal de 90° a 180° sobre la columna per poder observar mostres de grans dimensions. Si 70 punts, no 0 punts.

Incorporació de tercera llum amb flexo. Si 30 punts, no 0 punts.



EMPRESA: 3 MOTICEUROPE, SLU

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 70

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 70 punts.

Criteris de valoració:

Opció B.

Posibilitats de gir del capçal de 90° a 180° sobre la columna per poder observar mostres de grans dimensions. Si 70 punts, no 0 punts.

Sí que ho permet.

Puntuació: 70 punts.

Incorporació de tercera llum amb flexo. Si 30 punts, no 0 punts.

No incorpora 3ª llum.

Puntuació: 0 punts

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 70

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 70 punts.

Criteris de valoració:

Opció B.

Posibilitats de gir del capçal de 90° a 180° sobre la columna per poder observar mostres de grans dimensions. Si 70 punts, no 0 punts.

Sí que ho permet.

Puntuació: 70 punts.

Incorporació de tercera llum amb flexo. Si 30 punts, no 0 punts.

No incorpora 3ª llum.

Puntuació: 0 punts



ARTICLE: 24234 Microscopi binocular

MOSTRA

EMPRESA: 5 ENFOCA SOLUCIONS AVC SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

D'acord amb l'annex 6 del PCAP, pàgina 65:

"La falta d'informació que no permeti contrastar l'adequació a les prescripcions tècniques comportarà que l'article es valori com no apte."

A la prescripció tècnica es demana òptica acromàtic i parafoval i només indica que és acromàtica. A la prescripció tècnica indica que les òptiques són parafovalls, però segons el catàleg del model aportat només és acromàtica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

D'acord amb l'annex 6 del PCAP, pàgina 65:

"La falta d'informació que no permeti contrastar l'adequació a les prescripcions tècniques comportarà que l'article es valori com no apte."

A la prescripció tècnica es demana òptica acromàtic i parafoval i només indica que és acromàtica.

No inclouen els següents accessoris que es demanen a la prescripció tècnica:

- Binocles.
- LEDs de recanvi de la llum transmesa.
- Oli d'immersió en condicions i recipient adequat.
- Clau sisavada (Allen) o tornavís per als cargols de seguretat dels oculars i el capçal.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Es demanen binocles a la prescripció tècnica i no els aporta.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MOTICEUROPE, SLU

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

D'acord amb l'annex 6 del PCAP, pàgina 65:

"La falta d'informació que no permeti contrastar l'adequació a les prescripcions tècniques comportarà que l'article es valori com no apte."

A la prescripció tècnica es demana òptica acromàtic i parafoval i només indica que és acromàtica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24236 Microscopi monocular

MOSTRA

EMPRESA: 5 ENFOCA SOLUCIONS AVC SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

D'acord amb l'annex 6 del PCAP, pàgina 65:

"La falta d'informació que no permeti contrastar l'adequació a les prescripcions tècniques comportarà que l'article es valori com no apte."

A la prescripció tècnica es demana òptica acromàtic i parafoval i només indica que és acromàtica.

No inclouen els següents accessoris que es demanen a la prescripció tècnica:

-LEDs de recanvi de la llum transmesa.

-Clau sisavada o tornavís pel cargol de seguretat del capçal, clau de ganxo per regular la tensió de l'eix.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 3 MOTICEUROPE, SLU

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24237 Micròtom de mà (secundària)

MOSTRA

EMPRESA: 7 DDBIOLAB, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 5 ENFOCA SOLUCIONS AVC SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

D'acord amb l'annex 6 del PCAP, pàgina 65:

"La falta d'informació que no permeti contrastar l'adequació a les prescripcions tècniques comportarà que l'article es valori com no apte."

A la prescripció tècnica es demanen unes dimensions aproximades de 80 mm de diàmetre i 100 mm d'altura i només informa del diàmetre que és de 63 mm, molt menor a l'especificat i no informa de l'altura.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24240 Models moleculars

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24241 Models orbitals

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24252 **Agitador magnètic (eso)**

MOSTRA

EMPRESA: 7 DDBIOLAB, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

A la prescripció tècnica es deman un grau de protecció IP 52 i és IP 21, es a dir, de menys protecció.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

A la prescripció tècnica es deman un grau de protecció IP 52 i és IP 20, es a dir, de menys protecció.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24255 Balança 0.1 força 3 kg "eso"

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 11

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 11 punts.

Capacitat de 2.610 g.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 2.500 g fins a 100 punts. 10 punts per a cada 100 g de més a partir dels 2.500 g. Màxim 100 punts.
110 g d'ampliació de capacitat.

Puntuació: 11 punts.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 11

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 11 punts.

Capacitat de 2.610 g.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 2.500 g fins a 100 punts. 10 punts per a cada 100 g de més a partir dels 2.500 g. Màxim 100 punts.
110 g d'ampliació de capacitat.

Puntuació: 11 punts.



EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 11

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 11 punts.

Capacitat de 2.610 g.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 2.500 g fins a 100 punts. 10 punts per a cada 100 g de més a partir dels 2.500 g. Màxim 100 punts.
110 g d'ampliació de capacitat.

Puntuació: 11 punts.



ARTICLE: 24256 Balança electr.200 g 0,01

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

No inclou interfície USB com es demana a la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 300 g fins a 100 punts. 10 punts per a cada 100 g de més a partir dels 300 g.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 70

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Capacitat: 1.000 g

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 300 g fins a 100 punts. 10 punts per a cada 100 g de més a partir dels 300 g.

Ampliació de capacitat de 700 g.

Puntuació: 70 punts.



EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 31

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Capacitat: 610 g

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 300 g fins a 100 punts. 10 punts per a cada 100 g de més a partir dels 300 g.

Ampliació de capacitat de 310 g.
Puntuació: 31 punts.



ARTICLE: 24257 **Balança electrònica digital (eso)**

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 70

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 70 punts.

La capacitat és de 500 g.
Inclou funció de percentatge.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 300 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 100 g de més a partir dels 300 g.

Ampliació de 200 g.
Puntuació: 20 punts.

Amb possibilitat de mostrar percentatge diïpositat al plat 50 punts. Si 50 puntos, no 0 puntos.

Puntuació: 50 punts.



EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 50

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 50 punts.

La capacitat és de 3.000 g.
No inclou funció de percentatge.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 300 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 100 g de més a partir dels 300 g.

Ampliació de 2.700 g.
Puntuació: 50 punts.

Amb possibilitat de mostrar percentatge diïpositat al plat 50 punts. Si 50 puntos, no 0 puntos.

Puntuació: 0 punts.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 100

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 100 punts.

La capacitat és de 1.000 g.
Inclou funció de percentatge.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 300 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 100 g de més a partir dels 300 g.

Ampliació de 700 g.
Puntuació: 50 punts.

Amb possibilitat de mostrar percentatge diïpositat al plat 50 punts. Si 50 puntos, no 0 puntos.

Puntuació: 50 punts.



ARTICLE: 24258 Balança granatària 250 g.

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

El model ofert té una capacitat de 100 g i a la prescripció tècnica es demana una mínima de 250 g.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 250 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 50 g de més a partir dels 250 g.

Millora de la precissió mínima de 0,02 g fins a 50 punts. 10 punts per a ca 0,001g de millora.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

El model ofert té una capacitat de 100 g i a la prescripció tècnica es demana una mínima de 250 g.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 250 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 50 g de més a partir dels 250 g.

Millora de la precissió mínima de 0,02 g fins a 50 punts. 10 punts per a ca 0,001g de millora.



EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

El model ofert té una capacitat de 100 g i a la prescripció tècnica es demana una mínima de 250 g.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 250 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 50 g de més a partir dels 250 g.

Millora de la precissió mínima de 0,02 g fins a 50 punts. 10 punts per a ca 0,001g de millora.



ARTICLE: 24259 Balança peses corredores

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 2,2

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 2,2 punts.

Model amb una capacitat de 311 g i 0,01 de precisió.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 300 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 50 g de més a partir dels 300 g.

Ampliació: 11 g

Puntuació: 2,2 punts.

Millora de la precisió mínima de 0,01 g fins a 50 punts. 10 punts per a ca 0,001g de millora.

Puntuació: 0 punts.



EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 2,2

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 2,2 punts.

Model amb una capacitat de 311 g i 0,01 de precisió.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 300 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 50 g de més a partir dels 300 g.

Ampliació: 11 g

Puntuació: 2,2 punts.

Millora de la precisió mínima de 0,01 g fins a 50 punts. 10 punts per a ca 0,001g de millora.

Puntuació: 0 punts.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 2,2

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 2,2 punts.

Model amb una capacitat de 311 g i 0,01 de precisió.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 300 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 50 g de més a partir dels 300 g.

Ampliació: 11 g

Puntuació: 2,2 punts.

Millora de la precisió mínima de 0,01 g fins a 50 punts. 10 punts per a ca 0,001g de millora.

Puntuació: 0 punts.



ARTICLE: 24260 Banc llum "plantes ràpides"

MOSTRA

EMPRESA: 1 PSYTEC, MATERIAL TÉCNICO S.L.

VARIANT: 1

V. TÉCNICA: 0

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24265 Col·lecció de minerals

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24266 Col·lecció de roques

MOSTRA

EMPRESA: 8 Geomar Enginyeria del Terreny, SLP

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24267 Conjunt d'anatomia i fisiologia humana

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

A la prescripció tècnica es demana un ull fisiològic per representar el funcionament de l'ull per pressió hidràulica i lliura una simulació per llum làser.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24268 Conj. Preparaci. Per a microsc.(secund)

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24270 Cubeta electrolísis

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24272 Cubeta ones

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 24273 **Dinamòmetres d'1 a 25 Nw**

MOSTRA

EMPRESA: 5 ENFOCA SOLUCIONS AVC SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Es demana dinamòmetres de 25 N i els oferta de 20 N

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

No compleix amb les precisions que es demanen a la prescripció tècnica per alguns dinamòmetres. Com exemple el de 5 N ha de ser de 0,05 N de precisió i l'oferta de 0,1 N.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 26549 Utilatge bàsic de metall, de fusta i de plàstic

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Ofereix pinces de refrigerant amb obertura variable de 10 a 55 mm i les que efereix només arriben a una obertura de 25 mm.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 26550 **Utillatge bàsic de ceràmica , goma i vidre**

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 26551 Utilatge volumètric de vidre

MOSTRA

EMPRESA: 7 DDBIOLAB, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

D'acord amb l'annex 6 del PCAP, pàgina 65:

"La falta d'informació que no permeti contrastar l'adequació a les prescripcions tècniques comportarà que l'article es valori com no apte."

A la prescripció tècnica es demanen 10 provetes de 10 mL i 100 mL i a la oferta específica:
"Unidad de venta: 2 uds"

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 26552 Fogó de gas i accessoris

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 26554 Equip de destil.lació simple

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 26555 **Balança electrònica digital de 400 gr. i de precisió (0,01 g)**
 MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 20

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 20 punts.

Capacitat 500 g.
Precisió. 0,01 g. No millora la precisió.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 400 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 50 g de més a partir dels 400 g.

Ampliació de capacitat: 100 g.
Puntuació: 20 punts.

Millora de la precisió mínima de 0,01 g fins a 50 punts. 10 punts per a ca 0.001g de millora.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 50

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 50 punts.

Capacitat 1,000 g.
Precisió. 0,01 g. No millora la precisió.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 400 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 50 g de més a partir dels 400 g.

Ampliació de capacitat: 600 g.
Puntuació: 50 punts.

Millora de la precisió mínima de 0,01 g fins a 50 punts. 10 punts per a ca 0.001g de millora.



EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 42

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Puntuació total: 20 punts.

Capacitat 610 g.

Precisió. 0,01 g. No millora la precisió.

Criteris de valoració:

Opció B.

Ampliació de la capacitat a partir de 400 g fins a 50 punts. 10 punts per a cada 50 g de més a partir dels 400 g.

Ampliació de capacitat: 210 g.

Puntuació: 42 punts.

Millora de la precisió mínima de 0,01 g fins a 50 punts. 10 punts per a ca 0.001g de millora.



ARTICLE: 26556 Tubs espectrals amb xarxes de difracció

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 29816 Eines, accessoris i complements del laboratori

MOSTRA

EMPRESA: 2 IBD CIENCIA S.L.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 47172 Armari per a productes inflamables

MOSTRA

EMPRESA: 7 DDBIOLAB, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

No es presenten les certificacions de les normatives que compleix com es demana a la prescripció tècnica.

D'acord amb l'annex 6 del PCAP, pàgina 65:

"La falta d'informació que no permeti contrastar l'adequació a les prescripcions tècniques comportarà que l'article es valori com no apte."

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 47173 Armari per a productes corrosius

MOSTRA

EMPRESA: 7 DDBIOLAB, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

No es presenten les certificacions de les normatives que compleix com es demana a la prescripció tècnica.

D'acord amb l'annex 6 del PCAP, pàgina 65:

"La falta d'informació que no permeti contrastar l'adequació a les prescripcions tècniques comportarà que l'article es valori com no apte."

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.



ARTICLE: 47201 Pantalles facials

MOSTRA

EMPRESA: 7 DDBIOLAB, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta d'acord amb la prescripció tècnica.

No especifica la quantitat de pantalles que oferta. A la prescripció tècnica es demanen 12.

D'acord amb l'annex 6 del PCAP, pàgina 65:

"La falta d'informació que no permeti contrastar l'adequació a les prescripcions tècniques comportarà que l'article es valori com no apte."

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 4 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.

EMPRESA: 6 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: 0

Oferta apta d'acord amb la prescripció tècnica.

Criteris de valoració:

Opció B.

Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.