

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER EXCLUSIVITAT PER AL SERVEI DE REPARACIÓ DE LA LLITERA DE L'EQUIP SPECT-TC MARCA SIEMENS MODEL SYMBIA T AMB NÚMERO DE SÈRIE 1299 PER AL CENTRE IDI · TARRAGONA – HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és definir les característiques tècniques i funcionals del servei de reparació de la llitera de l'equip SPECT-TC marca Siemens model Symbia T amb número de sèrie 1299 destinat al següent centre:

- Hospital Universitari Joan XXIII [Tarragona]
Carrer Doctor Mallafrè i Guasch, 4 – 43007 Tarragona

2. FINALITATS DEL CONTRACTE

Els objectius principals que es pretenen mitjançant la contractació d'aquest servei de reparació a una empresa especialitzada en aquest tipus d'equipament són:

- Reparació de la llitera de l'equip SPECT-TC marca Siemens model Symbia T amb número de sèrie 1299 amb la finalitat de reparar el mòdul recolza-caps i la planxa de carboni de l'equip.

3. ABAST DEL CONTRACTE

L'àmbit d'actuació es la llitera de l'equip d'SPECT-TC marca Siemens model Symbia T amb número de sèrie 1299 del centre IDI · Tarragona – Hospital Universitari Joan XXIII.

4. PRESTACIONS QUE S'INCLOUEN AL CONTRACTE

L'abast del servei de reparació inclou:

- Diagnòstic de la incidència remotament amb la finalitat de recollir totes les dades possibles.
- Si amb el diagnòstic remot no és possible solucionar la incidència, un tècnic acudirà presencialment a resoldre-la.
- Substitució del mòdul Symbia CT recolza-caps
- Substitució de la planxa/taulell *Carbon ASM*
- Es realitzaran totes les intervencions correctives necessàries, per tal de corregir la incidència detectada en la llitera de l'equip. Totes els conceptes de mà d'obra, desplaçament, dietes, etc., quedaran inclosos.
- Tots els materials queden inclosos.

L'equip quedarà operatiu després de la finalització del servei de reparació i la seva verificació.

La reparació es donarà per finalitzada, una vegada l'equip hagi tornat a les condicions d'operativitat i bon funcionament i l'usuari hagi donat el vistiplau.

Aquesta intervenció quedarà registrada, tant en suport electrònic, com en els fulls de treball (informe) que lliurarà al coordinador/coordinadora in situ i copia en format electrònic al responsable de l'Àrea d'Infraestructures.

5. VIGENCIA DEL CONTRACTE

1 mes.

Barcelona,

Andrea Medrano Vicente
Coordinadora de l'Àrea d'Infraestructures
Direcció de Serveis Generals
Institut de Diagnòstic per la Imatge