

1150010300	ECÒGRAF GENERAL
------------	-----------------

Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.

Criteris avaluables segons criteris automatitzats		Puntuació màxima	Document	pàgina del document
1.1	Monitor principal específic model EIZO/BARCO/NEC Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	6		
1.2	La pantalla tàctil a color de més de 10" que permeti la selecció de totes les funcionalitats i paràmetres configurats per l'usuari. Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	4		
1.3	La sonda linial ha de permetre una amplada del footprint de més de 10mm. Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	8		
1.4	La sonda linial ha de permetre una resolució axial de 0,5 a 50mm. Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	7		
1.5	Incloure software de gestió i tractament d'estudis instal·lable en qualsevol ordinador, per a la realització de mesures, informes i anotacions; en el mateix format que l'ecògraf. Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	3		
1.6	Consola motoritzada que permeti diferents posicions de treball ajustables i bloquejables. Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	3		
1.7	Possibilitat de comparar estudis en temps real amb estudis arxivats en l'equip o la BBDD de l'hospital, de qualsevol modalitat radiològica. Si: 100% puntuació. No : 0 punts	5		
1.8	Eina d'optimització de la imatge ecogràfica mitjançant gesticulacions ràpides. L'eina ha de poder optimitzar la imatge ecogràfica de manera que permeti la configuració de paràmetres de manera ràpida i intel·ligent i el nombre de paràmetres a poder configurar. Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	4		
Valoració EETT de l'equip:		40		
Puntuació valoració EETT		Puntuació màxima	Puntuació Obtinguda	
Total Puntuació EETT		40		

1150010300	ECÒGRAF GENERAL
------------	-----------------

Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.

Monitor principal específic model EIZO/BARCO/NEC		Puntuació màxima	Document	pàgina del document
1	Servei tècnic			
1.1	<p>Nº de tècnics de Servei disponibles a la Comunitat Econòmica Europea dedicats al manteniment d'equips d'Ultrasons adscrits al contracte.</p> <p>Tots els tècnics adequadament acreditats (amb certificats de formació i capacitació per al manteniment i reparació d'equips del model específic emesos per l'empresa fabricant de l'equip) per a realitzar el manteniment i reparació de l'equip objecte del contracte.</p> $Pv = P \cdot (Ov - Vr) / (Om - Vr)$	2		
1.2	<p>L'equip permet connexió en línia per revisió del sistema i anàlisi remot d'averies.</p> <p>Sí: 100 % puntuació No: 0 % puntuació</p>	2		
1.3	<p>Horari d'atenció del Servei Tècnic en dies laborables/festius.</p> <p>Valor mínim exigid de 40h setmanals. Es valora el major nombre d'hores setmanals, per tant puntua més el valor més alt.</p> $Pv = P \cdot (Ov - Vr) / (Om - Vr)$	1		
Valoració Servei Tècnic:		5		
Puntuació valoració Servei Tècnic		Puntuació màxima	Puntuació Obtinguda	
Total Puntuació Servei Tècnic		5		