

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLES PER A BOMBA DE PERFUSIÓ DE MEDICACIÓ I FUNGIBLES PER L'EQUIP MULTI-PARAMÈTRIC IR3880 COMPATIBLES AMB RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE LA MARCA IRADIMED PER L'IDI VALL D'HEBRON, IDI METROPOLITANA NORD, IDI METROPOLITANA SUD, IDI TARRAGONA, IDI TERRES DE L'EBRE, IDI LLEIDA I L'IDI GIRONA

Expedient: PN-SB-IDI-2024-003

1. OBJECTE	3
2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.....	3
A. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	5
B. INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC	5
3. CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT.....	5
A. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT	5
B. GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT	5
C. TERMINI DE LLIURAMENT	6
D. LLOC DE LLIURAMENT DE LES COMANDES	6
E. CONDICIONS D'EMBALATGE A L'OPERADOR LOGÍSTIC	6
F. L'ALBARÀ.....	7
G. SISTEMA EDI	7
H. RECEPCIÓ DE MERCADERIES A L'OPERADOR LOGÍSTIC, LOGARITME, AIE.....	9
I. MOTIUS PELS QUALS ES REBUTJAR UNA MERCADERIA	9
J. NORMES DE SEGURETAT PER ELS XOFERS QUE TRANSITIN A LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE	10
ANNEX 1 – Normes de seguretat per a xofers	11

1. OBJECTE

Les presents especificacions tècniques són per al subministrament de fungibles per a bomba de perfusió de medicació i fungibles per l'equip multi-paramètric IR3880 compatibles per les unitats RM de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (en endavant IDI) en els centres:

- IDI Vall d'Hebron - Hospital Universitari de Vall d'Hebron
- IDI Metropolitana Nord – Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
- IDI Metropolitana Sud – Hospital Universitari Bellvitge
- IDI Tarragona – Hospital Universitari Joan XXIII
- IDI Terres de l'Ebre – Hospital Verge de la Cinta
- IDI Lleida – Hospital Universitari Arnau de Vilanova
- IDI Girona – Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
- IDI Girona – Hospital Santa Caterina

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Les característiques tècniques dels articles subjectes a licitació es detallen a continuació:

- a. Set d'infusió sense làtex amb pua i dos ports d'injecció sense agulla. Tub de plàstic, no tòxic i no pirogènic. Aquest fungible s'insereix dins la bomba IRIDIUM 3860 que disposa de pinça de tancament. Allargada de 200cm, no conte DEHP, lliure de làtex. Es subministra en caixes de cinquanta unitats.
- Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- b. Joc de xeringues ventilades sense làtex microbone de 4ml de volum principal. Tub de plàstic, no tòxic i no pirogènic. Aquest fungible per un extrem es connecta amb la xeringa i per l'altre al pacient mitjançant Luer. Porta un sistema de col·locació dins de la bomba i pinça tanca.. Allargada de 150cm, no conte DEHP, lliure de làtex. Es subministra en caixes de cinquanta unitats.
- Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.

Vented Syringe Set, Part Number : 1057



LATEX-FREE VENTED SYRINGE ADAPTER SET, MicroBore 4mL Prime Volume
For use with MRIdium™ Series MRI Infusion Pumps

- c. Joc d'extensió sense làtex amb un port d'injecció sense agulla. Tub de plàstic, no tòxic i no pirogènic. Aquest fungible per un extrem es connecta amb la xeringa i per l'altre al pacient mitjançant Luer. Porta un sistema de col·locació dins de la bomba i pinça tanca.. Allargada de 150cm, no conte DEHP, lliure de làtex. Es subministra en caixes de cinquanta unitats. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.

1058 IV Extension Set - alargo



- d. Tub de pressió arterial NIBP. Reutilitzable. Es subministra en caixa d'una unitat. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- e. Maneguet reutilitzable per adult (27-35cm). Combinen confort amb llarga durada. Maneguet fabricat de material tèxtil robust i rentable sense làtex i sense PVC. Fabricat amb material bio-compatible, inofensiu per a la pell amb un dispositiu de inflat fort i flexible de poliuretà i fàcil de netejar. Es subministra en caixa d'una unitat.

Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- f. Maneguet reutilitzable per adult llarg (27-35cm). Combinen confort amb llarga durada. Maneguet fabricat de material tèxtil robust i rentable sense làtex i sense PVC. Fabricat amb material bio-compatible, inofensiu per a la pell amb un dispositiu de inflat fort i flexible de poliuretà i fàcil de netejar. Es subministra en caixa d'una unitat. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- g. Maneguet reutilitzable pediàtric llarg (9-15cm). Combinen confort amb llarga durada. Maneguet fabricat de material tèxtil robust i rentable sense làtex i sense PVC. Fabricat amb material bio-compatible, inofensiu per a la pell amb un dispositiu de inflat fort i flexible de poliuretà i fàcil de netejar. Es subministra en caixa d'una unitat. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- h. Maneguet reutilitzable per adult gran (33-44cm). Combinen confort amb llarga durada. Maneguet fabricat de material tèxtil robust i rentable sense làtex i sense PVC. Fabricat amb material bio-compatible, inofensiu per a la pell amb un dispositiu de inflat fort i flexible de poliuretà i fàcil de netejar. Es subministra en caixa d'una unitat. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- i. Maneguet reutilitzable per pediatria (14-21cm). Combinen confort amb llarga durada. Maneguet fabricat de material tèxtil robust i rentable sense làtex i sense PVC. Fabricat amb material bio-compatible, inofensiu per a la pell amb un dispositiu de inflat fort i flexible de poliuretà i fàcil de netejar. Es subministra en caixa d'una unitat. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- j. Maneguet reutilitzable per adult petit (20,5-28,5cm). Combinen confort amb llarga durada. Maneguet fabricat de material tèxtil robust i rentable sense làtex i sense PVC. Fabricat amb material bio-compatible, inofensiu per a la pell amb un dispositiu de inflat fort i flexible de poliuretà i fàcil de netejar. Es subministra en caixa d'una unitat. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- k. Adaptador d'òxigen per adults i pediàtrics. Es subministra en caixa de vint-i-cinc unitats. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- l. Didal adaptable SPO2 per adult. Multi-us per a medicació SPO2, amb obertures per col·locar els connectors de FO, lliure de l'atex. Es subministra en caixa de vint-i-cinc unitats. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- m. Didal adaptable SPO2 per a nens. Multi-us per a medicació SPO2, amb obertures per col·locar els connectors de FO, lliure de l'atex. Es subministra en caixa de vint-i-cinc unitats. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- n. Didal adaptable SPO2 per a neonat. Multi-us per a medicació SPO2, amb obertures per col·locar els connectors de FO, lliure de l'atex. Es subministra en caixa de vint-i-cinc unitats.

Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- o. Didal adaptable SPO2 pediàtric. Multi-us per a medicació SPO2, amb obertures per col·locar els connectors de FO, lliure de l'atex. Es subministra en caixa de vint-i-cinc unitats. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.



- p. Pack didals reutilitzables talla 1-2-3. Reutilitzable. Es subministra en caixa de tres unitats. Cal que sigui compatible amb equips Iradimed i comptin amb certificat CE i que estigui certificat pel fabricant.

El número de fungibles anuals subministrats seran:

- Set d'infusió sense làtex amb pua i dos ports d'injecció sense agulla.
IDI Vall d'Hebron: 2000 unitats
IDI Tarragona: 100 unitats
IDI Terres de l'Ebre: 100 unitats
IDI Metropolitana Sud: 50 unitats
IDI Lleida: 50 unitats
- Joc de xeringues ventilades sense làtex microbone de 4ml de volum principal.
IDI Vall d'Hebron: 1000 unitats
IDI Tarragona: 200 unitats
IDI Lleida: 50 unitats
IDI Girona: 150 unitats
- Joc d'extensió sense làtex amb un port d'injecció sense agulla.
IDI Vall d'Hebron: 1000 unitats
IDI Lleida: 50 unitats

- Tub de pressió arterial NIBP.
IDI Girona: 2
- Maneguet reutilitzable per adult (27-35cm).
IDI Girona: 3
- Maneguet reutilitzable per adult llarg (27-35cm)
IDI Girona: 3
- Maneguet reutilitzable pediàtric (9-15cm)
IDI Girona: 3
- Maneguet reutilitzable per adult gran (33-44cm)
IDI Girona: 3
- Maneguet reutilitzable per pediatria (14-21cm)
IDI Girona: 3
- Maneguet reutilitzable per adult petit (20,5-28,5cm)
IDI Girona: 3
- Adaptador d'òxigen per adults i pediàtrics
IDI Girona: 25
- Didal adaptable SPO2 per adult
IDI Girona: 25
- Didal adaptable SPO2 per a nens
IDI Girona: 25
- Didal adaptable SPO2 per a neonat
IDI Girona: 25
- Didal adaptable SPO2 pediàtric
IDI Girona: 25
- Pack didals reutilitzables talla 1-2-3
IDI Girona: 25

Data de caducitat dels fungibles amb un mínim de 245 dies i el termini de lliurament entre cinc i set dies laborals des de la comanda.

El contractista es compromet a subministrar a l'entitat contractant els bens que li siguin requerits per aquesta a un preu unitari màxim segons l'oferta econòmica que presenti, de manera que les quantitats a subministrar pel proveïdor estaran condicionades a les necessitats de l'entitat contractant, com en el supòsit d'un augment de l'activitat assistencial no prevista que superi les quantitats indicades en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

a) Documentació tècnica a presentar en l'oferta

La informació que s'indica s'haurà de presentar en català i/o castellà:

- Fitxa tècnica dels productes.
- Descripció d'embalatge i etiquetat.

b) Informació de trencament d'estoc

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment.

En cas que per part de l'empresa adjudicatària es produís un desproveïment de l'objecte del contracte:

- Hauran de comunicar-ho a la unitat d'aprovisionaments amb una antelació mínima de 72 hores.

3. CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

a) Condicions de subministrament

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar els materials fungibles adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

b) Garantia de subministrament

L'empresa adjudicatària es comprometrà a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà de notificar a la unitat d'aprovisionaments i logística de l'IDI a través de correu electrònic a la següent adreça: aprovisionaments.idi@gencat.cat.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

c) Termini de lliurament

L'empresa adjudicatària lliurarà el material en un termini entre 5-7 dies laborals a partir de la data de recepció de la comanda per part de l'IDI.

L'empresa adjudicatària ha de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'IDI, Logaritme Serveis Logístics, AIE, la qual es notifica en la comanda-missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

d) Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador Logístic. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que s'estableixi. La recepció del material que corre, en el centre corresponent, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

e) Condicions d'embalatge a l'operador logístic

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic Logaritme Serveis Logístics, AIE.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades.
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa).
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En que cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge.

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp Referència

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa

f) L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005.

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència

- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

g) Sistema EDI

L'operador logístic de l'IDI, Logaritme, Serveis Logístics AIE, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)

En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:

- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes ha de confirmar l'ORDRSP. Si no es verifica, caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a Preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic, a través de l'ORDRSP, com a la Unitat d'aprovisionaments i logística de l'IDI mitjançant correu electrònic a aprovisionaments.idi@gencat.cat.

A la memòria tècnica, l'adjudicatari haurà d'aportar un certificat d'AECOC (GS1 SPAIN) amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Transitoriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de formalització del contracte, en cas que l'empresa no disposi del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i hi podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L'incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, l'adjudicatari podrà:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net

h) Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions AECOC per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de AECOC (GS1 ESPAÑA), s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat queda pendent de ser subministrada en la corresponent comanda, a lliurar el més aviat possible.

i) Motius pels quals es rebutja una mercaderia

- La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme

- Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides en el punt 3.e) d'aquest plec.
- En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, consta com a subministrament pendent.

j) Normes de seguretat per els xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

El nostre Operador Logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per els xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals es pot veure a l'**ANNEX 1 – Normes de seguretat per a xofers** d'aquest Plec.

Signat

Thais Yañez Blasco
Aprovisionament i Logística
Direcció de Recursos Econòmics

1. ANNEX 1 – Normes de seguretat per a xofers



NOMBRE Y APELLIDOS (CONDUCTOR)	
MATRÍCULA VEHÍCULO	
EMPRESA / AUTÓNOMO - IDENTIFICACIÓN -	
TELÉFONO EMPRESA / AUTÓNOMO	
FECHA Y FIRMA CONDUCTOR	

NORMAS DE SEGURIDAD PARA CHÓFERES

Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, proceda en todo momento des del acceso a nuestras instalaciones conforme a las siguientes instrucciones:

1. Acceso al recinto. Identifíquese cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).	
2. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h , así como los sentidos permitidos de circulación, conforme señalización existente.	
3. Carga-descarga de material de la caja del camión. Siga las indicaciones del personal de Logaritme, y en todo caso conforme a las siguientes normas:	
a. No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona definida y el camión se encuentre totalmente estacionado, con el motor parado y el vehículo totalmente inmovilizado . Se hará uso obligatorio de calzo en las ruedas en el caso que por motivo de rampa o desnivel deba asegurar la inmovilización del vehículo. En ningún caso se permanecerá parado con el motor en marcha. b. Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del camión, deberá utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante y calzado de seguridad. c. Posteriormente se procederá abrir la caja del camión, abatiendo las puertas, y desplazando los toldos en caso necesario.	




d. Bajo ningún concepto se subirá a zonas superiores a los 2 metros de desnivel sin hacer uso de sistema de protección individual anti-caídas (arnés correctamente fijado). e. Posteriormente se dará aviso a los carretilleros para iniciar la carga – descarga. En ningún caso permanecerá dentro de la caja durante la operación de carga y descarga y solo podrá transitar por las zonas habilitadas (pasos de peatones). Queda totalmente prohibido saltar por los muelles. f. Una vez finalizada la carga-descarga, y siempre previo aviso por parte del carretillero, se procederá a cerrar puertas y correr los toldos y posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo.	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
4. Queda totalmente prohibida la conducción de carretillas frontales por parte de los conductores de camiones.	
5. Comer y beber solo en las zonas habilitadas.	
6. En caso de emergencia - Abandone el lugar de trabajo en condiciones seguras. - Siga las instrucciones del personal de Logaritme - Acuda al punto de reunión (garita de entrada) - No use el teléfono hasta nuevo aviso.	



PUNTO DE ENCUENTRO