

Criteris d'adjudicació

AVALUACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics d'obligat compliment indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris són els que s'indiquen a continuació:

1. Puntuació econòmica

- La puntuació màxima d'aquest criteri és de **50 punts**.
- La valoració del preu es farà per article de la manera següent:
- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:

“Pv”: Puntuació de l'oferta a valorar

“P”: Punts criteri econòmic

“Om”: Oferta Millor

“Ov”: Oferta a Valorar

“IL”: Import de licitació

“VP”: Valor de ponderació = **1,5**

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració tècnica es tindran en compte:

- Les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores. Es podrà sol·licitar informació complementària.
- La valoració tècnica es farà per lots.
- **Serán exclòs les ofertes que no assoleixen el 50% en la puntuació tècnica.** En el cas dels lots 1 al 5 per a la suma de puntuació dels criteris objectius i en el cas del lot 6 per a la suma dels criteris objectius i subjectius
- La puntuació tècnica és com a màxim de **50 Punts a tots els lots** i es desglossa de la següent manera:
 - Lot amb puntuació amb criteris de judici de valor:
 - Lot 6 → 30 punts
 - Lots amb puntuació amb criteris objectius:
 - Lots 1, 2, 3, 4 i 5 → 50 punts
 - Lot 6 → 20 punts

2.1 Criteris tècnics subjectes a Judici de Valor:

LOT 6 Analitzador automàtic de tires d'orina

- 1) **Rigidesa /Integritat de la tira.** Puntuació màxima: **10 punts**. Es valorarà la no deformitat de la tira en el moment de la lectura. L'oferta amb major rigidesa rebrà la màxima puntuació. La resta d'ofertes es valorarà de forma directament proporcional.
 - 2) **Hermetisme de l'envàs.** Puntuació màxima: **10 punts**. Es valorarà l'hermetisme de l'envàs (tancament amb rosca i precinte interior). L'oferta amb major hermetisme rebrà la màxima puntuació. La resta d'ofertes es valorarà de forma inversament proporcional.
 - 3) **Visibilitat de la lletra de la llegenda que consta en l'envàs per a la interpretació del resultat.** Puntuació màxima: **10 punts**. Es valorarà la mida de la lletra de la llegenda. La lletra amb major mida rebrà la màxima puntuació. La resta d'ofertes es valorarà de forma inversament proporcional segons la mida de la lletra.
-

Formula aplicada als criteris de judici de valor

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris i/o subcriteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris susceptibles de judici de valor i d'acord amb el quadre de sota.

En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.

Criteri de judici de valor a valorar i puntuar LOT 006	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3
Puntuació màxima del criteri	10	10	10
Llindar mínim de puntuació	>5	>5	>5

2.2 Criteris tècnics objectius :

Lot 1. Analitzador automàtic de bioquímica bàsica monotest

La puntuació màxima que es pot obtenir són **50 punts**.

- 1) Es valorarà que el pipeteig de la mostra sigui automàtic. Puntuació **10 punts**. Si no compleix, 0 punts.
- 2) Es valorarà que disposi de sistema de dilució automàtica. Puntuació **10 punts**. Si no compleix, 0 punts.
- 3) Es valorarà el temps d'anàlisi. Puntuació: temps inferior o igual a 15 minuts **15 punts**. La resta d'ofertes, la valoració serà inversament proporcional.

- 4) Per a les proves sol·licitades en el pla de necessitats, es valorarà que la calibració sigui automàtica tècnica a tècnica sense necessitat de pipeteig de calibradors líquids. Puntuació **10 punts**. Si no compleix, 0 punts
- 5) Es valorarà que la càrrega de mostres sigui continua (possibilitat que pugui començar a treballar una segona mostra sense que hagi necessàriament acabat la mesura de la mostra prèvia). Puntuació **5 punts**. Si no compleix, 0 punts.

Lot 2. Analitzador automàtic de bioquímica bàsica mitjançant panell / disc multiparamètric

La puntuació màxima que es pot obtenir són **50 punts**.

- 1) Es valorarà la possibilitat de presentació de disc/targeta que inclogui els següents panells de proves:
 - Panell que inclogui com a mínim: Glucosa, Creatinina, Urea, Calci, ALT, AST, Amilasa, ions [Na, K] i PCR.
 - Panell que inclogui com a mínim: Glucosa, Creatinina, Urea, Calci, AST, ALT, Amilasa, GGT, Fosfatasa Alcalina, Àcid úric.
 - Panell que inclogui com a mínim: Glucosa, Creatinina, Urea, GGT, ALT, AST.
 - L'oferta que ofereixi disponibilitat dels 3 panells obtindrà **15 punts**.
 - L'oferta que ofereixi disponibilitat de 2 panells obtindrà **5 punts**.
 - L'oferta que presenti menys de 2 panells obtindrà **0 punts**.
- 2) Es valorarà la disponibilitat d'impressora internalitzada en el propi analitzador. Puntuació: **10 punts** si disposa d'impressora internalitzada. Si no disposa 0 punts.
- 3) Es valorarà que no sigui necessari el manteniment diari de l'equipament. Puntuació: **10 punts**. Si no compleix 0 punts.
- 4) Es valorarà que el sistema permeti l'anàlisi en sang total sense haver d'afegir cap altre reactiu, calibrador, diluent o similar. Puntuació: **15 punts** si permet l'anàlisi en sang total sense cap additiu. Si no compleix 0 punts.

Lot 3. Analitzador automàtic d'hematologia

La puntuació màxima que es pot obtenir són **50 punts**.

- 1) Es valorarà la presentació amb menor diversitat d'envasos per realitzar la mesura. Puntuació: **10 punts** a l'oferta amb menor diversitat d'envasos. La resta d'ofertes, la valoració serà inversament proporcional.
 - 2) Es valorarà el format de presentació de reactius. Puntuació: **10 punts** a l'oferta amb menor capacitat per presentació. La resta d'ofertes, la valoració serà inversament proporcional.
-

- 3) Es valorarà la possibilitat de permetre l'anàlisi de mostres continuu sense esperar al resultat. Si compleix, **5 punts**. Si no compleix 0 punts.
- 4) Es valorarà que el sistema faci recompte al menys per duplicat de totes les mostres. Puntuació: **10 punts** a l'oferta que faci recompte per duplicat. Si no fa recompte per duplicat 0 punts.
- 5) Es valorarà que el volum d'aspiració de la mostra sigui inferior o igual a 20 µl en mostra primària sense predilució. Puntuació: **10 punts**. Si no compleix 0 punts.
- 6) Es valorarà que l'analitzador tingui la possibilitat de programar un manteniment automàtic: Puntuació **5 punts** si permet configurar-ho. Si no compleix 0 punts.

Lot 4. Analitzador automàtic de gasos

La puntuació màxima que es pot obtenir són **50 punts**.

- 1) Es valorarà el format de presentació de reactius. Puntuació: **10 punts** a l'oferta amb la presentació menor o igual a 25 plaques per caixa. Si no compleix 0 punts.
- 2) Es valorarà la transportabilitat de l'equip. Puntuació: **15 punts** a l'oferta amb un pes inferior a 1 kg. La resta d'ofertes, la valoració serà inversament proporcional.
- 3) Es valorarà que l'oferta de placa integrada inclogui la mesura de gasos, sodi, potassi, clorur, glucosa, hemoglobina, hematòcrit i lactat en sang. Puntuació **15 punts**. Si no compleix, 0 punts.
- 4) Es valorarà la conservació de tots els consumibles a temperatura ambient fins a la data de caducitat e l'envàs. Puntuació: **10 punts**. Si no compleix, 0 punts.

Lot 5. Analitzador automàtic d'immunoquímica

La puntuació màxima que es pot obtenir són **50 punts**.

- 1) Es valorarà que l'analitzador faci l'aspiració de la mostra automàticament sense la intervenció de l'usuari. Puntuació: **10 punts**. Si no compleix, 0 punts.
 - 2) Es valorarà que el sistema disposi de "Cap-piercing" (tub tancat) per evitar la manipulació de la mostra per part de l'usuari. Puntuació **15 punts** si disposa de cap-piercing. 0 punts si no disposa de cap-piercing.
 - 3) Es valorarà la disponibilitat de subministrament de reactius per troponina T i troponina I (ambdues) segons les necessitats assistencials de cada territori. Puntuació: **10 punts** si disposa d'ambdues. Si no en disposa d'ambdues, 0 punts.
 - 4) Es valorarà la capacitat d'accés remot a l'equip per part del Servei tècnic. Puntuació: **5 punts** si té accés remot. Si no en disposa, 0 punts.
-

- 5) Es valorarà que tant el reactiu com les deixalles, s'emmagatzemin en recipient tancat. Puntuació: **10 punts** si queden en recipients tancats. Si en no disposa, 0 punts.

Lot 6. Analitzador automàtic de tires d'orina

La puntuació màxima que es pot obtenir són **20 punts**.

- 1) **Es valorarà la possibilitat de disposar de diferents presentacions**, per adequar el tipus de presentació a la activitat del centre i evitar que es pugui caducar un cop obert l'envàs en els centres amb menor activitat:
 - Si presenta 2 presentacions com a mínim, e inclou una que sigui \leq a 50 tires, obtindrà 10 punts
 - Si presenta 1 presentació i aquesta és \leq a 50 tires, obtindrà 5 punts.
 - La resta d'ofertes, obtindrà 0 punts.

- 2) **Es valorarà el menor temps d'anàlisi de la tira reactiva. Puntuació màxima: 10 punts.** L'oferta amb menor temps d'anàlisi rebrà la màxima puntuació i la resta rebran una puntuació de 0 punts. El proveïdor presentarà un certificat indicant el temps d'anàlisi de la tira reactiva.

L'avaluació dels criteris es realitzarà per part d'una comissió tècnica multidisciplinària, designada per la Responsable corporativa dels laboratoris de l'ICS.

LOTS OBLIGATORIS

Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles, si s'escau. Son lots obligatoris els números 1, 2, 3, 4 i 5.

En aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluació tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum (N_i * P_i)}$$

on **CI**: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.
