

## ACTA de la Mesa d'aprovació de l'informe de valoració de la documentació tècnica del Sobre 2 bis

**Expedient** CSE/AH02/1101394408/25/PO

**Objecte:** Servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscòpis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge

### **Membres de la mesa**

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

Presidenta: Cristina Robles Agustín (Direcció Econòmic financera)

Vocals:

1. Funció de control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes (Cap d'Unitat de Gestió Econòmica)
2. Assessor Jurídic: Sr. Pere Sust Ballester (Assessor Jurídic de l'ICS a l'HUB)
3. Sr. Marc Alameda Pineda (Cap d'Unitat d'Electromedicina i Enginyeria Biomèdica)
4. Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap d'Unitat de Contractacions Administratives)

Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

### **Ordre del dia:**

Anàlisi i aprovació, si s'escau, de l'informe de valoració de la documentació tècnica (sobre 2-Bis) sotmesa als criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judicis de valor, presentada per les empreses licitadores de l'expedient CSE/AH02/1101394408/25/PO, relatiu a la contractació del Servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscòpis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

### **Desenvolupament de la sessió:**

S'inicia la sessió, a les 09:00 hores del dia 23 de juliol de 2024.

Aquesta sessió té com a finalitat l'aprovació de l'informe de valoració de la documentació tècnica (sobre 2-Bis) de data 22 de juliol de 2024, elaborat aplicant els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor. (Annex I)

Constituïda vàlidament la mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic), es fa una anàlisi detallat de l'informe, presentat pel tècnic

Seguidament es dona lectura i es revisa el contingut de l'informe de valoració redactat pels tècnic

La puntuació total obtinguda per les empreses presentades a la licitació, respecte als criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor, segons les dades que figuren a l'informe de valoració d'aquests criteris esmentats, és la següent:

EMPRESA	NIF	PUNTUACIÓ TOTAL
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	A80776867	12,00
ANTONIO MATACHANA S.A.	A08238578	22,32
Steelco España Soluciones Integrales en Esterilización, S.L	B87871422	25,00

D'acord amb el que anteriorment s'ha exposat, la Mesa adopta els següents:

#### Acords

1. Aprovar l'informe de valoració presentat pel tècnic de la Direcció d'infraestructures i Serveis Generals.
2. Procedir a la convocatòria de la Mesa per a l'acte d'obertura del sobre 2 (oferta tècnica avaluable amb fórmula matemàtica).

I, sense més temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta signada pel secretari i amb el vist-i-plau de la presidenta, essent les 09:27 hores del dia 23 de juliol de 2024.

Contra aquest acte de la mesa de contractació es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb allò establert a l'article 44.2.b de la LCSP.

EL SECRETARI

Vist-i-plau  
LA PRESIDENTA

## ANNEX

## Informe compliment requeriments obligatoris

---

**Expedient:** CSE/AH02/1101394408/25/PO

**Objecte:** Servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscòpis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

S'han presentat a la licitació electrònica les següents empreses:

- ANTONIO MATACHANA, S.A. A08238578
- STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACION S.L. B87871422
- SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A. A80776867

Es va requerir a les citades empreses perquè, d'acord amb l'article 95 de la LCSP presentessin aclariments respecte a la documentació presentada i el compliment dels requisits obligatoris. Ho van realitzar en termini i forma.

Respecte a l'equipament, les empreses citades compleixen amb els requisits obligatoris.

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 2bis, les valoracions dels criteris subjectes a judici de valor són les que es relacionen a l'ANNEX I.

MARC ALAMEDA PINEDA - DNI (TCAT) Signat digitalment per MARC ALAMEDA PINEDA - DNI (TCAT)  
Data: 2024.07.22 13:43:35 +02'00'

Marc Alameda Pineda  
Cap d'Unitat d'Electromedicina i Enginyeria Biomèdica  
Hospital Universitari de Bellvitge

ANNEX 1

**SOBRE 2 BIS - CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR**

Descripció criteri	Puntuació màxima	ANTONIO MATACHANA SA			STEECO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN SL			SISTEMAS TÈCNICOS ENDOSCÒPICOS SA		
		Puntuació tècnica	Puntuació fórmula	Justificació	Puntuació tècnica	Puntuació fórmula	Justificació	Puntuació tècnica	Puntuació fórmula	Justificació
<b>C.1 Cronograma de implantació</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
C.1.1 Calendarització de la retirada de l'equipament actual i de la implantació del nou equipament, atenent el màxim ajust de detall, rapidesa i al mínim impacte en el funcionament diari.	1	0,5		L'oferta presenta una proposta de calendari amb un bon ajust de detall però amb alt impacte en el funcionament diari, en relació a la resta d'ofertes	1		L'oferta presenta la proposta de calendari que presenta major detall i minimitza l'impacte en el funcionament diari en relació a la resta d'ofertes.	0		A l'oferta s'indica durada, però no calendaritza les accions
<b>C.2 Valoració de la mostra</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>21,82</b>		<b>22</b>	<b>24</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	
C.2.1 Ergonomia: Característiques addicionals i no indicades als plec com a obligatoris, ni com punts valorables específics, que millorin de forma rellevant l'ergonomia d'ús de l'equipament de rentat d'endoscòpis.	6	6		L'equipament de reprocessament presentat a l'oferta disposa d'obertura amb el peu, fet que facilita el treball quan s'està manipulant l'endoscopi a reprocessar. L'armari d'emmagatzematge disposa d'un sistema que facilita la col·locació i retirada dels endoscòpis	4		L'equipament de reprocessament presentat a l'oferta disposa d'obertura amb el peu, fet que facilita el treball quan s'està manipulant l'endoscopi a reprocessar	3		A la part inferior de l'equipament de reprocessament, on s'hi col·loquen els químics, és un calaix extraïble, permetent l'accés fàcil al canvi d'aquests. S'atirga menys puntuació que a la resta d'ofertes donat que només aplica en la substitució periòdica dels químics, no en cada cicle de reprocessament, com la resta
C.2.2 Adequació al servei. Capacitat d'adaptació a les necessitats específiques del servei i el seu correcte funcionament en l'ús diari de l'equipament.	6	6		En relació a la resta d'ofertes, l'equipament de reprocessament presenta una bona robustesa tant pel que fa al propi equip com pel que fa als sistemes de connexió. És un equip intuïtiu i resistent, fet que s'adequa al servei, donant l'alt volum de reprocessaments que realitza	6		En relació a la resta d'ofertes, l'equipament de reprocessament presenta una bona robustesa tant pel que fa al propi equip com pel que fa als sistemes de connexió. És un equip intuïtiu i resistent, fet que s'adequa al servei, donant l'alt volum de reprocessaments que realitza	4		Tant la carcassa de l'equipament com el sistema de connexió, tot i ser adequats, es presenten fràgils en relació a la resta de l'equipament valorat. La pantalla és intuïtiva. La fragilitat en un equip pot provocar més aturades i per tant dificultar la gestió diària de l'alt volum de reprocessaments que es realitza
C.2.3, Facilitat d'ús	6	4		L'equipament de reprocessament té un passapur per extreure mostres d'aigua de forma fàcil. També tanca automàticament l'equip i evita per tant haver de manipular la tapa. Aquests fets faciliten l'ús diari però no al mateix nivell que l'oferta que presenta una solució de connexió externa. L'equip és fàcil de fer servir. Els connectors disposen de una codificació de colors que facilita visualment la identificació	6		El sistema presentat permet la possibilitat de connectar l'endoscopi en una safata fora de l'equip per que sigui més fàcil la gestió del material. Aquest fet és diferencial respecte la resta d'equipament, permetent una fluïdesa molt superior en el circuit de reprocessament que la resta de porpostes. L'equip és fàcil de fer servir. Els connectors disposen de una codificació de colors que facilita visualment la identificació	4		A la part inferior de l'equipament de reprocessament, on s'hi col·loquen els químics, és un calaix extraïble, permetent l'accés fàcil al canvi d'aquests. L'equip és fàcil de fer servir. Els connectors disposen de una codificació de colors que facilita visualment la identificació
Seguretat: Sistemes de seguretat addicionals no indicats en els plec com a requisit obligatori, ni com a punts valorables específics, en relació al professional, a l'endoscopi processat i al propi equip de reprocessament, que millorin de forma significativa la seguretat.	6	4		La màquina de reprocessament disposa d'un sistema de posicionament del endoscopi que minimitza la superfície de contacte i per tant facilita el correcte reprocessament de l'endoscopi. La temperatura de treball òptima és significativament inferior al màxim establert en el Plec de Prestacions Tècniques, pel que tèrmicament l'endoscopi pateix menys, fet que pot ajudar a allargar la seva vida útil	6		Presenta un sistema de connexió en safata que es manté en tot el procés de reprocessament de l'endoscopi, des del pre-reatat fins a l'emmagatzematge a l'armari, eliminant pràcticament el risc de contaminació per manipulació, que és un dels riscos més importants en la gestió del reprocessament d'endoscòpis de cara al pacient, per aquest motiu se li atorga la màxima puntuació	0		No presenta cap sistema de seguretat que millori de forma significativa la seguretat
<b>PUNTAUCCIÓ TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>20,5</b>	<b>22,32</b>		<b>23</b>	<b>25</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	