

## **ACTA de la Mesa d'aprovació de l'informe de valoració de la documentació tècnica del Sobre 2**

---

Expedient CSE/AH02/1101394408/25/PO

**Objecte:** Servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscopis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge

### **Membres de la mesa**

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

Presidenta: Cristina Robles Agustín (Direcció Econòmic financera)

Vocals:

1. Funció de control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes (Cap d'Unitat de Gestió Econòmica)
2. Assessor Jurídic: Sr. Pere Sust Ballester (Assessor Jurídic de l'ICS a l'HUB)
3. Sr. Marc Alameda Pineda (Cap d'Unitat d'Electromedicina i Enginyeria Biomèdica)
4. Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap d'Unitat de Contractacions Administratives)

Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

### **Ordre del dia**

Anàlisi i aprovació, si s'escau, de l'informe de valoració de la documentació tècnica (sobre 2) sotmesa als criteris tècnics automàtics , presentada per les empreses licitadores de l'expedient CSE/AH02/1101394408/25/PO, relatiu a la contractació del Servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscopis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge

### **Desenvolupament de la sessió**

S'inicia la sessió, a les 09:00 hores del dia 7 d'agost de 2024.

Aquesta sessió té com a finalitat l'aprovació de l'informe de valoració de la documentació tècnica (sobre 2) de data 5 d'agost de 2024, elaborat aplicant els criteris tècnics automàtics. (Annex I)

Constituïda la Mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic), es fa una anàlisi detallat de l'informe, presentat pels tècnics de la Direcció de Sistemes d'Informació.

Seguidament es dona lectura i es revisa el contingut de l'informe de valoració redactat pels tècnics

La puntuació total obtinguda per les empreses presentades a la licitació, respecte als criteris tècnics automàtics, segons les dades que figuren a l'informe de valoració d'aquets criteris esmentats, és la següent:

Empresa	CIF	Valoracio automatica
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	A80776867	14,00
ANTONIO MATACHANA S.A.	A08238578	14,00
Steelco España Soluciones Integrales en Esterilización, S.L	B87871422	15,00

D'acord amb el que anteriorment s'ha exposat, la Mesa adopta els següents:

#### Acords

1. Aprovar l'informe de valoració presentat pels tècnics.
2. Procedir a la convocatòria de la Mesa per a l'acte d'obertura del sobre 3

I, sense més temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta signada per la secretària i amb el vist-i-plau de la presidenta, essent les 09:28 hores del dia 7 d'agost de 2024.

El secretari

Vist-i-plau  
La presidenta

**Informe compliment requeriments obligatoris**

---

**Expedient:** CSE/AH02/1101394408/25/PO

**Objecte:** Servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscopis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

S'han presentat a la licitació electrònica les següents empreses:

- ANTONIO MATACHANA, S.A. A08238578
- STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACION S.L. B87871422
- SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A. A80776867

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 2, les valoracions dels criteris subjectes a judici de valor són les que es relacionen a l'ANNEX I.

MARC  
ALAMEDA  
PINEDA - DNI  
(TCAT)

Signat digitalment  
per MARC  
ALAMEDA PINEDA  
- DNI (TCAT)  
Data: 2024.08.05  
16:05:10 +02'00'

Marc Alameda Pineda  
Cap d'Unitat d'Electromedicina i Enginyeria Biomèdica  
Hospital Universitari de Bellvitge

ANNEX 1

Criteris econòmics avaluables amb aplicació de fórmula automàtica			ANTONIO MATACHANA SA		STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN SL		SISTEMAS TÈCNICOS ENDOSCÓPICOS SA	
	Puntuació màxima	CONTESTAR	RESPOSTA EMPRESA	PUNTUACIO	RESPOSTA EMPRESA	PUNTUACIO	RESPOSTA EMPRESA	PUNTUACIO
<b>SOBRE 2</b>								
<b>B.1</b>	<b>Seguretat</b>	<b>8</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>7</b>
<b>B.1.1</b>	Obertura immediata de l'equipament de reprocessament per una situació d'emergència.	1	si/no	SI	1	SI	SI	1
<b>B.1.2</b>	Identificació automàtica dels productes químics dels equips de reprocessament	1	si/no	SI	1	SI	SI	1
<b>B.1.3</b>	Incorporació de les dades dels productes químics (lot i caducitat) al report automàtic de l'equip de reprocessament	1	si/no	SI	1	SI	Es NO. Al report que s'aporta no surt la data de caducitat del lot.	0
<b>B.1.4</b>	Possibilitat de cicle d'autodesinfecció química	1	si/no	SI	1	SI	SI	1
<b>B.1.5</b>	Detecció de la conductivitat per a detectar residus de productes químics a l'aigua en la darrera esbandida	1	si/no	SI	1	SI	SI	1
<b>B.1.6</b>	Incorporació de cicle d'esterilització líquida segons norma UNE 14937, sense necessitat de canviar els químics que s'utilitzen	2	si/no	SI	2	SI	SI	2
<b>B.1.7</b>	Armari d'endoscòpis organitzat amb safates horitzontals	1	si/no	NO	0	SI	SI	1
<b>B.2</b>	<b>Altres</b>	<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>
<b>B.2.1</b>	Integració informàtica de l'equipament de reprocessament d'endoscòpis amb Sistema de Traçabilitat de Marvax inclosa	2	si/no	SI	2	SI	SI	2
<b>B.2.2</b>	Incorporació de dos equips de pre-reat manual automatitzat	5	si/no	SI	5	SI	SI	5
				<b>14</b>		<b>15</b>		<b>14</b>