

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE D'INFUSIÓ PER L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA**

EXP. CONTR/2024/0000000104

PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	4
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	4
2.3 DURADA DEL CONCURS	5
3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE	5
3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS	5
3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA	5
3.1.2 MOSTRES	5
3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	7
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	8
4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	9
4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	9
4.3 OFERTA ECONÒMICA	10
5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	10
5.1 CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. MÀXIM 50 PUNTS	10
5.2 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS	11
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	12
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	14
8 DADES DE CONTACTE	14
9 ANNEXES	15
9.1 ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS	15
9.2 ANNEX 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS	17
9.3 ANNEX 3 – OFERTA ECONÒMICA	48

1 ANTECEDENTS

L' **Institut d'Assistència Sanitària (IAS)** és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

DONCS2 OBJECTE

L'**OBJECTE** del present expedient és la contractació del subministrament de material fungible d'infusió per l'administració de líquids, medicaments, sang o els seus components al torrent sanguini dels pacients de l'Institut d'Assistència Sanitària.

LOT	DESCRIPCIÓ	IMPORT 1 ANUALITAT	IMPORT 3 ANUALITATS
1	ADAPTADOR PER EQUIP INTRAVENÓS	1.624,50 €	4.873,50 €
2	ALLARGADERA 3M	9.164,00 €	27.492,00 €
3	ALLARGADERA LUER LOCK	173,25 €	519,75 €
4	CLAU 3V	21.500,00 €	64.500,00 €
5	CONNECTOR ALLARGADERA 2 VIES	4.526,00 €	13.578,00 €
6	CONNECTOR ALLARGADERA 3 VIES	4.163,00 €	12.489,00 €
7	CONNECTOR SENSE AGULLA	28.732,50 €	86.197,50 €
8	EQUIP INFUSIÓ AMB Y SENSE AGULLA	60.000,00 €	180.000,00 €
9	EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 180CM	27.900,00 €	83.700,00 €
10	EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 150CM	4.975,00 €	14.925,00 €
11	EQUIP INFUSOR 300ML	2.475,00 €	7.425,00 €
12	EQUIP MICROGOTER	42,00 €	126,00 €
13	EQUIP MICROGOTER REGULADOR DE FLUX	1.590,00 €	4.770,00 €
14	PUNXÓ BOSSA/AMPOLLA	1.348,50 €	4.045,50 €
15	SET EXTENSIÓ LUER LOCK	630,00 €	1.890,00 €
16	TUB PROLONGADOR 150CM X 1,02 M/F	161,00 €	483,00 €
17	TUB PROLONGADOR 150x4,1 M/F	472,50 €	1.417,50 €
18	TUB PROLONGADOR 1,5x3CM 270	618,00 €	1.854,00 €
19	TUB PROLONGADOR 30CMX1,02M M/F	390,00 €	1.170,00 €
20	TUB PROLONGADOR OXIGEN	680,00 €	2.040,00 €
21	VÀLVULA AMB ALLARGADERA	7.675,50 €	23.026,50 €
22	ALLARGADERA NUTRICIÓ ENTERAL ENFIT	136,50 €	409,50 €

LOT	DESCRIPCIÓ	IMPORT 1 ANUALITAT	IMPORT 3 ANUALITATS
23	CONNECTOR CONTROL SUCCIÓ	112,00 €	336,00 €
24	CLAU 4V AMB ALLARGADERA	14.980,00 €	44.940,00 €
25	PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS PERILLOSO	5.540,00 €	16.620,00 €
26	TUB COARRUGAT FLEXIBLE AMB ROTLLE	150,00 €	450,00 €
27	TUB CONEXIÓ VENTILADOR FLEXIBLE	4.920,00 €	14.760,00 €
28	TUB OXIGEN 2M	52,50 €	157,50 €
29	TUBULADURA 1,8 CONNECTORS RÍGIDS	91,00 €	273,00 €
TOTAL		204.822,75 €	614.468,25 €

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT	IMPORT TOTAL 3 ANUALITATS	% IVA
204.822,75	614.468,25	10/21 %

Els preus unitaris corresponents als articles integrants de cadascun dels lots, estan referenciats a **l'ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS (pàg. 15 i s.)**. Les quantitats de consum són orientatives i no representen un compromís de consum anual, sinó que podran ser superiors o inferiors, depenent de les necessitats assistencials del nostre centre. Els preus són per unitat/metre de producte.

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	614.468,25 €
Import total amb IVA:	742.689,83 €

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 614.468,25 € (SENSE IVA) (10%/21% IVA)

Pròrrogues: SI. 2 anualitats: 204.822,75 € + 204.822,75 €

Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 20% = 122.893,65 €.

Import total VEC = 1.147.007,40 € (IVA EXCLÒS)

2.3 DURADA DEL CONCURS

La durada del concurs serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més en cas d'acord entre les dues parts.

3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a l'arxiu **Annex 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS (pàg. 17 i s.)** els requisits d'obligat compliment i les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. **Aquest arxiu Excel s'ha de presentar al Sobre B degudament emplenat per cada lot licitat. HAURÀ D'INCLOURE LA REFERÈNCIA OFERTA I EL CODI EAN O QR CORRESPONENT.**

La no presentació de l'arxiu **Annex 2- REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS (pàg. 17 i s.)** o la presentació parcial, així com l'incompliment d'un requisit tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les característiques i mides dels articles relacionats podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si el material presentat per cada licitadora, s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

No es valorarà cap mostra que no contingui la totalitat dels components sol·licitats a l'arxiu **Annex 2- REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS (pàg. 17 i s.)**.

3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre B, l'empresa licitadora presenti el **Certificat del Marcatge CE en la classe i modalitat pertinents d'aquells articles als quals els resulti exigible, d'acord amb la Directiva 93/42/EEC o el Reglament EU 2017/745.**

3.1.2 MOSTRES

Serà **OBLIGATORI** que cada licitadora enviï les mostres de tots els articles licitats, juntament amb tots els accessoris que l'integrin i tots els components necessaris pel seu funcionament.

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT MOSTRES REQUERIDES
1	53786	ADAPTADOR PER EQUIP INTRAVENÓS	10 unitats
2	52084	ALLARGADERA 3 METRES AMB CONECTOR	10 unitats
3	53917	ALLARGADERA LUER LOCK GIRATORI 10 CM	10 unitats
4	51406	CLAU 3V 2 CONEC.1 VIA S/AGULLA	10 unitats
5	51405	CONNECTOR ALLARGADERA 2 VIES S/AGULLA	10 unitats
6	53733	CONNECTOR ALLARGADERA 3 VIES S/AGULLA	10 unitats
7	51404	CONNECTOR S/AGULLA 1 VIA SPLIT SEPTUM	10 unitats
8	50684	EQUIP INFUSIÓ AMB Y SENSE AGULLA	10 unitats
9	50688	EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 180CM	10 unitats
10	52623	EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 150CM	10 unitats
11	50681	EQUIP INFUSOR 300ML 1,5 ML/H flux fix LV 1,5 de 7 dies	5 unitats
12	50686	EQUIP MICROGOTER	10 unitats
13	50683	EQUIP MICROGOTER REGULADOR DE FLUX	10 unitats
14	53784	PUNXÓ BOSSA/AMPOLLA A/FILTRE	10 unitats
15	53871	SET EXTENSIÓ LUER LOCK AMB VÀLVULA SENSE AGULLA	10 unitats
16	51527	TUB PROLONGADOR 150CM X 1,02 M/F	10 unitats
17	51622	TUB PROLONGADOR 150x4,1 M/F	10 unitats
18	50072	TUB PROLONGADOR 1,5x3	10 unitats
19	51215	TUB PROLONGADOR 30CMX1,02M M/F	10 unitats
20	54620	TUB PROLONGADOR OXIGEN 10M	10 unitats
21	54158	VÀLVULA AMB ALLARGADERA	10 unitats
22	53758	ALLARGADERA NUTRICIÓ ENTERAL ENFIT	10 unitats
23	53666	CONNECTOR CONTROL SUCCIÓ	10 unitats
24	54711	CLAU 4V AMB ALLARGADERA	10 unitats
25	54690	ADAPTADOR VIAL 13-20 mm	10 unitats
	54691	ADAPTADOR XERINGA LOCK	10 unitats
	54692	ADAPTADOR A SONDA VESICAL	10 unitats
26	52354	ROTLE TUB COARRUGAT FLEXIBLE	10 metres o 1 rotlle
27	54447	TUB CONEXIÓ VENTILADOR FLEXIBLE	10 unitats
28	54446	TUB OXIGEN 2M	10 unitats
29	53662	TUBULADURA 1,8 CONNECTORS RÍGIDS	10 unitats

Les mostres han de ser iguals als models oferts al sobre B i han de portar tots els components necessaris per fer les proves. En el cas que hi hagi algun dubte o que es requereixin més unitats per poder fer les proves i valoracions, es podran sol·licitar més mostres i es farà des del departament de Logística mitjançant un correu electrònic en el qual es demanarà la referència, quantitat i lloc de lliurament. Un cop fetes les valoracions, les

mostres que sobrin podran ser retornades en cas de sol·licitar-ho. La recollida i cost del retorn anirà a càrrec de la licitadora.

Les mostres s'hauran d'enviar des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictamini l'anunci de licitació, a la següent adreça: Hospital Santa Caterina. Magatzem General. C/ Dr. Castany, S/N. 17190 – Salt (Girona).

Serà imprescindible rebre les mostres per fer la valoració tècnica i s'hauran d'acompanyar d'un comprovant signat per l'IAS amb la data de l'entrega. En el cas que alguna licitadora no envii les mostres, quedarà EXCLOSA del procés de licitació.

3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. En fase d'execució del contracte, l' incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.
2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).
3. L'empresa adjudicatària ha d'informar a l'IAS amb antelació suficient (1 setmana aprox.) per evitar el desproveïment sobre qualsevol eventualitat en la disponibilitat comercial dels articles adjudicats. En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'IAS amb antelació suficient per poder prendre mesures adequades per mantenir la continuïtat de l'activitat. En el cas que l'empresa adjudicatària no es pugui comprometre a subministrar el producte segons les condicions establertes en aquest expedient:
 - En el cas que pugui oferir una alternativa equivalent, informará si pot oferir un producte substitut alternatiu al mateix preu adjudicat i haurà de facilitar la fitxa tècnica del nou producte, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment** del producte afectat pel trencament d'estoc i del temps estimat fins al restabliment del subministrament habitual.
 - En el cas que no pugui oferir una alternativa equivalent i en cas que fos necessari, l'IAS podrà adquirir el producte a una altra empresa. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la diferència del preu en la compra del material així com altres despeses que es puguin originar derivades de la compra no contractades amb l'adjudicatària. En el supòsit contemplat, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment a petició documental també, de l'IAS** del producte afectat pel trencament d'estoc.

4. Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.
5. L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
6. L'empresa adjudicatària haurà de formar el personal en el correcte ús dels productes adjudicats si al centre li és necessari.
7. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat.
8. En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària i no pugui oferir una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, es procedirà a la rescissió del contracte d'aquesta referència.
9. En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 3 sobres: A, B i C. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre B i l'oferta econòmica al sobre C. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'inclouguin ofertes econòmiques al Sobre B, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb totes les característiques i requisits definits en cada apartat del punt 3 **REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE** i del punt 4 **DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR** d'aquest plec. En el cas que alguna característica o requisit sol·licitat no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA i no s'obrirà el sobre C.
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 3 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 48 i s.)**.

4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PROPOSTA TÈCNICA. VALORABLE

Per tal que la unitat tècnica de l'IAS pugui valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, és necessari que la licitadora presenti els següents **documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació:**

- 1- **FITXES TÈCNIQUES** amb les característiques de cada article ofert i els requisits tècnics específics remarcats.
- 2- **Annex 2- REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS.** Caldrà omplir les **fitxes** de l'annex 2 (**pàg. 17 i s.**) per cada lot licitat. **Haurà d'incloure la referència oferta i el codi EAN o QR corresponent.**
- 3- **ACREDITACIÓ / DECLARACIÓ DE LA NORMATIVA REQUERIDA.**
- 4- **COMPROVANT** signat per l'IAS i amb data, de les mostres lliurades.

Tots els requisits tècnics específics han de ser perfectament identificables a les fitxes tècniques i a poder ser remarcats amb color.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i/o la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

4.3 OFERTA ECONÒMICA

PROPOSTA ECONÒMICA

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 3 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 48 i s.)**, degudament signada.

5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. MÀXIM 50 PUNTS

Criteri 1 – ERGONOMIA. Màxim 10 punts

Es valorarà que el disseny del material permeti una manipulació còmoda i intuïtiva per al personal sanitari, que s'adapti a diverses configuracions i necessitats sense dificultat i que permeti maximitzar el confort tant del personal assistencial com del pacient durant l'ús.

CRITERI 2 – SEGURETAT. Màxim 10 punts

Es valorarà la capacitat, la precisió i el control del producte per tal que garanteixi la seguretat del pacient i del personal assistencial durant l'ús, per evitar errors i minimitzar els riscos d'accidents o lesions durant la manipulació.

Criteri 2 – FUNCIONALITAT. Màxim 10 punts

Es valorarà la funcionalitat pràctica del material que proporcioni una manipulació ràpida i senzilla que permeti una utilització eficient.

Criteri 3 – QUALITAT DEL MATERIAL. Màxim 10 punts

Es valorarà el comportament del material segons la seva qualitat i les seves característiques essencials, tenint en compte les propietats mecàniques (com ara la resistència, la duresa, la flexibilitat, la robustesa, etc.) per assegurar que compleixi amb els estàndards necessaris, garantint així un ús adequat i un rendiment òptim.

Criteri 4 – ENVASAT I PRESENTACIÓ. Màxim 10 punts

Es valorarà el disseny de l'envàs en relació a la facilitat d'obertura i manipulació del producte, i la claredat de les instruccions per la facilitat d'identificació i accés al material.

Les propostes es valoraran segons els criteris de la "Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica" de la Direcció General de Contracció Pública de la Generalitat de Catalunya.

S'aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Segons l'article 3 d'aquesta directriu, s'aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del **80% de cada criteri** de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

- **Opció 1** - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- **Opció 2** - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

5.2 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS

Proposta econòmica (ANNEX 3 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 48 i s.)

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1.PREU DE L'OBJECTE. MÀXIM 45 PUNTS

Oferta econòmica. Puntuació màxima **45 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,45**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

Caldrà incloure a l'oferta econòmica (No valorable):

- La referència oferta.
- Les unitats mínimes de caixa per als diferents nivells d'embalatges.
- Si existeix un import mínim de comanda, i en el cas que hi hagi comanda mínima, s'haurà d'indicar l'import mínim.

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$P_x = (O_x/O_e) \times 5$$

On:

P_x : puntuació ràpel valorat

O_x : proposta de % ràpel ofert

O_e : proposta de % ràpel més alta

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

EL LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l'Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell. L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

COMANDA MÍNIMA:

La licitadora haurà d'informar a l'oferta i explícitament, si existeix un import mínim de comanda.

En cas que hi hagi comanda mínima, la licitadora haurà d'indicar l'import mínim.

En el cas que l'empresa licitadora NO indiqui cap comanda mínima a l'oferta presentada, s'entendrà que una vegada sigui efectuada l'adjudicació, la comanda no estarà subjecta a cap import mínim.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista haurà de garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complementar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - vicens.lloret.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - susanna.payet.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap de Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 8 d'agost de 2024

9 ANNEXES

9.1 ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT ANUAL ESTIMADA	UNITAT / METRE	PREU UNITARI / METRE SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA %	PREU TOTAL AMB IVA
1	53786	ADAPTADOR PER EQUIP INTRAVENÓS	570	UNITAT	2,85 €	1.624,50 €	21%	1.965,65 €
2	52084	ALLARGADERA 3 METRES AMB CONECTOR	6.320	UNITAT	1,45 €	9.164,00 €	21%	11.088,44 €
3	53917	ALLARGADERA LUER LOCK GIRATORI 10 CM	385	UNITAT	0,45 €	173,25 €	21%	209,63 €
4	51406	CLAU 3V 2 CONEC.1 VIA S/AGULLA	10.000	UNITAT	2,15 €	21.500,00 €	21%	26.015,00 €
5	51405	CONNECTOR ALLARGADERA 2 VIES S/AGULLA	2.920	UNITAT	1,55 €	4.526,00 €	21%	5.476,46 €
6	53733	CONNECTOR ALLARGADERA 3 VIES S/AGULLA	1.810	UNITAT	2,30 €	4.163,00 €	21%	5.037,23 €
7	51404	CONNECTOR S/AGULLA 1 VIA SPLIT SEPTUM	63.850	UNITAT	0,45 €	28.732,50 €	21%	34.766,33 €
8	50684	EQUIP INFUSIÓ AMB Y SENSE AGULLA	62.500	UNITAT	0,96 €	60.000,00 €	21%	72.600,00 €
9	50688	EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 180CM	62.000	UNITAT	0,45 €	27.900,00 €	21%	33.759,00 €
10	52623	EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 150CM	19.900	UNITAT	0,25 €	4.975,00 €	21%	6.019,75 €
11	50681	EQUIP INFUSOR 300ML 1,5 ML/H flux fix LV 1,5 de 7 dies	75	UNITAT	33,00 €	2.475,00 €	10%	2.722,50 €
12	50686	EQUIP MICROGOTER	105	UNITAT	0,40 €	42,00 €	21%	50,82 €
13	50683	EQUIP MICROGOTER REGULADOR DE FLUX	2.120	UNITAT	0,75 €	1.590,00 €	21%	1.923,90 €
14	53784	PUNXÓ BOSSA/AMPOLLA A/FILTRE	930	UNITAT	1,45 €	1.348,50 €	21%	1.631,69 €
15	53871	SET EXTENSIÓ LUER LOCK AMB VÀLVULA SENSE AGULLA	840	UNITAT	0,75 €	630,00 €	21%	762,30 €

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT ANUAL ESTIMADA	UNITAT / METRE	PREU UNITARI / METRE SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA %	PREU TOTAL AMB IVA
16	51527	TUB PROLONGADOR 150CM X 1,02 M/F	805	UNITAT	0,20 €	161,00 €	21%	194,81 €
17	51622	TUB PROLONGADOR 150x4,1 M/F	1.350	UNITAT	0,35 €	472,50 €	21%	571,73 €
18	50072	TUB PROLONGADOR 1,5x3	1.030	UNITAT	0,60 €	618,00 €	21%	747,78 €
19	51215	TUB PROLONGADOR 30CMX1,02M M/F	1.300	UNITAT	0,30 €	390,00 €	21%	471,90 €
20	54620	TUB PROLONGADOR OXIGEN 10M	400	UNITAT	1,70 €	680,00 €	21%	822,80 €
21	54158	VÀLVULA AMB ALLARGADERA	7.310	UNITAT	1,05 €	7.675,50 €	21%	9.287,36 €
22	53758	ALLARGADERA NUTRICIÓ ENTERAL ENFIT	70	UNITAT	1,95 €	136,50 €	21%	165,17 €
23	53666	CONNECTOR CONTROL SUCCIÓ	1.120	UNITAT	0,10 €	112,00 €	21%	135,52 €
24	54711	CLAU 4V AMB ALLARGADERA	7.000	UNITAT	2,14 €	14.980,00 €	21%	18.125,80 €
25	54690	ADAPTADOR VIAL 13-20 mm	400	UNITAT	4,85 €	1.940,00 €	21%	2.347,40 €
	54691	ADAPTADOR XERINGA LOCK	400	UNITAT	4,50 €	1.800,00 €	21%	2.178,00 €
	54692	ADAPTADOR A Sonda VESICAL	400	UNITAT	4,50 €	1.800,00 €	21%	2.178,00 €
					Total LOT 25	5.540,00 €		6.703,40 €
26	52354	ROTLLE TUB COARRUGAT FLEXIBLE	200m	METRE	0,75 €/metre	150,00 €	21%	181,50 €
27	54447	TUB CONEXIÓ VENTILADOR FLEXIBLE	1.230	UNITAT	4,00 €	4.920,00 €	21%	5.953,20 €
28	54446	TUB OXIGEN 2M	210	UNITAT	0,25 €	52,50 €	21%	63,53 €
29	53662	TUBULADURA 1,8 CONNECTORS RÍGIDS	35	UNITAT	2,60 €	91,00 €	21%	110,11 €
			TOTAL EXPEDIENT 1 ANUALITAT			204.822,75 €		247.563,28 €

9.2 ANNEX 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS

ANNEX TÈCNIC CONTR/2024/0000000104

Cal omplir les cel·les de color gris

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER EQUIPS D'INFUSIÓ PER L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

LOT 1. ADAPTADOR PER EQUIP INTRAVENÓS					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
53786	ADAPTADOR PER EQUIP INTRAVENÓS				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Adaptador universal per a sistemes I.V. amb vàlvula d'administració de seguretat total.		
			Amb connector mascle Luer Lock, tub de PVC transparent i tap amb filtre de purga.		
			Compatible amb vàlvules luer amb cànula interna.		
			Amb connexió giratòria.		
			Flux superior a 200ml/minut.		
			Compatible amb més de 100 molècules perilloses NIOSH		
			Aquest dispositiu s'associa amb la vàlvula sense agulla i crea un sistema tancat per a la preparació dels fàrmacs, el transport, l'administració I.V. i l'eliminació de deixalles		
			Mínim 100 activacions.		
			Sense làtex ni ftalats (DEHP, DBP, BBP,...). Estèril.		

LOT 2. ALLARGADERA 3M					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
52084	ALLARGADERA 3 METRES AMB CONNECTOR				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Tub aspiració sense control digital per aspiració en el camp operatori.		
			Amb un extrem compatible amb diferents fonts de succió i l'altre extrem compatible amb diferents dispositius d'aspiració.		
			Els extrems del tub han de disposar de connectors cònics femella i adaptador mascle.		
			Ø intern: 6mm - 26CH. Longitud: 3m. Aprox.		
			Sense làtex. Estèril.		

LOT 3. ALLARGADERA LUER LOCK					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
53917	ALLARGADERA LUER LOCK GIRATORI 10 CM				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Allargadera de tub flexible i amb connector Luer Lock giratori per bombes d'infusió.		
			Llargada del tub 10cm, Ø intern del tub 1mm i Ø extern 2,5mm, aprox.		
			Pressió suportada de fins 40 bars. Volum de purga 0,17 ml		
			Sense làtex ni DEPH. Estèril.		

LOT 4. CLAU 3V					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
51406	CLAU 3V 2 CONEC.1 VIA S/AGULLA				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Clau 3 vies amb port modificat i connector accés luer amb tecnologia amb tecnologia Slip Septum.		
			Carcassa transparent amb un connector Luer amb membrana de silicona elàstica.		
			pres neutra,volum 0,04ml aprox.,100% transparent		
			700 activacions, flux endoluminal		
			Sense làtex ni DEHP.		

LOT 5. CONNECTOR ALLARGADERA 2 VIES					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
51405	CONNECTOR ALLARGADERA 2 VIES S/AGULLA				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Connector sense agulla i allargadera bifurcada Y Luer-Lock amb tap/protector i tecnologia Slip Septum.		
			Adaptable a catèters, xeringues, línies, equips infusió.		
			Llargada total entre 15-18cm aprox. Allargadera de 12-15 cm aprox. Ø tub 1,2x2,4 mm aprox. 3 clamps.		
			Pres. Neutra, barrera estèril 7 dies.		
			Sense làtex, DEHP, estèril. 1 sol ús.		

LOT 6. CONNECTOR ALLARGADERA 3 VIES

Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
53733	CONNECTOR ALLARGADERA 3 VIES S/AGULLA				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Connector-allargadora trifurcada Y Luer-Lock amb tap/protector i tecnologia Slip Septum.		
			Adaptable a catèters, xeringues, línies, equips infusió.		
			Longitud 10-13cm aprox. Ø tub 1,2x2,1 mm. aprox. 3 clamps.		
			Circuit tancat, 100% transparent. Vol. Purga <0,4ml aprox.		
			Pres. Neutra. Barrera estèril 7 dies.		
			Sense làtex, DEHP, estèril. 1 sol ús.		

LOT 7. CONNECTOR SENSE AGULLA					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
51404	CONNECTOR S/AGULLA 1 VIA SPLIT SEPTUM				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Connector luer-lock adaptable a catèters EV (catèter endovenós), xeringues i línies d'equips infusió		
			Amb vàlvula seguretat.		
			700 activacions, flux endoluminal		
			segell comprimible silicona Split Septum, bidireccional		
			pres neutra,vol 0,04ml aprox., 100% transp		
			Barrera estèril 7 dies, sense làtex, estèril, 1 sol ús.		
			Compatible amb més de 100 molècules perilloses NIOSH		

LOT 8. EQUIP INFUSIÓ AMB Y SENSE AGULLA

Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
50684	EQUIP INFUSIÓ AMB Y SENSE AGULLA				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Equip infusió intravenosa amb sistema de seguretat per la infusió per gravetat		
			Toma amb Y amb vàlvula sense agulla amb connexió tipus amb tecnologia Slip Septum.		
			Punxó transparent i toma aire amb filtre antibacterià i sistema de tancament		
			Càmera de degoteig amb part superior rígida transparent		
			Tub 3mm x 4,1 mm aprox. Llargada: 210 cm aprox.		
			Amb sistema de seguretat que eviti l'entrada d'aire al tub en cas de buidatge de la càmera. Sistema de seguretat que eviti la sortida de solució a l'extrem distal de l'equip.		
			Amb connexió Luer Lock amb tap/protector hidròfob.		
			PVC sense làtex ni DEHP. Estèril		

LOT 9. EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 180CM

Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
50688	EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 180CM				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Equip infusió intravenosa amb sistema de seguretat per la infusió per gravetat		
			Amb punxó de plàstic, bicanal, rígid, transparent amb tap protector. Presa d'aire amb filtre antibacterià i tapa.		
			Càmera de degoteig amb part superior rígida transparent i part inferior flexible. Amb sistema de seguretat que eviti l'entrada d'aire en el tub en cas del buidatge de la càmera. sistema de seguretat que eviti la sortida de solució a l'extrem distal de l'equip.		
			Tub 3mm x 4,1 mm aprox. Llargada: 180cm aprox.		
			Amb connexió Luer Lock amb tap/protector hidròfob.		
			Compatible amb cistostàtics, lípids i desinfectants habituals.		
			PVC sense làtex ni DEHP. Estèril		

LOT 10. EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 150CM				
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador	
52623	EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 150CM			
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)
			Sistema d'infusió per gravetat amb tub flexible i sistema estàndard amb Luer Lock mascle fixe	
			Filtre de 15 micres	
			Llargada del tub 150 cm aprox. Ø intern del tub 3mm aprox. Volum de purga: 11 ml aprox. Flux 14G.	
			PVC sense làtex ni DEHP. Estèril	
				Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment

LOT 11. EQUIP INFUSOR 300ML					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
50681	EQUIP INFUSOR 300ML 1,5 ML/H FLUX FIX LV 1,5 DE 7 DIES				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Dispositiu portàtil d'un sol ús amb dipòsit elastomèric per administrar medicació.		
			Proporciona un flux fix i continu de medicació.		
			Volum nominal entre 250-252 ml, volum residual entre 3 i 5 ml i volum màxim 300ml aprox.		
			Estèril. Sense làtex		

LOT 12. EQUIP MICROGOTER

Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
50686	EQUIP MICROGOTER				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Sistema d'infusió per gravetat amb tub flexible i connector Luer Lock		
			Amb microcànula a la càmera de degoteig		
			Filtre de 15 micres.		
			Llargada del tub 200 cm x Ø intern del tub 3mm aprox		
			Volum de purga: 15 mm.		
			Flash Ball i tap de protecció estàndard.		
			Sense làtex ni DEHP.		

LOT 13. EQUIP MICROGOTER REGULADOR FLUX					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
50683	EQUIP MICROGOTER REGULADOR DE FLUX				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Regulador de flux amb connector femella i tap estanc.		
			Tub de 10cm aprox, Ø2,5x4,1mm aprox.		
			Amb escala graduada		
			Amb derivació en Y i vàlvula bidireccional sense agulla		
			Transparent.		
			Amb connector Luer Lock amb anell mòbil.		

LOT 14. PUNXÓ BOSSA/AMPOLLA					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
53784	PUNXÓ BOSSA/AMPOLLA A/FILTRE				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la memòria tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Punxó amb filtre d'aire per bossa o ampolla amb filtre de venteig.		
			Compatible amb citostàtics comuns i fluids.		
			Compatible amb més de 100 molècules perilloses NIOSH.		
			Vàlvula femella per ús sense agulles, segellat bidireccional i espai mort reduït.		

LOT 15. SET EXTENSIÓ LUER LOCK					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
53871	SET EXTENSIÓ LUER LOCK AMB VÀLVULA SENSE AGULLA				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Allargadera macrocalibre, Ø 3mm		
			Extensió luer lock amb vàlvula sense agulla		
			Roller, amb punt d'injecció en Y i regulador de flux Y.		
			Longitud del tub: 110 cm aprox. Volum de purga: 7.46ml aprox.		

LOT 16. TUB PROLONGADOR 150CM x 1,02M/F				
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador	
51527	TUB PROLONGADOR 150CM X 1,02 M/F			
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Allargadera per set d'infusió 150cm.	
			Tapa protectora per connector Luer Lock i taps de bloqueig Luer	
			Transparent	
			Cabal de 50ml/min aprox.	
			1500 mm llarg x 2,4mm Øextern x1,24mm Ø intern. Aprox.	
			Capacitat d'emplenat de 1,9 ml aprox.	
			Sense làtex. Estèril.	

LOT 17. TUB PROLONGADOR 150CMx4,1 M/F

Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
51622	TUB PROLONGADOR 150x4,1 M/F				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Tub prolongador de pressió de 2,5x4,1x1500mm.		
			Amb connector Luer Lock mascle giratori. Resistència fins a 15 bars		
			Protector amb filtre de purga.		
			Sense làtex ni DEHP.		

LOT 18. TUB PROLONGADOR 1,5x3CM 270					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
50072	TUB PROLONGADOR 1,5x3CM 270				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Tub prolongador de 1,5 Øx3cm 270. aprox.		
			Amb connectors Luer Lock mascle de Ø3 transparent.		
			taps i tub de PVC sense DEHP. Sense làtex.		

LOT 19. TUB PROLONGADOR 30CMX10,02 M/F

Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
51215	TUB PROLONGADOR 30CMX1,02M M/F				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Tub prolongador per bomba de xeringa		
			Flexible.		
			Ø interior 1,5mm x Ø exterior 2mm aprox. Longitud 30cm aprox.		
			Volum residual aprox. 0,288 ml aprox.		
			PVC sense làtex. Estèril		

LOT 20. TUB PROLONGADOR OXIGEN					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
54620	TUB PROLONGADOR OXIGEN 10M				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Tub prolongador d'oxigen 10m.		
			Transparent, amb llum interna antiocclusió.		
			De plàstic grau mèdic sense làtex.		

LOT 21. VÀLVULA AMB ALLARGADERA					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
54158	VÀLVULA AMB ALLARGADERA				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Connector-allargadera Luer-Lock adaptable a catèters EV (catèter endovenós), xeringues i línies d'equips infusió.		
			Circuit tancat, amb tecnologia Slip Septum., bidireccional.		
			Pres. neutra. Vol entre 0,04ml i 0,09ml aprox. 100% transparent.		
			Barrera estèril 7 dies, Sense làtex, estèril, 1 sol ús.		
			Longitud allargadera entre 10-18 cm aprox. Ø tub 1mm aprox.		

LOT 22. ALLARGADERA NUTRICIÓ ENTERAL ENFIT					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
53758	ALLARGADERA NUTRICIÓ ENTERAL ENFIT				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Allargadera nutrició enteral amb connexió Enfit.		
			Tap estanc enfit mascle i connector enfit femella.		
			Tub de 150cm aprox. Ø1,6x3mm aprox. 9CH.		
			Volum residual: 3,176ml aprox.		
			Sense làtex.		

LOT 23. CONNECTOR CONTROL SUCCIÓ					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
53666	CONNECTOR CONTROL SUCCIÓ				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat compliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Connector control succió estàndard amb tap per control aspiració.		
			Longitud 5cm amb extrems cònics de 5 nivells de connexió.		
			Amb major Ø al centre que als extrems.		
			Estèril. Sense làtex.		

LOT 24. CLAU 4V AMB ALLARGADERA					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
54711	CLAU 4V AMB ALLARGADERA				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Clau 4 vies amb connector i connexió Luer Lock. Extensió de 14 cm (5.5") amb capacitat de 0.74 ml.		
			Connector d'accés sense agulles, amb cànula interna roma per pas de fluid laminar i segell de silicona de tecnologia Slip Septum.		
			Fluxos aprox: connector: 145ml/minut, port connector de la clau: 125ml/minut, clau: 350ml/minut.		
			Compatible amb connectors Luer de diàmetre interior d'1.55 mm a 2.8 mm aprox. Compatible amb la infusió de sang, hemoderivats, lípids i líquids biològics i amb els diluents i fàrmacs antineoplàsics d'ús habitual.		
			Ús bidireccional per a infusió, extracció i accés venós/arterial a llarg termini.		
			Vàlvula femella de desplaçament neutre i baix volum mort.		
			Manté una barrera estèril durant 7 dies i 700 activacions aprox.		
			Sense làtex ni DEHP.		

LOT 25. PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS PERILLOsos					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
54690	ADAPTADOR VIAL 13-20 mm		Adaptador vial sistema tancat de transferència per la reconstitució de fàrmacs peril·losos, tecnologia de doble filtració (filtre de 0,2 micres i filtre de carbó activat) tecnologia membrana a membrana, connexió a vial irreversible. Volum mort 0, lliure PVC, policarbonat. compatible amb tots el fàrmacs de la NIOSH. amb tap incorporat. Certificat ONB / CE. Mínim de 10 activacions. Sistema de doble filtració amb filtre de carbó actiu. Apte per vials de 13mm i 20mm. Certificat de connexions seques. Certificat de compatibilitat amb tots el fàrmacs de la NIOSH.		
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN					

54691	ADAPTADOR XERINGA LOCK		Adaptador a xeringa, sistema tancat de transferència per la reconstitució/administració de fàrmacs peril·losos. Agulla de 16G, lliure d'alumini. Sistema autobloquejant irreversible. Amb tap incorporat. Volum residual 0. lliure de PVC, policarbonat i compatible amb tots el fàrmacs de la NIOSH. Clics auditius de seguretat. Mínim de 10 activacions. Desconnexió entre les peces amb sistema de seguretat per evitar desconnexió accidental. Taps en totes les connexions. Connexió membrana a membrana amb agulla retràctil de 16G. Certificat de connexions seques. Certificat de compatibilitat amb tots el fàrmacs de la NIOSH.		
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN					
54692	ADAPTADOR A SONTA VESICAL		Adaptador a sonda vesical, sistema tancat de transferència per l'administració de fàrmacs peril·losos, connexió membrana a membrana, línia de 3 cm de longitud, compatible amb tots el fàrmacs de la NIOSH. Mínim de 10 activacions. Clics auditius de seguretat. Taps en totes les connexions. Certificat de connexions seques. Certificat de compatibilitat amb tots el fàrmacs de la NIOSH.		
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN					

LOT 26. TUB COARRUGAT FLEXIBLE AMB ROTLLE					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
52354	TUB COARRUGAT FLEXIBLE AMB ROTLLE				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Tub corrugat flexible per evacuació de gasos		
			Ø22mm aprox. Amb talls cada 400mm aprox.		
			Rotlle a metres		
			Sense làtex.		

LOT 27. TUB CONNEXIÓ VENTILADOR FLEXIBLE					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
54447	TUB CONNEXIÓ VENTILADOR FLEXIBLE				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Tubuladura d'ànima llisa de 1,8m per suport de ventilació		
			Compatible amb tots els ventiladors		
			Connexions toves		

LOT 28. TUB OXIGEN 2M					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
54446	TUB OXIGEN 2M				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Tub oxigen 2m aprox. amb connectors universals en els dos extrems.		
			Transparent i no colapsable		
			Per realitzar connexions entre dispositius d'oxigenoteràpia		
			Tub PVC no estèril.		

LOT 29. TUBULADURA 1,8 CONNECTORS RÍGIDS					
Codi material	Descripció tècnica	Referència del licitador	Descripció general del licitador		
53662	TUBULADURA 1,8 CONNECTORS RÍGIDS				
CAL INDICAR EL CODI QR O EAN		NOM DEL LICITADOR	Requisits obligat acompliment	Indicacions licitador (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment
			Tubuladura d'ànima llisa de 1,8m per suport de ventilació		
			Compatible amb tots els ventiladors		
			Connexions rígides.		

9.3 ANNEX 3 – OFERTA ECONÒMICA

Nom licitadora: _____

Adreça de correu electrònic concursos: _____

Lot licitat: _____

El/la Sr./Sra.....amb residència
a.....al carrer.....número.....i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total (**TRES anualitats**) de:.....€ (xifra en lletres
i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel sobre el total de la facturació.....%.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

					VALORABLE				NO VALORABLE			
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT ANUAL ESTIMADA		PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA %	PREU TOTAL AMB IVA	Referencia article oferta	Unitats caixa diferents nivells Embalatges	Comanda mínima SI / NO	Import comanda mínima
1	53786	ADAPTADOR PER EQUIP INTRAVENÓS	570	UNITAT								
2	52084	ALLARGADERA 3 METRES AMB CONECTOR	6320	UNITAT								
3	53917	ALLARGADERA LUER LOCK GIRATORI 10 CM	385	UNITAT								
4	51406	CLAU 3V 2 CONEC.1 VIA S/AGULLA	10.000	UNITAT								
5	51405	CONNECTOR ALLARGADERA 2 VIES S/AGULLA	2.920	UNITAT								
6	53733	CONNECTOR ALLARGADERA 3 VIES S/AGULLA	1.810	UNITAT								
7	51404	CONNECTOR S/AGULLA 1 VIA SPLIT SEPTUM	63.850	UNITAT								
8	50684	EQUIP INFUSIÓ AMB Y SENSE AGULLA	62.500	UNITAT								
9	50688	EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 180CM	62.000	UNITAT								
10	52623	EQUIP INFUSIÓ SENSE Y 150CM	19.900	UNITAT								
11	50681	EQUIP INFUSOR 300ML 1,5 ML/H flux fix LV 1,5 de 7 dies	75	UNITAT								
12	50686	EQUIP MICROGOTER	105	UNITAT								
13	50683	EQUIP MICROGOTER REGULADOR DE FLUX	2.120	UNITAT								
14	53784	PUNXÓ BOSSA/AMPOLLA A/FILTRE	930	UNITAT								
15	53871	SET EXTENSIÓ LUER LOCK AMB VÀLVULA SENSE AGULLA	840	UNITAT								
16	51527	TUB PROLONGADOR 150CM X 1,02 M/F	805	UNITAT								

					VALORABLE				NO VALORABLE			
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT ANUAL ESTIMADA		PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA %	PREU TOTAL AMB IVA	Referencia article oferta	Unitats caixa diferents nivells Embalatges	Comanda mínima SI / NO	Import comanda mínima
17	51622	TUB PROLONGADOR 150x4,1 M/F	1.350	UNITAT								
18	50072	TUB PROLONGADOR 1,5x3	1.030	UNITAT								
19	51215	TUB PROLONGADOR 30CMX1,02M M/F	1.300	UNITAT								
20	54620	TUB PROLONGADOR OXIGEN 10M	400	UNITAT								
21	54158	VÀLVULA AMB ALLARGADERA	7.310	UNITAT								
22	53758	ALLARGADERA NUTRICIÓ ENTERAL ENFIT	70	UNITAT								
23	53666	CONNECTOR CONTROL SUCCIÓ	1.120	UNITAT								
24	54711	CLAU 4V AMB ALLARGADERA	7.000	UNITAT								
25	54690	ADAPTADOR VIAL 13-20 mm	400	UNITAT								
	54691	ADAPTADOR XERINGA LOCK	400	UNITAT								
	54692	ADAPTADOR A SONTA VESICAL	400	UNITAT								
TOTAL LOT 25												
26	52354	ROTLLE TUB COARRUGAT FLEXIBLE	200m	METRE								
27	54447	TUB CONEXIÓ VENTILADOR FLEXIBLE	1.230	UNITAT								
28	54446	TUB OXIGEN 2M	210	UNITAT								
29	53662	TUBULADURA 1,8 CONNECTORS RÍGIDS	35	UNITAT								