

ANNEX I. Criteris valorables

Mòdul de normo-hipotèrmia			
		EMPRESA:	
		NIF:	
		Correu electrònic:	
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.			
Definició			
Mòdul de normo-hipotèrmia pel control de la temperatura de perfusió dels pacients en intervencions de cirurgia cardíaca.			
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Resum breu de característiques	Índex documental
1 Característiques tècniques	10,75		
Característiques a valorar 1 Es valorarà que la unitat de control sigui una pantalla tàctil. 2 Es valorarà que la pantalla es pugui recol·locar en per exemple un altre pal, o a fora de quiròfan, per l'estalvi d'espai. 3 Es valorarà que es puguin combinar simultàniament oxigenador i manta d'escalfament. 4 Es valorarà que el sistema de refrigeració sigui un compressor formador de gel. 5 Es valorarà que, en cas d'emergència, si fallen els circuits d'aigua dels pacients, es pugui fer servir el circuit d'aigua de cardioplegia amb l'intercanviador de calor de l'oxigenador. 6 Es valorarà que el dipòsit d'aigua de l'equip es divideixi en dues parts per garantir un ajustament ràpid de la temperatura a les sortides dels circuits. 7 Es valorarà la inclusió d'un element protector tipus para-xocs per la protecció dels elements de la part posterior del mòdul. 8 Es valorarà que es certifiqui que el model presentat no hagi patit cap infecció micobacteriana a nivell mundial abans de la data de publicació del concurs. 9 Es valorarà que el panell de control inclogui instruccions pas a pas per la desinfecció i la descalcificació del mòdul de normo-hipotèrmia. 10 Es valorarà que el sistema d'encebament i eliminació de bombolles dels circuits sigui automàtic.	1,5 1 1 2 1,25 0,5 0,5 1,5 0,5 1		
3 Funcionalitats	3,5		
Característiques a valorar 11 Es valorarà que es puguin desar valors concrets de temperatures per a evitar haver-los d'introduir manualment a cada ús. Es valorarà que també es mesurin els següents paràmetres dels circuits: 12 - Cabal en l/min. 13 - Pressió en bar. 14 Es valorarà que l'evolució de la temperatura es mostri de manera gràfica. 15 Es valorarà que la neteja de l'aigua sigui automàtica i eviti el creixement d'algues.	0,5 0,25 0,25 0,5 2		
5 Servei tècnic durant el període de garantia	3,75		
Característiques a valorar 16 Equip de substitució en cas d'avaría. 17 Temps de resposta presencial en cas d'avaría (Cal donar resposta en hores. La puntuació proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).	2,5 1,25		

6	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	2	
Característiques a valorar			
18	Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	1	
19	Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	1	
		20	