

ACTA de la Mesa per la revisió de l'informe de valoració de la documentació tècnica avaluable mitjançant fórmules.

Expedient: CS/AH02/1101395466/24/AMUP

Objecte: Contracte de Subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Membres de la Mesa:

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

Presidenta: Cristina Robles Agustin (Directora econòmic financera)

Vocals:

- 1 Sr. Ramon Moreno Fuentes (Control Intern)
- 2 Sr. Pere Sust Ballester (Assessor Jurídic de l'ICS a l'HUB)
- 3 Sr. Javier Jimenez Perez. (Tècnic de la Unitat de compres de l'HUB)
- 4 Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap de Contractacions Administratives)

Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

Orde del dia

Revisió de l'informe de valoració de la documentació tècnica avaluable mitjançant fórmules del sobre digital número 2 presentat en l'expedient de CS/AH02/1101395466/24/AMUP per a la contractació de Subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Desenvolupament de la sessió

A les 8.30 del dia 14 d'agost de 2024, es constitueix vàlidament la Mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic).

Aquesta sessió és continuació de la sessió relativa a l'obertura dels 'sobres 2'.

La documentació que s'ha valorat correspon a les empreses licitadors

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L. | B96056023 |
| - BIOSURGICAL SL | B85689438 |
| - FERRER FARMA, S.A. | A08707234 |

S'inicia la sessió, amb la lectura i revisió del contingut de l'informe de valoració redactat pels tècnics, el qual s'adjunta com annex a l'acta

La suma de les puntuacions de les valoracions dels criteris tècnics valuables mitjançant fórmules, són:

Empresa	CIF	Valoració automàtica
MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L.	B96056023	60,00
BIOSURGICALI SL	B85689438	45,00
FERRER FARMA, S.A.	A08707234	34,00

D'acord amb el que anteriorment s'ha exposat, la Mesa adopta els següents:

Acords

1. Aprovar l'informe tècnic de valoració de la documentació dels sobres 2, que s'adjunta com Annex I
2. Procedir a la convocatòria de la Mesa per a l'acte d'obertura del sobres 3 de les empreses licitadores.

I, sense més temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta signada per la secretària i amb el vist-i-plau de la presidenta.

El secretari

Vist-i-plau La Presidenta

Informe tècnic valoració documentació sobre 2

Expedient: CS/AH02/1101395466/24/AMUP

Objecte: Subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

S'han presentat a la licitació electrònica les següents empreses:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L. | B96056023 |
| - Biosurgical SL | B85689438 |
| - FERRER FARMA, S.A. | A08707234 |

Es procedeix a la valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmula automàtica de les empreses, amb la puntuació que apareix a l'Annex I.

JOSE RICARDO
FRAGO
MONTANUY /
num:08330556

Signat digitalment per JOSE
RICARDO FRAGO
MONTANUY /
Data: 2024.08.13 10:11:45
+02'00'

Ricardo Frago Montanuy

Ricard Frago Montanuy
Servei de Cirurgia General i Digestiva
Hospital Universitari de Bellvitge

ANNEX I

Objecte: Subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge	Puntuació màxima	CONTESTAR	BIOSURGICAL SL		FERRER FARMA, S.A.		MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L.	
			RESPOSTA	PUNTUACIÓ	RESPOSTA	PUNTUACIÓ	RESPOSTA	PUNTUACIÓ
SOBRE 2								
2.1. Es valorarà que l'equip permeti la retirada de tot el volum de solució en el propi circuit en finalitzar cada tractament amb l'objectiu d'eliminar la contaminació d'altres elements del quiròfan i garantir la seguretat de l'equip quirúrgic que l'utilitza. El receptor de buidament ha de ser capaç de rebre tot el líquid i infós. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	si	6	NO	0	SI	6
2.2. Es valorarà que permeti usar els drenatges (sortides) tipus Blake com a drenatges post-quirúrgics fins a un mes com a mínim. (SÍ, 2 punts; NO, 0 punts)	2	si/no	no	0	no	0	SI	2
2.3. Es valorarà que permeti la visualització de la posició de les sondes de temperatura de manera gràfica en una representació anatómica real de l'abdomen del pacient, podent col·locar-les a voluntat. (SÍ, 2 punts; NO, 0 punts)	2	si/no	no	0	no	0	SI	2
2.4. Es valorarà que disposi d'un sistema de seguretat que permeti detectar problemes de pressió o de temperatura, de manera que s'interrompi la circulació cap i des del pacient, permetent la continuació de la teràpia una vegada resol el problema. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	si	6	si	6	SI	6
2.5. Es valorarà que existeixi un sistema de guia per passos, a mode de check list. (SÍ, 5 punts; NO, 0 punts)	5	si/no	si	5	si	5	SI	5
2.6. Es valorarà que disposi d'un mecanisme de diferenciació clara entre les línies i connectors per evitar errors i facilitar el muntatge. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	si	6	si	6	SI	6
2.7. Es valorarà l'axiú automàtic de totes les dades de tractament, inclouent-hi el log del maneig de l'equip i el seu funcionament, per tal de permetre l'anàlisi de situacions anòmales o dels resultats. (SÍ, 2 punts; NO, 0 punts)	2	si/no	si	2	si	2	SI	2
2.8. Es valorarà que permeti l'enregistrament dels paràmetres del procediment en un USB. (SÍ, 4 punts; NO, 0 punts)	4	si/no	si	4	si	4	SI	4
2.9. Es valorarà disposar de bateria integrada per prevenir fallades d'alimentació i facilitar aspectes com la mobilitat de l'equip entre davant-quiròfan i quiròfan després del muntatge i priming fora de quiròfan. (SÍ, 5 punts; NO, 0 punts)	5	si/no	no	0	si	5	SI	5
2.10. Es valorarà disposar de dues bombes de corró, una per a infusió i una altra per a retirada, permetent un control automàtic i precís de la circulació en l'abdomen sense necessitat d'assistència externa. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	no	0	no	0	SI	6
2.11. Es valorarà que permeti el preescalfament abans d'establir el circuit complet amb el pacient. El temps transcorregut entre l'ompliment de tot el circuit i l'inici de la teràpia hauria de ser inferior a 5 minuts. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	si	6	si	6	SI	6
2.12. Es valorarà que es pugui connectar la quimioteràpia amb una clau de 3 passos per evitar la manipulació del quimioteràpic. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	si	6	NO	0	SI	6
2.13. Es valorarà que existeixi un mecanisme que afavoreixi el moviment del líquid, a més del circuit tancat entre el sistema d'entrada i sortida del líquid de la cavitat abdominal. (SÍ, 4 punts; NO, 0 punts)	4	si/no	si	4	no	0	SI	4
	60			45		34		60