

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
FUNGIBLE PEL SISTEMA DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA PER L'INSTITUT
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.**

EXP. CONTR/2024/0000000115

PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT

ÍNDEX

1.	ANTECEDENTS	3
2.	OBJECTE	3
2.1	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	4
2.2	VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	5
2.3	DURADA DEL CONCURS	5
3.	REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE	5
3.1	REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS	5
3.1.1	NORMATIVA APLICABLE OBLIGATÒRIA	9
3.1.2	MOSTRES	9
3.2	REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	10
4.	DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	11
4.1	DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	12
4.2	DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (VALORABLE)	12
4.3	OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE)	13
5.	CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ	13
5.1	CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 40 PUNTS	13
5.2	CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 60 PUNTS	15
6.	CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	16
7.	CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	17
8.	DADES DE CONTACTE	17
9.	ANNEXES	19
9.1	ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL	19

1. ANTECEDENTS

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2. OBJECTE

L'OBJECTE del present expedient és l'adquisició de material fungible sanitari pel sistema de teràpia de pressió negativa, d'acord amb les necessitats de l'IAS, per la gestió de la prevenció i tractament de les complicacions de la ferida quirúrgica, tractament de les ferides complexes i tractament de les ferides de llarga evolució, mitjançant l'ús de material de pressió negativa.

Pel lot 1, l'adjudicatari haurà de posar a disposició l'IAS i durant la vigència del contracte, els dispositius d'aspiració necessaris per absorbir els fluids que s'originen a la ferida.

La contractació és per procediment obert i la licitació es farà per lots. Les licitadores podran concórrer a qualsevol lot, tanmateix haurà de ser per lot sencer. No s'admeten ofertes variants.

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	PREU TOTAL AMB IVA
SISTEMA DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA AMB DIPÒSIT PER LA RECOLLIDA DE FLUÏDS PER AL TRACTAMENT DE FERIDES							
1	52622	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA FOAM MITJÀ	290	53,00 €	15.370,00 €	10%	16.907,00 €
	52813	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA FOAM PETIT	160	43,00 €	6.880,00 €	10%	7.568,00 €
	52133	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA GASA MITJÀ	80	66,00 €	5.280,00 €	10%	5.808,00 €
	52131	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA GASA GROS	65	76,00 €	4.940,00 €	10%	5.434,00 €
	53519	Z CANISTER TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 300ML	350	46,00 €	16.100,00 €	21%	19.481,00 €
	52132	Z CANISTER TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 800ML	60	71,00 €	4.260,00 €	21%	5.154,60 €
	53969	CONNECTOR Y TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA	30	16,00 €	480,00 €	21%	580,80 €
	54727	KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA AMB DRENATGE PER AL TRACTAMENT DE FERIDES FISTULITZADES	10	61,00 €	610,00 €	10%	671,00 €

	54728	KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER ABDÒMEN OBERT	5	255,00 €	1.275,00 €	10%	1.402,50 €
TOTAL LOT 1					55.195,00 €		63.006,90 €
SISTEMA DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA D'UN SOL ÚS SENSE DIPÒSIT PER AL TRACTAMENT DE FERIDES							
2	53523	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 10X20CM	30	149,00 €	4.470,00 €	10%	4.917,00 €
	53641	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 10X30CM	90	149,00 €	13.410,00 €	10%	14.751,00 €
	53790	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 10X40CM	90	156,00 €	14.040,00 €	10%	15.444,00 €
	53524	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X15CM	90	256,00 €	23.040,00 €	10%	25.344,00 €
	53540	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X20CM	125	261,00 €	32.625,00 €	10%	35.887,50 €
	54729	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X30CM	90	271,00 €	24.390,00 €	10%	26.829,00 €
	54730	SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA ANATÒMIC 20X25CM	25	291,00 €	7.275,00 €	10%	8.002,50 €
	54731	FOAM PER SISTEMA DE TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 1 SOL ÚS 10X13CM	25	11,00 €	275,00 €	10%	302,50 €
TOTAL LOT 2					119.525,00 €		131.477,50 €
TOTAL EXPEDIENT 1 ANUALITAT					174.720,00 €		194.484,40 €

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT	IMPORT TOTAL 3 ANUALITATS	% IVA
174.720,00 €	524.160,00 €	10/21%

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	524.160,00 €
Import total amb IVA:	583.453,20 €

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 524.160,00 € (SENSE IVA) (10/21% IVA)

Pròrrogues: SI. 174.720,00 € +174.720,00 € = 349.440,00 €.

Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 20% = 104.832,00 €.

Import total VEC = 524.160,00 + 349.440,00 + 104.832,00 € = 978.432,00 (IVA EXCLÒS)

2.3 DURADA DEL CONCURS

La durada del concurs serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més en cas d'acord entre les dues parts.

3. REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les característiques i mides dels articles relacionats a continuació podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si el material presentat per cada licitadora, s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

CALDRÀ INDICAR A LES FITXES TÈCNiques DE MANERA CLARA I REMARCAT AMB COLOR CADASCUN DELS REQUISITS MÍNIMS QUE S'INDIQUEN A CONTINUACIÓ:

LOT 1 - SISTEMA DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA AMB DIPÒSIT PER LA RECOLLIDA DE FLUÏDS PER AL TRACTAMENT DE FERIDES

52622 Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA FOAM MITJÀ

Kit d'espuma estèril de poliuretà compacte de 400-600 µ i 2 films transparents de poliuretà, mínim, per l'aplicació de teràpia de pressió negativa, amb drenatge suau, resistent a la flexió i a la compressió i sistema de segellat. Espuma de poliuretà reticulat, deformable, hidròfob, retallable i de mínim 3 cm de gruix, de mides: 20x12,5x3 cm aprox. (±2 cm). Film transparent de poliuretà (EU45) amb adhesiu acrílic, permeable al vapor d'aigua a 37°C i resistent a la tracció. Mides: mínim 2 films de 20x30 cm aprox. (±2 cm). Drenatge de doble lumen de polipropilè i silicona o similar, que permeti el pas de pressió i la recollida de l'exsudat. Lliure de làtex. Estèril.

52813 Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA FOAM PETIT

Kit d'espuma estèril de poliuretà compacte de 400-600 µ i 1 film transparent de poliuretà, mínim, per l'aplicació de teràpia de pressió negativa, amb drenatge suau, resistent a la flexió i a la compressió i amb sistema de segellat. Espuma de poliuretà reticulat, deformable, hidròfob, retallable i de mínim 3 cm de gruix, de mides 10x8x3 cm aprox. (±2 cm). Film transparent de poliuretà (EU45) amb adhesiu acrílic, permeable al vapor d'aigua a 37°C i resistent a la tracció. Mides: mínim 1 film de 20x30 cm aprox. (±2 cm). Drenatge de doble lumen de polipropilè i silicona o similar, que permeti el pas de pressió i la recollida de l'exsudat. Lliure de làtex. Estèril.

52133 Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA GASA MITJÀ

Kit amb gasa per l'aplicació de teràpia de pressió negativa. Format per un sistema de segellat, doble lumen, resistent a la flexió i a la compressió, 1 film transparent de 20x30 cm aprox. (±2 cm) de poliuretà (EU45) amb adhesiu acrílic, permeable al vapor d'aigua a 37°C i resistent a la tracció, 2 paquets de gases de 15x17 cm aprox. (±2 cm) antimicrobianes de cotó 100% i 1 ampolla de solució salina. Drenatge de doble lumen de polipropilè i silicona o similar, que permeti el pas de pressió i la recollida de l'exsudat. Lliure de làtex. Estèril.

52131 Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA GASA GROS

Kit amb gasa per l'aplicació de teràpia de pressió negativa. Format per un sistema de segellat, doble lumen, resistent a la flexió i a la compressió, 2 films transparents de 20x30 cm aprox. (±2 cm) de poliuretà (EU45) amb adhesiu acrílic, permeable al vapor d'aigua a 37°C i resistent a la tracció, 1 rull de gasa de 11,4 cm x3,7 m aprox. (±2 cm) antimicrobiana de cotó 100% i 1 ampolla de solució salina. Drenatge de doble lumen de polipropilè i silicona o similar, que permeti el pas de pressió i la recollida de l'exsudat. Lliure de làtex. Estèril.

53519 Z CANISTER TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 300ML

Recipient d'un sol ús de 300ml de capacitat amb solidificador per utilitzar-lo amb l'equip de teràpia de ferides per pressió negativa.

Conté:

- Recipient transparent amb tapa tancada, que permet visualitzar el color i la consistència del producte.
- Tubs de connexió amb filtre antidesbordament
- Conducció de connexió al desguàs
- Bossa gelificant per evitar vessaments accidentals

52132 Z CANISTER TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 800ML

Recipient d'un sol ús de 800ml de capacitat amb solidificador per utilitzar-lo amb l'equip de teràpia de ferides per pressió negativa.

Conté:

- Recipient transparent amb tapa tancada, que permet visualitzar el color i la consistència del producte.
- Tubs de connexió amb filtre antidesbordament
- Conducció de connexió al desguàs
- Bossa gelificant per evitar vessaments accidentals

53969 CONNECTOR Y TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA

El connector en Y permet el tractament de 2 ferides separades amb el mateix equip mèdic. Connector en "Y" i 3 tubs de connexió de 30 cm. Estèril.

54727 KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA AMB DRENATGE PER AL TRACTAMENT DE FERIDES FISTULITZADES

Kit amb drenatge de silicona, amb connector, tires d'esparadrap resistents a l'aigua i pasta d'ostomia. Estèril.

54728 KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER ABDOMEN OBERT

Kit d'espuma estèril de poliuretà compacte de 400-600 μ i films transparents de poliuretà, mínim, per l'aplicació de teràpia de pressió negativa, amb drenatge suau, resistent a la flexió i a la compressió, amb sistema de segellat i làmina protectora d'òrgans. Mínim 2 espumes de poliuretà reticulat, deformable, hidròfob, retallable i de mínim 3 cm de gruix, de mides: 20x12,5x3 cm aprox. (± 2 cm). Mínim 6 films transparents de poliuretà (EU45) amb adhesiu acrílic, permeable al vapor d'aigua a 37°C i resistent a la tracció. Mides: mínim 2 films de 20x30 cm aprox. (± 2 cm). Drenatge de doble lumen de polipropilè i silicona o similar, que permeti el pas de pressió i la recollida de l'exsudat. 1 unitat de làmina protectora d'òrgans de 89x56 cm aprox. Lliure de làtex. Estèril.

La posada a disposició de l'equip d'aspiració durant la vigència del contracte haurà de complir els següents requisits:

- Pantalla tàctil de color i navegació intuïtiva amb fàcil maneig.
- Format de data i hora fàcilment modificable i selecció de diferents idiomes.
- Amb mode pacient i mode professional/clínic.

LOT 2 - SISTEMA DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA D'UN SOL ÚS SENSE DIPÒSIT PER AL TRACTAMENT DE FERIDES

53523 Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 10X20CM

Sistema de tractament de ferides mitjançant teràpia de pressió negativa automàtic d'un sol ús amb piles incloses, sense dipòsit. Kit format per 1 bomba d'un sol ús, mínim 6 tires (per apòsit) de fixació de film adhesiu de poliuretà col·locades en una sola làmina pretallada, i 2 apòsits de 10x20 cm. La bomba, manté la teràpia de pressió negativa a -80mmHG (nominal) sobre la superfície de la ferida, silenciosa, de petites dimensions i ultra lleugera. Tots els components sanitaris han de ser estèrils.

53641 Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 10X30CM

Sistema de tractament de ferides mitjançant teràpia de pressió negativa automàtic d'un sol ús amb piles incloses, sense dipòsit. Kit format per 1 bomba d'un sol ús, mínim 6 tires (per apòsit) de fixació de film adhesiu de poliuretà col·locades en una sola làmina pretallada, i 2 apòsits de 10x30 cm. La bomba, manté la teràpia de pressió negativa a -80mmHG (nominal) sobre la superfície de la ferida, silenciosa, de petites dimensions i ultra lleugera. Tots els components sanitaris han de ser estèrils.

53790 Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 10X40CM

Sistema de tractament de ferides mitjançant teràpia de pressió negativa automàtic d'un sol ús, amb piles incloses, sense dipòsit. Kit format per 1 bomba d'un sol ús, mínim 6 tires (per apòsit) de fixació de film adhesiu de poliuretà col·locades en una sola làmina pretallada, i 2 apòsits de 10x40 cm. La bomba, manté la teràpia de pressió negativa a -80mmHG (nominal) sobre la superfície de la ferida, silenciosa, de petites dimensions i ultra lleugera. Tots els components sanitaris han de ser estèrils.

53524 Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X15CM

Sistema de tractament de ferides mitjançant teràpia de pressió negativa automàtic d'un sol ús, amb piles incloses, sense dipòsit. Kit format per 1 bomba d'un sol ús, mínim 6 tires (per apòsit) de fixació de film adhesiu de poliuretà col·locades en una sola làmina pretallada, i 2 apòsits de 15x15 cm. La bomba, manté la teràpia de pressió negativa a -80mmHG (nominal) sobre la superfície de la ferida, silenciosa, de petites dimensions i ultra lleugera. Tots els components sanitaris han de ser estèrils.

53540 Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X20CM

Sistema de tractament de ferides mitjançant teràpia de pressió negativa automàtic d'un sol ús, amb piles incloses sense dipòsit. Kit format per 1 bomba d'un sol ús, mínim 6 tires mínim (per apòsit) de fixació de film adhesiu de poliuretà col·locades en una sola làmina pretallada, i 2 apòsits de 15x20 cm. La bomba, manté la teràpia de pressió negativa a -80mmHG (nominal) sobre la superfície de la ferida, silenciosa, de petites dimensions i ultra lleugera. Tots els components sanitaris han de ser estèrils.

54729 Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X30

Sistema de tractament de ferides mitjançant teràpia de pressió negativa automàtic d'un sol ús, amb piles incloses, sense dipòsit. Kit format per 1 bomba d'un sol ús, mínim 6 tires (per apòsit) de fixació de film adhesiu de poliuretà col·locades en una sola làmina pretallada, i 2 apòsits de 15x30cm. La bomba, manté la teràpia de pressió negativa a -80mmHG (nominal) sobre la superfície de la ferida, silenciosa, de petites dimensions i ultra lleugera. Tots els components sanitaris han de ser estèrils.

54730 Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA ANATÒMIC 20X25CM

Sistema de tractament de ferides mitjançant teràpia de pressió negativa automàtic d'un sol ús, amb piles incloses, sense dipòsit. Kit format per 1 bomba d'un sol ús, mínim 6 tires (per apòsit) de fixació de film adhesiu de poliuretà col·locades en una sola làmina pretallada, i 2 apòsits anatòmics de 20x25cm. La bomba, manté la teràpia de pressió negativa a -80mmHG (nominal) sobre la superfície de la ferida, silenciosa, de petites dimensions i ultra lleugera. Tots els components sanitaris han de ser estèrils.

54731 Z FOAM PER SISTEMA DE TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 1 SOL ÚS 10X13CM

Foam o espuma de poliuretà reticulat flexible de 10x13cm aprox. per al tractament de ferides cavitades de + 2 cm amb el sistema de teràpia de pressió negativa d'un sol ús.

3.1.1 NORMATIVA APLICABLE OBLIGATÒRIA

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre B, l'empresa licitadora presenti:

- **Certificació del marcatge CE per cada lot conforme el MDR (UE) 2017/745** del 5 d'abril de 2017, pel qual es regulen els productes Sanitaris, que deroga a la 90/385/CEE i 93/42/CEE, exceptuant si els productes tenen certificat anterior a 26 de maig de 2021, que es poden comercialitzar amb el certificat antic fins el 27/5/2025, en base a la disposició transitòria de l'article 120. És a dir, s'aplica el nou reglament, però en el cas de certificats expedits amb anterioritat al 26 de maig de 2021 aquests seran acceptables en base a la normativa anterior.
- **ISO 9001:2015: Sistemes de gestió de la qualitat.**

3.1.2 MOSTRES

Serà **OBLIGATORI** que la licitadora envii les unitats de mostres necessàries per poder fer el tractament complet com a mínim durant 7 dies. **Les mostres hauran de portar identificat el número de lot i el codi de l'IAS.**

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ
SISTEMA DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA AMB DIPÒSIT PER LA RECOLLIDA DE FLUÏDS PER AL TRACTAMENT DE FERIDES		
1	52622	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA FOAM MITJÀ
	52813	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA FOAM PETIT
	52133	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA GASA-MITJÀ
	52131	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA GASA GROS
	53519	Z CANISTER TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 300ML
	52132	Z CANISTER TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 800ML
	53969	CONNECTOR Y TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA

	54727	KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA AMB DRENATGE PER AL TRACTAMENT DE FERIDES FISTULITZADES
	54728	KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER ABDOMEN OBERT
	00000	DISPOSITIU D'ASPIRACIÓ
SISTEMA DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA D'UN SOL ÚS SENSE DIPÒSIT PER AL TRACTAMENT DE FERIDES		
2	53523	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 10X20CM
	53641	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 7 10X30CM
	53790	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 10X40CM
	53524	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X15CM
	53540	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X20CM
	54729	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X30
	54730	SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA ANATÒMIC 20X25CM
	54731	FOAM PER SISTEMA DE TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 1 SOL ÚS 10X13CM

Les mostres han de ser iguals als models oferts al sobre B i han de portar tots els components necessaris per fer les proves. En el cas que hi hagi algun dubte o que es requereixin més unitats per poder fer les proves i valoracions, es podran sol·licitar més mostres i es farà des del departament de Logística mitjançant un correu electrònic en el qual es demanarà la referència, quantitat i lloc de lliurament. Un cop fetes les valoracions, les mostres que sobrin podran ser retornades en cas de sol·licitar-ho. La recollida i cost del retorn anirà a càrrec de la licitadora.

Les mostres s'hauran d'enviar des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictamini l'anunci de licitació, a la següent adreça: Hospital Santa Caterina. Magatzem General. C/ Dr. Castany, S/N. 17190 – Salt (Girona).

Serà imprescindible rebre les mostres per fer la valoració tècnica i s'hauran d'acompanyar d'un comprovant signat per l'IAS amb la data de l'entrega. En el cas que alguna licitadora no envii les mostres, quedarà EXCLOSA del procés de licitació.

Les mostres hauran de portar identificat el número de lot i el codi de l'IAS.

Caldrà adjuntar el COMPROVANT SIGNAT PER L'IAS de l'entrega de mostres al Sobre B.

3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. En fase d'execució del contracte, l'incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.
2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).

3. L'empresa adjudicatària ha d'informar a l'IAS amb antelació suficient (1 setmana aprox.) per evitar el desproveïment sobre qualsevol eventualitat en la disponibilitat comercial dels articles adjudicats. En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'IAS amb antelació suficient per poder prendre mesures adequades per mantenir la continuïtat de l'activitat. En el cas que l'empresa adjudicatària no es pugui comprometre a subministrar el producte segons les condicions establertes en aquest expedient:
 - En el cas que pugui oferir una alternativa equivalent, informarà si pot oferir un producte substituït alternatiu al mateix preu adjudicat i haurà de facilitar la fitxa tècnica del nou producte, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment** del producte afectat pel trencament d'estoc i del temps estimat fins al restabliment del subministrament habitual.
 - En el cas que no pugui oferir una alternativa equivalent i en cas que fos necessari, l'IAS podrà adquirir el producte a una altra empresa. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la diferència del preu en la compra del material així com altres despeses que es puguin originar derivades de la compra no contractades amb l'adjudicatària. En el supòsit contemplat, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment a petició documental també, de l'IAS** del producte afectat pel trencament d'estoc.
4. Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.
5. L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
6. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat.
7. En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte i l'empresa adjudicatària no pugui oferir una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, es procedirà a la rescissió del contracte d'aquesta referència.
9. En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.
10. L'empresa adjudicatària subministrarà i instal·larà els equips cedits a l'Hospital de Santa Caterina sense cap més cost addicional, amb tot el material necessari per la utilització dels productes subministrats de manera immediata, sota les indicacions de la persona responsable que es designi.

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les

denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 3 sobres: A, B i C. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre B i l'oferta econòmica al sobre C. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'incloguin ofertes econòmiques al Sobre B, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb totes les característiques i requisits definits en cada apartat del punt 3 **REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE** i del punt 4 **DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR** d'aquest plec. En el cas que alguna característica o requisit sol·licitat no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA i no s'obrirà el sobre C.
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 19 i s.)**.

4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PROPOSTA TÈCNICA. VALORABLE – MÀXIM 40 PUNTS

Per tal que la unitat tècnica de l'IAS pugui valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, **és necessari que la licitadora presenti al sobre B els següents documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació:**

- 1- FITXES TÈCNIQUES** de tots els articles licitats amb tots els requisits mínims identificats de manera clara. Tots els requisits han de ser perfectament identificables a les fitxes tècniques i a poder ser remarcats amb color.
- 2- ACREDITACIÓ / DECLARACIÓ DE LA NORMATIVA REQUERIDA** a l'apartat "**3.1.1 NORMATIVA APLICABLE OBLIGATÒRIA**"
- 3- COMPROVANT** signat per l'IAS i amb data, de les mostres lliurades.

TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AL SOBRE B ÉS DE PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA, LA NO PRESENTACIÓ SERÀ MOTIU D'EXCLUSIÓ DE LA LICITACIÓ.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i/o la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

Tota la documentació tècnica presentada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades.

4.3 OFERTA ECONÒMICA

PROPOSTA ECONÒMICA. VALORABLE – MÀXIM 60 PUNTS

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 19 i s.)**, degudament signada:

- **Proposta econòmica. (màxim 55 punts).**
- **Ràpel. (màxim 5 punts).**

5. CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 40 PUNTS

PER AL LOT 1

Criteri 1: Tolerància cutànea – Màxim 10 punts:

Es valorarà la tolerància cutànea del film, que tingui el menor impacte a la pell del pacient, que no deixi residus, que sigui de tacte suau amb una retirada suau i una allargada suficient per tal d'evitar irritacions i picors i que es mantingui adherit durant tot el tractament.

Criteri 2: Adaptabilitat – Màxim 10 punts

Es valorarà l'adaptabilitat del tub connector del dispositiu per tal d'evitar úlceres de pressió.

Criteri 3: Valoració de l'equip d'aspiració – Màxim 7,5 punts

Es valorarà que l'equip d'aspiració sigui silenciós, tingui bloqueig de pantalla per tal d'evitar el maneig per part del pacient i un sistema d'alarma per tal que proporcioni avisos contra fugues, dipòsit ple, pressió baixa o sobre pressió, bateria baixa o fallada de sistema. També es valorarà que el dispositiu tingui algun filtre pel control d'olor i que tingui la opció de diferenciar diversos tractaments en pressions i temps per tractar dues ferides. També es valoraran les diverses funcions que tingui l'equip.

Criteri 4: Etiquetatge – Màxim 10 punts

Es valorarà la simbologia de l'etiqueta que sigui clara i precisa, amb els pictogrames adients, les advertències del producte i les dades de referència (lot, data caducitat, marcatge CE, etc..).

Criteri 5: Altres Millores – Màxim 2,5 punts

En aquest apartat es valorarà qualsevol aspecte que suposi una millora i no estigui inclosa en cap altre criteri dels anteriorment esmentats. **La no especificació comportarà una valoració de 0 punts d'aquest criteri.**

PER AL LOT 2

Criteri 1: Qualitat i composició del material – Màxim 10 punts:

Es valorarà que la superfície de l'apòsit permeti una bona fixació i que la retirada de l'apòsit sigui atraumàtica. Es valorarà la composició i ordre de les capes de l'apòsit i que la capa adhesiva sigui de silicona perforada.

Criteri 2: Adaptabilitat – Màxim 10 punts

Es valorarà l'adaptabilitat del tub connector del dispositiu per tal d'evitar úlceres de pressió.

Criteri 3: Valoració de la bomba – Màxim 7,5 punts

Es valorarà que la bomba sigui silenciosa, compacte, lleugera i tingui un sistema d'alarmes lumíniques per tal que proporcioni avisos contra fugues, apòsit saturat, bateria baixa o fallada de sistema.

Criteri 4: Etiquetatge – Màxim 10 punts

Es valorarà la simbologia de l'etiqueta que sigui clara i precisa, amb els pictogrames adients, les advertències del producte i les dades de referència (lot, data caducitat, marcatge CE, etc..).

Criteri 5: Altres Millores – Màxim 2,5 punts

En aquest apartat es valorarà qualsevol aspecte que suposi una millora i no estigui inclosa en cap altre criteri dels anteriorment esmentats. **La no especificació comportarà una valoració de 0 punts d'aquest criteri.**

Les propostes es valoraran segons els criteris de la "Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica" de la Direcció General de Contracció Pública de la Generalitat de Catalunya.

S'aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Segons l'article 3 d'aquesta directriu, s'aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del **80% de cada criteri** de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

- **Opció 1** - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- **Opció 2** - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 60 PUNTS

Proposta econòmica i ràpel (Annex 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 19 i s.))

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1. PREU DE L'OBJECTE (FINS A 55 PUNTS)

Oferta econòmica. Puntuació màxima **55 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,55**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

2. RÀPEL (FINS A 5 PUNTS)

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriment tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe)*5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat

Ox: proposta de % ràpel ofert

Oe: proposta de % ràpel més alta

6. CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

EL LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l' Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell. L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...).

Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

7. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista haurà de garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L'empresa contractista, en relació a l'emalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8. DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - vicens.lloret.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - jaspreet.kaur.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap de Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 16 d'agost de 2024

9. ANNEXES

9.1 ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL

NOM LICITADORA:	
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC CONCURSOS:	
PERSONA DE CONTACTE:	TELÈFON:

El/la Sr./Sra.....amb residència a.....al carrer.....número.....i amb NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per **l'import total (TRES anualitats) de:.....€** (xifra en lletres i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel sobre el total de la facturació.....%.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

Imports oferts amb dos decimals

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	PREU TOTAL AMB IVA	UNITATS PER CAIXA DIFERENTS NIVELLS D'EMBALATGE	REFERÈNCIA ARTICLE OFERT	CODI EAN o QR
SISTEMA DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA AMB DIPÒSIT PER LA RECOLLIDA DE FLUÏDS PER AL TRACTAMENT DE FERIDES										
1	52622	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA FOAM MITJÀ	290							
	52813	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA FOAM PETIT	160							
	52133	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA GASA MITJÀ	80							
	52131	Z KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA GASA GROS	65							
	53519	Z CANISTER TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 300ML	350							
	52132	Z CANISTER TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 800ML	60							
	53969	CONNECTOR Y TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA	30							
	54727	KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA AMB DRENATGE PER AL TRACTAMENT DE FERIDES FISTULITZADES	10							
	54728	KIT TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER ABDÒMEN OBERT	5							
TOTAL LOT 1										
SISTEMA DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA D'UN SOL ÚS SENSE DIPÒSIT PER AL TRACTAMENT DE FERIDES										

2	53523	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 10X20CM	30						
	53641	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 10X30CM	90						
	53790	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 7 DIES 10X40CM	90						
	53524	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X15CM	90						
	53540	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X20CM	125						
	54729	Z SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA PER 14 DIES 15X30CM	90						
	54730	SISTEMA TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA ANATÒMIC 20X25CM	25						
	54731	FOAM PER SISTEMA DE TERÀPIA PRESSIÓ NEGATIVA 1 SOL ÚS 10X13CM	25						
TOTAL LOT 2									