

INFORME DE VALORACIÓ TECNICA DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CS/AH06/1101400914/24/PO, PER AL SUBMINISTRAMENT I POSADA EN CONDICIONS D'ÚS D'UNA TAULA QUIRÚRGICA PER A CIRURGIA VASCULAR DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA.

A la tramitació de l'expedient han concorregut els següents proveïdors i ofertes.

**EMPRESA**

**Getinge Group Spain, SLU.**

**EQUIP PROPOSAT**

**IDI Aspect 100-4**

**CARACTERISTIQUES BÀSIQUES IMPRESCINDIBLES**

**Getinge Group Spain, SLU**, amb la seva proposta d'una taula IDI, model Aspect 100-4, dona resposta a tots els punts de les característiques Bàsiques Imprescindibles en quan a prestacions i característiques.

La proposta dona resposta satisfactòria a tots els requeriments.

**ACCESSORIS BÀSICS**

L'oferta incorpora els elements accessoris publicats com elements bàsics:

- Faldons de protecció radiològica desmuntables amb referència: A610-051.

**FORMACIÓ**

Respecte al programa formatiu, Getinge planteja una formació detallada a tot el personal implicat al Quiròfan amb àmplia flexibilitat i adaptació als diferents torns.

La formació inicial es realitzaria en torns d'entre 5 i 10 persones sense pacient.

Un cop assolits els coneixements bàsics s'acompanyarà durant els primers procediments quirúrgics per donar assistència i resoldre qualsevol dubte.

Finalment ofereixen suport telefònic i fins i tot presencial d'un especialista en cas de necessitat.

**TERMINI DE LLIURAMENT**

El termini de lliurament de l'equipament no podrà ser superior a 30 dies naturals a comptar des del dia següent a la formalització de la comanda.

**GARANTIA**

La garantia del procediment, equip i instal·lacions objecte de la present licitació contra possible mal funcionament serà per un període de **24 MESOS**, que es comptarà a partir de la posada en marxa i la entrega de la documentació de la seva instal·lació.



**SERVEI TÈCNIC I MANTENIMENT**

Durant el període de garantia es proposa un manteniment preventiu anual amb una durada aproximada de 2 hores. Durant aquesta revisió es realitzaran comprovacions i verificacions diverses, segons protocol adjunt a fi de garantir la seguretat i fiabilitat del sistema.

Un cop finalitzada la garantia, s'elaborarà un calendari per a la realització dels manteniments preventius periòdics.

**REQUERIMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ**

S'aporta certificat CE, ISO 13485 i Certificat de sostenibilitat.

**MILLORES**

**Millores valorables d'acord amb criteris de judici de valor, (fins a 2 punts).**

Es valoraran les característiques tècniques, prestacions i qualitat de les millores següents:

- Major àrea radiotransparent. Supera els 200 cm de longitud radiotransparent aportant 203 per 53/ 76 cm, al voladís i columna respectivament davant els 50 i 75 exigits, per tant l'àrea total es superior.



**Valoració tècnica segons criteris d'adjudicació .**

**1. Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor (fins a 8 punts).**

Vist l'informe i en base a PPT que regeix la licitació, es valora la proposta de la següent manera:

**1.1 Millores valorables amb criteris de judici de valor (Fins a 2 punts).**

Es valoraran les característiques tècniques, prestacions i qualitat de les millores següents:

- Major àrea del taulell radiotransparent, (fins a **2 punts**).

La superfície es superior ja que el taulell es lleugerament superior al sol·licitat en totes les seves dimensions: **2 punts**.

**1.2 Formació (fins a 2 punts).**

Donada la tipologia de producte es considera suficientment detallada i extensa la proposta formativa proposada, se li atorga la màxima puntuació prevista. **2 punts**.

**1.3 Servei tècnic i manteniment (fins 4 punts).**

Proposta bàsica en referència al correctiu: **2 punts**.

Davant l'anterior anàlisi i vista la valoració realitzada, la puntuació obtinguda ha esta la següent:

**Getinge Group Spain, SLU. 6 punts.**

