

**Expedient:** 0328/25

**Entitat:** EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

**Tipus:** subministrament

**Procediment:** obert

**Tràmit:** ordinari

**Objecte:** Subministrament d'equipament mèdic: dotze desfibril·ladors per a diversos serveis de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

## ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

### Assistents

Presidenta suplent: Júlia Sesnilo Martínez, Adjunta a la Direcció de Gestió i Serveis de Suport de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

Representants de l'Assessoria jurídica del CatSalut: M. Carmen Lara Marmol, lletrada de l'Assessoria jurídica.

Representant de l'òrgan de control intern: Carles Abelló Pellicer, Director Econòmic financer de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

Secretària de la Mesa de contractació, amb veu però sense vot: Alba Solé Constantí, Tècnica de Salut Sant Joan de Reus Baix Camp.

### Excusats

Representant de l'Assessoria jurídica del CatSalut: Montserrat Batet Fortuny, lletrada de l'Assessoria jurídica del CatSalut.

Vocal: Antoni Foz Bosch, Director d'Aprovisionaments i Logística de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp.

Vocal tècnica no membre de la mesa de contractació: Imma Vallverdú Perapoch, Directora del Servei de Medicina Intensiva de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

### Identificació de la sessió

**Data:** 13 d'agost de 2024

**Hora:** 12:00 h

**Lloc:** Sala 3 de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus o de forma virtual a través de Webex.

### Desenvolupament de la sessió

La presidència obre la sessió i un cop constituïda la mesa, autoritza a la secretària al següent:

**1. Informació i aprovació, si s'escau, de l'informe de valoració del sobre B, relatiu als criteris d'apreciació tècnica**

Es procedeix a tractar l'informe dels criteris d'apreciació tècnica (sobre B), elaborat per la vocal tècnica no membre de la mesa de contractació, la Dra. Imma Vallverdú Perapoch. S'annexa a la present acta l'informe esmentat (document nº 1).

S'estudia l'informe tècnic sol·licitat. Es manifesta conformitat amb totes les consideracions que s'hi assenyalen, als efectes de motivar la puntuació final que s'hi fa constar.

De conformitat amb l'anterior, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat aprovar l'informe tècnic.

**2. Obertura del sobre C.**

S'inicia la sessió pública a través de l'enllaç que ha estat publicat al perfil de contractant de l'entitat per procedir a l'obertura del sobre C de l'expedient de contractació 0328/25.

Es fa l'acte formal de notificació dels acords adoptats per la Mesa en la sessió celebrada anteriorment, fent lectura de les puntuacions atorgades en el sobre B:

EMPRESA	PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
1. Abast Médica, S.L.	30
2. Equipamientos Médicos Cantoni, S.L.	22
3. DEXTROMEDICA, S.L.	35
4. Agenor Mantenimientos, S.A.	24
5. Adiemed Prevention in Diagnostics, S.L.	23
6. Schiller España, S.A.U.	31

Exposats els anteriors antecedents, es fa obertura del sobre C, que conté l'oferta econòmica i resta de criteris avaluable de forma automàtica, presentada per les empreses anteriorment relacionades.

Es dona per acabat l'acte públic i la mesa continua en acte intern.

A continuació, la Mesa continua amb l'avaluació de les ofertes.

**3. Avaluació i determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa**

Es valoren els criteris objectius i avaluable de forma automàtica, de conformitat amb l'assenyalat a la clàusula H del quadre de característiques, en la qual es disposa el següent:

- **CRITERIS OBJECTIUS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (màxim 65 punts)**

### 1. Preu (fins a 51 punts)

En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora. S'entendran inclosos en aquest preu, si s'escau, els accessoris, formació, treballs d'instal·lació, etc. (llevat l'IVA). Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a Valorar  
 $P$  = Punts criteri econòmic  
 $O_m$  = Oferta Millor  
 $O_v$  = Oferta a Valorar  
 $IL$  = Import de Licitació  
 $VP$  = Valor de ponderació

S'exposa que el valor de ponderació (VP) és 1, d'acord amb el punt sisè de la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

### 2. Ampliació del termini de garantia (fins a 7 punts):

El termini de garantia addicional que ofereixin els licitadors ho serà en les mateixes condicions assenyalades en el plec de prescripcions tècniques pel termini de garantia de 3 anys mínims que es demana.

En aquest sentit, els licitadors han de reconèixer un termini de garantia mínim de 3 anys; per tant, caldrà assenyalat els mesos addicionals que ofereix.

L'empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima puntuació. La resta de les ofertes rebran una puntuació mitjançant la següent fórmula:

$$\text{punts} = (\text{Període addicional de garantia ofert pel licitador}) * \text{n}^\circ \text{ màxim de punts previst per al criteri} / \text{període addicional més ampli ofert pels licitadors}$$

### 3. Facilitació d'equips de substitució durant el període de garantia, en cas d'avaria dels equips subministrats (fins a 7 punts)

L'empresa ofereix prestar a l'entitat contractant equips d'identiques característiques als subministrats durant tot el període de garantia, en cas que d'avaria dels equips subministrats:

SÍ ----- 7 punts

NO ----- 0 punts

A continuació, es procedeix a aplicar els criteris anteriorment descrits a les ofertes presentades per les empreses admeses al procediment de licitació:

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

**Oferta presentada pel licitador:**

**1. Preu (fins a 51 punts)**

El pressupost total del subministrament dels equips objecte del contracte, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació i garantia, que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de 48.234,00 € (IVA exclòs) / 58.363,14 € (IVA inclòs).

Import unitari màxim (IVA exclòs)	Import màxim total (IVA inclòs)	Import 12 unitats (IVA exclòs)	Import 12 unitats (IVA inclòs)
4.019,50 €	4.863,60 €	<b>48.234,00 €</b>	58.363,14 €

**2. Ampliació del termini de garantia (fins a 7 punts)**

S'ofereix un termini de garantia addicional de **24 mesos** respecte el mínim de 36 mesos establert als plecs, suposant un total de **60\_ mesos** de garantia.

**3. Facilitació d'equips de substitució durant el període de garantia, en cas d'avaria dels equips subministrats (fins a 7 punts)**

X  Sí: 7 punts  NO: 0 punts

**Puntuació:**

1. Criteri oferta econòmica: 45,41 punts.
2. Criteri ampliació del termini de garantia: 7 punts.
3. Criteri equips substitució en període de garantia: 7 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

**1. Preu (fins a 51 punts)**

El pressupost total del subministrament dels equips objecte del contracte, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació i garantia, que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de \_\_\_\_\_ (IVA exclòs) / \_\_\_\_\_ (IVA inclòs).

Import unitari màxim (IVA exclòs)	Import màxim total (IVA inclòs)	Import 12 unitats (IVA exclòs)	Import 12 unitats (IVA inclòs)
4.960,00-€	6.001,60.-€	59.520.-€	72.019,20.-€

**2. Ampliació del termini de garantia (fins a 7 punts)**

S'ofereix un termini de garantia addicional de 12 mesos respecte el mínim de 36 mesos establert als plecs, suposant un total de 48 mesos de garantia.

**3. Facilitació d'equips de substitució durant el període de garantia, en cas d'avaria dels equips subministrats (fins a 7 punts)**

X  Sí: 7 punts  NO: 0 punts

**Puntuació:**

1. Criteri oferta econòmica: 35,75 punts.
2. Criteri ampliació del termini de garantia: 3,5 punts.
3. Criteri equips substitució en període de garantia: 7 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

**1. Preu (fins a 51 punts)**

El pressupost total del subministrament dels equips objecte del contracte, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació i garantia, que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de 52.766,31 € (IVA exclòs) / 63.847,24 € (IVA inclòs).

Import unitari màxim (IVA exclòs)	Import màxim total (IVA inclòs)	Import 12 unitats (IVA exclòs)	Import 12 unitats (IVA inclòs)
4.397,19 €	5.320,60 €	52.766,28 €	63.847,20 €

**2. Ampliació del termini de garantia (fins a 7 punts)**

S'ofereix un termini de garantia addicional de 12 mesos respecte el mínim de 36 mesos establert als plecs, suposant un total de 48 mesos de garantia.

**3. Facilitació d'equips de substitució durant el període de garantia, en cas d'avaría dels equips subministrats (fins a 7 punts)**

Sí: 7 punts  NO: 0 punts

**Puntuació:**

1. Criteri oferta econòmica: 41,53 punts.
2. Criteri ampliació del termini de garantia: 3,5 punts.
3. Criteri equips substitució en període de garantia: 7 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

**1. Preu (fins a 51 punts)**

El pressupost total del subministrament dels equips objecte del contracte, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació i garantia, que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de 41.706,00€ (IVA exclòs) / 50.464,26 (IVA inclòs).

Import unitari màxim (IVA exclòs)	Import màxim total (IVA inclòs)	Import 12 unitats (IVA exclòs)	Import 12 unitats (IVA inclòs)
<u>3.475,50</u> €	<u>4.205,36</u> €	<u>41.706,00</u> €	<u>50.464,26</u> €

**2. Ampliació del termini de garantia (fins a 7 punts)**

S'ofereix un termini de garantia addicional de 24 mesos respecte el mínim de 36 mesos establert als plecs, suposant un total de 60 mesos de garantia.

**3. Facilitació d'equips de substitució durant el període de garantia, en cas d'avaría dels equips subministrats (fins a 7 punts)**

Sí: 7 punts

**Puntuació:**

1. Criteri oferta econòmica: 51 punts.
2. Criteri ampliació del termini de garantia: 7 punts.
3. Criteri equips substitució en període de garantia: 7 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

**1. Preu (fins a 51 punts)**

El pressupost total del subministrament dels equips objecte del contracte, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació i garantia, que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de 51.540,00€ (IVA exclòs) / 62.363,40€ (IVA inclòs).

Import unitari màxim (IVA exclòs)	Import màxim total (IVA inclòs)	Import 12 unitats (IVA exclòs)	Import 12 unitats (IVA inclòs)
4.295,00€	5.196,95€	51.540,00€	62.363,40€

**2. Ampliació del termini de garantia (fins a 7 punts)**

S'ofereix un termini de garantia addicional de 12 mesos respecte el mínim de 36 mesos establert als plecs, suposant un total de 48 mesos de garantia.

**3. Facilitació d'equips de substitució durant el període de garantia, en cas d'avaría dels equips subministrats (fins a 7 punts)**

Sí: 7 punts  NO: 0 punts

**Puntuació:**

1. Criteri oferta econòmica: 42,58 punts.
2. Criteri ampliació del termini de garantia: 3,5 punts.
3. Criteri equips substitució en període de garantia: 7 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

**1. Preu (fins a 51 punts)**

El pressupost total del subministrament dels equips objecte del contracte, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació i garantia, que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de Cincuenta y un mil quinientos ochenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos (IVA exclòs) / Sesenta y dos mil cuatrocientos quince euros con noventa y seis céntimos (IVA inclòs).

Import unitari màxim (IVA exclòs)	Import màxim total (IVA inclòs)	Import 12 unitats (IVA exclòs)	Import 12 unitats (IVA inclòs)
4.298,62 €	5.201,33 €	51.583,44 €	62.415,96 €

**2. Ampliació del termini de garantia (fins a 7 punts)**

S'ofereix un termini de garantia adicional de 24 mesos respecte el mínim de 36 mesos establert als plecs, suposant un total de 60 mesos de garantia.

**3. Facilitació d'equips de substitució durant el període de garantia, en cas d'avaría dels equips subministrats (fins a 7 punts)**

Sí: 7 punts  NO: 0 punts

I perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui, signo la present declaració, sota la meua responsabilitat, i segell d'aquesta empresa.

**Puntuació:**

1. Criteri oferta econòmica: 42,54 punts.
2. Criteri ampliació del termini de garantia: 7 punts.
3. Criteri equips substitució en període de garantia: 7 punts.

Vistes les ofertes econòmiques, i un cop analitzades i ponderades d'acord amb els criteris determinats al Quadre de Característiques, en les diferents sessions realitzades per aquesta Mesa, s'ha arribat a la puntuació que es reflecteix a l'apartat anterior, amb les corresponents consideracions que es fan constar en els actes de les sessions realitzades fins a la data i que es resumeixen a continuació:

**Classificació final:**

Licitador	Puntuació criteris subjectius	Puntuació criteris objectius	Puntuació total
ABAST MÉDICA, S.L.	30	59,41	89,41
EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.	22	46,25	68,25

<b>DEXTROMEDICA, S.L.</b>	35	52,03	87,03
<b>AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.</b>	24	65	89,00
<b>ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.</b>	23	53,08	76,08
<b>SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.</b>	31	56,54	87,54

Les característiques i avantatges determinants de la selecció de l'oferta classificada en primer lloc, han estat que es tracta de la millor oferta amb relació qualitat-preu rebuda, la presentació d'una oferta econòmica que no supera els preus màxims de licitació establerts al plec de clàusules, i l'oferiment d'una oferta tècnica que compleix amb les necessitats del centre.

D'acord amb l'establert a l'article 149.2.b) LCSP, la clàusula 14.4 del PCAP i la clàusula I del Quadre de Característiques, l'oferta millor puntuada no incorre en temeritat (veure document nº2 adjunt, amb el càlcul realitzat a tal efecte).

#### **4. Anàlisi documentació prèvia a l'adjudicació**

D'acord amb l'anterior, s'examina la documentació aportada en el sobre A per l'empresa millor puntuada (ABAST MEDICA, S.L.) per tal de requerir-li la documentació prèvia a l'adjudicació que no consti com a lliurada.

En quant a la documentació lliurada en el Sobre A per ABAST MÉDICA, S.L., s'analitza el Document Europeu Únic de Contractació i la declaració de responsable aportada per l'empresa on consta que aquesta està inscrita al ROLECE.

Es comprova si l'anterior empresa està inscrita al RELI i/o ROLECE. Es posa de manifest que l'empresa ABAST MÉDICA, S.L., consta inscrita al ROLECE.

De la consulta de l'anterior registre s'acredita:

- La capacitat d'obrar i de la personalitat jurídica de l'entitat.
- La representació i personalitat jurídica de la persona signant de l'oferta.

D'acord amb l'exposat i amb la clàusula 15 del PCAP, es proposa fer arribar el següent requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació:

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència econòmica i financera d'acord amb l'apartat G.1 a) 1 i 2 del quadre de característiques: aportació dels estats de comptes corresponents als tres darrers



exercicis que tingui obligació d'haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o registre oficial corresponent (si l'empresari està inscrit al Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d'estar inscrit).

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència professional i tècnica, d'acord amb l'apartat G.1 B) 1 del quadre de característiques.
- Còpia compulsada de l'alta en l'import sobre Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte, complementat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'impost i últim pagament de l'impost en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte. En cas d'estar exempt de l'impost, presentar declaració responsable indicant la causa d'exempció.
- Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
- Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb el que s'estableix a la clàusula L del Quadre de Característiques i la clàusula setzena del PCAP.

De conformitat amb l'assenyalat al Plec de clàusules i a l'article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, vist el resultat obtingut, la mesa de contractació acorda per unanimitat el següent:

**Primer.-** APROVAR la classificació per l'ordre assenyalat en aquesta acta.

**Segon.-** Queda autoritzada la secretària de la mesa de contractació a enviar el requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació, que consta en aquesta acta, a l'empresa licitadora que ha presentat la millor oferta, perquè, dins del termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació assenyalada.

**Tercer.-** ADVERTIR que, en cas de no ser complert adequadament el requeriment en el termini màxim assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, essent d'aplicació les conseqüències previstes al plec de clàusules.

**Quart.-** Si s'acredita que la documentació, d'acord amb el requeriment realitzat, és correcta, la Mesa de Contractació en aquest mateix acte acorda REMETRE a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació del contracte 0328/25, per la contractació del subministrament d'equipament mèdic: dotze desfibril·ladors per a diversos serveis de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus a l'empresa ABAST MÈDICA, S.L. amb NIF B64387731, i quines condicions econòmiques principals són les següents, juntament a les establertes a la present acta:

- El pressupost total que inclou la totalitat de prestacions segons les especificacions que són descrites en el plec de prescripcions tècniques és de 48.234,00 € (IVA exclòs) / 58.363,14 € (IVA inclòs).

Un cop finalitzat l'acte, es dona lectura al contingut d'aquesta acta que s'ha transcrit, i s'aprova per unanimitat dels presents.

La presidenta suplent aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, la present acta.

La secretària

Vist i plau de la presidenta suplent

**Expedient:** 0328/25

**Entitat:** EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

**Tipus:** subministrament

**Procediment:** obert

**Tràmit:** ordinari

**Objecte:** Subministrament d'equipament mèdic: dotze desfibril·ladors per a diversos serveis de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

## INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B

### I. INTRODUCCIÓ

L'elaboració del present informe és conseqüència de l'encàrrec realitzat per la Mesa de Contractació en sessió de data 19 de juny de 2024.

La responsable designada per a l'elaboració d'aquest informe, d'acord amb la clàusula W del quadre de característiques, és la Dra. Imma Vallverdú Perapoch, Directora del Servei de Medicina Intensiva de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

### II. OFERTES QUE ES VALORARAN

Es fa lliurament als responsables de l'elaboració d'aquest informe de la documentació lliurada en el sobre B per part de les empreses següents:

- **D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.**

De l'empresa D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L. no es valorarà l'oferta tècnica presentada, atès que ha estat exclosa per la no presentació de l'equip de mostra, d'acord amb l'establert a la clàusula J.2 del quadre de característiques.

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

### III. ANÀLISIS DELS REQUERIMENTS TÈCNICS

Les ofertes presentades per les empreses licitadores indicades anteriorment compleixen amb els requeriments tècnics mínims establerts al plec de prescripcions tècniques.

### IV. ANÀLISI DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

#### IV.I. VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICIS DE VALOR

**1.Característiques i funcionalitats tècniques (fins a 15 punts):**

**1.1 Valoració rang energia externa superior al sol·licitat al plec tècnic (fins a 3 punts)**

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques (200 J).

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

**1.2 Possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric (fins a 3 punts)**

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

**1.3 En relació amb els autotests realitzats, enregistrament en memòria, revisable i extraïble de dades. Possibilitat d'ajustament d'hora i data (fins a 3 punts)**

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria de l'equip i es poden revisar i exportar. Es permet la modificació de l'hora i la data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria de l'equip i es poden revisar i exportar. Es permet la modificació de l'hora i la data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria de l'equip i es poden revisar i exportar. Es permet la modificació de l'hora i la data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria de l'equip i es poden revisar i exportar. Es permet la modificació de l'hora i la data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria de l'equip i es poden revisar i exportar, i es permet la modificació de l'hora i la data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria i es poden revisar i exportar, i es permet la possibilitat d'ajustament d'hora i data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació 3 punts.

**1.4 Control d'impedància del tòrax en primer xoc, així com en els següents (fins a 3 punts)**

**- ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que permet un control d'impedància en cada xoc i amb visualització clara en pantalla del monitor.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

**- EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que té sistema de compensació d'impedància en cada xoc, però no es mostra amb claredat en la pantalla del monitor.

Per aquest motiu, se li otorga la puntuació de 2 punts.

**- DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que compleix amb els requisits de compensació d'impedància en cada xoc i amb una visualització clara en la pantalla del monitor.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

**- AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que té control d'impedància en cada xoc, sense que estigui clarament reflexat a la pantalla del monitor.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

**- ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que té sistema de compensació d'impedància en cada xoc, però no es mostra amb claredat en la pantalla.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que compleix amb els requisits de compensació d'impedància en cada xoc i amb una visualització clara en la pantalla del monitor.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

**1.5 Major durada de la bateria, indicar-ho en nombre de descàrregues a 200 J i en minuts pel acs de monitoratge continu (indicar-hi els paràmetres monitorats) (fins a 3 punts)**

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que té una durada de 6,5 hores i més de 300 descàrregues a 200 J.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que la bateria té una durada d'unes 4 hores de monitorització continua de ECG i de al menys vint descàrregues de 200J.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 1 punt.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que permet 100 cicles de carrega d'energia completa / xoc a màxima anergia i fins a 8 hores de monitorització .

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que disposa d'una durada no inferior a 6 hores i, com a mínim, 210 descàrregues a energia màxima.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. disposa d'una bateria amb una durada de >5 hores i 150 descàrregues a màxima energia.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.



- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que l'autonomia de la bateria recarregable es de >8 h de monitorització o 200 descarregues a 200J.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

**2.Ergonomia, facilitat d'ús dels equips i adequació a les necessitats assistencials del centre. Fins a 6 punts.**

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que és un equip compacte, que disposa d'una pantalla tàctil molt completa, però que presenta un excés de paràmetres a configurar, que pot suposar un inconvenient per a personal no expert en RCP, fet que pot dificultar l'ús del desfibril·lador en un moment d'urgència a planta d'hospitalització convencional.

Pel que fa a l'ergonomia, es destaquen el seu pes especialment lleuger i dimensions, que afavoreixen el seu maneig i trasllat, així com el seu ús.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació 4 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que per les seves característiques no s'adequa a les necessitats del centre ja que es tracta d'un equip compacte, de dimensions considerables, fet que pot dificultar el seu maneig, ús dels equips i trasllat dels mateixos.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que és un equip amb totes les prestacions necessàries i amb molta facilitat d'ús i intuïtiu per a personal no expert en RCP, ja que els comanaments són molt clars i sense possibilitat d'error, fet pel qual es considera que s'adequa a les necessitats assistencials dels centre. D'altra banda, pel que fa a l'ergonomia, es considera que el seu pes i dimensions són correctes per al seu maneig i trasllat.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que per les seves característiques no s'adequa completament a les necessitats del centre ja que es tracta d'un equip compacte, de dimensions considerables, que poden dificultar el seu maneig, ús dels equips i trasllat dels mateixos.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. per les seves característiques no s'adequa completament a les necessitats del centre ja que es tracta d'un equip compacte, de dimensions i pes considerables que poden dificultar el seu maneig, ús dels equips i trasllat dels mateixos. El fet que la majoria de paràmetres s'ajustin mitjançant pantalla tàctil pot dificultar el seu ús per a personal no expert en RCP.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que presenta un pes lleuger, que permet el fàcil trasllat, ús i maneig de l'equip.

El fet que la majoria de paràmetres de monitorització s'ajustin mitjançant pantalla tàctil pot dificultar el seu ús per a persones no expertes en aquesta tipologia d'equips.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 4 punts.

**3. Interfície d'usuari i visualització de la pantalla: dimensions i resolució de la pantalla.**  
**Fins a 8 punts.**

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que les dimensions (8") i qualitat de la pantalla (resolució 1024x768 píxels) són molt bones, però que presenta un excés de paràmetres a tenir en compte en el moment de la desfibril·lació. Tot i això, la interfície és visual i intuïtiva.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que la interfície que no s'adapta completament a les necessitats del centre.

L'equip disposa d'una pantalla de 7", amb una qualitat d'imatge adequada, però la interfície es poc intuïtiva, amb masses dades a la pantalla inicial que no són estrictament

necessàries per a l'objectiu final de l'equipament i que es gestionen mitjançant diversos botons.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que presenta una bona resolució i dimensió de la pantalla (7"). La interfície és molt intuïtiva en la seva utilització, fet que permet una navegació per l'equip de forma senzilla i àgil. L'equip incorpora diversos botons molt visuals, fàcils d'identificar i utilitzar.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 8 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que la interfície que no s'adapta completament a les necessitats del centre.

Disposa d'una pantalla de 7" amb una resolució correcta amb una qualitat d'imatge adequada, però la interfície es poc intuïtiva, amb moltes dades a la pantalla inicial que no són estrictament necessàries per a l'objectiu final i que es gestionen mitjançant diversos botons.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que la interfície que no s'adapta completament a les necessitats del centre.

Disposa d'una pantalla de 8,4" amb una resolució correcta amb una qualitat d'imatge adequada, però la interfície es poc intuïtiva, amb moltes dades a la pantalla inicial que no són estrictament necessàries per a l'objectiu final i que es gestionen mitjançant diversos botons.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que la pantalla i interfície és còmode en el seu ús.

S'observa que la qualitat de la imatge és adequada i que presenta a resolució i dimensions correctes (7"), però que la interfície d'usuari no és massa intuïtiva i visualment ha resultat confusa en

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

**4. Elements d'ajuda i seguretat del pacient i professional, així com confort del pacient i /o professionals: pes amb bateries incloses mínim a l'exigut al plec de prescripcions tècniques, possibilitat feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i metrònom RCP per facilitar la resurrecció. Fins a 6 punts.**

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres RCP, disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i té un pes, amb bateries, especialment lleuger (4,2 kg). Es valora positivament la lleugeresa de l'equip.

Per tot l'anterior, se li atorga la puntuació de 6 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres RCP, disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i presenta un pes, amb bateries incloses de 6,5 kg.

Per tot l'anterior, se li atorga la puntuació de 5 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres RCP, disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i presenta un pes, amb bateries incloses, de 5,9 kg.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A s'observa que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres RCP, que disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i que presenta un pes aproximat de 6 kg.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres

RCP, que disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i té un pes aproximat de 6,5kg.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 5 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U s'observa que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres RCP, que disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i té un pes amb bateries incloses força lleuger (5kg).

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

**V. TOTAL PUNTUACIÓ**

D'acord amb la motivació anterior, la puntuació final que resulta és la que s'adjunta al present document com *annex 1*.

El que signo als efectes oportuns a Reus, en data 8 d'agost de 2024.



Imma Vallverdú Perapoch  
Directora del Servei de Medicina Intensiva  
**Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp**

CRITERIS	LICITADORS						
	D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.	ABAST MÉDICA, S.L.	EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.	DEXTROMEIDCA, S.L.	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.	ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.	SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.
1.1	EXCLÒS	3	3	3	3	3	3
1.2		3	3	3	3	3	3
1.3		3	3	3	3	3	3
1.4		3	2	3	2	2	3
1.5		2	1	3	2	2	3
2		4	2	6	2	2	4
3		6	3	8	3	3	6
4		6	5	6	6	5	6
PUNTUACIÓ TOTAL		30	22	35	24	23	31

**ANNEX CÀLCUL CRITERIS ADJUDICACIÓ I CÀLCUL BAIXA ANORMAL (OFERTA ECONÒMICA)**

**EXPEDIENT 0328/25 CÀLCUL PREU I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS**

LICITADOR	PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI VALOR	OFERTA ECONOMICA	PUNTUACIÓ CRITERI PREU	ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS	TOTAL PUNTUACIÓ
D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.	EXCLOSA	EXCLOSA	EXCLOSA	EXCLOSA	EXCLOSA
Abast Medica SL	30	48.234,00 €	45,41	14	89,41
Equipamientos Médicos Cantoni SL	22	59.520,00 €	35,75	10,5	68,25
DEXTROMEDICA, S.L.	35	52.766,28 €	41,53	10,5	87,03
AGENOR MANTENIMIENTOS S.A.	24	41.706,00 €	51,00	14	89,00
Adiemed Prevention in Diagnostics SL	23	51.540,00 €	42,58	10,5	76,08
Schiller España SAU	31	51.583,44 €	42,54	14	87,54

**CÀLCUL BAIXA ANORMAL**

LICITADOR	PBL	OFERTA ECONOMICA	PREU UNITARI MÀXIM
D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.	59.580,00 €	EXCLOSA	EXCLOSA
Abast Medica SL		48.234,00 €	4.019,50 €
Equipamientos Médicos Cantoni SL		59.520,00 €	4.960,00 €
DEXTROMEDICA, S.L.		52.766,28 €	4.397,19 €
AGENOR MANTENIMIENTOS S.A.		41.706,00 €	3.475,50 €
Adiemed Prevention in Diagnostics SL		51.540,00 €	4.295,00 €
Schiller España SAU		51.583,44 €	4.298,62 €

\* Preu per 12 unitats de  
desfibril·ladors. Preu unitari =  
4.965,00 € màxim (sense IVA)

PROMIG OFERTA ECONÒMICA	50.891,62 €	
20% PROMIG OFERTA ECONÒMICA	10.178,32 €	15% PROMIG OFERTA ECONÒMICA 7633,743
PROMIG OFERTA ECONÒMICA - 20%	40.713,30 €	PROMIG OFERTA ECONÒMICA - 15% 43.257,88 €