

Expedient: 0328/25

Entitat: EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: Subministrament d'equipament mèdic: dotze desfibril·ladors per a diversos serveis de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B

I. INTRODUCCIÓ

L'elaboració del present informe és conseqüència de l'encàrrec realitzat per la Mesa de Contractació en sessió de data 19 de juny de 2024.

La responsable designada per a l'elaboració d'aquest informe, d'acord amb la clàusula W del quadre de característiques, és la Dra. Imma Vallverdú Perapoch, Directora del Servei de Medicina Intensiva de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

II. OFERTES QUE ES VALORARAN

Es fa lliurament als responsables de l'elaboració d'aquest informe de la documentació lliurada en el sobre B per part de les empreses següents:

- **D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.**

De l'empresa D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L. no es valorarà l'oferta tècnica presentada, atès que ha estat exclosa per la no presentació de l'equip de mostra, d'acord amb l'establert a la clàusula J.2 del quadre de característiques.

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

III. ANÀLISIS DELS REQUERIMENTS TÈCNICS

Les ofertes presentades per les empreses licitadores indicades anteriorment compleixen amb els requeriments tècnics mínims establerts al plec de prescripcions tècniques.

IV. ANÀLISI DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

IV.I. VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICIS DE VALOR

1.Característiques i funcionalitats tècniques (fins a 15 punts):

1.1 Valoració rang energia externa superior al sol·licitat al plec tècnic (fins a 3 punts)

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que aquesta presenta un rang d'energia externa superior al sol·licitat al plec de prescripcions tècniques (200 J).

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

1.2 Possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric (fins a 3 punts)

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que presenta la possibilitat d'utilització d'elèctrodes de desfibril·lació adults en mode pediàtric.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

1.3 En relació amb els autotests realitzats, enregistrament en memòria, revisable i extraïble de dades. Possibilitat d'ajustament d'hora i data (fins a 3 punts)

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria de l'equip i es poden revisar i exportar. Es permet la modificació de l'hora i la data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria de l'equip i es poden revisar i exportar. Es permet la modificació de l'hora i la data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria de l'equip i es poden revisar i exportar. Es permet la modificació de l'hora i la data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria de l'equip i es poden revisar i exportar. Es permet la modificació de l'hora i la data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria de l'equip i es poden revisar i exportar, i es permet la modificació de l'hora i la data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que els autotests s'emmagatzemen a la memòria i es poden revisar i exportar, i es permet la possibilitat d'ajustament d'hora i data.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació 3 punts.

1.4 Control d'impedància del tòrax en primer xoc, així com en els següents (fins a 3 punts)

- ABAST MÉDICA, S.L.

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que permet un control d'impedància en cada xoc i amb visualització clara en pantalla del monitor.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que té sistema de compensació d'impedància en cada xoc, però no es mostra amb claredat en la pantalla del monitor.

Per aquest motiu, se li otorga la puntuació de 2 punts.

- DEXTROMEDICA, S.L.

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que compleix amb els requisits de compensació d'impedància en cada xoc i amb una visualització clara en la pantalla del monitor.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que té control d'impedància en cada xoc, sense que estigui clarament reflexat a la pantalla del monitor.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que té sistema de compensació d'impedància en cada xoc, però no es mostra amb claredat en la pantalla.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que compleix amb els requisits de compensació d'impedància en cada xoc i amb una visualització clara en la pantalla del monitor.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

1.5 Major durada de la bateria, indicar-ho en nombre de descàrregues a 200 J i en minuts pel acs de monitoratge continu (indicar-hi els paràmetres monitorats) (fins a 3 punts)

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que té una durada de 6,5 hores i més de 300 descàrregues a 200 J.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que la bateria té una durada d'unes 4 hores de monitorització continua de ECG i de al menys vint descarregues de 200J.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 1 punt.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que permet 100 cicles de carrega d'energia completa / xoc a màxima anergia i fins a 8 hores de monitorització .

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que disposa d'una durada no inferior a 6 hores i, com a mínim, 210 descàrregues a energia màxima.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. disposa d'una bateria amb una durada de >5 hores i 150 descàrregues a màxima energia.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que l'autonomia de la bateria recarregable es de >8 h de monitorització o 200 descarregues a 200J.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

2.Ergonomia, facilitat d'ús dels equips i adequació a les necessitats assistencials del centre. Fins a 6 punts.

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que és un equip compacte, que disposa d'una pantalla tàctil molt completa, però que presenta un excés de paràmetres a configurar, que pot suposar un inconvenient per a personal no expert en RCP, fet que pot dificultar l'ús del desfibril·lador en un moment d'urgència a planta d'hospitalització convencional.

Pel que fa a l'ergonomia, es destaquen el seu pes especialment lleuger i dimensions, que afavoreixen el seu maneig i trasllat, així com el seu ús.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació 4 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que per les seves característiques no s'adequa a les necessitats del centre ja que es tracta d'un equip compacte, de dimensions considerables, fet que pot dificultar el seu maneig, ús dels equips i trasllat dels mateixos.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que és un equip amb totes les prestacions necessàries i amb molta facilitat d'ús i intuïtiu per a personal no expert en RCP, ja que els comanaments son molt clars i sense possibilitat d'error, fet pel qual es considera que s'adequa a les necessitats assistencials dels centre. D'altra banda, pel que fa a l'ergonomia, es considera que el seu pes i dimensions són correctes per al seu maneig i trasllat.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que per les seves característiques no s'adequa completament a les necessitats del centre ja que es tracta d'un equip compacte, de dimensions considerables, que poden dificultar el seu maneig, ús dels equips i trasllat dels mateixos.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. per les seves característiques no s'adequa completament a les necessitats del centre ja que es tracta d'un equip compacte, de dimensions i pes considerables que poden dificultar el seu maneig, ús dels equips i trasllat dels mateixos. El fet que la majoria de paràmetres s'ajustin mitjançant pantalla tàctil pot dificultar el seu ús per a personal no expert en RCP.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 2 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que presenta un pes lleuger, que permet el fàcil trasllat, ús i maneig de l'equip.

El fet que la majoria de paràmetres de monitorització s'ajustin mitjançant pantalla tàctil pot dificultar el seu ús per a persones no expertes en aquesta tipologia d'equips.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 4 punts.

3. Interfície d'usuari i visualització de la pantalla: dimensions i resolució de la pantalla.
Fins a 8 punts.

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que les dimensions (8") i qualitat de la pantalla (resolució 1024x768 píxels) són molt bones, però que presenta un excés de paràmetres a tenir en compte en el moment de la desfibril·lació. Tot i això, la interfície és visual i intuïtiva.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que la interfície que no s'adapta completament a les necessitats del centre.

L'equip disposa d'una pantalla de 7", amb una qualitat d'imatge adequada, però la interfície es poc intuïtiva, amb masses dades a la pantalla inicial que no són estrictament

necessàries per a l'objectiu final de l'equipament i que es gestionen mitjançant diversos botons.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que presenta una bona resolució i dimensió de la pantalla (7"). La interfície és molt intuïtiva en la seva utilització, fet que permet una navegació per l'equip de forma senzilla i àgil. L'equip incorpora diversos botons molt visuals, fàcils d'identificar i utilitzar.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 8 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. s'observa que la interfície que no s'adapta completament a les necessitats del centre.

Disposa d'una pantalla de 7" amb una resolució correcta amb una qualitat d'imatge adequada, però la interfície es poc intuïtiva, amb moltes dades a la pantalla inicial que no són estrictament necessàries per a l'objectiu final i que es gestionen mitjançant diversos botons.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que la interfície que no s'adapta completament a les necessitats del centre.

Disposa d'una pantalla de 8,4" amb una resolució correcta amb una qualitat d'imatge adequada, però la interfície es poc intuïtiva, amb moltes dades a la pantalla inicial que no són estrictament necessàries per a l'objectiu final i que es gestionen mitjançant diversos botons.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 3 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. s'observa que la pantalla i interfície és còmode en el seu ús.

S'observa que la qualitat de la imatge és adequada i que presenta a resolució i dimensions correctes (7"), però que la interfície d'usuari no és massa intuïtiva i visualment ha resultat confusa en

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

4. Elements d'ajuda i seguretat del pacient i professional, així com confort del pacient i /o professionals: pes amb bateries incloses mínim a l'exigut al plec de prescripcions tècniques, possibilitat feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i metrònom RCP per facilitar la resurrecció. Fins a 6 punts.

- **ABAST MÉDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per ABAST MÉDICA, S.L. s'observa que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres RCP, disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i té un pes, amb bateries, especialment lleuger (4,2 kg). Es valora positivament la lleugeresa de l'equip.

Per tot l'anterior, se li atorga la puntuació de 6 punts.

- **EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.**

De l'oferta presentada per EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L. s'observa que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres RCP, disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i presenta un pes, amb bateries incloses de 6,5 kg.

Per tot l'anterior, se li atorga la puntuació de 5 punts.

- **DEXTROMEDICA, S.L.**

De l'oferta presentada per DEXTROMEDICA, S.L. s'observa que que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres RCP, disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i presenta un pes, amb bateries incloses, de 5,9 kg.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

- **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**

De l'oferta presentada per AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A s'observa que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres RCP, que disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i que presenta un pes aproximat de 6 kg.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

- **ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.**

De l'oferta presentada per ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L. s'observa que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres

RCP, que disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i té un pes aproximat de 6,5kg.

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 5 punts.

- **SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.**

De l'oferta presentada per SCHILLER ESPAÑA, S.A.U s'observa que incorpora metrònom configurable per ajudar al ritme de la realització de les maniobres RCP, que disposa de la possibilitat de feedback en temps real de la RCP a través de missatges orals i té un pes amb bateries incloses força lleuger (5kg).

Per aquest motiu, se li atorga la puntuació de 6 punts.

V. TOTAL PUNTUACIÓ

D'acord amb la motivació anterior, la puntuació final que resulta és la que s'adjunta al present document com *annex 1*.

El que signo als efectes oportuns a Reus, en data 8 d'agost de 2024.



Imma Vallverdú Perapoch
Directora del Servei de Medicina Intensiva
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

CRITERIS	LICITADORS						
	D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.	ABAST MÉDICA, S.L.	EQUIPAMIENTOS MÉDICOS CANTONI, S.L.	DEXTROMEIDCA, S.L.	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.	ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS, S.L.	SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.
1.1	EXCLÒS	3	3	3	3	3	3
1.2		3	3	3	3	3	3
1.3		3	3	3	3	3	3
1.4		3	2	3	2	2	3
1.5		2	1	3	2	2	3
2		4	2	6	2	2	4
3		6	3	8	3	3	6
4		6	5	6	6	5	6
PUNTUACIÓ TOTAL		30	22	35	24	23	31