

Expedient: 0324\_25

Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: contractació del subministrament d'equipament quirúrgic per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

## ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

### Assistents

Presidenta suplent: Júlia Sesnilo Martínez, Adjunta de Direcció de Gestió i Serveis de Suport, Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Vocal: Antoni Foz Bosch, Director d'Aprovisionaments de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

Representant de l'Assessoria jurídica del CatSalut: M. Carmen Lara Marmol, lletrada de l'Assessoria jurídica del CatSalut.

Representant de l'òrgan de control intern: Carles Abelló Pellicer, Director Economicofinancer de SSJRBC.

Secretari de la Mesa de contractació, amb veu però sense vot: Marc Vergé Olivar, Tècnic de Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp.

### Identificació de la sessió

**Data:** 31 de juliol de 2024

**Hora:** 11:45h

**Lloc:** Sala Direcció de l'HSJR; virtual a través de Webex (acte intern).

### Desenvolupament de la sessió

La presidenta suplent obre la sessió i un cop constituïda la mesa, autoritza al secretari al següent:

## I. ACTE INTERN: ANÀLISI OFERTES TÈCNiques I ACORD D'ACLARIMENTS

### 1. Valoració de la possible exclusió de Sistemas Técnicos Endoscópicos SA (Lot 4).

En data 23 de juliol de 2024, la mesa de contractació acorda portar a terme el següent requeriment a l'empresa Sistemas Técnicos Endoscópicos SA:

“Es manifesten les observacions efectuades pels tècnics que s’han detectat durant la valoració de l’oferta tècnica presentada per l’empresa licitadora. Concretament, les següents:

1. En relació als monitors i òptiques, l’empresa ofereix el següent:

Lote	Descripción	Modelo /Referencia	Descripción	Marca	Udes.
4	TORRE DE LAPAROSCOPIA 4K+ICG	SV-M4K430	Procesador de vídeo de alta definición + sistema de fluorescencia	SONOSCAPE	3
		D-FLOW-345	Insuflador de CO2	ILO	3
		10-020-413	Cabecal Cámara	SONOSCAPE	3
		SL-EL40	Fuente de Luz	SONOSCAPE	3
		S3281P	Monitor HD 32"	BEACON	3
		020-001	Sistema de extracción de humos ARIA	EMED	3
		4KIR.305.103	Óptica 4K 10 mm y 30°	SONOSCAPE	1
		4KIR.305.100	Óptica 4K 10 mm y 0°	SONOSCAPE	1
		4311.00077	Contenedor individual para ópticas	SONOSCAPE	2
		Cables de fibra óptica LED compatible con IGC y luz blanca		SONOSCAPE	2
		UR-NEXT4K	Sistema de documentación digital de imágenes	TEAC	3

Respecte els monitors, les òptiques 4K 10 mm i 30º, les òptiques 4K 10 mm i 0º, els cables i els contenidors, no queda clar si les unitats especificades son les totals, o si s’aportaran per cadascuna de les torres, resultant per tant un total de 9 monitors, 3 òptiques 4K 10 mm i 30º, 3 òptiques 4K 10 mm i 0º, 6 cables i 6 contenidors.

2. Respecte les òptiques, no queda clar si son compatibles amb el sistema de fluorescència o no.

De conformitat amb la clàusula 14.2 del Plec Tipus de Clàusules Administratives Particulars dels Contractes de Subministraments, la Mesa de contractació acorda procedir a **requerir a l’empresa Sistemas Técnicos Endoscópicos SA per a què dins del termini de tres dies a comptar de la recepció del requeriment, aclareixi les observacions indicades en el següent sentit:**

- **Confirmació de les unitats ofertes respecte els monitors, les òptiques 4K 10 mm i 30º, les òptiques 4K 10 mm i 0º, els cables i els contenidors.**
- **Aclariment de si les òptiques son compatibles amb el sistema de fluorescència.**

La documentació s'haurà presentar mitjançant l'eina del Sobre Digital.

S'adverteix a l'empresa que la resposta a aquest requeriment no pot suposar una modificació del contingut dels documents que s'han presentat inicialment, sino un aclariment en els termes exposats anteriorment.

Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores, segons la clàusula 14.2 del plec de clàusules."

En data 26 de juliol de 2024 el Servei de Licitacions i Contractació de SSJRBC procedeix a notificar la petició d'aclariment acordada per la Mesa de contractació.

En data 29 de juliol de 2024, en resposta al requeriment, l'empresa licitadora presenta a través del Sobre Digital un document on s'indica el següent:

#### DECLARA

1. Que las unidades ofertadas en el procedimiento son las solicitadas según pliegos de prescripciones técnicas:

Entendiendo que solicitan:

- Un monitor **por cada torre**: en total 3.
- Dos ópticas, una de 10º y otra de 0º, dos cables y dos conectores **por torre**.

2. Que las ópticas ofertadas en el procedimiento son compatibles con el sistema de fluorescencia.

3. Que los equipos no requieren uso de fungible.]

Per analitzar si compleix amb els mínims establerts al plec de prescripcions tècniques, a la pàgina 11 i següents del document s'indiquen les característiques d'obligat compliment del Lot 4. Torres de laparoscòpia. Concretament, es diu el següent:

*"Tres torres de laparoscòpia 4K amb verd d'indocianina (4K+ICG)*

*Els equips i material a subministrar hauran de reunir les característiques següents:*

*TORRE DE LAPAROSCOPIA 4K+ICG*

*(...)*

*f) Monitor*

- *3 Monitors 4K alta definició d'aproximadament 31"*

*(...)*

*h) Òptiques*

- *Òptica 4K: S'inclourà una òptica de 10mm 0º i altre de 10mm 30º compatibles amb ICG*
- *2 contenidors individuals perforats per la desinfecció, l'esterilització i el magatzematge de les òptiques*

*i) 2 cables de llum freda LED de fibra òptica compatible amb ICG i llum blanca."*

Cal ressaltar que els accessoris i components s'estableixen per torre. De la mateixa forma que es demanaven dues òptiques, cables i connectors per torre, aspecte que l'empresa licitadora va interpretar correctament, els tres monitors també es requerien per cada torre, resultant un total de nou monitors.

Per determinar quin efecte té aquest incompliment, la pàgina 4 del plec de prescripcions tècniques indica a l'apartat de les especificacions tècniques el següent:

*"En el preu assenyalat al quadre de característiques s'inclouran tots els elements i accessoris que es detallen en aquest document, i que són necessaris per al correcte funcionament de l'equip, així com el programa de formació de l'equip professional que ha d'utilitzar l'aparell. En cas contrari, serà motiu d'exclusió."*

Vist que l'empresa licitadora ofereix 3 monitors en total, i al plec de prescripcions tècniques se'n demanaven 3 per cada torre, resultant un total de 9, es considera que no inclouen tots els elements i accessoris detallats al document, necessaris per al correcte funcionament de l'equip.

Exposat l'anterior, la Mesa de contractació acorda el següent:

- Remetre a l'Òrgan de contractació la proposta d'exclusió de l'empresa Sistemas Técnicos Endoscópicos SA del lot 4, per no incloure tots els elements i accessoris

detallats al plec de prescripcions tècniques, i per tant incomplir amb els requeriments mínims establerts al document.

Finalitza l'acte intern.

La presidenta suplent aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

Un cop finalitzat l'acte, es dona lectura del contingut de l'acta que s'ha transcrit, i s'aprova per unanimitat dels presents.

Secretari

Vist i plau

Presidenta suplent