

Expedient: 0324\_25

Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: contractació del subministrament d'equipament quirúrgic per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

## RESOLUCIÓ D'EXCLUSIÓ

### ANTECEDENTS

1. En data 27 de maig de 2024 per resolució del gerent de l'entitat Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp es va resoldre aprovar l'expedient de contractació del subministrament d'equipament quirúrgic per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (expedient 0324/25).
2. L'empresa SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS SA ha presentat oferta al Lot 4. Torres de laparoscòpia del procediment de licitació publicat al perfil del contractant de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en data 25 de juny de 2024.
3. El dia 4 de juliol de 2024 es va procedir a l'obertura del sobre A de l'expedient 0324/25. Concretament, respecte l'oferta presentada per l'empresa licitadora es va acordar el requeriment d'esmena de les següents observacions:
  - *L'empresa complimenti correctament els apartats A: Idoneïtat, la part relativa a la ratio financera de l'apartat B: Solvència econòmica i financera i l'apartat C: Capacitat tècnica i professional de la Part IV: Criteris de selecció del document "DEUC".*
4. El dia 17 de juliol de 2024 la Mesa de contractació acorda acceptar la documentació presentada en resposta al requeriment i a admetre la proposta presentada per Sistemas Técnicos Endoscòpicos SA al Lot 4, i posteriorment es procedeix a l'obertura del Sobre B.
5. En data 23 de juliol de 2024, la mesa de contractació acorda portar a terme el següent requeriment a l'empresa Sistemas Técnicos Endoscòpicos SA:

“Es manifesten les observacions efectuades pels tècnics que s’han detectat durant la valoració de l’oferta tècnica presentada per l’empresa licitadora. Concretament, les següents:

1. En relació als monitors i òptiques, l’empresa ofereix el següent:

Lote	Descripción	Modelo /Referencia	Descripción	Marca	Udes.
4	TORRE DE LAPAROSCOPIA 4K+ICG	SV-M4K430	Procesador de vídeo de alta definición + sistema de fluorescencia	SONOSCAPE	3
		D-FLOW-345	Insuflador de CO2	ILO	3
		10-020-413	Cabecal Cámara	SONOSCAPE	3
		SL-EL40	Fuente de Luz	SONOSCAPE	3
		S3281P	Monitor HD 32"	BEACON	3
		020-001	Sistema de extracción de humos ARIA	EMED	3
		4KIR.305.103	Óptica 4K 10 mm y 30°	SONOSCAPE	1
		4KIR.305.100	Óptica 4K 10 mm y 0°	SONOSCAPE	1
		4311.00077	Contenedor individual para ópticas	SONOSCAPE	2
		Cables de fibra óptica LED compatible con IGC y luz blanca		SONOSCAPE	2
		UR-NEXT4K	Sistema de documentación digital de imágenes	TEAC	3

Respecte els monitors, les òptiques 4K 10 mm i 30º, les òptiques 4K 10 mm i 0º, els cables i els contenidors, no queda clar si les unitats especificades son les totals, o si s’aportaran per cadascuna de les torres, resultant per tant un total de 9 monitors, 3 òptiques 4K 10 mm i 30º, 3 òptiques 4K 10 mm i 0º, 6 cables i 6 contenidors.

2. Respecte les òptiques, no queda clar si son compatibles amb el sistema de fluorescència o no.

De conformitat amb la clàusula 14.2 del Plec Tipus de Clàusules Administratives Particulars dels Contractes de Subministraments, la Mesa de contractació acorda procedir a **requerir a l’empresa Sistemes Tècnics Endoscòpics SA per a què dins del**

**termini de tres dies a comptar de la recepció del requeriment, aclareixi les observacions indicades en el següent sentit:**

- **Confirmació de les unitats ofertes respecte els monitors, les òptiques 4K 10 mm i 30º, les òptiques 4K 10 mm i 0º, els cables i els contenidors.**
- **Aclariment de si les òptiques son compatibles amb el sistema de fluorescència.**

La documentació s'haurà presentar mitjançant l'eina del Sobre Digital.

S'adverteix a l'empresa que la resposta a aquest requeriment no pot suposar una modificació del contingut dels documents que s'han presentat inicialment, sino un aclariment en els termes exposats anteriorment.

Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores, segons la clàusula 14.2 del plec de clàusules."

6. En data 26 de juliol de 2024 el Servei de Licitacions i Contractació de SSJRBC procedeix a notificar la petició d'aclariment acordada per la Mesa de contractació.

7. En data 29 de juliol de 2024, en resposta al requeriment, l'empresa licitadora presenta a través del Sobre Digital un document on s'indica el següent:

DECLARA

1. Que las unidades ofertadas en el procedimiento son las solicitadas según pliegos de prescripciones técnicas:

Entendiendo que solicitan:

- Un monitor **por cada torre:** en total 3.
- Dos ópticas, una de 10º y otra de 0º, dos cables y dos conectores **por torre.**

2. Que las ópticas ofertadas en el procedimiento son compatibles con el sistema de fluorescencia.

3. Que los equipos no requieren uso de fungible.}

8. Per analitzar si compleix amb els mínims establerts al plec de prescripcions tècniques, a la pàgina 11 i següents del document s'indiquen les característiques d'obligat compliment del Lot 4. Torres de laparoscòpia. Concretament, es diu el següent:

*“Tres torres de laparoscòpia 4K amb verd d'indocianina (4K+ICG)*

*Els equips i material a subministrar hauran de reunir les característiques següents:*

*TORRE DE LAPAROSCOPIA 4K+ICG*

*(...)*

*f) Monitor*

- 3 Monitors 4K alta definició d'aproximadament 31”*

*(...)*

*h) Òptiques*

- Òptica 4K: S'inclourà una òptica de 10mm 0º i altre de 10mm 30º compatibles amb ICG*
- 2 contenidors individuals perforats per la desinfecció, l'esterilització i el magatzematge de les òptiques*

*i) 2 cables de llum freda LED de fibra òptica compatible amb ICG i llum blanca.”*

Cal ressaltar que els accessoris i components s'estableixen per torre. De la mateixa forma que es demanaven dues òptiques, cables i connectors per torre, aspecte que l'empresa licitadora va interpretar correctament, els tres monitors també es requerien per cada torre, resultant un total de nou monitors.

Per determinar quin efecte té aquest incompliment, la pàgina 4 del plec de prescripcions tècniques indica a l'apartat de les especificacions tècniques el següent:

*“En el preu assenyalat al quadre de característiques s'inclouran tots els elements i accessoris que es detallen en aquest document, i que són necessaris per al correcte funcionament de l'equip, així com el programa de formació de l'equip professional que ha d'utilitzar l'aparell. En cas contrari, serà motiu d'exclusió.”*

Vist que l'empresa licitadora ofereix 3 monitors en total, i al plec de prescripcions tècniques se'n demanaven 3 per cada torre, resultant un total de 9, es considera que no

inclouen tots els elements i accessoris detallats al document, necessaris per al correcte funcionament de l'equip.

**9.** En base a l'anterior, la Mesa de Contractació acorda remetre a l'òrgan de contractació la proposta d'exclusió de l'empresa Sistemas Técnicos Endoscópicos SA, respecte el Lot 4, pels motius indicats a l'apartat anterior i l'exposat a continuació:

- *Remetre a l'Òrgan de contractació la proposta d'exclusió de l'empresa Sistemas Técnicos Endoscópicos SA del lot 4, per no incloure tots els elements i accessoris detallats al plec de prescripcions tècniques, i per tant incomplir amb els requeriments mínims establerts al document.*

Cal ressaltar que la Mesa de contractació pública ha de garantir els principis que regeixen la contractació pública, singularment els d'igualtat, en la seva vertent de no discriminació, i de lliure concurrència, i ha d'interpretar el plec de clàusules per tal de que aquests principis tinguin una realització efectiva.

Així mateix, cal ajustar-se al règim jurídic de la contractació del sector públic i als plecs de clàusules, i en especial a l'exigència de garantir el principi d'igualtat de tracte.

Vist el contingut de l'acta de les meses de contractació de data 23 i 31 de juliol de 2024.

**10.** Per tot l'anterior, RESOLC:

**Primer.-** Aprovar l'exclusió de l'empresa SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS SA, amb identificador A80776867, del Lot 4. Torres de laparoscòpia, de la licitació relativa a la contractació del subministrament d'equipament quirúrgic per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, expedient 0324/25, pels motius exposats en la present resolució i en les actes de la Mesa de contractació.

**Segon.-** Notificar la resolució a l'empresa interessada així com donar-li la publicitat pertinent.

**Tercer.-** Aquesta resolució és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies hàbils, d'acord amb l'article 44 de la LCSP, i es podrà interposar en els llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de l'òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat

amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Reus, a la data de la signatura digital

Anton Benet Català  
Gerent  
**Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp**