

Exp. 334/2024-SU-POSA

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE ÚNIC

A Barcelona, 19 d'agost de 2024 (09:00 hores).

Es reuneix en sessió pública la Mesa de contractació de la licitació del procediment obert simplificat abreujat referent a la "Contractació del subministrament d'un ecògraf general per al Servei de Reumatologia de l'Hospital del Mar, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 334/2024-SU-POSA)" amb l'assistència de:

President: Sr. Josep Aumatell Canellas, director de Serveis de Suport
Vocals: Sra. Esther Peláez de Miguel, directora d'Economia (òrgan de control intern)
Sra. Elisabet Izquierdo i Asensio, directora de Serveis Generals i Infraestructures
Sr. Germán Saravia Pinilla, enginyer de Serveis Generals
Sr. Narcís Pérez de Puig, cap de l'Assessoria Jurídica (assessor jurídic)
Secretària: Sra. Esther Lozano Moledo, cap del Servei de Contractació

Es constata l'existència de quòrum i es declara constituïda la Mesa de contractació.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

SESSIÓ PÚBLICA

Es dona inici a l'acte virtual d'obertura del Sobre únic de la licitació donant la benvinguda a tots els assistents. Només es troben presents els membres de la Mesa anteriorment citats.

Atès que aquesta sessió es realitza de forma virtual se sol·licita als assistents que mantinguin els seus micròfons apagats per tal d'evitar interferències i que els activin, en cas de realitzar alguna intervenció en el moment en què se'ls convidi a manifestar els dubtes o explicacions que estimin oportunes.

Es procedeix a recordar les dades de la licitació i s'informa que l'única oferta presentada i rebuda a aquesta licitació és la següent:

- ESAOTE IBERIA, S.A.U.

Es fa constar que aquesta va arribar dins el termini i en la forma escaient d'acord amb l'establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació.

Un cop els custodis han aplicat correctament les credencials i s'ha assolit el quòrum mínim, es procedeix a l'obertura del Sobre únic amb l'única proposta presentada i es realitza l'examen i qualificació de la documentació continguda dins del Sobre únic amb el resultat següent:

- ESAOTE IBERIA, S.A.U.:

Es verifica que el contingut del sobre és correcte i s'adequa a les condicions i requisits que es demanen als Plecs de la licitació. Concretament, s'aporta:

- Annex 1.- Declaració responsable.
- Annex 13.- Declaració de confidencialitat de documents.
- Fitxa "MJ_CAUT_ECÒGRAF GENERAL".
- Fitxa d'especificacions tècniques de l'equip "PPT_CMIN_ECÒGRAF GENERAL".
- Cronograma de recepció i instal·lació i posada en marxa de l'equipament.
- Documentació acreditativa del compliment de les especificacions tècniques de l'equip.
- Annex 2.- Oferta per a la valoració dels criteris avaluable de forma automàtica.

Es convida als assistents a què manifestin els dubtes o sol·licitin les explicacions que estimin oportunes, no havent-hi cap manifestació.

Seguidament, es procedeix a l'obertura de la documentació relativa als criteris d'apreciació automàtica, amb una puntuació màxima de 100,00 punts, amb el resultat següent:

1. OFERTA ECONÒMICA:

Nom de l'equip	Unitats	Preu Unitari IVA Exclòs	Import Total IVA Exclòs
Ecògraf General:	1	31.990,00	31.990,00
IMPORT TOTAL:			31.990,00
21% IVA:			6.717,90
IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:			38.707,90

2. AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA:

Descripció	Termini de garantia en anys, addicionals als 2 anys inicials mínims obligatoris.
Increment de garantia per a l'equipament:	1 any d'ampliació (total 3 anys de garantia)

3. SERVEI POST VENDA:

Criteri		Resposta Licitador
1.1	Nº de tècnics de Servei disponibles a la Comunitat Econòmica Europea dedicats al manteniment d'equips d'Ultrasons adscrits al contracte.	6 tècnics per a aquest contracte
	Tots els tècnics adequadament acreditats (amb certificats de formació i capaciació per al manteniment i reparació d'equips del model específic emesos per l'empresa fabricant de l'equip) per a realitzar el manteniment i reparació de l'equip objecte del contracte.	
	$Pv = P \cdot \frac{Ov - Vr}{Om - Vr}$	
1.2	L'equip permet connexió en línia per revisió del sistema i anàlisi remot d'avaries.	Sí
	Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	
1.3	Horari d'atenció del Servei Tècnic en dies laborables/festius.	168 hores
	Valor mínim exigít de 40h setmanals. Es valora el major nombre d'hores setmanals, per tant puntua més el valor més alt.	
	$Pv = P \cdot \frac{Ov - Vr}{Om - Vr}$	

4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE L'EQUIP:

Núm. Criteri	Criteris avaluables segons criteris automatitzats	Resposta Licitador
1.1	Monitor principal específic model EIZO/BARCO/NEC	Sí
	Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	
1.2	La pantalla tàctil a color de més de 10" que permeti la selecció de totes les funcionalitats i paràmetres configurats per l'usuari.	Sí
	Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	
1.3	La sonda lineal ha de permetre una amplada del footprint de més de 10mm.	Sí
	Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	
1.4	La sonda lineal ha de permetre una resolució axial de 0,5 a 50mm.	Sí
	Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	
1.5	Incloure software de gestió i tractament d'estudis instal·lable en qualsevol ordinador, per a la realització de mesures, informes i anotacions; en el mateix format que l'ecògraf.	Sí
	Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	
1.6	Consola motoritzada que permeti diferents posicions de treball ajustables i bloquejables.	Sí
	Sí: 100% puntuació No: 0% puntuació	
1.7	Possibilitat de comparar estudis en temps real amb estudis arxivats en l'equip o la BBDD de l'hospital, de qualsevol modalitat radiològica.	Sí
	Sí: 100% puntuació. No : 0 punts	
1.8	Eina d'optimització de la imatge ecogràfica mitjançant gesticulacions ràpides.	Sí
	L'eina ha de poder optimitzar la imatge ecogràfica de manera que permeti la configuració de paràmetres de manera ràpida i intel·ligent i el nombre de paràmetres a poder configurar.	
	Si: 100% puntuació No: 0% puntuació	

Novament, es convida els assistents a què manifestin els dubtes o sol·licitin les explicacions que estimin oportunes, sense que hi hagi cap manifestació.

S'informa als assistents que en aquesta mateixa sessió, un cop finalitzat el present acte públic, la Mesa procedirà a avaluar i classificar les ofertes prèvia constatació de manca de causes d'exclusió per no complir amb els requeriments dels plecs de la licitació. Seguidament, realitzarà la proposta d'adjudicació.

Es recorda que, d'acord amb l'Informe 12/2019, de 28 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, no s'ha exigint l'obligació dels licitadors d'estar inscrits al RELI.

Finalment, encara en la present sessió, la Mesa requerirà al licitador proposat com a adjudicatari per via electrònica perquè, si és el cas i segons allò establert al plec de clàusules administratives particulars, aporti la documentació exigida a les clàusules 5.6 i 6.9, i en tot cas en el termini de 7 dies hàbils des de l'enviament de la comunicació.

I sense cap altra qüestió, es dona per finalitzat el present acte públic.

SESSIÓ PRIVADA

En la mateixa sessió, la Mesa constata que l'única oferta presentada en el Sobre únic per aquest licitador que continua a la licitació, compleix amb els requeriments del plec de clàusules administratives particulars i, per tant, no incorre en causes d'exclusió.

Seguidament, la directora de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona procedeix a exposar l'informe de valoració dels criteris d'apreciació automàtica.

Un cop analitzat l'esmentat informe, i fetes les explicacions i consideracions oportunes, els membres de la Mesa de contractació,

ACORDEN PER UNANIMITAT:

1.- Validar l'informe de valoració del Sobre únic de la licitació de la "Contractació del subministrament d'un ecògraf general per al Servei de Reumatologia de l'Hospital del Mar, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 334/2024-SU-POSA)", així com la puntuació final assignada a l'únic licitador que continua a la licitació.

2.- Aprovar i proposar a l'òrgan de contractació la classificació de l'únic licitador que continua a la licitació, que s'indica seguidament:

	Licitador	Puntuació Sobre Únic
1	ESAOTE IBERIA, S.A.U.	100,00

3.- Procedir a requerir per via electrònica a l'empresa ESAOTE IBERIA, S.A.U. perquè presenti la documentació exigida a les clàusules 5.6 i 6.9 del Plec de clàusules administratives particulars de la licitació.

4.- Aprovar la present acta.

I sense cap altra qüestió, s'aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta en el lloc i data indicats a l'encapçalament d'aquest document.

Sr. Josep Aumatell Canellas

Sra. Esther Lozano Moledo