

Expedient: 0327/25

Entitat: EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: subministrament de tres ecògrafs per diversos serveis de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Resolució de correcció del plec de prescripcions tècniques de l'expedient de contractació 0327/25

Correcció de l'apartat 4.1 *Característiques tècniques i funcionals dels equips*

Vista la sol·licitud de correcció del contingut del plec de prescripcions tècniques de l'expedient 0327/25, de data 6 d'agost de 2024, emesa pel Dr. Montero Jaime, Director del Servei de Radiodiagnòstic de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp, mitjançant la qual es posa de manifest que s'ha detectat un error material de transcripció en la redacció de l'apartat 4.1 *Característiques tècniques i funcionals dels equips* (pàg. 4), pel que fa les sondes que ha d'incorporar l'ecògraf pel servei de Radiodiagnòstic de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, previst al plec de prescripcions tècniques.

Per aquest motiu, es procedeix a corregir l'apartat anteriorment exposat en els següents termes:

S'elimina la següent referència:

"Sondes

- 2 sondes Convexes multifreqüència. 1 a 8 MHz amb capacitat per a elastografia automàtica.
- 2 sondes Lineals multifreqüència. 5 a 14 MHz amb capacitat per a elastografia automàtica.
- 2 sondes Lineals multifreqüència. 5 a 14 MHz matricials.
- 1 sonda línia tipus "stick" multifreqüència fins a 22 MHz."

I es substitueix pel següent:

"Sondes

- 1 sonda Convexes multifreqüència. 1 a 8 MHz amb capacitat per a elastografia automàtica.
- 1 sonda lineal multifreqüència. 5 a 14 MHz amb capacitat per a elastografia automàtica.
- 1 sonda lineal multifreqüència. 5 a 14 MHz matricials.
- 1 sonda línia tipus "stick" multifreqüència fins a 22 MHz."

Cal tenir en compte que es tracta d'una correcció que no comporta una modificació significativa del contingut dels plecs, d'acord amb la LCSP, i que ens trobem davant d'un error de transcripció de la informació i, per tant, de caràcter material.

Així mateix, com que es tracta d'un error patent i clar, sense que sigui necessari recórrer a interpretacions de normes jurídiques aplicables ni cap tràmit addicional, i atès que no produeix cap alteració fonamental dels documents rectificats, se sol·licita que es corregeixi el contingut dels documents indicats en els termes anteriorment exposats.

En cas de discrepància, prevaldrà la informació corregida per aquesta resolució.

Vist l'acord d'apoderament adoptat pel Consell d'Administració de l'entitat en data 5 d'octubre de 2022, elevat a públic pel notari de Reus, el Sr. Emilio Mezquita Garcia- Granero, en data 9 de novembre de 2022, amb número dos mil quatre-cents vuitanta-tres, mitjançant el qual es deleguen les facultats relatives a la Contractació pública de l'EDP SSJRBC, en defecte de la Gerència i/o en absència d'aquesta, en favor del Sr. Xavier Bru Budesca.

Per tot l'anterior,

RESOLC

1. Corregir la documentació indicada de l'expedient 0327/25, en els termes que han estat exposats a la sol·licitud de correcció, i pels motius que han estat exposats en aquesta resolució i en l'esmentada sol·licitud, prevalent la informació que hi consta sobre la que es va publicar inicialment.
2. Donar la publicitat que correspongui a la present resolució.

A Reus, en data de la signatura digital.

Xavier Bru Budesca
Apoderat
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp