

Núm. Expedient: 24SM0177Q

SUBMINISTRAMENT CONTINUAT DE REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE PER L'ÀREA DE COAGULACIÓ AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER A MOSTRES DEL LABORATORI DE RUTINA I URGÈNCIES I COAGULÒMETRES PORTÀTILS PEL CONTROL DE PACIENTS AMB TRACTAMENT ANTICOAGULANT ORAL DEL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

LOT CG02

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

SOL.LUCIÓ GLOBAL PER A L'ÀREA DE COAGULACIÓ DEL LABORATORI DE RUTINA I URGÈNCIES

Cessió d'equipaments

- Autoanalitzadors de coagulació pel laboratori de rutina i d'urgències amb la mateixa tecnologia, software i reactius per tal de facilitar la polivalència del personal tècnic i puguin ser utilitzats com a backup.
- Els sistemes oferts hauran de permetre la identificació de mostres per codi de barres i de manera manual i permetre la càrrega contínua de racs.
- Connexió bidireccional amb el SIL mitjançant un middleware que gestioni els resultats de tots els autoanalitzadors.
- L'oferta ha de contemplar un mínim de tres analitzadors (dos per rutina i un per urgències).
- Un analitzador per realitzar test viscoelàstics.
- L'espai màxim per encabir els dos autoanalitzadors de coagulació pel laboratori de rutina és de 3,2 MT de llarg per 0,8 MT d'ample. **La necessitat d'un major espai invalida la proposta ja que el laboratori disposa d'un espai molt reduït.**

LOT CG04

COAGULÒMETRES PORTÀTILS, REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE PEL CONTROL I SEGUIMENT DE PACIENTS EN TRACTAMENT ANTICOAGULANT ORAL

Cessió d'equipaments

- Coagulòmetres portàtils en número suficient i adaptat a les necessitats assistencials (un mínim de 26, ampliable fins a 35, si es requereixen per nous espais) per realitzar la determinació d'INR de manera capil·lar, pel control i

seguiment dels pacients en tractament anticoagulant oral a nivell hospitalari i de l'atenció primària de la Corporació (consulta externa unitat TAO, hospitalització,

hemodiàlisis, neurologia, CAP Can Llong, CAP Can Rull, Sabadell Gent Gran, atenció domiciliària) i que es connectin amb el software de gestió del TAO que disposa la Corporació (actualment TAONET, però en un futur dependrà de qui sigui l'adjudicatari del procediment que actualment està en licitació,
24SER0887 – CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI PER A LA GESTIÓ DE PACIENTS ANTICOAGULANTS PER AL CCSPT)

- Equipament per a realitzar l'autocontrol a 5 pacients/el primer any i posteriorment incloure 10 pacients nous cada any de contracte. L'oferta ha d'incloure per cada pacient: coagulòmetre portàtil, tires reactives en número a 72 tires /any, llancetes, diari de l'anticoagulant, targetes de dosificació per rang i accés a l'aplicatiu que tingui la Corporació del programa de control de pacients anticoagulants. (aplicatiu que tingui el software que guanyi el concurs publicat recentment, 24SER0887 – CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI PER A LA GESTIÓ DE PACIENTS ANTICOAGULANTS PER AL CCSPT)

Requeriments generals

Els coagulòmetres portàtils han de permetre la lectura de codi de barres de la història clínica del pacient i de la targeta sanitària.

L'adjudicatari es farà càrrec de la instal·lació a les diferents estacions de treball (consulta externa unitat TAO, hospitalització, hemodiàlisis, neurologia, CAP Can Llong, CAP Can Rull, Sabadell Gent Gran, atenció domiciliària) i de la formació als usuaris.

L'adjudicatari es farà càrrec de la reposició de tot el material inclòs en l'equipament de l'autocontrol: avaries dels coagulòmetres, llancetes, targetes de dosificació, etc. (veure punt 2 de l'apartat cessió d'equipaments)

Altres requeriments generals:

Els adjudicataris hauran de cedir i instal·lar, en el laboratori, durant tota la vigència del contracte i sense càrrec per l'Hospital, els analitzadors i altre equipament necessari per a la realització de les proves; hauran de fer-se també càrrec del manteniment preventiu i correctiu dels analitzadors i altres equips necessaris per dur a terme l'activitat.

Els autoanalitzadors de coagulació del laboratori de rutina i urgències es connectaran bidireccionalment al sistema informàtic del laboratori (SIL) actualment Smartlis, corrent a compte de l'adjudicatari totes les despeses de connexió, així com el hardware necessari, llicències i manteniment. Si durant l'execució del contracte es produeix un canvi de l'empresa subministradora del SIL, la connexió online anirà a càrrec del licitador

adjudicatari d'aquest procediment. Aquesta comunicació ha de complir amb l'estàndard HL7 i doble ACK.

Els analitzadors portàtils pel control dels pacients TAO s'hauran de connectar al sistema informàtic de control dels pacients TAO que tingui la Corporació (ara TAONET, però dependrà de qui sigui l'adjudicatari d'un procediment que està en licitació actualment, 24SER0887 – CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI PER A LA GESTIÓ DE PACIENTS ANTICOAGULANTS PER AL CCSPT), amb connexió on line corrent a compte de l'adjudicatari totes es despeses de connexió.

A més dels reactius, l'adjudicatari de cada lot haurà de subministrar calibradors, controls, solucions auxiliars, accessoris, llancetes per punció capil·lar, recanvis i qualsevol altre tipus de material fungible necessari per la realització de les proves especificades en els analitzadors, sense cap cost addicional.

Cal que s'inclogui, en el sobre de criteris de valoració quantificables de forma automàtica, la relació d'aquests materials per poder realitzar l'activitat indicada.

El consum de reactius i altres productes i fungibles derivat de la posada en marxa dels equips així com el material necessari per realitzar la validació dels mètodes segons els requisits de la Norma ISO 9001 o similar, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

L'adjudicatari haurà d'assumir el cost anual del programa de qualitat analític extern que triï el laboratori.

Els licitadors hauran de garantir l'assistència tècnica personalitzada pel laboratori. Hauran de disposar d'una Hotline per poder fer consultes i obtenir solucions ràpides a incidències els 365 dies de l'any, 24h al dia. En cas que fos necessari el desplaçament d'un tècnic al centre, si el laboratori ha considerat la incidència com urgent (aturada d'un equip crític pel laboratori), el desplaçament haurà de produir-se en un temps màxim de 3 hores des de la comunicació de la incidència per part del laboratori. En cas d'averia no crítica que necessiti la presència física, el servei tècnic ha de donar resposta en un màxim de 24 hores.

En el cas del control dels pacients en tractament anticoagulant oral en mòdul d'autocontrol, l'adjudicatari ha de garantir l'assistència tècnica directament amb el pacient per assegurar la no interrupció de la monitorització del TAO.

L'adjudicatari es compromet i s'obliga a l'actualització permanent dels equips, productes i sistemes de la informació i a incorporar nova tecnologia, nous autoanalitzadors, nous procediments i avenços en el software que suposin una millora en l'àrea de coagulació, sense que aquestes actualitzacions comportin cap increment de preu del contracte.

Els licitadors hauran d'aportar un pla específic i un cronograma de les actuacions necessàries per a la instal·lació i posada en funcionament de l'equipament i altres serveis oferts, contemplant sempre la no aturada de l'activitat del laboratori. Si durant la durada del contracte son necessaris canvis en el pla inicial (per obres i modificacions d'espais) l'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de la instal·lació del equips en la nova ubicació.

L'adjudicatari donarà suport al personal del laboratori en la codificació de les proves de laboratori aportant els codis identificadors de la terminologia estàndard LOINC.

L'adjudicatari es farà càrrec de les devolucions de reactius si es rebutja el subministrament, ja sigui per problemes de transport (ruptura, trencament de la cadena de fred, etc) o defectes tècnics (problemes de sensibilitat o especificitat, baixa estabilitat, etc). En aquest cas l'adjudicatari està obligat a canviar els reactius que es retornen per altres amb la qualitat adequada, en 48 hores màxim.

L'adjudicatari s'obliga a reposar sense càrrec els kits de reactius malbaratats per causa d'avaria, mal funcionament dels equips, baixa estabilitat d'algun lot que obligui a repetir en excés, i en definitiva en aquells casos en què, per motius no imputables al laboratori el consum de reactius sigui desproporcionat.

En el cas de que durant la vigència del concurs el Cat-Salut financi, a l'hospital, el tractament anticoagulant en autocontrol, els pacients de la CCSPT inclosos en autocontrol passarien al règim de finançament del Cat-Salut.