

Núm. d'expedient: CS/AH02/1101403941/25/AMUP

Tipus: Subministrament

Procediment: Obert

Objecte: Subministrament de reactius, materials i equips per la realització de determinacions automatitzades de les tècniques de l'àrea d'autoimmunitat i bioquímica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Resolució de correcció d'errades

En data 06 d'agost de 2024, el subdirector mèdic de l'Hospital Universitari de Bellvitge va signar el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i la Memòria Justificativa, relatiu a l'expedient CS/AH02/1101403941/25/AMUP corresponent al contracte de subministrament de reactius, materials i equips per la realització de determinacions automatitzades de les tècniques de l'àrea d'autoimmunitat i bioquímica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Vist l'informe de data 28 d'agost de 2024, i atès que s'ha posat de manifest l'existència d'uns errors en relació al Plec de Prescripcions tècniques (PPT) i la Memòria Justificativa (MJ), en concret a l'apartat 4 en relació al LOT 2 i LOT 3 del PPT (pàgina 5) i un error en relació a una prova sol·licitada en tots els quadres del LOT 1, tant PPT com MJ.

LOT 1:

A l'apartat 3 i a l'Annex I de la MJ, i a l'Annex A del PPT:

On diu:

LOT 1: Autoanticossos mitjançant tècniques ELISA.		
CODI PROVA	PROVA	QUANTITAT DETERMINACIONS
A01485	Srm—Anticossos anti-ATPasa H+/K+	900
A04885	Srm—Anticossos anti-factor intrínsec	1500
A14885	Srm—Anticossos anti-transglutaminasa (IgG)	120
A01885	Srm—Anticossos anti-C1q del complement	420
A07285	Srm—Anticossos anti-histona	140
A21385	Anti-ASCA IgA-Sèrum	60
A21485	Anti-ASCA IgG-Sèrum	60
A07785	Anti-insulina-Sèrum	70

Ha de dir:

LOT 1: Autoanticossos mitjançant tècniques ELISA.		
CODI PROVA	PROVA	QUANTITAT DETERMINACIONS
A01485	Srm—Anticossos anti-ATPasa H+/K+	900
A04885	Srm—Anticossos anti-factor intrínsec	1500
A14885	Srm—Anticossos anti-transglutaminasa (IgG)	120
A01885	Srm—Anticossos anti-C1q del complement	420
A07285	Srm—Anticossos anti-histona	140
A21385	Anti-ASCA IgA-Sèrum	60
A21485	Anti-ASCA IgG-Sèrum	60
A10385	Anti-nucleosoma	70

LOT 2:

On diu:

“Equip de quimioluminescència amb capacitat mínima per a 20 reactius refrigerats amb identificació positiva de les mostres i connexió Host Query.”

Ha de dir,

“Equip amb tecnologia PMAT (Tecnologia de multi analits basada en partícules) amb lectura per fluorescència amb capacitat mínima per a 20 reactius refrigerats amb identificació positiva de les mostres i connexió Host Query.”

LOT 3:

On diu:

“Tècnica immunoturbidimètrica totalment automatitzada en equip amb càrrega contínua de mostres i reactius on-board refrigerats.”

Ha de dir,

“Tècnica immunoturbidimètrica totalment automatitzada en equip i reactius on-board refrigerats.”

Vist el que preveu la llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la Resolució SLT/2490/2024, de 4 de juliol, del director gerent de l'Institut Català de la Salut, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària a les persones titulars de les gerències d'atenció primària i a la comunitat i de les gerències hospitalàries.

Vist el que preveu l'article 109 relatiu a la revocació d'actes i rectificació d'errors, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, on estableix que:

1. Les Administracions Públiques podran revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que tal revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.

2. Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar a qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Resolc:

Primer.- Autoritzar les rectificacions al Plec de prescripcions Tècniques i Memòria Justificativa en el sentit exposat anteriorment.

Segon.- Publicar la modificació en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.qencat.cat>).

L'Hospitalet de Llobregat,

Cristina Capdevila Aguilera
Gerent
Gerència Hospital Universitari de Bellvitge – Hospital de Viladecans

INFORME CORRECCIÓ ERRADES

EXPEDIENT NÚMERO CS/AH02/1101403941/25/AMUP RELATIU AL CONTRACTE PER EL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS, MATERIAL I EQUIPS PER LA REALITZACIÓ DE DETERMINACIONS AUTOMATITZADES DE LES TÈNIQUES DE L'ÀREA D'AUTOIMMUNITAT I BIOQUÍMICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI BELLVITGE.

En data 6 d'Agost de 2024 es va signar el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i la Memòria Justificativa, relatiu a l'expedient CS/AH02/1101403941/25/AMUP, amb data de publicació a la plataforma de contractació i al DOUE en data 9 d'agost de 2024, per import de licitació de 524.248,00 euros IVA Exclòs i de 634.340,08 euros IVA Inclòs i termini de presentació d'ofertes el dia 17 de setembre de 2024.

S'han detectat errors en relació al Plec de Prescripcions tècniques (PPT) i la Memòria Justificativa (MJ), en concret a l'apartat 4 en relació al LOT 2 i LOT 3 del PPT (pàgina 5) i un error en relació a una prova sol·licitada en tots els quadres del LOT 1, tant PPT com MJ.

Per tot l'esmentat PROPOSO la modificació dels següents apartats: Al Plec de Prescripcions Tècnics i Memòria Justificativa:

LOT 1:

A l'apartat 3 i a l'Annex I de la MJ, i a l'Annex A del PPT:

On diu:

LOT 1: Autoanticossos mitjançant tècniques ELISA.		
CODI PROVA	PROVA	QUANTITAT DETERMINACIONS
A01485	Srm—Anticossos anti-ATPasa H+/K+	900
A04885	Srm—Anticossos anti-factor intrínsec	1500
A14885	Srm—Anticossos anti-transglutaminasa (IgG)	120
A01885	Srm—Anticossos anti-C1q del complement	420
A07285	Srm—Anticossos anti-histona	140
A21385	Anti-ASCA IgA-Sèrum	60
A21485	Anti-ASCA IgG-Sèrum	60
A07785	Anti-insulina-Sèrum	70

Ha de dir,

LOT 1: Autoanticossos mitjançant tècniques ELISA.		
CODI PROVA	PROVA	QUANTITAT DETERMINACIONS
A01485	Srm—Anticossos anti-ATPasa H+/K+	900
A04885	Srm—Anticossos anti-factor intrínsec	1500
A14885	Srm—Anticossos anti-transglutaminasa (IgG)	120
A01885	Srm—Anticossos anti-C1q del complement	420
A07285	Srm—Anticossos anti-histona	140
A21385	Anti-ASCA IgA-Sèrum	60
A21485	Anti-ASCA IgG-Sèrum	60
A10385	Anti-nucleosoma	70

LOT 2:

On diu:

“Equip de quimioluminescència amb capacitat mínima per a 20 reactius refrigerats amb identificació positiva de les mostres i connexió Host Query.”

Ha de dir,

“Equip amb tecnologia PMAT (Tecnologia de multi analits basada en partícules) amb lectura per fluorescència amb capacitat mínima per a 20 reactius refrigerats amb identificació positiva de les mostres i connexió Host Query.”

LOT 3:

On diu:

“Tècnica immunoturbidimètrica totalment automatitzada en equip amb càrrega contínua de mostres i reactius on-board refrigerats.”

Ha de dir,

“Tècnica immunoturbidimètrica totalment automatitzada en equip i reactius on-board refrigerats.”

Mireia Pallàs
Gasull - DNI

Signat digitalment
per Mireia Pallàs
Gasull - DNI

(TCAT)

Data: 2024.08.28
14:12:42 +02'00'

Sra. Mireia Pallàs Gasull
Cap de la Unitat de Compres i Logística
Hospital Universitari de Bellvitge