

---

**Núm. d'expedient:** CSE/AH02/1101394408/25/PO

**Tipus:** Serveis

**Procediment:** Obert

---

**Objecte:** Servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscòpis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

---

## Resolució d'adjudicació

### Antecedents

---

Atesa la necessitat de contractar el servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscòpis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Atès que s'ha realitzat la reserva del crèdit suficient i autoritzada la despesa plurianual en data 28 de setembre de 2023, per part de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'ICS.

Vista l'acta de la sessió de la mesa de contractació en la qual es proposa l'adjudicació.

Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient CSE/AH02/1101394408/25/PO mitjançant procediment obert.

### Fonaments jurídics

---

D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu la llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la Resolució SLT/2490/2024, de 4 de juliol, del director gerent de l'Institut Català de la Salut, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària a les persones titulars de les gerències d'atenció primària i a la comunitat i de les gerències hospitalàries.

### Resolc

---

**Primer.-** Adjudicar el servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscòpis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge a l'empresa Steelco España Soluciones Integrales en esterilización SL, amb CIF B87871422, per l'import de 496.240,00 euros sense IVA (600.450,40 euros amb IVA), pels motius indicats als informes de valoració que figuren en l'annex I i II d'aquesta resolució, pel període comprés des de 1 de gener de 2025 fins el 31 de desembre de 2028.

**Segon.-** Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

**Tercer.-** Notificar a les empreses interessades aquesta resolució.

**Quart.-** Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'enviament de la notificació.

La tramitació d'aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

L'Hospitalet de Llobregat,

Cristina Capdevila Aguilera  
Gerent  
Hospital Universitari de Bellvitge-Hospital de Viladecans

## ANNEX 1: Informes de valoració

**Informe compliment requeriments obligatoris**

---

**Expedient:** CSE/AH02/1101394408/25/PO

**Objecte:** Servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscopis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

S'han presentat a la licitació electrònica les següents empreses:

- ANTONIO MATACHANA, S.A. A08238578
- STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACION S.L. B87871422
- SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A. A80776867

Es va requerir a les citades empreses perquè, d'acord amb l'article 95 de la LCSP presentessin aclariments respecte a la documentació presentada i el compliment dels requisits obligatoris. Ho van realitzar en termini i forma.

Respecte a l'equipament, les empreses citades compleixen amb els requisits obligatoris.

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 2bis, les valoracions dels criteris subjectes a judici de valor són les que es relacionen a l'ANNEX I.

**MARC ALAMEDA**  
**PINEDA - DNI**

Signat digitalment  
per MARC ALAMEDA  
PINEDA - DNI  
(TCAT) Data:  
2024.07.22 13:43:35  
+02'00'

Marc Alameda Pineda  
Cap d'Unitat d'Electromedicina i Enginyeria Biomèdica  
Hospital Universitari de Bellvitge

ANNEX 1

**SOBRE 2 BIS - CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR**

Descripció criteri	Puntuació màxima	ANTONIO MATACHANA SA			STEECO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN SL			SISTEMAS TÈCNICOS ENDOSCÒPICOS SA		
		Puntuació tècnica	Puntuació fórmula	Justificació	Puntuació tècnica	Puntuació fórmula	Justificació	Puntuació tècnica	Puntuació fórmula	Justificació
<b>C.1 Cronograma de implantació</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
C.1.1 Calendarització de la retirada de l'equipament actual i de la implantació del nou equipament, atenent el màxim ajust de detall, rapidesa i al mínim impacte en el funcionament diari.	1	0,5		L'oferta presenta una proposta de calendari amb un bon ajust de detall però amb alt impacte en el funcionament diari, en relació a la resta d'ofertes	1		L'oferta presenta la proposta de calendari que presenta major detall i minimitza l'impacte en el funcionament diari en relació a la resta d'ofertes.	0		A l'oferta s'indica durada, però no calendaritza les accions
<b>C.2 Valoració de la mostra</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>21,82</b>		<b>22</b>	<b>24</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	
C.2.1 Ergonomia: Característiques addicionals i no indicades als plec com a obligatoris, ni com punts valorables específics, que millorin de forma rellevant l'ergonomia d'ús de l'equipament de rentat d'endoscòpis.	6	6		L'equipament de reprocessament presentat a l'oferta disposa d'obertura amb el peu, fet que facilita el treball quan s'està manipulant l'endoscopi a reprocessar. L'armari d'emmagatzematge disposa d'un sistema que facilita la col·locació i retirada dels endoscòpis	4		L'equipament de reprocessament presentat a l'oferta disposa d'obertura amb el peu, fet que facilita el treball quan s'està manipulant l'endoscopi a reprocessar	3		A la part inferior de l'equipament de reprocessament, on s'hi col·loquen els químics, és un calaix extraïble, permetent l'accés fàcil al canvi d'aquests. S'atirga menys puntuació que a la resta d'ofertes donat que només aplica en la substitució periòdica dels químics, no en cada cicle de reprocessament, com la resta
C.2.2 Adequació al servei. Capacitat d'adaptació a les necessitats específiques del servei i el seu correcte funcionament en l'ús diari de l'equipament.	6	6		En relació a la resta d'ofertes, l'equipament de reprocessament presenta una bona robustesa tant pel que fa al propi equip com pel que fa als sistemes de connexió. És un equip intuïtiu i resistent, fet que s'adequa al servei, donant l'alt volum de reprocessaments que realitza	6		En relació a la resta d'ofertes, l'equipament de reprocessament presenta una bona robustesa tant pel que fa al propi equip com pel que fa als sistemes de connexió. És un equip intuïtiu i resistent, fet que s'adequa al servei, donant l'alt volum de reprocessaments que realitza	4		Tant la carcassa de l'equipament com el sistema de connexió, tot i ser adequats, es presenten fràgils en relació a la resta de l'equipament valorat. La pantalla és intuïtiva. La fragilitat en un equip pot provocar més aturades i per tant dificultar la gestió diària de l'alt volum de reprocessaments que es realitza
C.2.3, Facilitat d'ús	6	4		L'equipament de reprocessament té un passapur per extreure mostres d'aigua de forma fàcil. També tanca automàticament l'equip i evita per tant haver de manipular la tapa. Aquests fets faciliten l'ús diari però no al mateix nivell que l'oferta que presenta una solució de connexió externa. L'equip és fàcil de fer servir. Els connectors disposen de una codificació de colors que facilita visualment la identificació	6		El sistema presentat permet la possibilitat de connectar l'endoscopi en una safata fora de l'equip per que sigui més fàcil la gestió del material. Aquest fet és diferencial respecte la resta d'equipament, permetent una fluïdesa molt superior en el circuit de reprocessament que la resta de propostes. L'equip és fàcil de fer servir. Els connectors disposen de una codificació de colors que facilita visualment la identificació	4		A la part inferior de l'equipament de reprocessament, on s'hi col·loquen els químics, és un calaix extraïble, permetent l'accés fàcil al canvi d'aquests. L'equip és fàcil de fer servir. Els connectors disposen de una codificació de colors que facilita visualment la identificació
Seguretat: Sistemes de seguretat addicionals no indicats en els plec com a requisit obligatori, ni com a punts valorables específics, en relació al professional, a l'endoscopi processat i al propi equip de reprocessament, que millorin de forma significativa la seguretat.	6	4		La màquina de reprocessament disposa d'un sistema de posicionament de l'endoscopi que minimitza la superfície de contacte i per tant facilita el correcte reprocessament de l'endoscopi. La temperatura de treball òptima és significativament inferior al màxim establert en el Plec de Prestacions Tècniques, pel que tèrmicament l'endoscopi pateix menys, fet que pot ajudar a allargar la seva vida útil	6		Presenta un sistema de connexió en safata que es manté en tot el procés de reprocessament de l'endoscopi, des del pre-entrat fins a l'emmagatzematge a l'armari, eliminant pràcticament el risc de contaminació per manipulació, que és un dels riscos més importants en la gestió del reprocessament d'endoscòpis de cara al pacient, per aquest motiu se li atorga la màxima puntuació	0		No presenta cap sistema de seguretat que millori de forma significativa la seguretat
<b>PUNTAUCCIÓ TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>20,5</b>	<b>22,32</b>		<b>23</b>	<b>25</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	

**Informe compliment requeriments obligatoris**

---

**Expedient:** CSE/AH02/1101394408/25/PO

**Objecte:** Servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscopis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

S'han presentat a la licitació electrònica les següents empreses:

- ANTONIO MATACHANA, S.A. A08238578
- STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACION S.L. B87871422
- SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A. A80776867

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 2, les valoracions dels criteris subjectes a judici de valor són les que es relacionen a l'ANNEX I.

MARC  
ALAMEDA  
PINEDA - DNI  
(TCAT)

Signat digitalment  
per MARC  
ALAMEDA PINEDA  
- DNI (TCAT)  
Data: 2024.08.05  
16:05:10 +02'00'

Marc Alameda Pineda  
Cap d'Unitat d'Electromedicina i Enginyeria Biomèdica  
Hospital Universitari de Bellvitge

ANNEX 1

Criteris econòmics avaluables amb aplicació de fórmula automàtica			ANTONIO MATACHANA SA		STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN SL		SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS SA	
	Puntuació màxima	CONTESTAR	RESPOSTA EMPRESA	PUNTUACIO	RESPOSTA EMPRESA	PUNTUACIO	RESPOSTA EMPRESA	PUNTUACIO
<b>SOBRE 2</b>								
<b>B.1</b>	<b>Seguretat</b>	<b>8</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>7</b>
<b>B.1.1</b>	Obertura immediata de l'equipament de reprocessament per una situació d'emergència.	1	si/no	SI	1	SI	SI	1
<b>B.1.2</b>	Identificació automàtica dels productes químics dels equips de reprocessament	1	si/no	SI	1	SI	SI	1
<b>B.1.3</b>	Incorporació de les dades dels productes químics (lot i caducitat) al report automàtic de l'equip de reprocessament	1	si/no	SI	1	SI	Es NO. Al report que s'aporta no surt la data de caducitat del lot.	0
<b>B.1.4</b>	Possibilitat de cicle d'autodesinfecció química	1	si/no	SI	1	SI	SI	1
<b>B.1.5</b>	Detecció de la conductivitat per a detectar residus de productes químics a l'aigua en la darrera esbandida	1	si/no	SI	1	SI	SI	1
<b>B.1.6</b>	Incorporació de cicle d'esterilització líquida segons norma UNE 14937, sense necessitat de canviar els químics que s'utilitzen	2	si/no	SI	2	SI	SI	2
<b>B.1.7</b>	Armari d'endoscòpis organitzat amb safates horitzontals	1	si/no	NO	0	SI	SI	1
<b>B.2</b>	<b>Altres</b>	<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>
<b>B.2.1</b>	Integració informàtica de l'equipament de reprocessament d'endoscòpis amb Sistema de Traçabilitat de Marvax inclosa	2	si/no	SI	2	SI	SI	2
<b>B.2.2</b>	Incorporació de dos equips de pre-reat manual automatitzat	5	si/no	SI	5	SI	SI	5
				<b>14</b>		<b>15</b>		<b>14</b>

**ANNEX 2: ACTA de la Mesa d'obertura del Sobre 3, classificació de les ofertes  
i proposta d'adjudicació**



## ACTA de la Mesa d'obertura del Sobre 3, classificació de les ofertes i proposta d'adjudicació

---

Expedient CSE/AH02/1101394408/25/PO

**Objecte** Servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscopis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

El dia i hora que consta en el certificat que emet l'eina del Sobre Digital, s'ha celebrat la sessió d'obertura del sobre núm. 3.

### Membres de la mesa

Han estat nomenats membres de la Mesa de contractació, identificats nominalment, les persones següents:

Presidenta: Cristina Robles Agustín (Direcció Econòmic financera)

Vocals:

1. Funció de control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes (Cap d'Unitat de Gestió Econòmica)
2. Assessor Jurídic: Sr. Pere Sust Ballester (Assessor Jurídic de l'ICS a l'HUB)
3. Sr. Marc Alameda Pineda (Cap d'Unitat d'Electromedicina i Enginyeria Biomèdica)
4. Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap d'Unitat de Contractacions Administratives)

Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

### Ordre del dia:

Obertura de la documentació continguda als sobres digitals número 3 presentada en l'expedient de contractació CSE/AH02/1101394408/25/PO per a la contractació de servei d'ús dels sistemes de rentat, desinfecció, emmagatzematge i traçabilitat d'endoscopis termolàbils de les àrees d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

### Desenvolupament de la sessió:

S'inicia la sessió entrant a l'eina "Sobre Digital 2.0" i identificant l'expedient de licitació i el procediment de contractació, el qual s'ha tramitat mitjançant procediment obert d'acord amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i a l'establert als documents que regeixen la contractació.

S'identifiquen els custodis que consten en el certificat d'obertura.

Constituïda vàlidament la Mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic), els custodis apliquen credencials, complint amb el quòrum mínim, en interval de temps que s'ha definit prèviament..

Les propostes que s'obren en aquesta sessió són les que consten al certificat d'obertura.

Les ofertes que realitzen els licitadors són:

Empresa	CIF	Qt1	Qt2	Oferta economica
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	A80776867	6,51 €	3,99 €	536.760,00 €
ANTONIO MATACHANA S.A.	A08238578	7,21 €	3,14 €	589.360,00 €
Steelco España Soluciones Integrales en Esterilización, S.L	B87871422	6,20 €	0,06 €	496.240,00 €

L'import ofert, no supera el preu de sortida a la licitació i no incorre en cap paràmetre d'oferta anormal o desproporcionada d'acord amb l'annex 5 del Plec de clàusules administratives.

A la vista d'aquests import de licitació, la puntuació que correspon aplicant la fórmula prevista als criteris d'adjudicació per valorar les ofertes econòmiques, és la següent:

Empresa	CIF	Oferta economica
Steelco España Soluciones Integrales en Esterilización, S.L	B87871422	60,00
ANTONIO MATACHANA S.A.	A08238578	54,51
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	A80776867	57,61

Seguidament es procedeix a calcular la puntuació final obtinguda per cada empresa amb la suma de les valoracions de tots els criteris d'adjudicació que regien aquesta contractació; el quadre final és el següent:

Empresa	CIF	Valoracio subjectiva	Valoracio automatica	Oferta economica	Total
Steelco España Soluciones Integrales en Esterilización, S.L	B87871422	25,00	15,00	60,00	100,00
ANTONIO MATACHANA S.A.	A08238578	22,32	14,00	54,51	90,83
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	A80776867	12,00	14,00	57,61	83,61

D'acord amb l'anterior, la Mesa adopta els següents:

#### Acords

1. Aprovar el quadre amb les puntuacions finals de la valoració dels criteris d'adjudicació avaluable i proposar l'oferta de l'empresa Steelco España Soluciones Integrales en Esterilización, S.L amb CIF B87871422 com la millor oferta de la licitació per 'qualitat-preu'.
2. Elevar a l'òrgan de contractació la proposta de declaració de millor oferta de la licitació en relació 'qualitat-preu', la presentada per l'empresa Steelco España Soluciones Integrales en Esterilización, S.L amb CIF B87871422 i en conseqüència, proposar que sigui l'empresa adjudicatària.

I, sense més temes que tractar, quan són les 11:00 hores, la Presidència dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta signada per la secretària amb el vist i plau de la presidenta.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs en via administrativa, d'acord amb el que marca la LCSP.

EL SECRETARI

Vist-i-plau  
LA PRESIDENTA

# ANNEX

## Registre d'obertura de sobre

**Licitació:** CSE/AH02/1101394408/25/PO

**Sobre:** Sobre 3 – Oferta econòmica

<b>Data</b>	<b>Acció</b>
05/07/2024 08:00:22	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 05/07/2024 08:00:22.
05/07/2024 08:10:34	L'empresa Steelco España Soluciones Integrales en Esterilización, S.L ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 – Oferta econòmica, a data i hora 05/07/2024 08:10:34.
05/07/2024 08:13:37	L'empresa ANTONIO MATACHANA S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 – Oferta econòmica, a data i hora 05/07/2024 08:13:37.
05/07/2024 17:03:39	L'empresa SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 – Oferta econòmica, a data i hora 05/07/2024 17:03:39.
09/08/2024 06:41:50	El custodi i membre de la mesa Alfons Mérida Campos Mérida Campos ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 09/08/2024 06:41:50 (Credencials aplicades: 1/2).
09/08/2024 07:31:06	El custodi i membre de la mesa Xenia Rodriguez Busquet Rodriguez Busquet ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 09/08/2024 07:31:06 (Credencials aplicades: 2/2).
09/08/2024 09:43:42	El custodi i membre de la mesa Alfons Mérida Campos Mérida Campos ha obert el sobre Sobre D, a data i hora 09/08/2024 09:43:42.