

ACTA de la Mesa d'obertura de la documentació (sobre núm. 2 i 3)

Expedient núm. CS/CC00/1101394084/24/AMUP -AMP per a la contractació de e benes i embenatges per als centres del Institut Català de la Salut i centres adherits a aquest procediment : Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Gestió de Serveis Sanitaris, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial; Salut Catalunya Central - Hospital de Berga i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga.

El dia i hora que consta en el certificat que emet l'eina del Sobre Digital, s'ha celebrat la sessió d'obertura dels sobres núm. 2 i 3.

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

President/a suplent: Blanca Olmo Panadero

Vocals:

Un membre de l'Assessoria Jurídica: Jordi Salvadó Rubio

Director de gestió de l'ICS: Miquel Arrufat Vila

Gerència de Compres: Núria Urbina Martínez

Gerència de Compres: Mònica Gómez Garrido

Secretària: Rosa Redón Tomás

Ordre del dia

Obertura de la documentació continguda als sobres número 2 i 3 presentats en l'expedient de contractació CS/CC00/1101394084/24/AMUP -AMP per a la contractació de e benes i embenatges per als centres del Institut Català de la Salut i centres adherits a aquest procediment : Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Gestió de Serveis Sanitaris, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial; Salut Catalunya Central - Hospital de Berga i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga.

Desenvolupament de la sessió

Aquesta sessió té com a finalitat l'obertura i qualificació del contingut dels sobres núm. 2 i 3 els quals han estat presentats en sobre electrònic.

S'inicia la sessió entrant a l'eina "Sobre Digital 2.0" i identificant l'expedient de licitació i el procediment de contractació, el qual s'ha tramitat mitjançant procediment obert d'acord amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i a l'establert als documents que regeixen la contractació.

Constituida vàlidament la mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic), els custodis apliquen les credencials, complint amb el quòrum mínim, en l'interval de temps que s'ha definit prèviament, i arribades la data i hora assenyalades.

S'identifiquen els custodis que apareixen al certificat de l'obertura.

S'han presentat les propostes de les empreses que consten al certificat d'obertura.

La mesa de contractació ha aprovat l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis emès pels serveis dependents de l'òrgan de contractació i que assisteixen a la mesa de contractació.

A continuació es procedeix a l'obertura dels sobres corresponents als sobres número 2 i 3.

D'acord amb l'anterior, la mesa de contractació adopta el/s següent/s

Acords

1. Admetre a la licitació a totes les empreses presentades. L'admissió definitiva de la documentació continguda en els sobres 2 i 3, als efectes de la seva admissió, resta condicionada a la valoració d'aquesta per part del comitè de valoració assignat.
2. Publicar les ofertes econòmiques en el Perfil de contractant de l'ICS.

Sense més temes per tractar, es dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta signada.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb allò establert a l'article 44.2.b de la LCSP.

EL/LA SECRETARI/A

Vist-i-plau
EL/LA PRESIDENT/A suplent

ANNEX

CERTIFICATS I INFORMES, SI ESCAU

certificat d'ofertes
certificat d'obertura
informe base de ponderació sobre 2bis

Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "Subministrament agregat de benes i embenatges " amb el codi d'expedient "CS/CC00/1101394084/24/AMUP-AMP." que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 18/07/2024, a les 14:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
Arias y Arias S.A.	A28906394	05/07/2024	11:00:44	9020/33745/2024
Laboratorios HARTMANN, S.A	A08032401	05/07/2024	13:54:24	9020/33873/2024
Calvo Izquierdo SL	B96497540	09/07/2024	13:55:01	9020/34437/2024
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	B08438731	11/07/2024	11:32:44	9020/34877/2024
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	A58001686	12/07/2024	09:13:39	9020/35067/2024
Essity Spain SL	B28451383	16/07/2024	16:53:18	9020/35820/2024
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	A08564502	17/07/2024	12:42:32	9020/35964/2024
Farmaban, S.A.	A60211653	17/07/2024	15:35:33	9020/36047/2024
IBERIAN CARE 2016 S.L.	B87583019	18/07/2024	07:36:42	9020/36110/2024
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	A08876310	18/07/2024	09:20:30	9020/36129/2024
TEGOSA MEDICA, SL	B66827163	18/07/2024	10:38:54	9020/36178/2024
IBERIAN CARE 2016 S.L.	B87583019	18/07/2024	11:08:41	9020/36200/2024

Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/CC00/1101394084/24/AMUP-AMP.

Sobre: Sobre 2

Data	Acció
20/07/2024 08:01:11	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 20/07/2024 08:01:11.
20/07/2024 12:11:39	L'empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 20/07/2024 12:11:39.
20/07/2024 15:48:42	L'empresa Essity Spain SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 20/07/2024 15:48:42.
21/07/2024 08:01:36	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 21/07/2024 08:01:36.
21/07/2024 10:37:41	L'empresa Arias y Arias S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 21/07/2024 10:37:41.
22/07/2024 07:04:33	L'empresa Calvo Izquierdo SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 22/07/2024 07:04:33.
22/07/2024 08:00:58	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 22/07/2024 08:00:58.
22/07/2024 08:17:14	L'empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 22/07/2024 08:17:14.
22/07/2024 08:17:20	L'empresa BARNIA IMPORT MEDICA S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 22/07/2024 08:17:20.
22/07/2024 08:55:29	L'empresa Farmaban, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 22/07/2024 08:55:29.
22/07/2024 09:00:05	L'empresa IBERIAN CARE 2016 S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 22/07/2024 09:00:05.
22/07/2024 09:00:18	L'empresa IBERIAN CARE 2016 S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 22/07/2024 09:00:18.
22/07/2024 09:19:37	L'empresa Laboratorios HARTMANN, S.A ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 22/07/2024 09:19:37.
22/07/2024 11:25:56	L'empresa TEGOSA MEDICA, SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 22/07/2024 11:25:56.
22/07/2024 11:49:04	L'empresa TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 22/07/2024 11:49:04.
26/08/2024 09:36:21	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 26/08/2024 09:36:21 (Credencials aplicades: 1/2).
26/08/2024 09:39:31	El custodi Jordi Garcia Camachón ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 26/08/2024 09:39:31 (Credencials aplicades: 2/2).
26/08/2024 09:40:18	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha obert el sobre Sobre C, a data i hora 26/08/2024 09:40:18.

Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/CC00/1101394084/24/AMUP-AMP.

Sobre: Sobre 3

Data	Acció
20/07/2024 08:01:11	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 20/07/2024 08:01:11.
20/07/2024 12:11:43	L'empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 20/07/2024 12:11:43.
20/07/2024 15:48:44	L'empresa Essity Spain SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 20/07/2024 15:48:44.
21/07/2024 08:01:36	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 21/07/2024 08:01:36.
21/07/2024 10:37:44	L'empresa Arias y Arias S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 21/07/2024 10:37:44.
22/07/2024 07:04:34	L'empresa Calvo Izquierdo SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 22/07/2024 07:04:34.
22/07/2024 08:00:58	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 22/07/2024 08:00:58.
22/07/2024 08:17:18	L'empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 22/07/2024 08:17:18.
22/07/2024 08:17:21	L'empresa BARNIA IMPORT MEDICA S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 22/07/2024 08:17:21.
22/07/2024 08:55:44	L'empresa Farmaban, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 22/07/2024 08:55:44.
22/07/2024 09:00:06	L'empresa IBERIAN CARE 2016 S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 22/07/2024 09:00:06.
22/07/2024 09:00:38	L'empresa IBERIAN CARE 2016 S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 22/07/2024 09:00:38.
22/07/2024 09:19:38	L'empresa Laboratorios HARTMANN, S.A ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 22/07/2024 09:19:38.
22/07/2024 11:26:02	L'empresa TEGOSA MEDICA, SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 22/07/2024 11:26:02.
22/07/2024 11:49:10	L'empresa TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 22/07/2024 11:49:10.
26/08/2024 09:40:27	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 26/08/2024 09:40:27 (Credencials aplicades: 1/2).
26/08/2024 09:45:03	El custodi Jordi Garcia Camachón ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 26/08/2024 09:45:03 (Credencials aplicades: 2/2).
26/08/2024 09:48:17	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha obert el sobre Sobre D, a data i hora 26/08/2024 09:48:17.

**INFORME CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
SUBMINISTRAMENT AGREGAT BENES I EMBENATGES
CS/CC00/1101394084/24/AMUP**

En aquest expedient de licitació (criteris sotmesos a judici de valor, lots 2 i 3), s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- IBERIAN CARE 2016, S.L.
- HARTMANN, S.A.
- FARMABAN, S.A.
- BARNA IMPORT MEDICA, S.A.
- CALVO IZQUIERDO, S.L.

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (núm de document CA-AMUP-S-67-24)

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors (De fàcil manipulació, Temps de fraguat, Rigidesa del guix, Pèrdua de pols, Uniformitat de la barreja aigua-guix). Tots ells són criteris que han estat ponderats per un grup d'experts multicèntric compost pels diferents facultatius designats pels hospitals de l'ICS.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, els **criteris subjectes a judici de valor del lot 3**, que no obtinguin un mínim de 20 punts seran desestimats. Pel que fa el lot 2 les ofertes que no compleixin amb els ítems establerts els criteris, quedaran excloses de la valoració.

La oferta del proveïdor Calvo Izquierdo, S.L. ha quedat descartada per presentar informació econòmica al sobre 2.

Consideracions tècniques i procediment de valoració:

Desglossament

En aquest grup la puntuació de criteris amb judici de valor ha estat de 30 punts.

LOT 02 – Bena Adhesiva per Tensió (Tensó)

2.1 De fàcil manipulació

Es valorarà que l'adhesiu del material quan s'enganxi entre si, es pugui desenganxar, torni a la seva posició inicial i es pugui recol·locar amb la finalitat de tenir una millor manipulació. Aquesta valoració es farà segons criteri clínic. El desglossament de puntuació serà el següent:

30 punts: Dificultat baixa per tornar a la posició inicial un cop enganxat entre si

15 punts: Dificultat mitja per tornar a la posició inicial un cop enganxat entre si

0 punts: La resta d'ofertes que no compleixin amb els ítems anteriors.

Desglossament

LOT 03 – Benes de guix

3.1 Temps de fraguat

Es valorarà els temps de fraguat amb una mostra. Es comprovarà el temps de fraguat, es a dir, que el guix tingui les condicions adients per ser utilitzat correctament entre els 105 i el 135 segons. Obtindran 10 punts, la resta d'empreses obtindran 0 punts

3.2 Rigidesa del guix

Es valorarà la rigidesa del guix als 30 minuts de l'inici del procediment. La empresa que als 30 minuts el guix estigui totalment rígid obtindrà 10 punts i la resta d'empreses obtindrà 0 punts

3.3 La pèrdua de pols

Es valorarà la pèrdua de pols en el moment del remull, en aquest punt, l'empresa que presenti menys pèrdua de pols en el moment de remull obtindrà 10 punts, la resta d'empreses obtindrà 0 punts

3.4 Uniformitat de la barreja aigua-guix

Es valorarà la uniformitat de la barreja aigua-guix. La empresa que presenti mes uniformitat a la barreja obtindrà 10 punts, la resta d'empreses obtindrà 0 punts.

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 20 punts dels criteris de valoració de judici de valor seran desestimades.

Conclusió:

1. S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de totes les ofertes tenint amb compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses indicades.
2. En el document adjunt com **Annex 1: Base de ponderacions - Criteris sotmesos a Judici de valor**, s'indica les consideracions tècniques i el motiu de desestimació així com la puntuació obtinguda per l'oferta presentada.

ANNEX 1

Base de ponderacions

C3/CC00/10139400/04/ANUP										30 (SUBJECTU)				
Lot	R/V	Pos	Material	Desc. Material	Lliçador	Num	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Llistat (preu referencial)	FÀCIL MANIPULACIÓ	Preu / No preu	Total puntació TÈCNICA
2	8	20	30000142	Bena elàstica adhesiva de coto blanquejat y= 60%. Fi central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 5cm x 1cm x 2,70m +/- 20cm en repòs. Enrotllat sobre un canonot. Lliure de làtex.	AS800566	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	167000	SANITINAS FORTE LITE	VENDA ELAST ADH HOSP FORTE LITE ALIG 6CMx2,7M LI	22381	1.050000	30	SI	30
2	8	20	30000162	Bena elàstica adhesiva de coto blanquejat y= 60%. Fi central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 5cm x 1cm x 2,70m +/- 20cm en repòs. Enrotllat sobre un canonot. Lliure de làtex.	AG0211653	FARMABANLS.A.	1121	CPK PLAST Libex Free	CPK PLAST Libex Free 5cm x 2,7m	22381	1.050000	15	SI	15
2	8	30	30000163	Bena elàstica adhesiva de coto blanquejat y= 60%. Fi central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 7,5cm x 1cm x 2,70m +/- 20cm en repòs. Enrotllat sobre un canonot. Lliure de làtex.	AS800566	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	167001	SANITINAS FORTE LITE	VENDA ELAST ADH HOSP FORTE LITE ALIG 8CMx2,7M LI	34102	1.412600	30	SI	30
2	8	30	30000163	Bena elàstica adhesiva de coto blanquejat y= 60%. Fi central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 7,5cm x 1cm x 2,70m +/- 20cm en repòs. Enrotllat sobre un canonot. Lliure de làtex.	AG0211653	FARMABANLS.A.	1122	CPK PLAST Libex Free	CPK PLAST Libex Free 7,5cm x 2,7m	34102	1.412600	15	SI	15
2	8	40	30000164	Bena elàstica adhesiva de coto blanquejat y= 60%. Fi central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 10cm x 1cm x 2,70m +/- 20cm en repòs. Enrotllat sobre un canonot. Lliure de làtex.	AS800566	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	167002	SANITINAS FORTE LITE	VENDA ELAST ADH HOSP FORTE LITE ALIG 10CMx2,7M LI	16708	1.710000	30	SI	30
2	8	40	30000164	Bena elàstica adhesiva de coto blanquejat y= 60%. Fi central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 10cm x 1cm x 2,70m +/- 20cm en repòs. Enrotllat sobre un canonot. Lliure de làtex.	AG0211653	FARMABANLS.A.	1123	CPK PLAST Libex Free	CPK PLAST Libex Free 10cm x 2,7m	16708	1.710000	15	SI	15

CS/CC00/1101394084/24/AMUP											MAX:					Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA		
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació (preu referència)	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)			10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)
3	B	90	30000177	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 5 cm x 2,7m	A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, SA	332720	Platrix	5cm x 2,7m	2414	0.310000		10	10	10	10	10	SI	50
3	B	90	30000177	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 5 cm x 2,7m	A60211653	FARMABAN,S.A.	1364	Yesolona Xtra.	Yesolona Xtra. 5cm x 2,7m	2414	0.310000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que no fragua, no te rigidesa per manca de guix i perd mes del 50% del pols necessari per aconseguir mes guix.	0	0	0	0	0	NO	0
3	B	90	30000177	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 5 cm x 2,7m	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	Y1212160	IBERIAN CARE	VENDA ESCAYOLA 5CMX2,7M	2414	0.310000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que triga en adquirir rigidesa i queden grumolls al guix. El temps de fraguat es molt llarg.Té una uniformitat baixa	0	0	10	0	0	NO	10
3	B	100	30000178	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 10 cm x 2,7m	A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, SA	332721	Platrix	10cm x 2,7m	33225	0.570000		10	10	10	10	10	SI	50
3	B	100	30000178	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 10 cm x 2,7m	A60211653	FARMABAN,S.A.	1366	Yesolona Xtra.	Yesolona Xtra. 10cm x 2,7m	33225	0.570000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que no fragua, no te rigidesa per manca de guix i perd mes del 50% del pols necessari per aconseguir mes guix.	0	0	0	0	0	NO	0
3	B	100	30000178	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 10 cm x 2,7m	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	Y1212161	IBERIAN CARE	VENDA ESCAYOLA 10CMX2,7M	33225	0.570000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que triga en adquirir rigidesa i queden grumolls al guix. El temps de fraguat es molt llarg.Té una uniformitat baixa	0	0	10	0	0	NO	10
3	B	110	30000179	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 15 cm x 2,7m	A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, SA	332722	Platrix	15cm x 2,7m	38178	0.800000		10	10	10	10	10	SI	50
3	B	110	30000179	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 15 cm x 2,7m	A60211653	FARMABAN,S.A.	1367	Yesolona Xtra.	Yesolona Xtra. 15cm x 2,7m	38178	0.800000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que no fragua, no te rigidesa per manca de guix i perd mes del 50% del pols necessari per aconseguir mes guix.	0	0	0	0	0	NO	0
3	B	110	30000179	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 15 cm x 2,7m	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	Y1212162	IBERIAN CARE	VENDA ESCAYOLA 15CMX2,7M	38178	0.800000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que triga en adquirir rigidesa i queden grumolls al guix. El temps de fraguat es molt llarg.Té una uniformitat baixa	0	0	10	0	0	NO	10
3	B	120	30000180	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 20 cm x 2,7m	A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, SA	332723	Platrix	20cm x 2,7m	2379	0.990000		10	10	10	10	10	SI	50
3	B	120	30000180	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 20 cm x 2,7m	A60211653	FARMABAN,S.A.	1368	Yesolona Xtra.	Yesolona Xtra. 20cm x 2,7m	2379	0.990000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que no fragua, no te rigidesa per manca de guix i perd mes del 50% del pols necessari per aconseguir mes guix.	0	0	0	0	0	NO	0
3	B	120	30000180	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix > = 400 gr/m2. perdut de guix al mollarla < = 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 20 cm x 2,7m	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	Y1212163	IBERIAN CARE	VENDA ESCAYOLA 20CMX2,7M	2379	0.990000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que triga en adquirir rigidesa i queden grumolls al guix. El temps de fraguat es molt llarg.Té una uniformitat baixa	0	0	10	0	0	NO	10