

**INFORME CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
SUBMINISTRAMENT AGREGAT BENES I EMBENATGES
CS/CC00/1101394084/24/AMUP**

En aquest expedient de licitació (criteris sotmesos a judici de valor, lots 2 i 3), s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- IBERIAN CARE 2016, S.L.
- HARTMANN, S.A.
- FARMABAN, S.A.
- BARNA IMPORT MEDICA, S.A.
- CALVO IZQUIERDO, S.L.

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (núm de document CA-AMUP-S-67-24)

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors (De fàcil manipulació, Temps de fraguat, Rigidesa del guix, Pèrdua de pols, Uniformitat de la barreja aigua-guix). Tots ells són criteris que han estat ponderats per un grup d'experts multicèntric compost pels diferents facultatius designats pels hospitals de l'ICS.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, els **criteris subjectes a judici de valor del lot 3**, que no obtinguin un mínim de 20 punts seran desestimats. Pel que fa el lot 2 les ofertes que no compleixin amb els ítems establerts els criteris, quedaran excloses de la valoració.

La oferta del proveïdor Calvo Izquierdo, S.L. ha quedat descartada per presentar informació econòmica al sobre 2.

Consideracions tècniques i procediment de valoració:

Desglossament

En aquest grup la puntuació de criteris amb judici de valor ha estat de 30 punts.

LOT 02 – Bena Adhesiva per Tensió (Tensó)

2.1 De fàcil manipulació

Es valorarà que l'adhesiu del material quan s'enganxi entre si, es pugui desenganxar, torni a la seva posició inicial i es pugui recol·locar amb la finalitat de tenir una millor manipulació. Aquesta valoració es farà segons criteri clínic. El desglossament de puntuació serà el següent:

- 30 punts: Dificultat baixa per tornar a la posició inicial un cop enganxat entre si
- 15 punts: Dificultat mitja per tornar a la posició inicial un cop enganxat entre si
- 0 punts: La resta d'ofertes que no compleixin amb els ítems anteriors.

Desglossament

LOT 03 – Benes de guix

3.1 Temps de fraguat

Es valorarà els temps de fraguat amb una mostra. Es comprovarà el temps de fraguat, es a dir, que el guix tingui les condicions adients per ser utilitzat correctament entre els 105 i el 135 segons. Obtindran 10 punts, la resta d'empreses obtindran 0 punts

3.2 Rigidesa del guix

Es valorarà la rigidesa del guix als 30 minuts de l'inici del procediment. La empresa que als 30 minuts el guix estigui totalment rígid obtindrà 10 punts i la resta d'empreses obtindrà 0 punts

3.3 La pèrdua de pols

Es valorarà la pèrdua de pols en el moment del remull, en aquest punt, l'empresa que presenti menys pèrdua de pols en el moment de remull obtindrà 10 punts, la resta d'empreses obtindrà 0 punts

3.4 Uniformitat de la barreja aigua-guix

Es valorarà la uniformitat de la barreja aigua-guix. La empresa que presenti mes uniformitat a la barreja obtindrà 10 punts, la resta d'empreses obtindrà 0 punts.

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 20 punts dels criteris de valoració de judici de valor seran desestimades.

Conclusió:

1. S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de totes les ofertes tenint amb compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses indicades.
2. En el document adjunt com **Annex 1: Base de ponderacions - Criteris sotmesos a Judici de valor**, s'indica les consideracions tècniques i el motiu de desestimació així com la puntuació obtinguda per l'oferta presentada.

ANNEX 1

Base de ponderacions

CJ/CCSU/16194884/04/ANUP										30 (SUBJECTIU)				
Lot	R/V	Pos	Material	Desc. Material	Lliçador	Num	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació (preu referencial)	FÀCIL MANIPULACIÓ	Països / No passiu	Total puntació TÈCNICA
2	8	20	30000142	Beria elàstica adhesiva de coto blanquejat >= 60%. FI central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 5cm/ 1cm x 2,70m +/- 20cm en replis. Enrotllat sobre un canonet. Usura de làtex.	A5800586	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	167000	SANITINAS FORTE LITE	VENDA ELAST ADH HOSP FORTE LITE ALG 6CMX2,7M UI	22381	1.050000	30	SI	30
2	8	20	30000162	Beria elàstica adhesiva de coto blanquejat >= 60%. FI central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 5cm/ 1cm x 2,70m +/- 20cm en replis. Enrotllat sobre un canonet. Usura de làtex.	A60211653	FARMABAN,S.A.	1121	CPK PLAST Libex Free	CPK PLAST Libex Free 5cm x 2,7m	22381	1.050000	15	SI	15
2	8	30	30000163	Beria elàstica adhesiva de coto blanquejat >= 60%. FI central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 7,5cm/ 1cm x 2,70m +/- 20cm en replis. Enrotllat sobre un canonet. Usura de làtex.	A5800586	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	167001	SANITINAS FORTE LITE	VENDA ELAST ADH HOSP FORTE LITE ALG 8CMX2,7M UI	34102	1.412600	30	SI	30
2	8	30	30000163	Beria elàstica adhesiva de coto blanquejat >= 60%. FI central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 7,5cm/ 1cm x 2,70m +/- 20cm en replis. Enrotllat sobre un canonet. Usura de làtex.	A60211653	FARMABAN,S.A.	1122	CPK PLAST Libex Free	CPK PLAST Libex Free 7,5cm x 2,7m	34102	1.412600	15	SI	15
2	8	40	30000164	Beria elàstica adhesiva de coto blanquejat >= 60%. FI central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 10cm/ 1cm x 2,70m +/- 20cm en replis. Enrotllat sobre un canonet. Usura de làtex.	A5800586	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	167002	SANITINAS FORTE LITE	VENDA ELAST ADH HOSP FORTE LITE ALG 10CMX2,7M UI	16708	1.710000	30	SI	30
2	8	40	30000164	Beria elàstica adhesiva de coto blanquejat >= 60%. FI central de color. Gramatge amb l'adhesiu >140g/m2, extensibilitat >70%. Mides: 10cm/ 1cm x 2,70m +/- 20cm en replis. Enrotllat sobre un canonet. Usura de làtex.	A60211653	FARMABAN,S.A.	1123	CPK PLAST Libex Free	CPK PLAST Libex Free 10cm x 2,7m	16708	1.710000	15	SI	15

CS/CC00/1101394084/24/AMUP											MAX:					Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA		
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació (preu referència)	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)			10 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)
3	B	90	30000177	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 5 cm x 2,7m	A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, SA	332720	Platrix	5cm x 2,7m	2414	0.310000		10	10	10	10	10	SI	50
3	B	90	30000177	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 5 cm x 2,7m	A60211653	FARMABAN,S.A.	1364	Yesolona Xtra.	Yesolona Xtra. 5cm x 2,7m	2414	0.310000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que no fragua, no te rigidesa per manca de guix i perd mes del 50% del pols necessari per aconseguir mes guix.	0	0	0	0	0	NO	0
3	B	90	30000177	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 5 cm x 2,7m	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	Y1212160	IBERIAN CARE	VENDA ESCAYOLA 5CMX2,7M	2414	0.310000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que triga en adquirir rigidesa i queden grumolls al guix. El temps de fraguat es molt llarg.Té una uniformitat baixa	0	0	10	0	0	NO	10
3	B	100	30000178	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 10 cm x 2,7m	A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, SA	332721	Platrix	10cm x 2,7m	33225	0.570000		10	10	10	10	10	SI	50
3	B	100	30000178	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 10 cm x 2,7m	A60211653	FARMABAN,S.A.	1366	Yesolona Xtra.	Yesolona Xtra. 10cm x 2,7m	33225	0.570000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que no fragua, no te rigidesa per manca de guix i perd mes del 50% del pols necessari per aconseguir mes guix.	0	0	0	0	0	NO	0
3	B	100	30000178	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 10 cm x 2,7m	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	Y1212161	IBERIAN CARE	VENDA ESCAYOLA 10CMX2,7M	33225	0.570000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que triga en adquirir rigidesa i queden grumolls al guix. El temps de fraguat es molt llarg.Té una uniformitat baixa	0	0	10	0	0	NO	10
3	B	110	30000179	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 15 cm x 2,7m	A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, SA	332722	Platrix	15cm x 2,7m	38178	0.800000		10	10	10	10	10	SI	50
3	B	110	30000179	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 15 cm x 2,7m	A60211653	FARMABAN,S.A.	1367	Yesolona Xtra.	Yesolona Xtra. 15cm x 2,7m	38178	0.800000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que no fragua, no te rigidesa per manca de guix i perd mes del 50% del pols necessari per aconseguir mes guix.	0	0	0	0	0	NO	0
3	B	110	30000179	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 15 cm x 2,7m	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	Y1212162	IBERIAN CARE	VENDA ESCAYOLA 15CMX2,7M	38178	0.800000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que triga en adquirir rigidesa i queden grumolls al guix. El temps de fraguat es molt llarg.Té una uniformitat baixa	0	0	10	0	0	NO	10
3	B	120	30000180	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 20 cm x 2,7m	A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, SA	332723	Platrix	20cm x 2,7m	2379	0.990000		10	10	10	10	10	SI	50
3	B	120	30000180	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 20 cm x 2,7m	A60211653	FARMABAN,S.A.	1368	Yesolona Xtra.	Yesolona Xtra. 20cm x 2,7m	2379	0.990000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que no fragua, no te rigidesa per manca de guix i perd mes del 50% del pols necessari per aconseguir mes guix.	0	0	0	0	0	NO	0
3	B	120	30000180	Bena de gasa cotó 100% entrellatada i enguixada, de fraguat ràpid. Suport >23 gr/m2. Pes guix >= 400 gr/m2. perdua de guix al mollarla <= 12%. Temps fraguat inicial 105 -135" amb aigua a 25º. Mides: 20 cm x 2,7m	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	Y1212163	IBERIAN CARE	VENDA ESCAYOLA 20CMX2,7M	2379	0.990000	Desestimada: Un cop provada la mostra pels tècnics consideren que triga en adquirir rigidesa i queden grumolls al guix. El temps de fraguat es molt llarg.Té una uniformitat baixa	0	0	10	0	0	NO	10