

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA DE LA LICITACIÓ CORRESPONENT A LA “CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP COMPLET D’ECMO DE SEGONA MÀ NECESSARI PER AL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL DEL MAR.”

(EXPEDIENT 349/2024-SU-POSA)

SOBRE ÚNIC

ÍNDEX

1	OBJECTE DE L'INFORME	3
2	REDACCIÓ DE L'INFORME	3
3	CONCURRÈNCIA I ANTECEDENTS	3
4	CRITERIS AVALUABLES D'APRECIACIÓ AUTOMÀTICA	3
4.1	Criteris a valorar	3
4.2	Aplicació del Barem	6
5.	CONCLUSIONS	9

1 OBJECTE DE L'INFORME

L'objecte del present informe és valorar l'adequació de la proposta sotmesa a criteris avaluable de forma automàtica presentada pels licitadors en el marc de la licitació amb número d'expedient 349/2024-SU-POSA, que respon a la necessitat de contractar EL SUBMINISTRAMENT D'UN EQUIP COMPLET D'ECMO DE SEGONA MÀ NECESSARI PER AL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE L'HOSPITAL DEL MAR.

2 REDACCIÓ DE L'INFORME

El present informe ha estat redactat pel Departament de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

3 CONCURRÈNCIA I ANTECEDENTS

D'acord amb el certificat emès per la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (PSPCP), s'han presentat dues postges en aquesta licitació:

- FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.
- GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L.

En relació amb la informació tècnica sol·licitada en el Sobre Únic s'ha procedit a la revisió dels requeriments bàsics de compliment obligatori d'acord amb tot allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

Es comprova tant l'abast de la documentació presentada com els requisits tècnics mínims sol·licitats als plecs de licitació i els seus annexos.

Es constata que els dos licitadors aporten correctament tota la informació sol·licitada i es verifica que segons aquesta documentació els equips oferts compleixen amb tots els requeriments mínims d'obligat compliment exigits en el PPT i en els seus annexos.

Es conclou que els dos licitadors són aptes per seguir dins del procediment de licitació i es procedeix a efectuar la valoració de criteris d'apreciació automàtica indicats a l'Annex 4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

4 CRITERIS AVALUABLES D'APRECIACIÓ AUTOMÀTICA

4.1 Criteris a valorar

Un cop feta la revisió de les condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i dels aspectes i característiques d'obligat compliment del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), es procedeix a la revisió i valoració dels criteris d'adjudicació, descrits a l'Annex 4 del PCAP:

PUNTUACIÓ TOTAL D'UNA OFERTA: 100 punts.

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els següents criteris d'adjudicació:

- Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 100,00 punts.

Justificació dels criteris d'adjudicació establerts: Els criteris d'adjudicació que s'han establert són els que s'han considerat més adients per identificar l'oferta amb la millor relació qualitat preu, atenent a la naturalesa i característiques del subministrament i a les necessitats específiques del CMPSB. Per aquest motiu, l'oferta econòmica té una ponderació de 50,00 punts.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: 100 PUNTS.

Conforme la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, en aquesta licitació s'utilitzarà la fórmula per a la valoració de les ofertes econòmiques que es descriu a continuació. Aquesta Directriu va ser aprovada per la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya d'acord amb les seves competències, les quals queden recollides a l'article 30 del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

De conformitat amb l'esmentada Directriu 1/2020 i l'article 146.2 de la LCSP, per a l'avaluació de les ofertes conforme als criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s'utilitzaran les següents:

Resum Barem:

<u>CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA</u>	PUNTUACIÓ
	100,00 Punts.
1. Puntuació de l'oferta econòmica:	50,00 Punts.
2. Reducció termini lliurament:	10,00 Punts.
3. Valoració Especificacions Tècniques (EETT) de l'Equip:	40,00 Punts.

1. Puntuació de l'oferta econòmica: **50,00 punts** d'acord a l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

On:

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar.

O_v = Oferta a valorar (import econòmic).

O_m = Oferta millor econòmicament (oferta d'import més baix).

IL = Import de Licitació.

VP = Valor de Ponderació (*).

P = Punts criteri econòmic.

(*) Per aquesta licitació s'ha pres un valor de ponderació VP = **1,50** (atenent l'opció que es contempla a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya).

Les baixes presumptament desproporcionades seran les que $OVi \leq 0,90 \times PM$, on PM és la mitja aritmètica dels preus de les ofertes presentades.

La mitja aritmètica es calcularà en funció del número d'empreses "n" presentades:

- Si $n \leq 4$, es calcula la mitjana amb totes les ofertes.
- Si $5 \leq n \leq 7$, es calcula la mitjana descartant l'oferta més econòmica i la més cara.
- Si $n \geq 8$, es calcula la mitjana descartant les 2 ofertes més econòmiques i les 2 més cares.

2. Reducció termini de lliurament: 10 punts

El proveïdor inclou un termini de lliurament inicial del subministrament de l'equip, inferior al màxim establert al Plec de Prescripcions Tècniques. Es valorarà d'acord a la fórmula següent:

$$\text{Termini lliurament} = \left[\left(\frac{\text{Termini mínim}}{\text{Termini comparat}} \right) \times \text{Punts apartat} \right]$$

Tenint en consideració un termini **de reducció màxim** a valorar d'1 setmana, és a dir, el mínim termini de lliurament acceptat serà de 2 setmanes.

El termini de lliurament s'ha d'indicar amb setmanes senceres.

3. Valoració Especificacions Tècniques (EETT) de l'Equip: 40 punts.

Es proposen els següents criteris automàtics per l'equip 1720050100 EQUIP COMPLET D'ECMO
(DOCUMENT EXCEL: MJ_CAUT_ECMO)

4	Característiques tècniques qualitatives objectives a valorar	Puntuació màxima
4.1	Temps d'autonomia màxima de l'Equip (en hores): Puntuació = $\left[\left(\frac{\text{Hores comparades}}{\text{Hores màximes}} \right) \times \text{Punts apartat} \right]$	7,5
4.2	Incloure a cost zero un motor secundari d'accionament elèctric o automàtic: Sí: màxima puntuació de l'apartat No: 0 punts	10
4.3	Que l'equip tingui possibilitat de realitzar flux pulsàtil: Sí: màxima puntuació de l'apartat No: 0 punts	10
4.4	Bateries extraïbles i intercanviables que permetin el seu canvi durant el funcionament de la terapia: Sí: màxima puntuació de l'apartat No: 0 punts	7,5
4.5	Autonomia mínima de la bateria superior a 100 minuts: Puntuació = $\left[\left(\frac{\text{Minuts comparats}}{\text{Minuts màxims}} \right) \times \text{Punts apartat} \right]$	5
Puntuació Total Valoració Especificacions Tècniques (EETT) de l'equip:		40

4.2 Aplicació del Barem

D'acord amb la documentació presentada pels licitadors i seguint el barem establert, es desenvolupa la revisió de les ofertes realitzant una valoració global dels criteris avaluable d'apreciació automàtica:

Punt 1 del Barem: Puntuació de les ofertes econòmiques:

L'import de les ofertes econòmiques (IVA exclòs) és el següent:

- ✓ FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.:**30.000,00 €**
- ✓ GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L.**30.000,00 €**

L'import de les propostes econòmiques no presenten baixa respecte el preu de licitació (30.000,00 €).

Com a resultat d'aplicar la fórmula de valoració, s'obté la següent puntuació:

- ✓ **FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.:..... 50,00 Punts.**
- ✓ **GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L..... 50,00 Punts.**

Punt 2 del Barem: Reducció del termini de lliurament:

- ✓ FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U:Reducció d'1 setmana.
- ✓ GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L.Reducció de 2 setmanes, però tal com s'indica a la descripció del barem, no s'accepta més d'1 setmana de reducció.

Per tant, com a resultat d'aplicar la fórmula de valoració, s'obté la següent puntuació:

- ✓ **FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.:..... 10,00 Punts.**
- ✓ **GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L..... 10,00 Punts.**

Punt 4 del Barem: Valoració Especificacions Tècniques (EETT) de l'Equip:

4.1. Temps d'autonomia màxima de l'equip (en hores):

- FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U: L'equip ofereix 7 hores d'autonomia màxima amb les bateries incloses en la oferta. Aquest valor de 7hores resulta ser el valor màxim de la fórmula per a tots els licitadors.

Puntuació= $(7/7)*7,5 = 7,5$ Punts

- GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L. L'equip ofereix 3 hores d'autonomia amb les bateries incloses en la oferta, doncs les 6 hores que indiquen a la Taula de les seves respostes tècniques no es poden considerar perquè tal com s'indica després en el seu document 11.

Memòria Tècnica, a la pàgina 4, la duració de 6 hores s'assoleix en base a afegir dos bateries externes que son accessoris addicionals no inclosos en la seva oferta. Per tant, la puntuació per aquets concepte és la següent:

$$\text{Puntuació} = (3/7) * 7,5 = 3,21 \text{ Punts}$$

4.2. Incloure a cost zero un motor secundari d'accionament elèctric o automàtic:

- FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U: Segon motor inclòs a la Memòria Tècnica.
Puntuació= 10 Punts.
- GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L. Segon motor inclòs a la Memòria Tècnica.
Puntuació= 10 Punts.

4.3. Que l'equip tingui possibilitat de realitzar flux pulsàtil:

- FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U:L'equip Sí té aquesta possibilitat.
Puntuació= 10 Punts.
- GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L. L'equip NO té aquesta funcionalitat.
Puntuació= 0 Punts.

4.4. Bateries extraïbles i intercanviables que permetin el seu canvi durant el funcionament de la teràpia:

- FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U: L'equip Sí disposa d'aquesta possibilitat.
Puntuació= 7.5 Punts.
- GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L. L'equip Sí disposa d'aquesta possibilitat.
Puntuació= 7.5 Punts.

4.5. Autonomia mínima de la bateria superior a 100 min:

- FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U: Segons indica a la taula de respostes i es verifica amb la documentació aportada, l'equip té una autonomia mínima de 120 min. Aquest valor de 120 minuts resulta ser el valor màxim de la fórmula per a tots els licitadors.
Puntuació= $(120/120) * 5 = 5$ Punts.

- **GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L.** En el seu document de respostes al Barem, en aquest apartat el licitador indica SÍ, però no dona cap valor de temps. Analitzant la documentació tècnica presentada, en concret el document 11. Memòria Tècnica, a la pàgina 4, explica que l'equip de sèrie inclou dos bateries amb una duració total de 3 hores (180 minuts). Aquestes 3 hores son l'autonomia màxima considerada en el punt 4.1; en conseqüència, l'autonomia mínima de l'equip seria la que s'obtingria amb únicament una d'aquestes dues bateries. Per tant, l'autonomia mínima d'aquests equip és de 90 minuts. En aquest punt del Barem el que es puntuja és que l'autonomia mínima de l'equip estigui per sobre del 100 minuts, per tant, aquest equip, no obté punts per aquest concepte.

$$\text{Puntuació} = (0/120) * 5 = 0$$

En la següent taula es resum la puntuació total del Punt 4 del Barem:

4	Característiques tècniques qualitatives objectives a valorar	Puntuació màxima	Puntuació Obtinguda FRESENIUS	Puntuació Obtinguda GIC
4.1	Temps d'autonomia màxima de l'Equip (en hores): Puntuació = $\left[\left(\frac{\text{Hores comparades}}{\text{Hores màximes}} \right) \times \text{Punts apartat} \right]$	7,5	7,5	3,21
4.2	Incloure a cost zero un motor secundari d'accionament elèctric o automàtic: Sí: màxima puntuació de l'apartat No: 0 punts	10	10	10
4.3	Que l'equip tingui possibilitat de realitzar flux pulsàtil: Sí: màxima puntuació de l'apartat No: 0 punts	10	10	0
4.4	Bateries extraïbles i intercanviables que permetin el seu canvi durant el funcionament de la terapia: Sí: màxima puntuació de l'apartat No: 0 punts	7,5	7,5	7,5
4.5	Autonomia mínima de la bateria superior a 100 minuts: Puntuació = $\left[\left(\frac{\text{Minuts comparats}}{\text{Minuts màxims}} \right) \times \text{Punts apartat} \right]$	5	5	0
Puntuació Total Valoració Especificacions Tècniques (EETT) de l'equip:		40	40	20,71

Per tant, com a resultat d'aplicar la valoració de les característiques tècniques, s'obté la següent puntuació:

- ✓ **FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.:**..... **40,00 Punts.**
- ✓ **GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L.:**..... **20,71 Punts.**

En resum, la puntuació total obtinguda respecte dels criteris automàtics és la següent:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA	PUNTUACIÓ	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U	GIC S.L.
1. Puntuació de l'oferta econòmica:	50,00 Punts.	50,00 Punts.	50,00 Punts.
2. Reducció termini de lliurament:	10,00 Punts.	10,00 Punts.	10,00 Punts.
3. Especificacions Tècniques (EETT) de l'Equip:	40,00 Punts.	40,00 Punts.	20,71 Punts.
PUNTUACIÓ TOTAL:	100,00 Punts.	100,00 Punts	80,71 Punts

5. CONCLUSIONS

Atès la valoració de la proposta presentada i la puntuació final obtinguda, es conclou i s'informa que:

- La proposta tècnica de l'empresa FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U. és adequada atès que compleix amb els requeriments mínims d'obligat compliment del plec de prescripcions tècniques.
- La proposta tècnica de l'empresa GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L. és adequada atès que compleix amb els requeriments mínims d'obligat compliment del plec de prescripcions tècniques.
- L'oferta econòmica la és correcta i la resta de criteris d'apreciació automàtica dels dos licitadors s'han pogut avaluar correctament en base a la documentació aportada.
- Els licitadors assoleixen la puntuació total següent:
 - **FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U:** **100,00 Punts.**
 - **GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L.**..... **..80,71 Punts.**
- Es conclou proposar com adjudicatari al licitador **FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.**

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Elisabet Izquierdo i Asensio.
 Directora de Serveis Generals i Infraestructures CMPSB.