

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR : Subministrament agregat de material Intervencionisme Neurològic complementari CS/CC00/1101398062/24/AM	Unitat de Planificació
	IT-AM-S-1101398062

En aquest expedient de licitació s'ha valorat amb criteris sotmesos a judici de valor.

Les empreses que han presentat ofertes són les següents:

- ACUÑA Y FOMBONA, S.A
- CARDIVA 2 SL
- CORDIS MEDICAL SPAIN S.L
- JOHNSON&JOHNSON, S.A
- LOGSA ENDOMEDICAL, SLU
- MEDTRONIC IBERICA, S.A
- MERCE V.ELECTROMEDICINA, S.L
- WORLD MEDICA, S.L

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4 (número de document CA-AM-S-90-24).

Consideracions tècniques i avaluació dels criteris sotmesos a judici de valor :

El procediment seguit en l'avaluació de tots els desglossaments ha estat:

1. Comprovar el compliment de les característiques bàsiques sol·licitades:

Les ofertes que incompleixen els requeriments bàsics han estat desestimades, quedant fora de la ponderació de la resta de criteris de valoració.

2. Aplicació dels criteris subjectes a les puntuacions previstes judici de valor previstos als plecs per a la valoració tècnica de les ofertes.

Per la valoració tècnica s'ha tingut en compte la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR : Subministrament agregat de material Intervencionisme Neurològic complementari CS/CC00/1101398062/24/AM	Unitat de Planificació IT-AM-S-1101398062
---	---

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS JUDICI DE VALOR– S'indica el desglossament de puntuacions i les ofertes validades tècnicament. Els motius de desestimació estan indicats en la columna corresponent.
- ANNEX 2 : FULL ASSISTÈNCIA TÈCNICS

ANNEX 1_BASE PONDERACIONS

		CS/CC00/1101398062/24/AM							MAX:										
Lot	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	SUPORT/ESTABILITAT	RADIOPACITAT CATÈTER	NAVEGABILITAT CATÈTER	CAPACITAT EMPENYIM	CAPACITAT DE TORQUE	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	TOTAL PUNTUACIÓ	VALORAT TÈCNICAMENT	
1	999300015	A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Berenstein II (BERN), hidrofílic, diferents \varnothing i longituds	B02702975	CORDIS MEDICAL SPAIN SLU	VER ANEXO	CORDIS	TEMPO AQUA			10	10	5	5	5	SI	35	35	SI	

ANNEX 1_BASE PONDERACIONS

CS/CC00/1101398062/24/AM													MAX:	20 (SUBJECTIU)	20 (SUBJECTIU)				
Lot	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Models Duplicats	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	RADIOPACI DISPOSITIU	NAVEGABIL DISPOSITIU	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	TOTAL PUNTUACIÓ	VALORAT TÈCNICAMENT
2	999300144	A - Dispositiu de protecció embòlica cerebral, no lligat a la guia, per a diferents guies, vàries mides	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MOM0130068X5 / MOM0130069X6	MEDTRONIC	MOMA ULTRA	22						20	10	SI	30	30	SI
2	999300144	A - Dispositiu de protecció embòlica cerebral, no lligat a la guia, per a diferents guies, vàries mides	B02702975	CORDIS MEDICAL SPAIN SLU	VER ANEXO	CORDIS	ANGIOGUARD CAROTID	22	CORDIS	ANGIOGUARD CAROTID	999302055		Desestimada: presenten model duplicat que s'ajusta millor al codi agrupador 999302055. El dispositiu està lligat a la guia.	0	0	NO	0	0	NO
2	999300144	A - Dispositiu de protecció embòlica cerebral, no lligat a la guia, per a diferents guies, vàries mides	B82612599	WORLD MEDICA, SL	VER TABLA DE REFERENCIA	LEPU MEDIAL	PROENDER	22						20	10	SI	30	30	SI
2	999300144	A - Dispositiu de protecció embòlica cerebral, no lligat a la guia, per a diferents guies, vàries mides	B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	SDNXXTW	BALTON LTD	ROBIN	22	BALTON LTD	ROBIN	999302055		Desestimada: presenten model duplicat que s'ajusta millor al codi agrupador 999302055. El dispositiu està lligat a la guia.	0	0	NO	0	0	NO
2	999300161	A - Dispositiu per a trombectomia mecànica intracranial d'stent recuperable amb disseny específic trombo dur, vàries mides	A28218675	JOHNSON & JOHNSON,S.A.	GCE4528	CERENOVUS	NIMBUS	5						20	20	SI	40	40	SI
2	999300161	A - Dispositiu per a trombectomia mecànica intracranial d'stent recuperable amb disseny específic trombo dur, vàries mides	A33620485	ACUÑA Y FOMBONA,S.A.	VER ANEXO DE REFERENCIAS	VESALIO	NEVA	5						10	0	SI	10	10	NO
2	999300161	A - Dispositiu per a trombectomia mecànica intracranial d'stent recuperable amb disseny específic trombo dur, vàries mides	B80601982	CARDIVA 2 SL	VARIAS	iVascular	iNtercept	5						10	10	SI	20	20	SI
2	999300161	A - Dispositiu per a trombectomia mecànica intracranial d'stent recuperable amb disseny específic trombo dur, vàries mides	B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	FG000X	PERFLOW MEDICAL LTD	STREAM	5					Desestimada: el model presentat no especifica que el disseny sigui específic per Trombo dur	0	0	NO	0	0	NO
2	999302055	A - Dispositiu de protecció embòlica amb filtres independents de la guia, vàries mides	B02702975	CORDIS MEDICAL SPAIN SLU	VER ANEXO	CORDIS	ANGIOGUARD CAROTID	9	CORDIS	ANGIOGUARD CAROTID	999302055			10	10	SI	20	20	SI
2	999302055	A - Dispositiu de protecció embòlica amb filtres independents de la guia, vàries mides	B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	SDNXXTW	BALTON LTD	ROBIN	9	BALTON LTD	ROBIN	999302055			10	10	SI	20	20	SI

ANNEX 1_BASE PONDERACIONS

CS/CC00/1101398062/24/AM											MAX:	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuaci ó TÈCNICA	TOTAL PUNTAU CI Ó	VALORACI Ó TÈCNICA
Lot	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Consideracions tècniques	Millores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	SUPPORT/ESTABIL ITAT	RADIOPACITAT CATÈTER	NAVEGABILITAT CATÈTER	CAPACITAT EMPENYIM	CAPACITAT DE TORQUE				
3	999302112	A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Simmons II (SIM2), no hidrofílic, diferents Ø i longituds	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	105F-SIM-120 / 105F-SIM-130	MEDTRONIC	RADIAL RIST	343				10	10	10	5	5	SI	40	40	SI
3	999302112	A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Simmons II (SIM2), no hidrofílic, diferents Ø i longituds	B02702975	CORDIS MEDICAL SPAIN SLU	VER ANEXO	CORDIS	TEMPO	343				5	5	0	0	0	SI	10	10	NO
3	999302112	A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Simmons II (SIM2), no hidrofílic, diferents Ø i longituds	B80601982	CARDIVA 2 SL	VARIAS	Angiodynamic s	Soft-Vu	343				5	5	5	5	5	SI	25	25	SI
3	999302120	A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Berenstein I (BERN), no hidrofílic, diferents Ø i longituds	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	105F-BER-120 / 105F-BER-130	MEDTRONIC	RADIAL RIST	610				10	10	10	5	5	SI	40	40	SI
3	999302120	A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Berenstein I (BERN), no hidrofílic, diferents Ø i longituds	B02702975	CORDIS MEDICAL SPAIN SLU	VER ANEXO	CORDIS	TEMPO	610				5	5	0	0	0	SI	10	10	NO
3	999302120	A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu cerebral corba tipus Berenstein I (BERN), no hidrofílic, diferents Ø i longituds	B80601982	CARDIVA 2 SL	VARIAS	Angiodynamic s	Soft-Vu	610				5	5	5	5	5	SI	25	25	SI

Annex 1_BASE PONDERACIONS

Lot	Material	CS/CC00/1101398062/24/AM									MAX:	15 (SUBJECTIU)	15 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	TOTAL PUNTUACIÓ	VALORACIÓ TÈCNICA
		Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Consideracions tècniques	Millores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	RADIOPACITAT CATÈTER	NAVEGABILITAT	RESISTÈNC DEFORMACIÓ				
4	999302753	A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter guia cerebral DI >=0,088", amb vàlvula extraïble diferents Ø i longituds	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	VARIAS	PENUMBRA	NEURON MAX088	605				15	15	10	SI	40	40	SI
4	999302754	A - Intervencionisme Neurovascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic de Ø5F Ø6F, longitud>=125cm, diferents corbes	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	VARIAS	PENUMBRA	NEURON SELECT 5F y 6F	284				15	15	10	SI	40	40	SI
4	999302755	A - Catèter aspiració trombectomia proximal DI 0,062" <=0,078", diferents Ø i longituds	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	VARIAS	PENUMBRA	RED 62S, RED68 , RED72	2				15	15	10	SI	40	40	SI
4	999302756	A - Catèter aspiració trombectomia distal DI 0,035" i longitud >=160cm	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	1300200481	PENUMBRA	3 MAXC	30				15	15	10	SI	40	40	SI
4	999302764	A - Cànter/recipient per sistema trombectomia mecànica d'aspiració directa compatible amb bomba, diferents capacitats	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	1300200482	PENUMBRA	PAPS3	329				15	15	10	SI	40	40	SI
4	999302765	A - Tub d'aspiració compatible amb catèters de repersió, varies mides	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	1300200478	PENUMBRA	PST3	2				15	15	10	SI	40	40	SI

FULL D'ASSISTÈNCIA


Comissió tècnica per a l'avaluació d'ofertes de l'expedient CS/CC00/1101398062/24/AM_Intervencionisme Neurològic complementari

Dades de la convocatòria

Sessió núm.	1ª Sessió Avaluacio d'ofertes
Data	5/9/2024
Horari	9:30 a 13:00 hores
Lloc	Sala 3.1
Fase	

Recordeu que totes les deliberacions i acords presos en aquesta comissió tècnica són confidencials

Tècnics assistents

Nom i cognoms		Signatura
Dr. Alejandro Tomasello Weitz	AH01 Hospital de la Vall d'Hebron	
Dra. Sònia Aixut Lorenzo	AH02 Hospital de Bellvitge	
Dr. Carlos Castaño	AH03 Hospital Germans Trias i Pujol	
Dra. Mª Àngels de Miquel	AH02 Hospital de Bellvitge	
	Catàleg	
DR FRANCISCO DIANA	AH02 HOSPITAL DE LA VALL D'HEBRON	