

Núm. d'expedient:	CS/AH02/1101395466/24/AMUP
Típus:	Subministraments
Procediment:	Obert
Objecte:	Subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Resolució d'adjudicació

Antecedents

Atesa la necessitat de contractar el subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Vista l'acta de la sessió de la mesa de contractació en la qual es proposa l'adjudicació.

Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient CS/AH02/1101395466/24/AMUP mitjançant procediment obert.

Fonaments jurídics

D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu la llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la Resolució SLT/2490/2024, de 4 de juliol, del director gerent de l'Institut Català de la Salut, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària a les persones titulars de les gerències d'atenció primària i a la comunitat i de les gerències hospitalàries.

Resolc

Primer.- Adjudicar l'acord marc per al subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge, a les empreses i pels imports unitaris que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució pels motius indicats en l'annex 2, pel període comprès entre el 3 d'octubre de 2024 i el 31 de desembre de 2025, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos.

Segon.- Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Tercer.- Notificar a les empreses interessades aquesta resolució.

Quart.- Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'enviament de la notificació.

La tramitació d'aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

L'Hospitalet de Llobregat,

Dra. Cristina Capdevila Aguilera

Gerent

Hospital Universitari de Bellvitge – Hospital de Viladecans

ANNEX I – LLISTAT ADJUDICATARIS

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/AH02/1101395466/24/AMUP SUBMINISTRAMENT DE KITS PER A PROCEDIMENTS DE PERFUSIÓ HIPERTÈRMICA INTRAPERITONEAL AMB CESSIÓ D#ÚS DE L#EQUIPAMENT NECESSARI

Lot: 001

Partida:000000

Empresa: B96056023 MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30064052	Eq infusió perfusió quimio-hipertèrmia intraperitoenal o intrapeural compost per: línies entrada i retorn, sondes de temperatura i equip d'inversió de flux, sense làtex, sense DEHP, estèril, env indi, lús. Compatible escalfador-bomba PERFORMER 3 o eq		60,000	3.388,000000 2.800,000000	203.280,00 168.000,00	21	R9900140		

TOTAL AMB IVA: 203.280,00
TOTAL SENSE IVA: 168.000,00

ANNEX II – ACTA DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ I INFORMES DE VALORACIÓ

ACTA obertura sobre 3, classificació de les ofertes i Proposta d'adjudicació

Expedient: CS/AH02/1101395466/24/AMUP

Objecte: Subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Membres de la Mesa:

Han estat nomenats membres de la Mesa de contractació,

Presidenta: Cristina Robles Agustin

Vocals:

- 1 Sr. Ramon Moreno Fuentes (Control Intern)
- 2 Sr. Pere Sust Ballester (Assessor Jurídic de l'ICS a l'HUB)
- 3 Sr. Javier Jimenez Perez. (Tècnic de la Unitat de compres de l'HUB)
- 4 Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap de Contractacions Administratives)

Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

Ordre del dia

Revisió de la documentació relativa al sobre número 3, classificació d'ofertes i proposta d'adjudicació de l'expedient de contractació CS/AH02/1101395466/24/AMUP per a la contractació de Subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Desenvolupament de la sessió

A les 10:30 del dia 19 d'agost de 2024, es constitueix vàlidament la Mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic).

Aquesta sessió és continuació de la sessió relativa a l'acta per la revisió de l'informe de valoració de la documentació tècnica avaluable mitjançant fórmules automàtiques.

La documentació que s'ha valorat correspon a les empreses licitadors

- MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L. B96056023
- BIOSURGICAL SL B85689438
- FERRER FARMA, S.A. A08707234

Aquesta sessió té com a finalitat la qualificació del contingut dels sobres núm. 3 els quals han estat presentats en sobre electrònic i realitzar la classificació de les proposicions admeses, l'avaluació de la documentació que obra en poder de l'ICS i proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de les mateixes

S'inicia la sessió i es procedeix a l'anàlisi dels informes de les ofertes presentades i de la valoració que s'ha fet d'aquestes, en aplicació dels criteris d'adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives particulars, informes els quals han estat elaborats pels tècnics

Els imports que ofereixen el licitador són:

Empresa	Maxim licitació	Oferta
MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L.	168.000,00 €	168.000,00 €
BIOSURGICAL SL	168.000,00 €	156.000,00 €
FERRER FARMA, S.A.	168.000,00 €	99.600,00 €

S'ha comprovat que les ofertes econòmiques no superen l'import de sortida de la licitació fixats al plec per a la contractació. A més de comprovar que els imports oferts no superen l'import de sortida, també s'ha comprovat que no incorren en oferta presumptament anormal o baixa temerària.

La puntuació que correspon aplicant la fórmula prevista als criteris d'adjudicació per valorar les ofertes econòmiques, és la següent:

Empresa	Puntuació
MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L.	28,37 punts
BIOSURGICAL SL	30,41 punts
FERRER FARMA, S.A.	40,00 punts

Seguidament es procedeix a calcular la puntuació final obtinguda per cada empresa amb la suma de les valoracions de tots els criteris d'adjudicació que regien aquesta contractació; el quadre final és el següent:

Empresa	Sobre 2	Sobre 3	Total
MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L.	60 punts	28,37 punts	88,37 punts
BIOSURGICAL SL	45 punts	30,41 punts	75,41 punts
FERRER FARMA, S.A.	34 punts	40,00 punts	74,00 punts

D'acord amb l'anterior, la Mesa adopta els següents:

Acords

1. Aprovar el quadre amb les puntuacions finals de la valoració dels criteris d'adjudicació avaluable i proposar l'oferta de l'empresa MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L. com la millor oferta de la licitació per 'qualitat-preu'.
2. Elevar a l'òrgan de contractació la proposta de declaració de millor oferta de la licitació en relació 'qualitat-preu' la presentada per l'empresa MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L.

I, sense més temes que tractar, quan són les 11:00 hores, la Presidència dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta signada per el secretari amb el vist i plau de la presidenta.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs en via administrativa, d'acord amb el que marca la LCSP.

El secretari

Vist-i-plau
La presidenta

Informe tècnic valoració documentació sobre 2

Expedient: CS/AH02/1101395466/24/AMUP


Objecte: Subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

S'han presentat a la licitació electrònica les següents empreses:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L. | B96056023 |
| - Biosurgical SL | B85689438 |
| - FERRER FARMA, S.A. | A08707234 |

Es procedeix a la valoració dels criteris avaluable mitjançant fórmula automàtica de les empreses, amb la puntuació que apareix a l'Annex I.

JOSE RICARDO
FRAGO
MONTANUY /

 Signat digitalment per JOSE
RICARDO FRAGO
Data: 2024.08.13 10:11:45
+02'00'

Ricardo Frago Montanuy

Ricard Frago Montanuy
Servei de Cirurgia General i Digestiva
Hospital Universitari de Bellvitge

ANNEX I

críters tècnics objectius	Puntuació màxima	CONTESTAR	BIOSURGICAL SL		FERRER FARMA, S.A.		MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L.	
			RESPOSTA	PUNTUACIÓ	RESPOSTA	PUNTUACIÓ	RESPOSTA	PUNTUACIÓ
Objecte: Subministrament de kits per a procediments de perfusió hipertèrmica intraperitoneal amb cessió d'ús de l'equipament necessari per a la seva administració a l'Hospital Universitari de Bellvitge								
SOBRE 2								
2.1 Es valorarà que l'equip permeti la retirada de tot el volum de solució en el propi circuit en finalitzar cada tractament amb l'objectiu d'eliminar la contaminació d'altres elements del quiròfan i garantir la seguretat de l'equip quirúrgic que s'utilitza. El receptor de buidament ha de ser capaç de rebre tot el líquid infós. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	si	6	NO	0	SI	6
2.2 Es valorarà que permeti usar els drenatges (sortides) tipus Blake com a drenatges post-quirúrgics fins a un mes com a mínim. (SÍ, 2 punts; NO, 0 punts)	2	si/no	no	0	no	0	SI	2
2.3 Es valorarà que permeti la visualització de la posició de les sondes de temperatura de manera gràfica en una representació anatómica real de l'abdomen del pacient, podent col·locar-les a voluntat. (SÍ, 2 punts; NO, 0 punts)	2	si/no	no	0	no	0	SI	2
2.4 Es valorarà que disposi d'un sistema de seguretat que permeti detectar problemes de pressió o de temperatura, de manera que s'interrompi la circulació cap i des del pacient, permetent la continuació de la teràpia una vegada resol el problema. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	si	6	si	6	SI	6
2.5 Es valorarà que existeixi un sistema de guia per passos, a mode de check list. (SÍ, 5 punts; NO, 0 punts)	5	si/no	si	5	si	5	SI	5
2.6 Es valorarà que disposi d'un mecanisme de diferenciació clara entre les línies i connectors per evitar errors i facilitar el muntatge. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	si	6	si	6	SI	6
2.7 Es valorarà l'arxiu automàtic de totes les dades de tractament, inclouent-hi el log del maneig de l'equip i el seu funcionament, per tal de permetre l'anàlisi de situacions anòmales o dels resultats. (SÍ, 2 punts; NO, 0 punts)	2	si/no	si	2	si	2	SI	2
2.8 Es valorarà que permeti l'enregistrament dels paràmetres del procediment en un USB. (SÍ, 4 punts; NO, 0 punts)	4	si/no	si	4	si	4	SI	4
2.9 Es valorarà disposar de bateria integrada per prevenir fallades d'alimentació i facilitar aspectes com la mobilitat de l'equip entre davant-quiròfan i quiròfan després del muntatge i priming fora de quiròfan. (SÍ, 5 punts; NO, 0 punts)	5	si/no	no	0	si	5	SI	5
2.10 Es valorarà disposar de dues bombes de corró, una per a infusió i una altra per a retirada, permetent un control automàtic i precís de la circulació en l'abdomen sense necessitat d'assistència externa. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	no	0	no	0	SI	6
2.11 Es valorarà que permeti el preescalfament abans d'establir el circuit complet amb el pacient. El temps transcorregut entre l'ompliment de tot el circuit i l'inici de la teràpia hauria de ser inferior a 5 minuts. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	si	6	si	6	SI	6
2.12 Es valorarà que es pugui connectar la quimioteràpia amb una clau de 3 passos per evitar la manipulació del quimioteràpic. (SÍ, 6 punts; NO, 0 punts)	6	si/no	si	6	NO	0	SI	6
2.13 Es valorarà que existeixi un mecanisme que afavoreixi el moviment del líquid, a més del circuit tancat entre el sistema d'entrada i sortida del líquid de la cavitat abdominal. (SÍ, 4 punts; NO, 0 punts)	4	si/no	si	4	no	0	SI	4
	60			45		34		60