

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101400664/24/AMUP

Subministrament agregat Instrumental i accessoris d'un sol  
ús per a procediments quirúrgics: cirurgia general,  
urològica, proctològica i vascular\_Complementari

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 1 de 38

**INDEX**

|   |    |
|---|----|
| 1. Condicions generals .....  | 4  |
| 1.1. Objecte de la contractació .....                                     | 4  |
| 1.2. Característiques de la contractació .....                            | 4  |
| 1.3. Tècnics .....  | 4  |
| 2. Requeriments obligatoris .....   | 4  |
| 2.1. Normativa aplicable .....  | 4  |
| 2.2. Especificacions tècniques generals .....                             | 5  |
| 2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....                              | 5  |
| 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit .....  | 5  |
| 3. Com presentar la oferta .....  | 5  |
| 3.1. Oferta tècnica .....   | 5  |
| 3.2. Model d'oferta tècnica .....   | 6  |
| 3.3. Presentació de mostres .....   | 7  |
| 3.4. Documentació confidencial.....                                       | 8  |
| 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista .....             | 8  |
| 4.1. Prevenció de riscos laborals .....                                   | 8  |
| 4.2. Formació.....  | 9  |
| 4.3. Manual d'usuari.....   | 9  |
| 4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....                     | 9  |
| 4.4.1. Condicions de subministrament.....                                 | 9  |
| 4.4.2. Garantia de subministrament .....                                  | 9  |
| 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC) .....              | 9  |
| 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....                   | 11 |
| 4.4.2.3. Termini de lliurament .....                                      | 11 |
| 4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda .....                                 | 11 |
| 4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....                          | 11 |
| 4.4.3. Sistema EDI.....   | 12 |
| 4.5. Condicions de l'operador logístic .....                              | 14 |
| 4.5.1. Embalatges.....  | 14 |
| 4.5.2. L'albarà.....  | 15 |
| 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE..... | 15 |
| 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....                  | 16 |

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 2 de 38

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) .... 19

GENERALITAT DE CATALUNYA

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 3 de 38

## 1. Condicions generals

### 1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: cirurgia general, urològica, proctològica i vascular\_Complementari per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

### 1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

**Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.**

### 1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## 2. Requeriments obligatoris

### 2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 4 de 38

## 2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

## 2.3. Requisits obligatoris addicionals

Els requisits tècnics per lots seran de **compliment obligatori** així com la presentació de la documentació que acrediti el seu compliment a l'ANNEX D3.

**No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades.**

Els requisits tècnics obligatoris *per TOTS els Lots* son:

**-Acreditació vigent per certificació del compliment de la normativa UNE-EN 13485:2018 Productes Sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits per a fins reglamentaris.**

## 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

## 3. Com presentar la oferta

### 3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 5 de 38

### 3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

*Exemple: Resum.xls o .xlsx*

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

*Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001*

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 6 de 38

- Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3  
*Omplir Excel d'aquest annex i presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex D3.*
- Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4  
*No hi ha Excel per omplir, hi ha que presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex D4 = Criteris puntuables.*
- Fitxa Tècnica Individual Fotogràfica, ANNEX E  
*Omplir Excel d'aquest annex.*

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

### 3.3. Presentació de mostres

En l'**ANNEX F – Mostres\_detall**, es detalla quins són els materials que requereixen la presentació de mostra obligatòria i el nombre de mostres a presentar per a cada un d'ells

En cas que s'hagi de presentar més d'una caixa, indicar quins lots van a cadascuna

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient **CS/CC00/1101400664/24/AMUP**
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi SAP
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'**ANNEX F – Mostres\_detall**.

Les mostres s'entregaran a la Gerència de Compres, a l'*Àrea de Compres de Materials*, a l'atenció de: [Marietta Carretero Cruz](#), a la direcció següent:

**Institut Català de la Salut**  
**Gerència de Compres ( 2ª planta )**  
**Departament: Àrea de Compres de Materials**  
**Gran Via de les Corts Catalanes, 587**  
**08007 BARCELONA**

En el supòsit que no es presentin mostres sol·licitades, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 7 de 38

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en el termini màxim que s'indiqui a la petició.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### 3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

**La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.**

## 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

### 4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 8 de 38



Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

#### 4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

#### 4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

#### 4.4. Condicions logístiques i de subministrament

##### 4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

##### 4.4.2. Garantia de subministrament

###### 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. És una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuitats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 9 de 38

- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prèmer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

**La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.**

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

|   |  |
|---|--|
| <b>Agrupació</b>  | PROVEÏDORS   |
| <b>Tipus</b>  | 404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa |
| <b>Motiu</b>  | Ruptura d'estoc amb una referència alternativa           |
| <b>Documents obligatoris a annexar</b>                            |  |
| - F010-Fitxa tècnica actual*                                      |  |
| - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*                            |  |
| - P010-Pressupost*  |  |
| - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura |  |

- b) Per a ruptures sense alternativa

|  |  |
|--|--|
| <b>Agrupació</b>                       | PROVEÏDORS   |
| <b>Tipus</b>                           | 405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa |
| <b>Motiu</b>                           | Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa       |
| <b>Documents obligatoris a annexar</b> |  |
| - No requereix document obligatori     |  |

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 10 de 38

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

#### 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

#### 4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

#### 4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

#### 4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 11 de 38

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

#### 4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa ( GTIN )
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN unitari ( GTIN ) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa ( GTIN )
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 12 de 38

|   |  |
|---|--|
| <b>Agrupació</b>  | VARIACIONS EN LA COMANDA                                       |
| <b>Tipus</b>  | 010. Errors en preus de materials                              |
| <b>Motiu</b>  | <b>Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:</b> |
|   | Error interpretació Unitat mesura                              |
|   | Error transcripció   |
|   | Error de preu en la factura                                    |
|   | Diferència en el preu  |
| <b>Documents obligatoris a annexar</b>  |  |
| - P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar |  |

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>  
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>  
Logaritme: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 13 de 38

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) i/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### 4.5. Condicions de l'operador logístic


##### 4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'emalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'emalatge

#### Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 14 de 38

- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

#### 4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació

#### 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 15 de 38

ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

#### 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

#### 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40







Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 16 de 38



NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

|  |   |
|--|---|
| <p>1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>   |    |
| <p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b>, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>  |    |
| <p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el <b>vehicle totalment immobilitzat</b>. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. <b>En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</b></p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà <b>d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</b></p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p> |   |
| <p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>   |  |
|  |  |
| <p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>   |  |
| <p>6. En cas d'<b>emergència</b>:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>   |   |

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 17 de 38

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

|   |   |
|---|---|
| 7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).   |    |
| 8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.   |    |
| 9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.        |   |
|   |  |
| 10. Menjar i beure només en les zones habilitades.  |  |
| 11. En cas <b>d'emergència</b> :<br><br>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.<br>Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme<br>Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)<br>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís. |   |

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 18 de 38

**4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)**

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Fitxa de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (HI HA)
- ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals (*No hi ha Excel per omplir, cal annexar documentació que acrediti compliment dels criteris Annex 4*)
- ANNEX E – Fitxa Tècnica Individual Fotogràfica (HI HA)
- ANNEX F – Presentació de mostres (HI HA)

PPT\_AMUP-93-24\_1101400664



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 19 de 38

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 20 de 38

**ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101400664/24/AMUP**

| LOT | DESCRIPCIÓ LOT                               | CODI SAP | Descripció SAP  | Condicció lot     |
|-----|--|----------|---|-------------------|
| 1   | Separadors retractors                        | 30042562 | Separador o retractor, tipus Roux o equivalent, longitud 170mm +/- 5cm, mides distals: 1 retractor de 36mmx20mm +/- 2mm i 1 retractor de 20mmx15mm +/- 2mm, plàstic biocompatible, estèril, sol ús.   | Lot No Obligatori |
| 2   | Fixador penis pediàtric                      | 30061839 | Separador-fixador per penis, pediàtric per cirurgies d'hipospàdia i altres IQ uretrals. Placa de polietilè, llisa i dura amb escotadura, orificis i ranures per passar els fils. Mida 150x88x2 mm. Estèril, 1 ús  | Lot No Obligatori |
| 3   | Pinces dissecció i hemostàsia                | 30018301 | Pinça hemostàsia d'acer inox, punta corba, sense dents, tipus Halsted-mosquito. Mida 12,5 +/- 1cm estèril, envàs individual, un sol ús.   | Lot No Obligatori |
| 3   | Pinces dissecció i hemostàsia                | 30042564 | Pinça hemostàtica punta recta, 18,5cm ±1cm, amb plataforma serrada, de plàstic biocompatible. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, envàs individual.  | Lot No Obligatori |
| 4   | Cintes identificadores i torniquets de vasos | 30031683 | Equip torniquets per a cirurgia cardiovascular per canulació de catèters o derivacions, compost de: 1 passafils metàl·lic, 6 tubs (2 blau, 1 vermell i 3 transparents) de 14cm long +/- 2cm. Estèril, un sol ús.  | Lot No Obligatori |
| 4   | Cintes identificadores i torniquets de vasos | 30032201 | Cinta de cotó amb la malla impregnada de silicona i les vores arrodonides, identificació i retracció d'estructures nervioses, color blau, amplada 8 mm, llargària 75cm +/- 5cm. Estèril, lliure de làtex i SVHC.  | Lot No Obligatori |
| 5   | Clamps plàstic/policarbonat                  | 30004791 | Clamp vascular recte tipus Fogarty de mandíbules paral·leles llargada 17mm ± 2mm, obertura màxima Ø6 mm, pressió suau uniforme, de plàstic amb ressort interior, per a microcirurgia, radiopac. Estèril, lliure de làtex, un sol ús.                                  | Lot No Obligatori |
| 6   | Protectors instrumental per a oclusió        | 30031703 | Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vora dentada. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental. Mida: Llarg 13 cm +/- 1cm; Ø 5,7mm, radioopac. Color blau. Estèril, un sol ús, presentació 2 unitats.        | Lot No Obligatori |
| 6   | Protectors instrumental per a oclusió        | 30031704 | Tubs protectors o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics petits, punta tancada i arrodonida, mida Ø2,6mm x 11mm long, radioopacs (12 protectors per blister), Color groc. Estèril, un sol ús.   | Lot No Obligatori |
| 6   | Protectors instrumental per a oclusió        | 30032202 | Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental. Mida: Llarg 13 cm +/- 1cm; Ø 2,54 mm, radioopac. Color vermell. Estèril, un sol ús, presentació 2 unitats. | Lot No Obligatori |
| 6   | Protectors instrumental per a oclusió        | 30032203 | Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental. Mida: Llarg 13 cm +/- 1cm; Ø 4,0 mm, radioopac. Color blanc. Estèril, un sol ús, presentació 2 unitats.    | Lot No Obligatori |
| 6   | Protectors instrumental per a oclusió        | 30060697 | Protector/coixinet per a clamp vascular, model piramidal, mida 86mm, de goma, lliure de làtex, estèril, un sol ús, 2 unitats.   | Lot No Obligatori |
| 6   | Protectors instrumental per a oclusió        | 30060698 | Protector/coixinet per a clamp vascular, model piramidal, mida 86mm, de cautxú sintètic i silicona líquida, radiopac, lliure de làtex, estèril, un sol ús, 2 unitats.   | Lot No Obligatori |
| 7   | Accesoris per a cirurgia                     | 30032528 | Organitzador de sutures per cirurgia cardíaca, compost de tres tires adhesives, ranurades i numerades 22,5 x 3cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.  | Lot No Obligatori |
| 7   | Accesoris per a cirurgia                     | 30043611 | Dispositiu d'il·luminació LED adaptable i versàtil a qualsevol instrumental quirúrgic, consta de: lent i anell de silicona amb cable 3,2m +/- 10cm, Øcos 2cm - 1,6cm, PVC de grau mèdic, estèril, sol ús. Compatible o equivalent tecnologia LED FA-RL01.             | Lot No Obligatori |


 Doc. original signat per:  
 Laura Leiva Barragán  
 08/07/2024

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**


0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

 Data creació còpia:  
 12/07/2024 09:55:16

Pàgina 21 de 38

**ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101400664/24/AMUP**

| LOT | DESCRIPCIÓ LOT                     | CODI SAP | Descripció SAP  | Condició lot      |
|-----|------------------------------------|----------|---|-------------------|
| 8   | Material cirurgia proctologica     | 30001442 | Proctoscopi de plàstic transparent de mides aproximades 20mm de diàmetre i 80mm +/-2mm de llargària, amb pas per a font de llum. Estèril, d'un sol ús.  | Lot No Obligatori |
| 8   | Material cirurgia proctologica     | 30001816 | Anoscopi de plàstic transparent,diàmetre 20mm,llargària 85mm +/-2mm,estèril,d'un sol ús,compatible amb l'aparell HEINE o equivalent.  | Lot No Obligatori |
| 8   | Material cirurgia proctologica     | 30001817 | Rectoscopi de plàstic,diàmetre 20mm,llargària 250mm+/-10mm,estèril,d'un sol ús,compatible amb aparell HEINE o equivalent.   | Lot No Obligatori |
| 8   | Material cirurgia proctologica     | 30035295 | Equip anuscop de policarbonat,format per enfilador de sutures,predilatador anal amb revestiment intern,dilatador anal amb finestres de fixació i dilatador milimetrat de 34mm+/-1cm amb canal de treball. Lliure de làtex. Estèril. Un sol ús.                | Lot No Obligatori |
| 8   | Material cirurgia proctologica     | 30051962 | Raspall de fístula per a cirurgia oberta en proctologia,per desbridar tracte fistulós, abans de posar el clip de proctologia ,raspall Ø 4mmx4cm llargària,Øextrems de 2,2mm i 2,5mm,30cm+/-2cm long total,d'acer,estèril,un sol ús.Compatible OTSC o equival. | Lot No Obligatori |
| 8   | Material cirurgia proctologica     | 30053230 | Proctoscopi per a anuscòpies d'alta resolució amb sistema de connexió a videocàmera amb funda protectora i llum integrada. Diàmetre extern 25mm,longitud operativa 66mm. Un sol ús.   | Lot No Obligatori |
| 9   | Bolígraf per marcar camp operatori | 30032526 | Bolígraf no tòxic per a marcar camp operatori de punta fina amb regla, tinta de violeta de genciana,estèril.un sol ús   | Lot No Obligatori |



Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 23 de 38



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 04.07.2024  
HORA: 10:16:36  
PÀGINA: 1 / 3

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001442

**Descripció llarga:**

Protoscopi de plàstic transparent de mides aproximades 20mm de diàmetre i 80mm +/-2mm de llargària, amb pas per a font de llum. Est èril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001816

**Descripció llarga:**

Anoscopi de plàstic transparent, diàmetre 20mm, llargària 85mm +/-2mm, estèril, d'un sol ús, compatible amb l'aparell HEINE o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001817

**Descripció llarga:**

Rectoscopi de plàstic, diàmetre 20mm, llargària 250mm +/-10mm, estèril, d'un sol ús, compatible amb aparell HEINE o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30004791

**Descripció llarga:**

Clamp vascular recte tipus Fogarty de mandíbules paral·leles llargada 17mm±2mm, obertura màxima Ø6 mm, pressió suau uniforme, de plàstic amb ressort interior, per a microcirurgia, radiopac. Estèril, lliure de làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30018301

**Descripció llarga:**

Pinça hemostasia d'acer inox, punta corba, sense dents, tipus Halsted-mosquito. Mida 12,5 +/-1cm estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30031683

**Descripció llarga:**

Equip torniquets per a cirurgia cardiovascular per canulació de catèters o derivacions, compost de: 1 passa-fils metàl·lic, 6 tubs (2 blau, 1 vermell i 3 transparents) de 14cm long +/-2cm. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30031703

**Descripció llarga:**

Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vora dentada. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental. Mida: Llarg 13 cm +/-1cm; Ø 5,7mm, radiopac. Color blau. Estèril, un sol ús, presentació 2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30031704

**Descripció llarga:**

Tubs protectors o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics petits, punta tancada i arrodonida, mida Ø2,6mm x11mm long, radiopacs (12 protectors per blister), Color groc. Estèril, un sol ús.



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán 08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 24 de 38





GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 04.07.2024  
HORA: 10:16:36  
PÀGINA: 2 / 3

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30032201

**Descripció llarga:**

Cinta de cotó amb la malla impregnada de silicona i les vores arrodonides, identificació i retracció d'estructures nervioses,color blau ,amplada 8 mm, llargària 75cm+/-5cm. Estèril,lliure de làtex i SVHC.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30032202

**Descripció llarga:**

Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental.Mida: Llarg 13 cm+/-1cm; Ø 2,54 mm,radioopac.Color vermell. Estèril,un sol ús,presentació 2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30032203

**Descripció llarga:**

Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental.Mida: Llarg 13 cm+/-1cm; Ø 4,0 mm,radioopac.Color blanc. Estèril,un sol ús,presentació 2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30032526

**Descripció llarga:**

Boligraf cutani no tòxic,tinta violeta no irritant,punta estàndard,per a marcar camp operatori,amb regle,estèril,Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30032528

**Descripció llarga:**

Organitzador de sutures per cirurgia cardíaca,compost de tres tires adhesives,ranurades y numerades.22,5 x 3cm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30035295

**Descripció llarga:**

Equip anuscop de policarbonat,format per enfilador de sutures,predilatador anal amb revestiment intern,dilatador anal amb finestres de fixació i dilatador milimetrat de 34mm+/-1cm amb canal de treball. Lliure de làtex. Estèril. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30042562

**Descripció llarga:**

Separador o retractor,tipus Roux o equivalent,longitud 170mm+/-5cm,mides distals: 1 retractor de 36mmx20mm+/-2mm i 1 retractor de 20 mmx15mm+/-2mm ,plàstic biocompatible,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30042564

**Descripció llarga:**

Pinça hemostàtica punta recta, 18,5cm ±1cm,amb plataforma serrada,de plàstic biocompatible. Lliure de làtex,estèril,un sol ús,envàs individual.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 25 de 38



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 04.07.2024  
HORA: 10:16:36  
PÀGINA: 3 / 3

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30043611

Descripció llarga:

Dispositiu d'il·luminació LED adaptable i versàtil a qualsevol instrumental quirúrgic, consta de: lent i anell de silicona amb cable 3 ,2m+/-10cm, Øcos 2cm-1,6cm, PVC de grau mèdic, estèril, sol ús.Compatible o equivalent tecnologia LED FA-RL01.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30051962

Descripció llarga:

Raspall de fistula per a cirurgia oberta en proctologia, per desbridar tracte fistulós, abans de posar el clip de proctologia , raspall 1 Ø 4mmx4cm llargària, Øextrems de 2,2mm i 2,5mm, 30cm+/-2cm long total, d'acer ,estèril, un sol ús.Compatible OTSC o equival.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30053230

Descripció llarga:

Proctoscopi per a anuscòpies d'alta resolució amb sistema de connexió a videocàmera amb funda protectora i llum integrada. Diàmetre extern 25mm ,longitud operativa 66mm. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30060697

Descripció llarga:

Protector/coixinet#per a clamp vascular, model piramidal, mida #86mm, de goma, lliure de làtex, estèril, un sol ús, 2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30060698

Descripció llarga:

Protector/coixinet#per a clamp vascular, model piramidal, mida #86mm, de cautxú sintètic i silicona líquida, radiopac , lliure de làtex, estèril, un sol ús, 2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101400664 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30061839

Descripció llarga:

Separador-fixador per penis, pediàtric per cirurgies d'hipospàdia i altres IQ uretrals. Placa de polietilè, llisa i dura amb escotadura , orificis i ranures per passar els fils. Mida 150x88x2 mm. Estèr, 1 ús



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán 08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 26 de 38

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 27 de 38

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 28 de 38

Salut/Institut  
Català de la Salut

**1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació**

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

| <b>RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES</b>  |  |
|--|--|
| <b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>   |  |
| En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació<br>Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació  |  |
| Núm. d'expedient   | Codi numèric de la licitació   |
| Descripció expedient   | Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta   |
| <b>Àrea DADES DEL LICITADOR</b>  |  |
| En aquesta àrea s'indica:<br>- NIF i nom de l'empresa  |  |
| NIF  |  |
| Nom  |  |
| <b>Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades</b>   |  |
| En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació<br>Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació |  |
| Lot  | Informa el lot del material presentat  |
| Codi agrupador   | En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp                              |
| Codi SAP   | Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp   |
| Tipus Oferta   | Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada:<br>B = oferta base<br>V = oferta variant                            |
| GTIN (EAN)   | Indicar aquesta dada del producte ofertat  |
| Referència proveïdor   | Indicar aquesta dada del producte ofertat  |
| Referència distribuïdor  | Indicar aquesta dada del producte ofertat  |
| Marca  | Indicar aquesta dada del producte ofertat  |
| <b>Normativa</b>   |  |
| Marcatge conf CE (SI/NO)   | Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual |
| Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)   | Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual |
| Altra normativa  | Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual |



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 29 de 38



RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

| Lot | Codi agrupador | Codi SAP | Tipus Oferta | GTIN (EAN) | Referència proveïdor | Referència distribuïdor | Marca | Normativa                |  |                   |
|-----|----------------|----------|--------------|------------|----------------------|-------------------------|-------|--------------------------|--|-------------------|
|     |                |          |              |            |                      |                         |       | Marcatge conf CE (SI/NO) | Compliment de l'apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO) | Altres normatives |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |
|     |                |          |              |            |                      |                         |       |                          |  |                   |



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán 08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  
  
0H51VVZS1UGGKZDESRKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16  
Pàgina 30 de 38

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 31 de 38

**ANNEX D3\_Fitxa Requisits Obligat compliment**

**Identificació de l'empresa:**

Nom

NIF

| Lot | Codi Sap | Desc. Material   | Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018 |    |
|-----|----------|--|--|----|
|     |          |  | SI   | NO |
| 1   | 30042562 | Separador o retractor, tipus Roux o equivalent, longitud 170mm+/-5cm, mides distals: 1 retractor de 36mmx20mm+/-2mm i 1 retractor de 20mmx15mm+/-2mm, plàstic biocompatible, estèril, sol ús.  |  |    |
| 2   | 30061839 | Separador-fixador per penis, pediàtric per cirurgies d'hipospàdia i altres IQ uretrals. Placa de polietilè, llisa i dura amb escotadura, orificis i ranures per passar els fils. Mida 150x88x2 mm. Estèril, 1 ús   |  |    |
| 3   | 30018301 | Pinça hemostàsia d'acer inox, punta corba, sense dents, tipus Halsted-mosquito. Mida 12,5+/-1cm estèril, envàs individual, un sol ús.  |  |    |
| 3   | 30042564 | Pinça hemostàtica punta recta, 18,5cm ±1cm, amb plataforma serrada, de plàstic biocompatible. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, envàs individual.   |  |    |
| 4   | 30031683 | Equip torniquets per a cirurgia cardiovascular per canulació de catèters o derivacions, compost de: 1 passafils metàl·lic, 6 tubs (2 blau, 1 vermell i 3 transparents) de 14cm long+/-2cm. Estèril, un sol ús.   |  |    |
| 4   | 30032201 | Cinta de cotó amb la malla impregnada de silicona i les vores arrodonides, identificació i retracció d'estructures nervioses, color blau, amplada 8 mm, llargària 75cm+/-5cm. Estèril, lliure de làtex i SVHC.   |  |    |
| 5   | 30004791 | Clamp vascular recte tipus Fogarty de mandíbules paral·leles llargada 17mm±2mm, obertura màxima Ø6 mm, pressió suau uniforme, de plàstic amb ressort interior, per a microcirurgia, radiopac. Estèril, lliure de làtex, un sol ús.                                 |  |    |
| 6   | 30031703 | Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vora dentada. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental. Mida: Llarg 13 cm+/-1cm; Ø 5,7mm, radiopac. Color blau. Estèril, un sol ús, presentació 2 unitats.        |  |    |
| 6   | 30031704 | Tubs protectors o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics petits, punta tancada i arrodonida, mida Ø2,6mm x11mm long, radiopacs (12 protectors per blister), Color groc. Estèril, un sol ús.  |  |    |
| 6   | 30032202 | Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental. Mida: Llarg 13 cm+/-1cm; Ø 2,54 mm, radiopac. Color vermell. Estèril, un sol ús, presentació 2 unitats. |  |    |
| 6   | 30032203 | Tub protector o funda de silicona per a protecció d'instruments quirúrgics amb vores dentades. Protecció longitudinal a la cara interna de l'instrumental. Mida: Llarg 13 cm+/-1cm; Ø 4,0 mm, radiopac. Color blanc. Estèril, un sol ús, presentació 2 unitats.    |  |    |
| 6   | 30060697 | Protector/coixinet per a clamp vascular, model piramidal, mida 86mm, de goma, lliure de làtex, estèril, un sol ús, 2 unitats.  |  |    |
| 6   | 30060698 | Protector/coixinet per a clamp vascular, model piramidal, mida 86mm, de cautxú sintètic i silicona líquida, radiopac, lliure de làtex, estèril, un sol ús, 2 unitats.  |  |    |
| 7   | 30032528 | Organitzador de sutures per cirurgia cardíaca, compost de tres tires adhesives, ranurades y numerades. 22,5 x 3cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.  |  |    |
| 7   | 30043611 | Dispositiu d'il·luminació LED adaptable i versàtil a qualsevol instrumental quirúrgic, consta de: lent i anell de silicona amb cable 3,2m+/-10cm, Øcos 2cm-1,6cm, PVC de grau mèdic, estèril, sol ús. Compatible o equivalent tecnologia LED FA-RL01.              |  |    |



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 32 de 38



**ANNEX D3\_Fitxa Requisits Obligat compliment**

**Identificació de l'empresa:**

Nom

NIF

| Lot | Codi Sap | Desc. Material   | Acreditació vigent organisme notificador acreditat UNE EN ISO 13485:2018 |    |
|-----|----------|--|--|----|
|     |          |  | SI   | NO |
| 8   | 30001442 | Proctoscopi de plàstic transparent de mides aproximades 20mm de diàmetre i 80mm +/-2mm de llargària, amb pas per a font de llum. Estèril, d'un sol ús.   |  |    |
| 8   | 30001816 | Anoscopi de plàstic transparent, diàmetre 20mm, llargària 85mm +/-2mm, estèril, d'un sol ús, compatible amb l'aparell HEINE o equivalent.  |  |    |
| 8   | 30001817 | Rectoscopi de plàstic, diàmetre 20mm, llargària 250mm +/-10mm, estèril, d'un sol ús, compatible amb aparell HEINE o equivalent.  |  |    |
| 8   | 30035295 | Equip anuscop de policarbonat, format per enfilador de sutures, predilatador anal amb revestiment intern, dilatador anal amb finestres de fixació i dilatador milimetrat de 34mm +/-1cm amb canal de treball. Lliure de làtex. Estèril. Un sol ús.                     |  |    |
| 8   | 30051962 | Raspall de fistula per a cirurgia oberta en proctologia, per desbridar tracte fistulós, abans de posar el clip de proctologia, raspall Ø 4mmx4cm llargària, Ø extrems de 2,2mm i 2,5mm, 30cm +/-2cm long total, d'acer, estèril, un sol ús. Compatible OTSC o equival. |  |    |
| 8   | 30053230 | Proctoscopi per a anuscòpies d'alta resolució amb sistema de connexió a videocàmera amb funda protectora i llum integrada. Diàmetre extern 25mm longitud operativa 66mm. Un sol ús.  |  |    |
| 9   | 30032526 | Bolígraf no tòxic per a marcar camp operatori de punta fina amb regla, tinta de violeta de genciana, estèril. un sol ús.   |  |    |

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 33 de 38

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

*(No hi ha Excel per omplir, hi ha que presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex 4 =  
Criteris puntuables del PCAP)*



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 34 de 38

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX – E – Fitxa Tècnica Individual Fotogràfica



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 35 de 38

ANNEX E\_Fitxa tècnica fotogràfica

**Identificació de l'empresa:**

Nom   
NIF   
Fabricant / Distribuïdor

**Identificació del producte:**

Codi de producte ICS   
Referència fabricant   
Referència distribuïdor   
Marca comercial

**Lot:**

**Codi sap**

**Denominació general del producte:**

**Especificacions tècniques**

Composició   
Mesures

**Fotografia del producte:**



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 36 de 38

# ANNEX F

**Presentació de mostres obligatòria.**

**Relació de codis SAP afectats**



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H51VVZS1UGGKZDESRSKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 37 de 38

**ANNEX F - RELACIÓ DE CODIS amb presentació de mostra obligatòria**

| Lot | Codi Material | Descripció  | Nombre de mostres |
|-----|---------------|---|-------------------|
| 9   | 30032526      | Bolígraf no tòxic per a marcar camp operatori de punta fina amb regla, tinta de violeta de genciana,estèril.un sol ús | 5                 |

1/1



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 08/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



0H51VVZS1UGGKZDESRKIY11U5B2AA40

Data creació còpia:  
12/07/2024 09:55:16

Pàgina 38 de 38