

Criteris d'adjudicació per a la contractació del subministrament de termocaldors per al Banc de Sang i Teixits.

CS/1000/1100006201/24/PS

LOT 1: 6 Termocicladors

Proveïdor: LIFE TECHNOLOGIES S.A.

La documentació aportada permet determinar que compleix tots els requeriments exigits en el plec tècnic.

Respecte a la valoració subjectiva d'elements tècnics, fins a un màxim de **25** punts, ha seguit els criteris que determinaven els plecs. La puntuació final es mostra en el següent quadre.

Element	Puntuació màxima	Puntuació atorgada	Justificació
Memòria tècnica dels equips: es valoraran les prestacions més enllà dels requeriments d'obligat compliment descrits al plec tècnic. Es valorarà la capacitat d'optimització de la temperatura, la facilitat de connexió en remot, el nivell de soroll, la facilitat de maneig, l'exactitud, la versatilitat.	15	12	Els equips proposats disposen de prestacions addicionals en quant a capacitat d'optimització de la temperatura, ja que presenten una tecnologia de sub-blocs independents que permet millor exactitud tèrmica que per gradient, permeten diferents opcions de connectivitat i un baix nivell de soroll. No s'especifiquen millores addicionals en quant a la facilitat de maneig, exactitud i versatilitat.
Condicions del manteniment preventiu i correctiu inclòs a la Garantia, més enllà dels requeriments d'obligat compliment descrits al plec tècnic. Es valoraran les accions a realitzar i la freqüència en el Pla de Manteniment Preventiu inclòs a la Garantia.	5	5	El manteniment preventiu dels equips preveu l'elaboració de certificats d'anàlisi i fulls d'informació sobre el manteniment.
Pla de Formació: es valoraran les condicions, característiques i contingut del Pla de Formació descrit en el plec tècnic.	5	5	El pla de formació presentat consta de bloc teòric i pràctic i el seu contingut es considera adequat. També ofereixen un servei de suport continu per part de l'equip d'especialistes localitzats a Espanya.

Total puntuació: 22 punts

LOT 2: 1 Termociclador a temps real

Proveïdor: LIFE TECHNOLOGIES S.A.

La documentació aportada permet determinar que compleix tots els requeriments exigits en el plec tècnic.

Respecte a la valoració subjectiva d'elements tècnics, fins a un màxim de **25** punts, ha seguit els criteris que determinaven els plecs. La puntuació final es mostra en el següent quadre.

Element	Puntuació màxima	Puntuació atorgada	Justificació
Memòria tècnica dels equips: es valoraran les prestacions més enllà dels requeriments d'obligat compliment descrits al plec tècnic. Es valorarà la capacitat d'optimització de la temperatura, la facilitat de connexió en remot, el nivell de soroll, la facilitat de maneig, l'exactitud, la versatilitat.	15	15	L'equip proposat disposa de prestacions addicionals en quant a capacitat d'optimització de la temperatura, ja que presenten una tecnologia de sub-blocs independents que permet millor exactitud tèrmica, permeten diferents opcions de connectivitat i accés en remot i un baix nivell de soroll.
Condicions del manteniment preventiu i correctiu inclòs a la Garantia, més enllà dels requeriments d'obligat compliment descrits al plec tècnic. Es valoraran les accions a realitzar i la freqüència en el Pla de Manteniment Preventiu inclòs a la Garantia.	5	5	El manteniment preventiu dels equips preveu l'entrega de documentació de les tasques de manteniment i resultats de verificació. El proveïdor es compromet a subministrar les actualitzacions de software recomanades pel fabricant durant 5 anys.
Pla de Formació: es valoraran les condicions, característiques i contingut del Pla de Formació descrit en el plec tècnic.	5	5	El pla de formació presentat consta de bloc teòric i pràctic i el seu contingut es considera adequat. També ofereixen un servei de suport continu per part de l'equip d'especialistes localitzats a Espanya.

Total puntuació: 25 punts

Proveïdor: ELIGEN DIAGNOSTICA S.L.

L'oferta tècnica presentada per l'empresa Eligen Diagnostica S.L. no compleix amb tots els requeriments i característiques mínimes establertes en el concurs pel correcte desenvolupament de les tècniques i procediments dels laboratoris del BST, pel que queda exclosa d'aquesta avaluació. En concret:

- No especifica que es puguin dur a terme assajos de detecció amb control intern positiu, que era un element bàsic detallat en el PPT.
- No permet la conversió de protocols del 7500 per ser aplicats al termociclador. En l'apartat especificat al manual d'usuari el que consta és la conversió d'arxius antics .fqj o .fqs al nou format .fqd, però aquests no coincideixen amb els arxius de sortida del 7500 que són .sdt o .edt.
- No inclou un mòdul de seguretat i auditoria.
- Els fluorocroms que utilitza no són els especificats a la licitació.

L'oferta tècnica presentada per l'empresa Eligen Diagnostica S.L., no compleix amb tots els requeriments i característiques mínimes establertes en el concurs pel correcte desenvolupament de les tècniques i procediments dels laboratoris del BST. Per tant, queda exclosa i no es valora.