

Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió privada per a l'aprovació de l'informe tècnic

Expedient	SCS-2024-407	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Divisió de Tecnologia i Equipaments		
Procediment	Obert	Tipus	Subministraments
Objecte	Subministrament d'un sistema de fluoroscòpia portàtil destinat al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Pressupost licitació	59.000,00	12.390,00	71.390,00
Valor estimat	59.000,00	-	-
Termini d'execució	4 mesos		

Identificació de la sessió

Data: 18 de juliol de 2024

Horari: 13:30 - 13:50 h.

Lloc: Sessió telemàtica

Assistents**Nom**

Núria Umbert Costa

Joan Balcells Sacristán

Sandra Pallarès i Albaladejo

Núria Curriu Navarro

Teresa Altadill Colominas

Jeroni de la Cruz Duch

Càrrec Mesa

Presidenta

Vocal en representació d'Intervenció / Control Intern

Vocal en representació d'Assessoria Jurídica

Vocal

Vocal

Secretari

Càrrec Persona

Cap de la Divisió de Contractació

Supervisor de Comptabilitat i Control de la Intervenció Delegada al CatSalut

Lletrada de la Gerència d'Assessorament Jurídic

Tècnic de la Divisió de Tecnologia i Equipaments

Cap de la Divisió de Tecnologia i Equipaments

Tècnic de la Divisió de Contractació



Ordre del dia

1. Constitució de la mesa
2. Examen i aprovació de l'informe tècnic

Desenvolupament de la sessió

La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, dona la paraula al secretari que lliura l'informe de valoració de la documentació tècnica, elaborat per la senyora Urgell Vila, tècnic de la Divisió de Tecnologia i Equipaments, en data 15 de juliol, que és analitzat pels membres de la mesa.

Acords

Els membres de la mesa donen la seva conformitat a l'informe i acorden aprovar l'informe tècnic elaborat del qual en resulta la puntuació i les exclusions següents:

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU	43,00 punts
---	-------------

I excloure l'oferta presentada per l'empresa MIZAR HEALTH, SLU ja que, tal com s'indica a l'informe de valoració de mostra, presenta un pedal amb fils quan es demana que ho sigui sense fils al punt 60 de la fitxa tècnica del plec de prescripcions tècniques. Per altra banda, adjunten al sobre B informació de la flota de vehicles, criteri de valoració automàtic corresponent al sobre C.

Acte seguit, la presidenta autoritza el secretari a convocar la sessió pública d'obertura dels sobres C.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
La presidenta

