



**Consorci  
Sanitari  
Integral**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS  
TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA  
CONTRACTACIÓ PEL  
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL  
DIVERS D'ENDOSCOPIA  
DIGESTIVA PER AL COMPLEX  
HOSPITALARI DEL CONSORCI  
SANITARI INTEGRAL**

**EXPEDIENT CSI2024063**

(IMP-SC-006)

## INDEX

Objecte de la licitació .....	3 -8
Condicions d'execució del contracte .....	8-11
Previsions de consums .....	11
Garantia de subministrament .....	11-12
Compliment de la normativa vigent .....	12
Mostres .....	12-13

## **OBJECTE DE LA LICITACIÓ**

L'objecte del present plec és la descripció de les característiques tècniques i funcionals pel subministrament de material divers d'endoscòpia digestiva per al Complex Hospitalari Moisès Broggi del Consorci Sanitari Integral.

### **LOT 1. PRÒTESIS COLON**

<b>Codi material</b>	<b>Descripció del material</b>	<b>Qt. Prevista per anys</b> 4
DIVERSOS CODIS	STENT COLON TOTALMENT RECOBERT	16
DIVERSOS CODIS	STENT COLON PARCIALMENT RECOBERT	12

### **LOT 2. PRÒTESIS PILÒRIQUES**

<b>Codi material</b>	<b>Descripció del material</b>	<b>Qt. Prevista per anys</b> 4
DIVERSOS CODIS	STENT PILOR TOTALMENT RECOBERT	8
DIVERSOS CODIS	STENT PILOR PARCIALMENT RECOBERT	8

### **LOT 3. MATERIAL PER A RESECCIÓ TRANSMURAL**

<b>Codi material</b>	<b>Descripció del material</b>	<b>Qt. Prevista per anys</b> 4
48257	KIT SISTEMA DE RESECCIÓ TRASMURAL	8
56320	KIT SISTEMA DE RESECCIÓ TRASMURAL GASTRO	8

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DDE MATERIAL DIVERS D'ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

48223	PINÇA FORCEPS DOBLE OBERTURA	4
48224	SISTEMA SOBRECLIP DENTAT + RODA PER GASTROESCÒPIES	4
50712	SISTEMA SOBRECLIP DENTAT + RODA PER COLONOSCÒPIES	4
53506	SISTEMA DE SOBRECLIP PER LA FIXACIÓ DE STENTS METÀL·LICS	20
59254	PINCÀ TIPUS ANCHOR PER RESECCIÓ TRANSMURAL 165CM	8
59255	PINCÀ TIPUS ANCHOR PER RESECCIÓ TRANSMURAL 220CM	8

#### LOT 4. DISPOSITIU NETEJA ENDOSCOPIS

Codi material	Descripció del material	Qt. Prevista per anys
52991	DISPOSITIU NETEJA ENDOSCOPIS 2,8 A 5MM	30.240
52992	DISPOSITIU NETEJA ENDOSCOPIS 1,4 A 2,6MM	2.880

#### LOT 5. KIT HEMOSTÀTIC PER HEMORRAGIES DIGESTIVES

Codi material	Descripció del material	Qt. Prevista per anys
46021	KIT HEMOSTÀTIC EN POLS 7FR	16
58129	KIT HEMOSTÀTIC EN POLS 10FR	8

#### LOT 6. XARXA PER EXTRACCIÓ DE COSSOS ESTRANYS

Codi material	Descripció del material	Qt. Prevista per anys
---------------	-------------------------	-----------------------

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DDE MATERIAL DIVERS D'ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

		<b>anys</b>
34152	XARXA EXTRACCIÓ COSSOS ESTRANYS	860

#### LOT 7. PINCES PER EXTRACCIÓ DE COSSOS ESTRANYS

<b>Codi material</b>	<b>Descripció del material</b>	<b>Qt. Prevista per anys</b>
		<b>4</b>
34151	PINÇA DENTS COCODRIL	120
34150	PINÇA DENTS RATOLÍ	240

#### LOT 8. SONDA ARGON PER COAGULACIÓ SUPERFICIE PLANA

<b>Codi material</b>	<b>Descripció del material</b>	<b>Qt. Prevista per anys</b>
		<b>4</b>
34063	SONDA ARGON	868

#### LOT 9. CATÈTER ESPRAI

<b>Codi material</b>	<b>Descripció del material</b>	<b>Qt. Prevista per anys</b>
		<b>4</b>
34787	CATÈTER ESPRAI	48

#### LOT 10. CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS

<b>Codi material</b>	<b>Descripció del material</b>	<b>Qt. Prevista</b>
----------------------	--------------------------------	---------------------

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DDE MATERIAL DIVERS D'ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

		<b>per anys</b>	<b>4</b>
34195	CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS	60	

### LOT 11. LLAÇ HEMOSTÀTIC

<b>Codi material</b>	<b>Descripció del material</b>	<b>Qt. Prevista per anys</b>	<b>4</b>
34191	LLAÇ HEMOSTÀTIC PER POLIPECTOMIES	180	

### LOT 12. AGULLES ASPIRACIÓ PER ECOENDOSCÒPIA

<b>Codi material</b>	<b>Descripció del material</b>	<b>Qt. Prevista per anys</b>	<b>4</b>
CODI NOU	AGULLA ASPIRACIÓ ECOENDOSCOPIA FNA 19G	16	
CODI NOU	AGULLA ASPIRACIÓ ECOENDOSCOPIA FNA 22G	112	
CODI NOU	AGULLA ASPIRACIÓ ECOENDOSCOPIA FNA 25G	16	

### LOT 13. AGULLES BIÒPSIA PER ECOENDOSCÒPIA

<b>Codi material</b>	<b>Descripció del material</b>	<b>Qt. Prevista per anys</b>	<b>4</b>
NOU CODI	AGULLA DE BIÒPSIA FINA ECOENDOSCOPIA FNB 19G	32	
NOU CODI	AGULLA DE BIÒPSIA FINA ECOENDOSCOPIA FNB 22G	96	

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DDE MATERIAL DIVERS D'ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

NOU CODI	AGULLA DE BIOPSIA FINA ECOENDOSCOPIA FNB 25G	16
----------	--	----

#### LOT 14. STENTS PER ANASTOMOSI TRANSLUMINAL PER ECOENDOSCÒPIA

Codi material	Descripció del material	Qt. Prevista per anys 4
DIVERSOS CODIS	STENT I SISTEMA INTRODUTOR PER ANASTOMOSI TRANSLUMINAL	12

#### LOT 15. BALONS PER ECOENDOSCOPI I MATERIAL FUNGIBLE

Codi material	Descripció del material	Qt. Prevista per anys 4
57873	BALÓ PROTECCIÓ PER ENDOSCOPI RADIAL D'ULTRASONS	800
57874	BALÓ PROTECCIÓ PER ENDOSCOPI SECTORIAL ULTRASONS	800
NOU CODI	RASPALL NETEJA ECOENDOSCOPI 2MM	800
NOU CODI	RASPALL NETEJA ECOENDOSCOPI 5,5MM	800

#### LOT 16. SISTEMA ENDOSCÒPIC D'ABLACIÓ PER RADIOFREQUÈNCIA PER ESÒFAG DE BARRET

Codi material	Descripció del material	Qt. Prevista per anys 4
Nou codi	CATÈTER BALÓ ABLACIÓ CIRCUNFERENCIAL	16
Nou codi	CATÈTER FOCAL ABLACIÓ	8

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DDE MATERIAL DIVERS D'ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

### LOT 17. SISTEMA DE SUTURA ENDOSCÒPICA PEL TANCAMENT DE DEFECTES I APROXIMACIÓ DE TEIXITS TOUS

Codi material	Descripció del material	Qt. Prevista per anys
NOU CODI	SISTEMA SUTURA ÚNICA PER GASTROSCOPI CONVENCIONAL	8
NOU CODI	SISTEMA SUTURA ÚNICA PER GASTROSCOPI TERAPEÙTIC	8
NOU CODI	SUTURA MONOFILAMENT DE POLIPROPILÉ 2.0	24
NOU CODI	HÈLIX PER L'APROXIMACIÓ DE TEIXITS	24
NOU CODI	SOBRETUB DE ACCÈS ENDOSCÒPIC	12
NOU CODI	GUIA TENSORA PER FIXAR LA SUTURA PER GASTROSCOPI	24
NOU CODI	GUIA TENSORA PER FIXAR LA SUTURA PER COLONOSCOPI	24
NOU CODI	SISTEMA SUTURA ÚNICA TTS 235CM PER TANCAMENT DEFECTES DESPRÉS DE ESD O EMR I TANCAMENT DE FÍSTULES	8
NOU CODI	SISTEMA SUTURA ÚNICA TTS 160CM PER TANCAMENT DEFECTES DESPRÉS DE ESD O EMR I TANCAMENT DE FÍSTULES	8

### LOT 18. DISPOSITIU DE COL·LOCACIÓ DE CLIPS

Codi material	Descripció del material	Qt. Prevista per anys
58334	DISPOSITIU COL·LOCACIÓ CLIPS ENDOSCÒPICS	288

### LOT 19. DISPOSITIU DE COL·LOCACIÓ DE CLIPS

Codi	Descripció del material	Qt.
------	-------------------------	-----



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DDE MATERIAL DIVERS D'ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

material		Prevista per anys 4
59214	DISECTOR ENDOSCÒPIC DENTAT 3,5MM	12
59215	DISECTOR ENDOSCÒPIC DENTAT 5MM	12

Les referències adjudicades podran ser sol·licitades per qualsevol dels centres del CSI. Aquestes possibles sol·licituds s'inclouen dins del marc d'aquest contracte i, per tant, seran d'obligat acompliment per a l'adjudicatari.

L'adjudicació d'aquesta licitació es farà per **lot sencer en tots els lots** segons s'especifica al present plec, a l'Annex 1 tècnic i a l'Annex 4 criteris objectius. Les empreses podran licitar al lot sencer sempre i quan no s'excedeixi el preu màxim de licitació del lot, ni el preu unitari de cadascun dels articles que componen el lot.

Les característiques tècniques de cada material objecte de la licitació, son les exposades a l'**Annex 1 Tècnic** i són d'obligat compliment. A tal efecte, els licitador ompliran l'**Annex 1 Tècnic** i l'adjuntaran dins de la oferta tècnica (en format PDF i EXCEL), a mes d'acreditar-les documentalment.

En el cas que hi hagi incongruències entre la fitxa tècnica i la descripció de les característiques tècniques a l'annex tècnic, tindrà prioritat la fitxa tècnica.

La no explicitació dels valors d'aquests paràmetres ni l'aportació d'acreditació documental i en la forma especificada, comportarà la no valoració dels mateixos i la seva exclusió.

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar en català i/o castellà, en format digital juntament amb:

- ✓ Fitxa tècnica descriptiva de les característiques tècniques en català i/o castellà i referència.
- ✓ Catàlegs
- ✓ Fitxa dades de seguretat, si s'escau
- ✓ Foto/Dibuix del producte
- ✓ Descripció de l'embalatge: unitat de consum i quantitat d'unitats per embalatge

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DDE MATERIAL DIVERS D'ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

---

- ✓ Certificats que acreditin el marcat CE.
- ✓ Qualsevol altre acreditació requerida a l'Annex 4 Criteris Objectius
- ✓ Fitxa tècnica i/o catàleg del generador energia de radiofreqüència bipolar ARF al lot 16.

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

Es mantindran les mateixes condicions de la seva oferta tècnica i econòmica per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral.

### **CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE**

- 1- No s'acceptaran comandes mínimes superiors a 150,00.- Euros.
- 2- Les dades corresponents al departament de logística, el qual s'encarregarà de l'enviament de les comandes són, telèfon 935531208 i fax 935531224.
- 3- El termini de lliurament ordinari màxim és de 72 hores i l'urgent és de 24 hores màxim des de la recepció de la comanda.
- 4- El lliurament del material es realitzarà en la data i lloc que ve indicada a la comanda.

En cas de desviament, tant en data com en quantitat, respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb la màxima d'antelació possible al departament de logística.

El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altre adreça, seran:

Hospital General de l'Hospitalet  
Magatzem general  
Av. Ramon Solanich, s/n  
08906 L'Hospitalet de Llobregat

Hospital Dos de Maig  
Magatzem general  
C/ Dos de Maig, 301 cantonada amb Còrsega  
08035 Barcelona

Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi  
Magatzem general  
Sant Martí de l'Erm, s/n  
08970 Sant Joan Despí

Els horaris de recepció de material són de 8:30 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres. No s'acceptaran lliuraments fora d'aquest horari ni d'aquests centres logístics.

- 5- El lliurament de cada entrega de material, parcial o total, s'haurà de lliurar amb el corresponent albarà valorat, original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari. I la còpia pel proveïdor amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN".

A l'albarà hauran de constar les següents dades:

Número de comanda  
Número d'expedient  
Codi d'article  
Referència del producte segons proveïdor  
Numero d'unitats

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

- 6- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Tots els ports són a càrrec de l'adjudicatari sense cap cost per al Consorci Sanitari Integral.
- 7- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol defecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec de l'adjudicatari.
- 8- El lliurament no s'entén realitzat fins el total subministrament en el termini i lloc indicats a la comanda.
- 9- No s'acceptaran els lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptaran lliuraments de més unitats que les sol·licitades a la comanda si excedeixen del preu adjudicat.
- 10- L'empresa licitadora es compromet a canviar el material defectuós per un altre en perfecte estat sense cap cost addicional.

- 11- L'adjudicatari està obligat a prestar assessorament tècnic i assistencial necessari per l'ús dels productes adjudicats.
- 12- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei per al pacient i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.
- 13- L'adjudicatari està obligat a comunicar al Servei corresponent i al departament de compres qualsevol modificació de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, indicant l'antiga i la nova denominació, assumint tot cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment del preu. Si les noves característiques no s'adeqüessin a les necessitats originals del contracte no haurà compromís del seu consum.
- 14- En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i de conformitat amb l'adjudicatari o a instància d'aquest, pot incloure nous bens dels tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de novetat tecnològica o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de la presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius especificats a la contractació.

### **PREVISIONS DE CONSUMS**

D'acord amb la naturalesa d'aquesta contractació, es podrà aplicar la previsió automàtica l'article 301, 2) del la LCSP, pel que es podrà incrementar el nombre d'unitats a subministrar fins al percentatge del 10 per cent del pressupost del contracte sense que calgui tramitar l'expedient de modificació corresponent i les modificacions previstes en la LCSP, quan es donin les circumstàncies que permeten la seva aplicació.

### **GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT**

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum dels centres.

Així mateix, es compromet a assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el

present plec.

En el cas d'impossibilitat de subministrament, o trencament d'estocs

- a) L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho immediatament al departament de Logística.
- b) Facilitarà una alternativa pròpia amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels centres destinataris.
- c) En el supòsit de que no hi hagués alternativa al mercat espanyol, l'empresa adjudicatària es compromet a fer les gestions necessàries a altres mercats per garantir el subministrament pactat.
- d) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, o que no s'hagi presentat cap alternativa el departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir el proveïment als centres destinataris.
- e) L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament la despesa ocasionada per la compra del material alternatiu a altres empreses.

Es valorarà si el licitador proporciona un producte alternatiu de qualitat superior i al mateix preu per el cas de trencament d'estoc o incidència en el subministrament.

### **COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT**

El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.

En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.

### **MOSTRES**

No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta.

El Consorci Sanitari Integral sol·licitarà les mostres durant la fase d'avaluació del producte.

El Consorci Sanitari Integral demanarà mostres del material fungible e implantable, per poder valorar que el material ofert, compleix amb tots el requeriments sol·licitats a l'Annex 3 Criteris Subjectius.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DDE MATERIAL DIVERS D'ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

---

Aquesta sol·licitud es farà des del departament de Logística mitjançant un correu electrònic en el qual es demanaran les la quantitat a lliurar i el lloc de lliurament, en un període no superior a 5 dies hàbils.

Les mostres s'hauran de presentar en una caixa/sobre etiquetada amb número de l'expedient, codi del producte, la identificació de l'empresa i referència presentada i identificant-la com a MOSTRES. La caixa/sobre haurà d'anar **acompanyada de dos albarans** a la part exterior amb la informació del contingut dels materials que s'entreguen.

Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats.

Amb les mostres presentades, el Consorci Sanitari Integral es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.

La qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència del contracte. En conseqüència, serà causa de resolució la disminució de la qualitat o alteració de les seves característiques respecte a la mostra presentada.

Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.

El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.