

**Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió privada per a l'aprovació de l'informe tècnic**

<b>Expedient</b>	<b>SCS-2024-438</b>	<b>Modalitat</b>	<b>Contracte Públic</b>
<b>Núm. de lots</b>	SCS-2024-438-1 SCS-2024-438-2 SCS-2024-438-3 SCS-2024-438-4 SCS-2024-438-5		
<b>Unitat promotora</b>	Divisió de Tecnologia i Equipaments		
<b>Procediment</b>	Obert simplificat	<b>Tipus</b>	Subministraments
<b>Objecte</b>	Subministrament de lliteres i butaques per les consultes externes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Pressupost licitació	98.500,00	20.685,00	119.185,00
Valor estimat	98.500,00	-	-
Termini d'execució	3 Mesos		

Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €	Valor estimat €	Termini execució
1	Llitera per proctologia CCEE Arnau	3.700,00	777,00	4.477,00	3.700,00	3 Mesos
2	Butaca ginecològica CCEE Arnau	17.100,00	3.591,00	20.691,00	17.100,00	3 Mesos
3	Llitera de 3 cossos elèctrica CCEE Arnau	6.000,00	1.260,00	7.260,00	6.000,00	3 Mesos
4	Butaca abatible amb reposacaps elèctrica CCEE Arnau	68.200,00	14.322,00	82.522,00	68.200,00	3 Mesos

5	Butaca podologia CCEE Arnau	3.500,00	735,00	4.235,00	3.500,00	3 Mesos
---	-----------------------------------	----------	--------	----------	----------	---------

**Identificació de la sessió**

Data: 16 de jul. de 2024

Horari: 12:26:59

Lloc: Sessió telemàtica

**Assistents****Nom**

Núria Umbert Costa

Ferran Trullàs Vila

Joan Balcells Sacristán

Sandra Pallarès i Albaladejo

Urgell Vila Parramón

**Càrrec Mesa**

Presidenta

Secretari

Vocal en  
representació d'Intervenció /  
Control InternVocal en representació  
d'Assessoria Jurídica

Vocal

**Càrrec Persona**Cap de la Divisió de  
ContractacióTècnic de la Divisió de  
ContractacióSupervisor de Comptabilitat  
i Control de la Intervenció  
Delegada al CatSalutLletrada de la Gerència  
d'Assessorament Jurídic  
Tècnica de la Divisió de  
Tecnologia i Equipaments**Ordre del dia**

1. Constitució de la mesa
2. Examen i aprovació de l'informe tècnic

**Desenvolupament de la sessió**

La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, dóna la paraula al secretari que lliura l'informe de valoració de la documentació tècnica, elaborat per la senyora Blanca Blázquez, tècnic de la Divisió de Tecnologia i Equipaments, en data 16 de juliol de 2024, que és analitzat pels membres de la mesa.

**Acords**

Després de l'anàlisi de la documentació presentada, la mesa acorda admetre a les següents empreses:

LOT 1:

ARJO IBERIA, S.L.U; queda exclosa per incompliment de la definició de la fitxa del plec de prescripcions tècniques (PPT); es demana una "taula elèctrica per a exploracions i petites intervencions de coloproctologia/rectoscòpia", i el model ofertat no és una taula, és una llitera/butaca de ginecologia. A mes, no s'indica que l'estructura sigui d'acer, característica demanada al punt 1 del PPT, no indiquen el gruix del matalàs pel que no es pot comprovar el

compliment del punt 9 del PPT, ni indica la llargària de la superfície de descans pel que no es pot comprovar el compliment del punt 11 del PPT. Indica que l'amplada del respallier de la llitera és de 93cm, molt superior al valor indicat en el punt 11 del PPT (65cm).

En conseqüència, es declara desert el lot 1.

LOT 2:

SCHMITZ MEDICAL IBERICA, S.L. : 25 punts

OPTOMIC ESPAÑA, S.A. queda exclosa per incompliment del punt 7 de la fitxa del PPT, ja que no té opció de regulació elèctrica de la inclinació dels reposapeus.

MASIA INDUSTRIAL MEDICA, S.A queda exclosa per incompliment dels punts 6 i 7 de la fitxa del PPT, ja que no disposa de reposapeus.

LOT 3: GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L.; 15 punts

LOT 4: GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L: 24,15 punts

GALMEDICA S.L.: 21,68 punts

MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS SL; queda exclosa per incompliment del punt 6 de la fitxa del plec de prescripcions tècniques (PPT); es demana que les dimensions aproximades de la superfície de descans siguin aproximadament 540x2000mm, amb una tolerància de 10-12% cap a l'alça en el cas de l'amplitud i 10% cap a l'alça o baixa en el cas de la longitud. La butaca ofertada té un respallier d'amplada superior a 794mm, molt superior al rang que es demana.

MASIA INDUSTRIAL MEDICA, S.A.; queda exclosa per incompliment del punt 6 de la fitxa del plec de prescripcions tècniques (PPT); es demana que les dimensions aproximades de la superfície de descans siguin aproximadament 540x2000mm, amb una tolerància de 10-12% cap a l'alça en el cas de l'amplitud i 10% cap a l'alça o baixa en el cas de la longitud. La butaca ofertada té un respallier d'amplada superior a 775mm, molt superior al rang que es demana.

LOT 5: DISTRAUMA MEDICAL, S.L queda exclosa per incompliment del punt 6 de la fitxa del plec de prescripcions tècniques (PPT); es demana que les dimensions aproximades de la superfície de descans siguin aproximadament 540x1900mm, i la butaca ofertada té una longitud de 1660mm incloent el reposacaps i reposacames. Aquesta longitud és bastant inferior a la demanada, i no permet allotjar en posició horitzontal a pacients de més altura.

En conseqüència, es declara desert el lot 5.



Sense que hi hagi cap altre tema més a tractar, la presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta

El secretari

Vist i plau La presidenta