

Valoració dels criteris d'adjudicació

Expedient: CSI2024035

1 Criteris d'adjudicació

Criteris subjectius – 37 punts

Concepte	Punts	Criteri de puntuació	Punts FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL	Justificació
Es valorarà la connectivitat remota des del centre del servei tècnic del licitador amb els equips del CSI. Aquest sistema de connectivitat haurà de permetre accedir al registre d'errors dels equips per tal d'analitzar les avaries i per poder realitzar un manteniment predictiu. Es valorarà la facilitat d'accés assegurant que la connexió sigui segura i xifrada sense necessitat d'introduir paràmetres informàtics addicionals i sense utilitzar eines informàtiques de suport addicional. També es valorarà que la navegació per la utilitat sigui el més intuïtiva possible.	7	Si disposa d'aquesta característica, de manera òptima 7 punts, si no es així, proporcionalment en funció del grau d'acompliment.	7	El criteri està suficientment justificat amb la documentació presentada.
Aquesta connectivitat haurà de permetre petites actualitzacions del software per corregir possibles mancances que es detectin durant la durada del contracte. Es valorarà la facilitat d'accés assegurant que la connexió sigui segura i xifrada sense necessitat d'introduir paràmetres informàtics addicionals i sense utilitzar eines informàtiques de suport addicional. També es valorarà que la navegació per la utilitat sigui el més intuïtiva possible.	8	Si disposa d'aquesta característica, de manera òptima, 8 punts, si no es així, proporcionalment en funció del grau d'acompliment.	8	El criteri està suficientment justificat amb la documentació presentada.

Es valorarà la qualitat de la informació dels informes o albarans emesos pels tècnics de camp al finalitzar les intervencions, informació dels equips de mesura, patrons de imatge i calibració dels mateixos.	5	Si disposa d'aquesta característica, de manera optima 5 punts, si no es així proporcionalment en funció del grau d'acompliment	5	El criteri esta suficientment justificat amb la documentació presentada.
Es valorarà l'actualització de l'equipament existent en els centres tant de la part de hardware com de la part de software	7	Si disposa d'aquesta característica, de manera optima 7 punts, si no es així proporcionalment en funció del grau d'acompliment	7	El criteri esta suficientment justificat amb la documentació presentada
Es valorarà el circuit proposat pel licitador amb relació als certificats de substitució dels tubs de RX i als certificats de trasllat dels equips entre centres (EVAT)	5	Si disposa d'aquesta característica, de manera optima 5 punts, si no es així proporcionalment en funció del grau d'acompliment	5	El criteri esta suficientment justificat amb la documentació presentada
Es valorarà la proposta del licitador en relació al reciclatge dels recanvis substituïts en les diferents intervencions	5	Si disposa d'aquesta característica, de manera optima 5 punts, si no es així proporcionalment en funció del grau d'acompliment	5	El criteri esta suficientment justificat amb la documentació presentada.
Punts totals	37		37	

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès.

Carles Golf Ballvé

Gestor de Procés de Electromedicina de CSI
Consorci Sanitari Integral

Hospitalet de Llobregat, dimecres, 09 de juliol de 2024

