

Unitat d'Enginyeria Biomèdica

Informe de valoració tècnica de l'expedient CS/AH03/1101399612/24/PO per al Subministrament de dos microscopis per a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

A la tramitació de l'expedient han concorregut els següents proveïdors i ofertes:

- EVIDENT Europe GmbH

Compliment dels criteris mínims exigibles

L'empresa EVIDENT Europe GmbH, compleix amb els requeriments mínims exigibles definits al plec tècnic, veure annex a aquest document.

Valoració dels criteris automàtics

A l'annex A d'aquest informe s'indiquen les valoracions obtingudes dels criteris automàtics per a cadascun dels licitadors.

L'empresa EVIDENT Europe GmbH ha obtingut 25 dels 25 punts possibles.

Nil Baqués Garcia
Unitat d'Enginyeria Biomèdica
Badalona, 13 de setembre de 2024

Annex A: Valoració dels criteris automàtics

Microscopi òptic per a hematologia				Puntuació	EVIDENT Europe GmbH
2. Característiques a valorar					
29	Major vida útil de la font de llum (en hores)		2,5	2,5	50.000 hores CRI>96 Sí Especifica distància de treball dels diferents objectius Sí, de 50-76 cm
30	Color rendering index (CRI) superior al mínim exigít		2,5	2,5	
31	Temperatura de color 4700K		2,5	2,5	
32	Major distància de treball dels objectius. Especificar la distància de treball màxima per als 5 objectius.		2,5	2,5	
33	Distància interpupil·lar per sobre del rang demanat. Especificar rang		2,5	2,5	

Microscopi òptic per a Anatomia Patològica				Puntuació	EVIDENT Europe GmbH
2. Característiques a valorar					
30	Major vida útil de la font de llum (en hores)		2,5	2,5	20.000 hores CRI>96 Sí Especifica distància de treball dels diferents objectius Sí, de 50-76 cm
31	Color rendering index (CRI) superior al mínim exigít		2,5	2,5	
32	Temperatura de color 4700K		2,5	2,5	
33	Major distància de treball dels objectius. Especificar la distància de treball màxima per als 5 objectius.		2,5	2,5	
34	Distància interpupil·lar per sobre del rang demanat. Especificar rang		2,5	2,5	