

## Unitat d'Enginyeria Biomèdica

### **Informe de valoració tècnica de l'expedient CS/AH03/1101399612/24/PO per al Subministrament de dos microscopis per a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol**

A la tramitació de l'expedient han concorregut els següents proveïdors i ofertes:

- EVIDENT Europe GmbH

#### Valoració dels criteris sotmesos a judici de valor

A l'annex A d'aquest informe s'indiquen les valoracions obtingudes dels criteris sotmesos a judici de valor per a cadascun dels licitadors.

L'empresa EVIDENT Europe GmbH ha obtingut 24 dels 29 punts possibles.

Nil Baqués Garcia  
Unitat d'Enginyeria Biomèdica  
Badalona, 31 de juliol de 2024

Annex A: Valoració dels criteris sotmesos a judici de valor

Prestacions tècniques i funcionals	Grup de criteri	Puntuació màxima	Característiques específiques (Descripció breu)	Índex documental	Puntuació	EVIDENT Europe Model BX-53
<b>Lot 1: Microscopi Hematologia</b>						
<b>2. Característiques a valorar</b>						
Altres prestacions que millorin la qualitat de la visualització de la imatge (resolució dels objectius, tipus d'objectius...)		2,5			0	No inclou
<b>3. Valoració de la mostra</b>						
Ergonomia, Robustesa, seguretat, i neteja		3			3	Equip compacte i estanc que permet la neteja amb productes estàndards de l'hospital. Permet ajustar l'alçada dels oculars i aquests inclouen una goma còmode per a recolzar els ulls.
Facilitat d'ús i interfície d'usuari		4			4	Equip fàcil d'utilitzar. L'ajustament de la llum, la distància...es fa mitjançant rodets de moviment molt fi. El condensador s'ajusta al tipus d'objectiu col·locat amb marques molt intuïtives. Es considera que la corba d'aprenentatge és molt curta
Qualitat de la imatge		5			5	Equip de molta qualitat. Permet ajustar tots els paràmetres necessaris per a aconseguir avaluar la mostra de manera correcta. Els objectius oferts també són de gran qualitat. Es considera que compleix tots els requisits necessaris per a realitzar un correcte diagnòstic.
Prestacions tècniques i funcionals	Grup de criteri	Puntuació màxima	Característiques específiques (Descripció breu)	Índex documental	Puntuació	EVIDENT Europe Model BX-43
<b>Lot 2: Microscopi Anatomia patològica</b>						
<b>2. Característiques a valorar</b>						
Altres prestacions que millorin la qualitat de la visualització de la imatge (resolució dels objectius, tipus d'objectius...)		2,5			0	No inclou
<b>3. Valoració de la mostra</b>						
Ergonomia, Robustesa, seguretat, i neteja		3			3	Equip compacte i estanc que permet la neteja amb productes estàndards de l'hospital. Permet ajustar l'alçada dels oculars i aquests inclouen una goma còmode per a recolzar els ulls.
Facilitat d'ús i interfície d'usuari		4			4	Equip fàcil d'utilitzar. L'ajustament de la llum, la distància...es fa mitjançant rodets de moviment molt fi. Es considera que la corba d'aprenentatge és molt curta
Qualitat de la imatge		5			5	Equip de molta qualitat. Permet ajustar tots els paràmetres necessaris per a aconseguir avaluar la mostra de manera correcta. Els objectius oferts també són de gran qualitat. Es considera que compleix tots els requisits necessaris per a realitzar un correcte diagnòstic.