

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER A LA PONDERACIÓ DE LES OFERTES RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT D'UNA TAULA QUIRÚRGICA RADIOTRANSAPARENT PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA

La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

Criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts):

1- Preu (fins a 70 punts).

En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l'òrgan de contractació en cas de ser adjudicat, i ha d'incloure, si escau, els accessoris, formació, treballs d'instal·lació, etc. (llevat l'IVA, que s'haurà d'indicar per separat).

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec de prescripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb el diferencial de percentatges respecte a l'oferta amb més puntuació, segons resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{1,70} \right) \right] \times 70$$

On:

P_v: Puntuació oferta valorada

O_v: Preu oferta a valorar (sense IVA)

O_m: Preu millor oferta (sense IVA)

IL: Import de licitació (sense IVA)

2- Ampliació de la garantia dels dos equips fins a un període total de 4 anys (fins a 5 punts).

Es valorarà de la següent manera:

- Ampliació de la garantia en 1 any (3 anys en total): 2 punts
- Ampliació de la garantia en 2 anys (4 anys en total): 5 punts
- Altres: 0 punts

No es valoraran ampliacions de períodes inferiors a 1 any.

3- Pes màxim que pot suportar la taula en la posició més desfavorable respecte la columna (fins a 1.5 punts).

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 1.5 punts
- No compleix: 0 punts

4- Major superfície radiotransparent disponible (fins a 1.5 punts).

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 1.5 punts
- No compleix: 0 punts

5- Capacitat de plegar el taulell per a aconseguir que el pacient quedi assegut i poder realitzar punxions del pericardi (fins a 1 punt).

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 1 punt
- No compleix: 0 punts

6- Incloure dues faldilles plomades que es puguin suportar a la taula per a reduir la dosi de radiació que rep el professional. (fins a 2.5 punts).

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 2.5 punts
- No compleix: 0 punts

7- Inclusió d'una barra tècnica a cada costat de la taula a la zona inferior i d'un porta sèrums en una dels riells. El porta sèrum ha de ser d'acer inoxidable i l'alçada ha de ser ajustable (fins a 10 punts).

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 10 punts
- No compleix: 0 punts

8- Inclusió d'un arc d'anestèsia flexible d'acer inoxidable. Ha de permetre penjar el material necessari per a diferenciar la zona estèril de la no estèril (fins a 4.5 punts).

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 4.5 punts
- No compleix: 0 punts

9- Inclusió d'un recolza braços radiotransparent. Ha de permetre ajustar-ho horitzontalment i el suport no pot ser d'acer inoxidable, ha d'assegurar la radiotransparència. (fins a 4 punts).

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 4 punts
- No compleix: 0 punts

Informe de correcció de l'enunciat de l'apartat 2 dels criteris d'adjudicació de l'expedient CS/AH03/1101406728/24/PSS, de subministrament d'una taula quirúrgica radiotransparent.

On diu:

2- Ampliació de la garantia dels dos equips fins a un període total de 4 anys (fins a 5 punts).

Ha de dir:

2- Ampliació de la garantia de l'equip fins a un període total de 4 anys (fins a 5 punts).

La qual cosa es fa constar als efectes oportuns

Joaquim Valls Vicens
Cap Unitat Gestió econòmica HUGTiP

Badalona, 18 de setembre de 2024
